



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Telefono 0922 407279
FAX 0922 407119
Email: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA n. 2552377, per l'affidamento della fornitura, in somministrazione annuale ed in tredici lotti, di materiale e dispositivi vari per l'U.O. di Chirurgia vascolare del P.O. di Agrigento. - Chiarimenti

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano i chiarimenti resi dal Direttore f.f. UO Chirurgia Vascolare a seguito di quesiti posti da alcune ditte:

- D. 01) Buongiorno, chiediamo se le cannule richieste al lotto 3 siano un refuso dato che il lotto 4 è un lotto composto esclusivamente da cannule. In caso non fosse un refuso chiediamo la revisione nella composizione dei due lotti in quanto il nr.3 risulterebbe non omogeneo.
- R. 01) Il Lotto 03 riguarda esclusivamente la sacca coprisonda. Il rigo successivo è parte integrante del Lotto n.04 che si sviluppa nella pagina seguente.
- D. 02) Buongiorno, siamo a chiedere maggiori specifiche sul copriamplificatore di brillanza richiesto al lotto 12, ovvero se serve un kit o solo la cuffia copri amplificatore, quali le misure e la marca e il modello di amplificatore da coprire. Grazie.
- R. 02) Per quanto riguarda la copertura sterile dell'intensificatore di brillanza, non può che trattarsi di un Kit, dato che le parti che vengono a contatto con il paziente o con il letto operatorio sono molteplici, quindi non basta la sola sacca che copre il tubo. Riguardo alla marca dell'intensificatore, in atto si tratta di uno Ziehm.

Agrigento, 22/04/2020

Il Collab. Amministr.
Dr. Giuseppe Palumbo

D'ordine del
Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le

Dr. Giuseppe Palumbo