



Direzione Generale

Allegato 1 - Verbale

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo

Prot. Generale n. 0 132571

Data 07/09/2020



Ai Signori

Dot. P. BELLAVIA
Dott.ssa E. FERRERA
Dott.ssa R. RAGUSA
L.P. L. FRETO
L.P. A. MANGIACOTI
Sig. B. DE MARTINO

E p.c.

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI OCCORRENTI ALLE UFA E ALLE UU.OO. DI ONCOLOGIA/EMATOLOGIA DELL'ASP DI AGRIGENTO - DURATA TRIENNALE

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, indetta con atto deliberativo n. 565 del 07.04.2020, le SS.LL. vengono nominate componenti della Commissione tecnica per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti, secondo la seguente composizione:

Dot. P. BELLAVIA - Presidente
Dott.ssa E. FERRERA - Componente
Dott.ssa R. RAGUSA - Componente
L.P. L. FRETO - Componente
L.P. A. MANGIACOTI - Componente
Sig. B. DE MARTINO - Segretario

Si invitano a prendere solleciti contatti con l'U.O.C. Provveditorato, che legge per conoscenza, per il ritiro della documentazione da valutare e a completare i lavori con cortese sollecitudine.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Zappia



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 123402 del 08-09-2020

3

A tutte le ditte partecipanti

E p.c. Al Dipartimento del Farmaco

Oggetto : PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI OCCORRENTI ALLE UFA E ALLE UU.OO. DI ONCOLOGIA/EMATOLOGIA DELL'ASP DI AGRIGENTO - DURATA TRIENNALE

Con riferimento alla gara indicata in oggetto, si informa che il Direttore del Dipartimento del Farmaco ha richiesto « ...al fine di effettuare una valutazione tecnica più accurata circa l'effettiva funzionalità dei dispositivi ..., si rende indispensabile la fornitura da parte delle ditte che hanno presentato le offerte, di una campionatura di almeno tre pezzi per lotto », giusto punto 14 del Disciplinare di gara.

La predetta richiesta viene trasmessa a tutte le ditte partecipanti alla procedura ed ammesse alla fase c.d. « di valutazione tecnica ».

Si precisa che « **Il concorrente/i concorrenti cui perverrà tale richiesta sono obbligati - pena l'esclusione dal prosieguo di gara - a presentare entro max dieci giorni la campionatura richiesta** » (art. 14 Disciplinare di gara e p. 13 della istanza di partecipazione).

Per quanto sopra, codesta ditta è invitata a presentare la campionatura di n. 3 pezzi per ogni prodotto/ prodotti contemplati nel lotto per il quale partecipa, **entro 10 gg dal ricevimento della presente pena l'esclusione dal prosieguo di gara**, al seguente indirizzo:

UOC Farmacia P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento. - Contrada Consolida - 92100 Agrigento.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

Telefono 0922 407268 – 407145

forniture@aspag.it

mariatirro@aspag.it

PROT: n. 134866 del 10-09-20

Per accertare
Biagi De Martino

10.09.2020

Allegato 3 - verbale 10



Al Signor Biagio De Martino

E p.c.

Ai Signori componenti la Commissione Tecnica ex nota 132571/20

Dott. Bellavia Giuseppe

Dott.ssa Ferrera Emanuela

Dott.ssa Ragusa Roberta

Signor Fretto Luigi

Signor Mangiacotti Antonio

OGGETTO: "PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI OCCORRENTI ALLE UFA E ALLE UU.OO. DI ONCOLOGIA/EMATOLOGIA DELL'ASP DI AGRIGENTO – DURATA TRIENNALE" – consegna documentazione tecnica ditte partecipanti

In uno alla presente si formalizza la già avvenuta consegna, in data di ieri 9.9.2020, alla S.V. – nq di segretario della Commissione Tecnica della gara in oggetto, giusta nomina ex nota 132571 del 7/9/2020 – del supporto informatico (pen drive) contenente la documentazione tecnica di tutte le ditte partecipanti alla procedura di gara, nonché, in uno alla presente, si trasmette copia cartacea del capitolato tecnico di gara, dei chiarimenti tecnici (del 22.6.2020 e del 26.6.2020) pubblicati sulla piattaforma telematica Consip, costituenti parimenti *lex di gara*, nonché elenco delle ditte partecipanti ed ammesse alla fase tecnica con specificazione dei lotti di partecipazione.

La presente viene trasmessa a tutti i componenti della Commissione per la dovuta conoscenza e il celere avvio dei lavori che devono concludersi entro e non oltre gg. 30 dalla presente, attesi i tempi ridottissimi prescritti dal D.L. 16.7.2020 n. 76 che commina responsabilità erariali in capo agli attori del procedimento.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo



Allegato 4 - verbale es

6

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Assistente Amministrativo Biagio De Martino
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407111
Fax: 0922 407120
E-mail: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Proto. N. 166957 del 04/11/2020

Al Direttore U.O.C. Provveditorato
D.ssa Loredana Di Salvo

Al Dirigente Amministrativo
RUP D.ssa Maria Tirrò

Oggetto: consegna documenti riguardanti gli atti di “Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO di Oncologia/Ematologia ASP Agrigento”

Facendo seguito alle note prot. n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Zappia (Alleg. 1), nota prot. n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg. 2) e nota prot. n. 134866 del 10/09/2020 (Alleg. 3 e 3A), che per economia di procedimento, si trasmette per competenza il verbale di cui alla gara in oggetto:
Cordialmente Biagio De Martino.

L'Assistente Amministrativo
Biagio De Martino

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Tirrò

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Loredana Di Salvo

"Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento"

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 24/09/2020 alle ore 11:32, presso la "Camera Bianca" del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la "gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento", formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Luigi Fretto;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

Si prende lettura della nota prot. n. 134866 del 10/09/2020 (Alleg. 3) visionando l'elenco delle ditte partecipanti ed ammesse alla fase tecnica con specificazione dei lotti di partecipazione (Alleg. 3A)

Si precisa che la valutazione delle schede tecniche non è esaustiva della valutazione dei prodotti e che diventerà tale solo dopo aver verificato la campionatura, in particolare dal punto di vista ergonomico, della funzionalità, l'efficienza e di quant'altro assicuri l'ottimale preparazione e somministrazione in sicurezza dei farmaci antitumorali tutelando gli operatori sanitari.

Si estrapolano dalla pendrive le schede tecniche relative ai dispositivi medici da ciascuna ditta partecipante come da (Alleg. 3A).

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 1**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena

Gimas srl;

Klinicom srl;

Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - sono state consegnate e visionate dalla commissione n. 3 schede tecniche:

Cod. MV0420-0006 confezionamento singolo (Alleg. 4);

Cod. MV042005-0006 confezione a 5 pezzi (Alleg. 5);

Cod. MV042025-0006 confezione a 25 pezzi (Alleg. 6).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 4A);

Le schede tecniche presentate dalla ditta risultano generiche e pertanto necessitano di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.


In merito si allega nota del Dipartimento del Farmaco prot. n. 81707 del 01/06/2020 (Alleg. 7) con la quale si dava parere favorevole alla presentazione del confezionamento di n. 25 pezzi anziché da 10. La presente nota avrà validità anche per altri casi.

Scheda Tecnica **BIOLENA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PSBSP (Alleg. 8).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 8A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.



Scheda Tecnica **GIMAS** - sono state consegnate e visionate dalla commissione n. 3 schede tecniche:

Cod. CH70 confezionamento singolo (alleg. 9);

Cod. CH70 - 5 confezionamento da 5 (Alleg. 10);

Cod. CH70 - 10 confezionamento da 10 (Alleg. 11).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 9A).

Le schede tecniche presentate dalla ditta risultano generiche e pertanto necessitano di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica

Cod. AOS2 004 TOP RDM. 1874642/R (Alleg. 12).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 12A).

Le schede tecniche presentate dalla ditta risultano generiche e pertanto necessitano di una valutazione più accurata con la campionatura fornita

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica

Cod.091571-20C. RDM 1321267 (Alleg. 13).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 13A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Alle ore 15:30 termina la prima seduta della commissione che ha completato la valutazione delle schede riguardante il lotto n. 1, la cui valutazione sarà perfezionata dalla verifica della relativa campionatura.

La commissione concorda che tornerà a riunirsi in data 29/09/2020 alle ore 11:00 circa.

Agrigento lì 24/09/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Luigi Fretto

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

"Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento"

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 29/09/2020 alle ore 12:15, presso la "Camera Bianca" del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la *"gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia 'ASP di Agrigento"*, formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Luigi Fretto;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

Si prende lettura della nota prot. n. 134866 del 10/09/2020 (Alleg. 3) visionando l'elenco delle ditte partecipanti ed ammesse alla fase tecnica con specificazione dei lotti di partecipazione (Alleg. 3A)

La commissione prende lettura della ditta che ha aderito e partecipato al **lotto n 2**:

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. 4054 (Alleg. 14).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 14A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 3**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MVO400-0006 (Alleg. 15).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 15A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PS15P (Alleg. 16).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 16A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CH-51 (Alleg. 17).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 17A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Per sopraggiunte esigenze di servizio, il segretario, essendo stato richiamato presso la sede centrale del Viale della Vittoria, alle ore 13:06 si interrompe la seduta e riprenderà non appena il lo stesso sarà nuovamente disponibile.

Alle ore 15:40 si riprende la seduta.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 4**:

Baxter;
Becton Dickinson Italia;
Biolena;
Gimas;
Macropharm.

Scheda Tecnica **BAXTER** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. Z1MC3490 (Alleg. 18).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 18A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 2203E-0006 (Alleg. 19).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 19A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PS ADP (Alleg. 20).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 20A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CH-62 (Alleg. 21).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 21A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISC 23C13 (Alleg. 22).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 22A)

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Alle ore 17:30 termina la seduta della commissione che ha completato la valutazione delle schede riguardante i lotti n. 2, 3 e 4 la cui valutazione sarà perfezionata dalla verifica della relativa campionatura.

La commissione concorda che tornerà a riunirsi in data 01/10/2020 alle ore 11:00 circa



4

Agrigento lì 29/09/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Luigi Fretto

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

"Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento"

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 01/10/2020 alle ore 11:30, presso la "Camera Bianca" del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la "gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia 'ASP di Agrigento", formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

Risulta assente il Sig. Fretto Luigi.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 5**:

Baxter;

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Emme-Erre;

Gimas;

Klinicom.

Scheda Tecnica **BAXTER** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. Z1MC3490 (Alleg. 23).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 23A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta la stessa a quella del lotto n. 4 (alleg. 18) e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita poiché generica.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 2202E-0006 (Alleg. 24).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 24A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PS1 MP (Alleg. 25).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 25A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **EMME-ERRE** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 13494 (Alleg. 26).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 26A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CS-53 (Alleg. 27).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 27A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica

Cod. AOS1 006 TOP (Alleg. 28).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 28A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generiche e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 6**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Emme-Erre;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2250EV (Alleg. 29).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 29A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PS1 5P (Alleg. 30).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 30A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **EMME-ERRE** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 13493 (Alleg. 31).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 31A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 4038 (Alleg. 32).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 32A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata una sola scheda tecnica
Cod. AOS1 009 TOP (Alleg. 33).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg.33A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ISC/0323 (Alleg. 34).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 34A)

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. 092202 (Alleg. 35).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg.35A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 7**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas;

Klinicom;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. A-6426 (Alleg. 36).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 36A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta è priva di “dichiarazione di non ritenzione farmaco” così come richiesto dal capitolato tecnico.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. PS4 2P (Alleg. 37).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 37A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. CS-52 (Alleg. 38).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 38A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica Cod. AOS2 010 TOP (Alleg. 39).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg.39A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta è priva di "dichiarazione di non ritenzione farmaco" così come richiesto dal capitolato tecnico.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 8**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. A-6425 (Alleg. 40).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 40A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta è priva di "dichiarazione di non ritenzione farmaco" così come richiesto dal capitolato tecnico.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PS12P (Alleg. 41).

Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 41A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CS-51 (Alleg. 42).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 42A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 9**:

Becton Dickinson Italia;

Emme-Erre;

Fresenius;

Gimas;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MV0400-0006 (Alleg. 43).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 43A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta uguale a quella del lotto n. 3 (alleg. 15) e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita poiché generica.

Scheda Tecnica **EMME-ERRE** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 13491 (Alleg. 44).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 44A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **FRESENIUS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 2902802 (Alleg. 45).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 45A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 4060 (Alleg. 46).

- Schema del capitolato da loro presentato Alleg. 46A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Alle ore 14:00 si sospendono i lavori della commissione per la pausa pranzo.
Si riprenderà subito dopo.

Agrigento lì 01/10/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

Alle ore 15:00 riprendono i lavori della commissione che torna a riunirsi. Risulta assente il Sig. Fretto Luigi.
Sono presenti:

il Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente), la D.ssa Emanuela Ferrera; la D.ssa Roberta Ragusa, il Sig. Antonio Mangiacotti e il Sig. Biagio De Martino (Segretario).

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 10**:

Becton Dickinson Italia;
Biolena;
Fresenius;
Gimas;
Klinicom;
Macropharm;
Multimedical;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 72981NE (Alleg. 47).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 47A).

La scheda tecnica presenta dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. PSUE7V040P (Alleg. 48).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 48A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **FRESENIUS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. M77460068 (Alleg. 49).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 49A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 011-H3772 (Alleg. 50).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 50A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. NOU2 030 BLI (Alleg. 51).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 51A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ISCE00/63 (Alleg. 52).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 52A)

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. 092213/1/VNR (Alleg. 53).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 53A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 11**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Fresenius;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Multimedical;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 72987NE (Alleg. 54).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 54A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. PSWE7V040P (Alleg. 55).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 55A).

Il codice del prodotto, indicato nel capitolato dalla ditta, richiama il prodotto con le caratteristiche standard. La stessa individua il dispositivo richiesto per farmaci fotosensibili (ambratura) e pertanto necessita un'ulteriore verifica con la campionatura (Cod. PSVE7V040P);

Scheda Tecnica **FRESENIUS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. M77460069 (Alleg. 56).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 56A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 011-H1225 (Alleg. 57).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 57A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. NEU2 030 BLI (Alleg. 58).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 58A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISCCFE00/63 (Alleg. 59).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 59A)

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 092213/1/B/VNR (Alleg. 60).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 60A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 12**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Fresenius;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Multimedical;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2302EV (Alleg. 61).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 61A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. PSUE8V040P (Alleg. 62).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 62A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **FRESENIUS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. M77460070 (Alleg. 63).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 63A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 021-303 (Alleg. 64). Dallo schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 64A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica Cod. NOU2 030 SLI (Alleg. 65).
Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 65A).
Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ISCEE00/1163 (Alleg. 66).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 66A)

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica Cod. 092214/1/VNR (Alleg. 67).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 67A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Alle ore 18:00 la commissione sospende la seduta e concorda il prossimo appuntamento per giorno 06/10/2020 alle ore 11:00.

Agrigento lì 01/10/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

“Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 06/10/2020 alle ore 12:20, dopo aver concluso la regolare attività di manipolazione ordinaria di farmaci antitumorali da parte di alcuni operatori, presso la “Camera Bianca” del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la “gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”, formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

Risulta assente, per ragioni di servizio, il Sig. Fretto Luigi.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 13**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Fresenius;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 72988NE (Alleg. 68).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 68A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PSUE9V040P (Alleg. 69).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 69A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **FRESENIUS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. M77460070 (Alleg. 70).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 70A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto. Il codice del prodotto, indicato nel capitolato dalla ditta, richiama il prodotto con le caratteristiche standard. La stessa individua il dispositivo richiesto per farmaci con filtro in PES e pertanto necessita un’ulteriore verifica con la campionatura.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 011-H1922 (Alleg. 71).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 71A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica Cod. NOU2 030 SLI (Alleg. 72).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 72A).

Il codice della scheda tecnica non corrisponde a quello dello schema specificato nel capitolato poiché corrispondente al lotto n. 12.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISCE00/1163 (Alleg. 73).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 73A)

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La scheda tecnica risulta identica a quella del lotto n. 12.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica Cod. 092214/1/B/VNR (Alleg. 74).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 74A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 14**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2303EV (Alleg. 75).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 75A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. PSWEXV040P (Alleg. 76).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 76A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. 011-H2071 (Alleg. 77).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 77A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica Cod. NEU2 030 BGI (Alleg. 78).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 78A).


Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISCE00/463 (Alleg. 79).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 79A)

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

The image shows six handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and appear to be the names of the individuals who signed the document.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 15**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2302EV (Alleg. 80).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 80A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita e sembra anche essere carente di alcuni requisiti specificati nel lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PSKE9V040P (Alleg. 81).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 81A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita e sembra anche essere carente di alcuni requisiti specificati nel lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 011-H3166 (Alleg. 82).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 82A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita e sembra anche essere carente di alcuni requisiti specificati nel lotto.

La commissione prende lettura della ditta che ha aderito e partecipato al **lotto n 16**:

Medtec.

Scheda Tecnica **MEDTEC** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ULTRASRBE4561 (Alleg. 83).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 83A).

Il prodotto riportato nella scheda tecnica non risulta sterile e mancante anche di altre caratteristiche specificate nel lotto.

La commissione prende lettura della ditta che ha aderito e partecipato al **lotto n 17**:

Gimas.

Scheda Tecnica **GIMAS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CH4000 (Alleg. 84).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 84A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Alle ore 14:02 la commissione sospende i lavori per la pausa pranzo.

Alle ore 14:45 la commissione torna a riunirsi. Sono presenti:

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;


Sig. Luigi Fretto;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

La commissione prende lettura della ditta che ha aderito e partecipato al **lotto n 18**:

Gimas.

The block contains several handwritten signatures in black and blue ink. From left to right, there are six distinct signatures, likely representing the commission members and the representative of the company Gimas.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 011-N1000 (Alleg. 85).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 85A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura della ditta che ha aderito e partecipato al **lotto n 19**:
Gimas.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. TEC797 (Alleg. 86).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 86A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 20**:

Benefis;
Biolena;
Gimas;
Macropharm;
Multimedical.

Scheda Tecnica **BENEFIS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. FL-0527 (Alleg. 87).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 87A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. PKBNP (Alleg. 88).

Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 88A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 011-C3300 (Alleg. 89).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 89A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. AC23 (Alleg. 90).


- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 90A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 091547/N (Alleg. 91).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 91A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.



La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 21**:

Benefis;
Fresenius;
Gimas;
Macropharm;
Multimedical.

Scheda Tecnica **BENEFIS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 1250B071 (Alleg. 92).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 92A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **FRESENIUS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 8501512 (Alleg. 93).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 93A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 8501512 (Alleg. 94).

Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 94A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. AC68 (Alleg. 95).

Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 95A)

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. 091517 (Alleg. 96).

Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 96A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Alle ore 17:00 la commissione sospende la seduta e concorda il prossimo appuntamento per giorno
08/10/2020 alle ore 11:00.

Agrigento lì 06/10/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Fretto Luigi

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

**“Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di
Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”**

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 08/10/2020 alle ore 11:30, presso la “Camera Bianca” del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la “gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”, formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Luigi Fretto;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

Risulta assente la D.ssa Emanuela Ferrera

In attesa dell’arrivo del Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente), momentaneamente non presente per impegni lavorativi, la commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 22**:

Expertmed;

Gimas;

Medtec.

Scheda Tecnica **EXPERTMED** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. PROBAGA5 - PROBAGME (Alleg. 97).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 97A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. TFA404002 – TFA404003 (Alleg. 98).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 98A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MEDTEC** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. SLCOM 0081 – SLCOM0082 (Alleg. 99).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 99A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 23**:

Dgmed

Medtec.

Scheda Tecnica **DGMED** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. AC/O1827N – AC/O1827 (Alleg. 100).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 100A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MEDTEC** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica: Cod. SLCOM0076 – SLCOM0079 (Alleg. 101).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 101A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 24**:

Becton Dickinson Italia;
Biolena;
Gimas;
Klinicom;
Macropharm;
Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2310EV (Alleg. 102).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 102A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero non essere compatibili con quelle riportate nello schema del lotto 24.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISUBU4K200P (Alleg. 103).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 103A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. INCG08 (Alleg. 104).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 104A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ROU4 180 DCD (Alleg. 105).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 105A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISCE70/D232763 (Alleg. 106).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 106A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 092012/1 (Alleg. 107).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 107A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 25**:

Becton Dickinson Italia;
Biolena;
Gimas;
Klinicom;
Macropharm;
Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2310EV (Alleg. 108).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 108A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero non essere compatibili con quelle riportate nello schema del lotto 25 riportando tra l'altro lo stesso codice della scheda del lotto 24 .

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ISWBU4K200P (Alleg. 109).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 109A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. A-INCG00 (Alleg. 110).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 110A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. REU4 180 DCD (Alleg. 111).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 111A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISCFE70/D232763 (Alleg. 112).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 112A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. 092012/1/B (Alleg. 113).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 113A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Alle ore 13:45 la commissione si sospende per la pausa pranzo e riprenderà subito dopo.

Alle ore 14:15 la commissione si riunisce per continuare i lavori.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 26**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2310EV (Alleg. 114).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 114A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero non essere compatibili con quelle riportate nello schema del lotto 26 riportando tra l'altro lo stesso codice della scheda del lotto 24 .

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ISUBU4H200P (Alleg. 115).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 115A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 011-H1243 (Alleg. 116).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 116A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ROU6 180 DCD (Alleg. 117).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 117A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero non essere compatibili con quelle riportate nello schema del lotto 26.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISCE70/Q232763 (Alleg. 118).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 118A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 092014/1 (Alleg. 119).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 119A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 27**:

Becton Dickinson Italia;

Biolenia;

Gimas;

Klinicom;

Macrofarm;

Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MFX2310EV (Alleg. 120).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 120A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ISWBU4H200P (Alleg. 121).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 121A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. 011- H1208 (Alleg. 122).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 122A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. REU6 180 DCD (Alleg. 123).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 123A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISCFE70/Q232763 (Alleg. 124).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 124A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. 092014/1/B (Alleg. 125).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 125A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 28**:

Biolena;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Multimedical.

Scheda Tecnica **BIOLENA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ISKBU4F200P (Alleg. 126).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 126A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. A-INCG10 (Alleg. 127).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 127A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. ROD2 180 DCD (Alleg. 128).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 128A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. ISC70/2763 (Alleg. 129).


- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 129A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. 092011/1 (Alleg. 130).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 130A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.



La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 29**:

Becton Dickinson Italia;

Gimas;

Macropharm;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 10012241 (Alleg. 131).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 131A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CH2000 (Alleg. 132).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 132A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. AC23 (Alleg. 133).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 133A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 30**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Multimedical.

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. MY8003-0006 (Alleg. 134).

Cod. MY8005-0006 (Alleg. 134b);

Cod. MX8010-0006 (Alleg. 134c);

Cod. MY8020-0006 (Alleg. 134d);

Cod. MY8030-0006 (Alleg. 134e);

Cod. MY8060-0006 (Alleg. 134f).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 134A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica non sembrerebbero corrispondere a quelle richieste del lotto 30.

Scheda Tecnica **BIOLENA** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PKBSP (Alleg. 135).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 135A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CH2000S-PC (Alleg. 136).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 136A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:
Cod. AOZ1 004 TOX (Alleg. 137).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 137A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. AC43 (Alleg. 138).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 138A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MULTIMEDICAL** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica
Cod. 091586 (Alleg. 139).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 139A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 31**:

Becton Dickinson Italia;

Biolena;

Gimas;

Klinicom;

Macropharm;

Scheda Tecnica **BECTON DICKINSON ITALIA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. 2000E7D (Alleg. 140).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 140A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero non essere compatibili con quelle riportate nello schema del lotto.

Scheda Tecnica **BIOLENA** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. PKCBP (Alleg. 141).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 141A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **GIMAS** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. CH3900 (Alleg. 142).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 142A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Scheda Tecnica **KLINICOM** - è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. AUS1 007 TNR (Alleg. 143).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 143A).

La scheda tecnica presentata dalla ditta risulta generica e pertanto necessita di una valutazione più accurata con la campionatura fornita.

Scheda Tecnica **MACROPHARM** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. AC/1423 (Alleg. 144).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 144A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 32**:

A2 s.r.l.;

Scheda Tecnica **A2 s.r.l.** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. BRSKITO5 (Alleg. 145).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 145A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

La commissione prende lettura delle ditte che hanno aderito e partecipato al **lotto n 37**:

Klinicom.;

Scheda Tecnica **KLINICOM.** – è stata consegnata e visionata dalla commissione una sola scheda tecnica:

Cod. YY009/YY009A (Alleg. 146).

- Schema del capitolato da loro presentato (Alleg. 146A).

Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sembrerebbero corrispondere a quelle del lotto.

Le schede tecniche, visionate e valutate dalla commissione, sono state supervisionate dal Direttore Dr. Bellavia (Presidente) che ne ha condiviso le relative valutazioni.

Non sono state visionate le schede dei lotti 33, 34, 35, 36, 38 e 39 perché andati deserti.

Alle ore 17:30 la commissione sospende la seduta. Tra i presenti si decide di effettuare il prossimo incontro orientativamente per giorno 13 ottobre, in attesa di conferma da parte della D.ssa E. Ferrera.

Agrigento lì 08/10/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Fretto Luigi

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

**“Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di
Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”**

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 13/10/2020 alle ore 12:00, presso la “Camera Bianca” del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la *“gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”*, formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Fretto Luigi;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

La commissione prende visione della campionatura fornita dalle ditte partecipanti per un totale di n. 15 colli.

Lotto n. 1

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica i seguenti codici: MV0420-0006 (Alleg. 4) - MV042005-006 (alleg. 5) – MV04025-006 (Alleg. 6).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PSBSP (Alleg. 8).

Parere non favorevole - dall'esame della campionatura, effettuato dalla commissione, si è constatato che il dispositivo non permette l'attacco sicuro della siringa con conseguente rischio di disconnessione durante la fase di prelievo del farmaco dal flacone.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica i seguenti codici:

CH70 - confezionamento singolo (alleg. 9);

CH70 - 5 confezionamento da 5 (Alleg. 10);

CH70 - 10 confezionamento da 10 (Alleg. 11).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice:


Cod. AOS2 004 TOP RDM. 1874642/R (Alleg. 12).

Parere non favorevole - dall'esame della campionatura, effettuato dalla commissione, si è constatato che il dispositivo non permette il prelievo di tutto il farmaco dal flacone.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice:

Cod.091571-20C. RDM 1321267 (Alleg. 13).

Parere non favorevole - dall'esame della campionatura, effettuato dalla commissione, si è constatato che il dispositivo non permette l'attacco sicuro della siringa con conseguente rischio di disconnessione durante la fase di prelievo del farmaco dal flacone.



Lotto n. 2

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 4054 (Alleg. 14).

Parere non favorevole - la ghiera anti disconnessione non è fissata in maniera sicura sul corpo del dispositivo.

Lotto n. 3

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MVO400-0006 (Alleg. 15).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PS15P (Alleg. 16).

Parere non favorevole - dall'esame della campionatura, effettuato dalla commissione, si è constatato che il dispositivo non permette l'attacco sicuro della siringa con conseguente rischio di disconnessione durante la fase di prelievo del farmaco dal flacone.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CH-51 (Alleg. 17).

Parere favorevole.

Alle ore 14:05 la commissione sospende i lavori per la pausa pranzo.

Lotto n. 4

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Baxter** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: Z1MC3490 (Alleg. 18).

Parere non favorevole – mancante di ghiera

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 2203E-0006 (Alleg. 19).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PS ADP (Alleg. 20).

Parere non favorevole – non maneggevole e l'operazione di avvvitamento risulta difficoltoso.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CH-62 (Alleg. 21).

Parere favorevole.


Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macrofarm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISC 23C13 (Alleg. 22).

Parere favorevole.

Lotto n. 5

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Baxter** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: Z1MC3490 (Alleg. 23)

Parere non favorevole – dispositivo con filtro non richiesto



Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 2202E-0006 (Alleg. 24).

Parere non favorevole – dispositivo con gancio non richiesto e non funzionale

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PS1 MP (Alleg. 25).

Parere non favorevole – dispositivo con filtro non richiesto

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Emme-Erre** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 13494 (Alleg. 26).

Parere non favorevole – dispositivo con filtro non richiesto

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CS-53 (Alleg. 27).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AOS1 006 TOP (Alleg. 28).

Parere favorevole.

Lotto n. 6

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2250EV (Alleg. 29).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PS1 5P (Alleg. 30).

Parere non favorevole – si disconnette durante l'uso.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Emme-Erre** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 13493 (Alleg. 31).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 4038 (Alleg. 32).

Parere non favorevole – l'attacco è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AOS1 009 TOP (Alleg. 33).


Parere non favorevole – l'attacco è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macrofarm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISC/0323 (Alleg. 34).

Parere non favorevole – l'attacco è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092202 (Alleg. 35).

Parere non favorevole – l'attacco è di facile disconnessione.



Lotto n. 7

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: A-6426 (Alleg. 36).

Parere non favorevole - mancante della dichiarazione di ritenzione farmaco come richiesto nel capitolato tecnico

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PS4 2P (Alleg. 37).

Parere non favorevole – l'attacco è di facile disconnessione

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CS-52 (Alleg. 38).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AOS2 010 TOP (Alleg. 39).

Parere non favorevole – l'attacco è di facile disconnessione e risulta anche mancante della dichiarazione di ritenzione farmaco come richiesto nel capitolato tecnico

La commissione sospende i lavori alle ore 18:00. Si concorda per il prossimo appuntamento stabilito per giorno 15/10/2020 alle ore 11:00.

Agrigento lì 13/10/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Fretto Luigi

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

"Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento"

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 15/10/2020 alle ore 12:20, presso la "Camera Bianca" del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la *"gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia 'ASP di Agrigento"*, formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Fretto Luigi;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

La commissione prende visione della campionatura fornita dalle ditte partecipanti

Lotto n. 8

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: A-6425 (Alleg. 40).

Parere non favorevole - mancante della dichiarazione di ritenzione farmaco come richiesto nel capitolato tecnico

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PS12P (Alleg. 41).

Parere non favorevole - l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione .

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CS-51 (Alleg. 42).

Parere favorevole.

Lotto n. 9

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MV0400-0006 (Alleg. 43).

Parere non favorevole – mancanza del tappo di protezione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Emme-Erre** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 13491 (Alleg. 44).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Fresenius** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 2902802 (Alleg. 45).

Parere favorevole.



Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: Cod. 4060 (Alleg. 46).

Parere favorevole

Lotto n. 10

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 72981NE (Alleg. 47).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PSUE7V040P (Alleg. 48).

Parere non favorevole - l'attacco è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Fresenius** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: M77460069 (Alleg. 49).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-H3772 (Alleg. 50).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: NOU2 030 BLI (Alleg. 51).

Parere non favorevole – l'attacco è poco maneggevole e di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCEE00/63 (Alleg. 52).

Parere non favorevole – l'attacco è poco maneggevole e di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092213/1/VNR (Alleg. 53).

Parere favorevole.

Lotto n. 11

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 72987NE (Alleg. 54).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PSWE7V040P (Alleg. 55).


Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Fresenius** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: M77460068 (Alleg. 56).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-H1225 (Alleg. 57).

Parere favorevole.



Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: NEU2 030 BLI (Alleg. 58).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCCFE00/63 (Alleg. 59).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è poco maneggevole e di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092213/1/B/VNR (Alleg. 60).

Parere favorevole

Lotto n. 12

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2302EV (Alleg. 61).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PSUE8V040P (Alleg. 62).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Fresenius** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: M77460070 (Alleg. 63).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 021-303 (Alleg. 64).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: NOU2 030 SLI (Alleg. 65).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCCE00/1163 (Alleg. 66).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092214/1/VNR (Alleg. 67).

Parere favorevole


Alle ore 13:30 la commissione sospende i lavori per la pausa pranzo.

Alle ore 15:20 la commissione riprende i lavori

Lotto n. 13

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 72988NE (Alleg. 68).

Parere favorevole.



Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PSUE9V040P (Alleg. 69).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Fresenius** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: M77460070 (Alleg. 70).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-H1922 (Alleg. 71).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: NOU2 030 SLI (Alleg. 72).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCEE00/1163 (Alleg. 73).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092214/1/B/VNR (Alleg. 74).

Parere favorevole anche se la campionatura presentata risulta schermata.

Lotto n. 14

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2303EV (Alleg. 75).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PSWEXV040P (Alleg. 76).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-H2071 (Alleg. 77).

Parere favorevole - anche se presenta la camera di gocciolamento con filtro da 15 micron.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: NEU2 030 BGI (Alleg. 78).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione e il codice risulta diverso da quello presentato nella scheda tecnica


Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCEE00/463 (Alleg. 79).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione e non risulta schermato.

Lotto n. 15

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2302EV (Alleg. 80).

Parere non favorevole – mancante di connettore con codice colore.



Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PSKE9V040P (Alleg. 81).

Parere non favorevole – l'attacco del dispositivo è di facile disconnessione e risulta anche mancante di connettore con codice colore.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-H3166 (Alleg. 82).

Parere favorevole

Lotto n. 16

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Medtec** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ULTRASRBE4561 (Alleg. 83).

Parere non favorevole – prodotto non sterile e non conforme a quanto richiesto.

Lotto n. 17

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CH4000 (Alleg. 84).

Parere favorevole.

Lotto n. 18

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-N1000 (Alleg. 85).

Parere favorevole.

Lotto n. 19

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-TEC797 (Alleg. 86).

Parere favorevole.

Lotto n. 20

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Benefis** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: FL-0527 (Alleg. 87).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PKBNP (Alleg. 88).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-C3300 (Alleg. 89).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macrofarm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AC23 (Alleg. 90).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 091547/N (Alleg. 91).

Parere favorevole



Lotto n. 21

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Benefis** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 1250B071 (Alleg. 92).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Fresenius** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 8501512 (Alleg. 93).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 8501512 (Alleg. 94).

Si esprime parere favorevole alla scheda tecnica, con riserva, ove la ditta dovesse risultare aggiudicataria di successiva valutazione del campione

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AC68 (Alleg. 95).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 091517 (Alleg. 96).

Parere favorevole.

Lotto n. 22

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Expertmed** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PROBAGA5 - PROBAGME (Alleg. 97).

Parere non favorevole – la misura di una delle due sacche non corrisponde a quanto richiesto anche con la tolleranza del 15%.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: TFA404002 – TFA404003 (Alleg. 98).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Medtec** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: SLCOM 0081 – SLCOM0082 (Alleg. 99).

Parere non favorevole – manca di indicazioni d'uso chiaramente stampate oltre che la chiusura adesiva non garantisce la sicurezza.

Lotto n. 23

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Dgmed** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AC/O1827N – AC/O1827 (Alleg. 100).

Si esprime parere favorevole alla scheda tecnica, con riserva, ove la ditta dovesse risultare aggiudicataria di successiva valutazione del campione

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Medtec** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: SLCOM0076 – SLCOM0079 (Alleg. 101).

Parere favorevole

Lotto n. 24

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2310EV (Alleg. 102).

Parere non favorevole - i deflussori sarebbero dovuti essere a due vie anziché a quattro.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISUBU4K200P (Alleg. 103).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: INCG08 (Alleg. 104).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ROU4 180 DCD (Alleg. 105).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCE70/D232763 (Alleg. 106).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092012/1 (Alleg. 107).

Parere favorevole

Lotto n. 25

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2310EV (Alleg. 108).

Parere non favorevole - i deflussori sarebbero dovuti essere a due vie anziché a quattro.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISWBU4K200P (Alleg. 109).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: A-INCG00 (Alleg. 110).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: REU4 180 DCD (Alleg. 111).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCFE70/D232763 (Alleg. 112).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092012/1/B (Alleg. 113).

Parere favorevole

Lotto n. 26

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2310EV (Alleg. 114).

Parere non favorevole - i deflussori sarebbero dovuti essere trasparenti anziché ambrati.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISUBU4H200P (Alleg. 115).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-H1243 (Alleg. 116).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ROU6 180 DCD (Alleg. 117).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCE70/Q232763 (Alleg. 118).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092014/1 (Alleg. 119).

Parere favorevole

Lotto n. 27

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: MFX2310EV (Alleg. 120).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISWBU4H200P (Alleg. 121).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 011-H1208 (Alleg. 122).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: REU6 180 DCD (Alleg. 123).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISCFE70/Q232763 (Alleg. 124).

Parere favorevole .

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092014/1/B (Alleg. 125).

Parere favorevole

Lotto n. 28

The bottom of the page features several handwritten signatures and marks. From left to right, there is a large circular signature, a stylized 'M' or 'W' mark, a signature that appears to be 'An', a blue ink signature, a signature with a long horizontal stroke, and a large checkmark-like signature.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISKBU4F200P (Alleg. 126).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: A-INCG10 (Alleg. 127).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ROD2 180 DCD (Alleg. 128).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: ISC70/2763 (Alleg. 129).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 092011/1 (Alleg. 130).

Parere favorevole.

La commissione sospende i lavori alle ore 18:30. Si concorda per il prossimo appuntamento stabilito per giorno 22/10/2020 alle ore 11:00.

Agrigento lì 15/10/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Fretto Luigi

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

**“Gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di
Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”**

Commissione Tecnica ex nota 132571/20

VERBALE DI GARA

In data 27/10/2020 alle ore 12:00, presso la “Camera Bianca” del P.O. di Agrigento, giusta nota n. 140114 del 21/09/2020 (Alleg.2), si riunisce la commissione tecnica, riguardante la *“gara telematica dispositivi medici ed accessori per UFA e UU.OO. di Oncologia/Ematologia ASP di Agrigento”*, formata da, giusta nota n. 132571 del 07/09/2020 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia (Alleg. 1):

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera;

D.ssa Roberta Ragusa;

Sig. Antonio Mangiacotti;

Sig. Fretto Luigi;

Sig. Biagio De Martino (Segretario)

La commissione prende visione della campionatura fornita dalle ditte partecipanti

Lotto n. 29

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: Cod. 10012241 (Alleg. 131).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CH2000 (Alleg. 132).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AC23 (Alleg. 133).

Parere non favorevole - manca la valvola di sicurezza con funzione aperto/chiuso.

Lotto n. 30

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica i seguenti codici:

Cod. MY8003-0006 (Alleg. 134).

Cod. MY8005-0006 (Alleg. 134b);

Cod. MX8010-0006 (Alleg. 134c);

Cod. MY8020-0006 (Alleg. 134d);

Cod. MY8030-0006 (Alleg. 134e);

Cod. MY8060-0006 (Alleg. 134f).

Parere non favorevole – il sistema antidisconnessione non è girevole a 360° come richiesto.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PKBSP (Alleg. 135).

Parere favorevole



Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CH2000S-PC (Alleg. 136).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AOZ1 004 TOX (Alleg. 137).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AC43 (Alleg. 138).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Multimedical** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: 091586 (Alleg. 139).

Parere non favorevole – il sistema antidisconnessione non è girevole a 360° come richiesto.

Lotto n. 31

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Becton Dickinson** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: Cod. 2000E7D (Alleg. 140).

Parere non favorevole – non corrisponde alle caratteristiche richieste

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Biolena** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: PKCBP (Alleg. 141).

Parere favorevole

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Gimas** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: CH3900 (Alleg. 142).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AUS1 007 TNR (Alleg. 143).

Parere favorevole.

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Macropharm** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: AC/1423 (Alleg. 144).

Parere favorevole

Lotto n. 32


Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **A2 SRL** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: BRSKITO5 (Alleg. 145).

. Parere favorevole ma l'azienda, qualora dovesse risultare aggiudicataria, dovrà fornire dichiarazione in service alla apparecchiatura idonea all'esecuzione chemioterapia ipotermica

Lotto n. 37

Si visiona il dispositivo fornito dalla ditta **Klinicom** riportante nella scheda tecnica il seguente codice: YY009/YY009A (Alleg. 146).

Parere favorevole

A series of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page below the text 'Parere favorevole'.

La commissione alle ore 13:30 sospende i lavori per la pausa pranzo.
La commissione riprende i lavori dando lettura ai verbali.
Alle ore 17:30 la commissione conclude definitivamente i lavori

Agrigento li 27/10/2020

Letto firmato e sottoscritto

Dr. Giuseppe Bellavia (Presidente)

D.ssa Emanuela Ferrera

D.ssa Roberta Ragusa

Sig. Antonio Mangiacotti

Sig. Fretto Luigi

Sig. Biagio De Martino (Segretario)