



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 85936 del 09-06-2020

Spett.

SITO WEB AZIENDALE

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto di due Termosaldatrici manuali per la saldatura di buste e rotoli medicali a norme>DIN 58953-7.2008 per il D.S.B. di Canicattì e l'U.O. di Lungodegenza del P.O. di Agrigento le cui caratteristiche tecniche, elaborate dal Responsabile del Poliambulatorio di Canicattì ed avallate dal Direttore della Lungodegenza, vengono qui indicate e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre 18.06.2020, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- ✓ Pezzo unitario di acquisto, franco destino e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- ✓ Canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- ✓ Dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- ✓ Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono indicate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di


concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo





*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana*

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848

DSB DI CANICATTI'

Caratteristiche tecniche minime per
Termosaldatrice manuale per la saldatura di buste e rotoli medicali a
norme DIN 58953-7.2008

- Saldatura 12 mm
- Saldatura a calore continuo termo controllato
- Tagliatore incorporato
- Temperature e tempo di saldatura fissi
- Azionamento manuale
- Alimentazione 230 V / 50-60 Hz monofase
- Grado di protezione IP 20
- Bordo regolabile: 0 ÷ 30
- Controllo della temperatura: mediante termoregolatore elettrico
- Temperatura di saldatura: 40° - 200° C
- Tolleranza temperatura: ±5%
- Saldatura: multilinea

Materiale di consumo

Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medicale per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene (ETO) con indicatori di viraggio incorporato

5 Rotoli piatti per autoclave - 200 m x 75 mm

5 Rotoli piatti per autoclave - 200 m x 150 mm

5 Rotoli piatti per autoclave - 200 m x 200 mm

RESPONSABILE U.O.S.
SPECIALISTICA
INTERNA ED ESTERNA
Dr. Luigi LA LICATA