



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 114657 del 29.07.2020

Spett. Ditta _____

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto di "Tubi endotracheali", le cui caratteristiche e i cui quantitativi vengono specificate nell'allegata scheda tecnica redatta dal Direttore del Dipartimento del Farmaco dell'Asp di Agrigento e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre 05/08/2020, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Pezzo unitario di acquisto, franco destino;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.


E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057
P.Iva e C.F. 02570930848

Dipartimento del Farmaco
Direttore: Dr. Giuseppe Bellavia

Polumbo
23/07/20
fw

Prot. 113077 del 05/7/2020

Al Direttore Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE ACQUISTO TUBI ENDOTRACHEALI

Si invia, in allegato, mail della Ditta Seda aggiudicataria ai lotti 173 e 174 della gara di Anestesia e Rianimazione giusta delib. N.302 del 23/09/2014 che comunica la non disponibilità di molti articoli. Con nota n.37489 del 17/07/2019, la Ditta Seda comunicava a codesto Provveditorato che la fornitura per la suddetta gara sarebbe stata effettuata sino ad esaurimento scorte.

Non essendoci nessun'altra gara attiva per i dispositivi in questione, si chiede di indire una gara in emergenza per poter permettere a questo Dipartimento di acquistare i suddetti dispositivi, anche in virtù dell'emergenza Covid che stiamo fronteggiando ed evitare l'interruzione dell'attività assistenziale.

LOTTO	DESCRIZIONE	CND	FABBISOGNO ANNUALE ASP AGRIGENTO	
1	Tubo endotracheale neonatale-pediatrico non cuffiato in PVC, termosensibile e resistente al collabimeto, trasparente, sterile, radiopaco, calibro uniforme, dotato di marcatori di profondità numerati e di indicatore per le corde vocali, punta tipo Murphy, raccordo standard. Misure dalla I.D. 2,0 mm alla I.D. 7 mm	R01030101	4000 PEZZI	
2	Tubi endotracheali con cuffia ad elevata compliance, in PVC termosensibile, trasparente, punta atraumatica tipo Murphy, marcatori di profondità sulla superficie esterna del tubo, palloncino pilota munito di valvola unidirezionale, linea radiopaca, graduazione in centimetri, raccordo standard. Mis. da D.I. mm 3 a mm 10 circa	R01030201	8000 PEZZI	

La presente ha carattere di urgenza, in quanto le scorte di magazzino sono quasi esaurite.

DIRIGENTE FARMACISTA
Drs.ssa Valeria Ciotta

DIPARTIMENTO DEL FARMACO
IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Bellavia