



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)**

**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**

**Tel.: 0922 407279**

**Fax: 0922 407211**

**Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)**

**[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)**

**Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)**

**Prot. n. 10SP12 del 15.07.2020**

**Spett.**

**Oggetto: Indagine di mercato.**

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto di "cateteri per sigmoido-ureterocutaneostomia (cateterini di bracci)", le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata scheda tecnica redatta dal Direttore U.O. di Urologia del P. O di Agrigento e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it):

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre 21/07/2020**, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it), apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Pezzo unitario di acquisto, franco destino;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo

Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Dr.ssa Loredana Di Salvo