



DIPARTIMENTO

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Dipartimento Strutturale/Transmurale  
delle Scienze Radiologiche  
Direttore: Dott. Angelo Trigona

Responsabile Procedimento: Dott. Angelo Trigona

Telefono: 333 3334836

Fax: 0922 442333

0922 733288

0922 895035

**CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA PER BIOPSIA VUOTO ASSISTITA- VABB**

- unico manipolo e unici aghi per prelievi sia in stereotassi che sotto guida ecografica;
- possibilità di comando delle funzioni mediante manipolo e/o tramite pedale.
- possibilità di programmare e/o riprogrammare, nel corso della procedura, l'area di prelievo nella mammella, la densità del tessuto e il numero di prelievi con rotazione automatica non manuale dell'ago, per permettere all'operatore di interfacciarsi con la paziente durante la procedura.
- ampia scelta di calibro aghi che deve contemplare, oltre alla misura 7G, altre misure più sottili da poter utilizzare anche sotto guida ecografica (es. 10G. e 12G.) e di poter ridurre la finestra di prelievo dell'ago durante la procedura senza aggiunta di accessori e senza sostituirlo;
- punta dell'ago tri-concava per una penetrazione precisa nel tessuto mammario;
- possibilità di rilascio di un marcatore tissutale integrato attraverso lo stesso ago;
- possibilità di infusione di anestetico a 360° (con rotazione automatica) integrato attraverso lo stesso ago, e di poter interrompere in qualsiasi istante il prelievo senza alcun danno per la paziente;
- modulo di controllo (workstation) con monitor touch screen attraverso il quale poter programmare tutte le funzioni a disposizione del sistema VABB.

ASP di AGRIGENTO  
Dipartimento Strutturale Transmurale  
delle Scienze Radiologiche  
Il Direttore  
Dott. Angelo Trigona