

ASPAG

AGRIGENTO P. O. S. GIOVANNI DI DIO - CANICATTI' PO. BARONE LOMBARDO
SERVIZIO DI CAMERA BIANCA
RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 2611262

LOTTO 1


DITTA CONFORME

NON CONFORME


DITTA	CONFORME	NON CONFORME
BD	X	
BIOLENA	X	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico delle Camere Bianche, si è constatato che il dispositivo non permette l'attacco sicuro della stringa con conseguente rischio di disconnessione durante la fase di prelievo del farmaco dal flacone.
EMOTEC	X	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico delle Camere Bianche, si è constatato che il dispositivo non permette l'attacco sicuro della stringa con conseguente rischio di disconnessione durante la fase di prelievo del farmaco dal flacone.
GIMAS	X	Dalla scheda tecnica del prodotto non si evince il dettaglio sulle informazioni del dispositivo, necessario a valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto con quelle richieste nel capitolo tecnico
HMC	X*	
KLINICOM	X	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico delle Camere Bianche, si è constatato che il dispositivo non permette il prelievo di tutto il farmaco dal flacone.

* Si esprime parere favorevole alla scheda tecnica, con riserva, ove la ditta dovesse risultare aggiudicataria, di successiva valutazione del campione che dovrà pervenire entro la prima settimana di settembre 2020 come da comunicazione MEPA del 04-08-2020.


TIMBRO E FIRMA


Dr. Mario C. P. San Giovanni


Dr. Mario C. P. San Giovanni


Dr. Mario C. P. San Giovanni

TIMBRO E FIRMA
ASP. AGRIGENTO
U.O.C. Area Territoriale del Farmaco
Direttore F.
Dott.ssa Enza Lucia Ferrara


Dott.ssa Enza Lucia Ferrara
ASP AGRIGENTO
U.O.C. Area Territoriale del Farmaco
Dott.ssa Roberta Ruggusa

ASPAG

AGRIGENTO P. O. S. GIOVANNI DI DIO - CANICATTI' P.O. BARONE LOMBARDO
SERVIZIO DI CAMERA BIANCA
RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 2611262

LOTTO 2

DITTA	CONFORME	NON CONFORME
BD	X	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico delle Camere Bianche, si è constatato che la valvola non consente un rimescolamento sicuro della siringa L4, durante il prelievo del farmaco dal flacone
BIOLENA	X	
GIIMAS	X	Dalla scheda tecnica del prodotto non si evince il dettaglio sulle informazioni del dispositivo, necessario a valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto con quelle richieste nel capitolo tecnico
HMC	X	Dalla scheda tecnica non si evince il volume di riempimento, come indicato nel capitolo tecnico, indispensabile per valutare l'entità degli sprechi di farmaco
KLINICOM	X	

TIMBRO E FIRMA

T.P. ANNO

TIMBRO E FIRMA
ASPAG
U.O.C. Area Farmacia
Dott.ssa E. ...

ASP AGRIGENTO
U.O.C. FARMACIA - LIZA
P.O. San Giovanni Di Dio
Dott.ssa Roberta Ruggusa

P. M. (non si riconosce)

ASPAG
 SCIACCA P.O. "GIOVANNI Paolillo II"
 SERVIZIO DI CAMERA BIANCA
 RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 2611262

Com. Hf. Rec. 161 DEL 09/08/2020
 | Rec. 165 DEL 24/08/2020

LOTTO 3

DITTA	CONFORME	NON CONFORME
BD	✗	Testata la campionatura con il personale infermieristico della Camera Bianca, si è constatato che il dispositivo non ha tenuta e causerebbe spandimento: si sono registrate gravi perdite di farmaco.
BIOLENA	✗	Testata la campionatura con il personale infermieristico della Camera Bianca, si è constatato che il dispositivo non si adatta bene al flaconcino del farmaco: aggancio non stabile.
EMOTEC		NON PARTECIPANTE
GIMAS	✗	
HMC		NON PARTECIPANTE
FRESENIUS	✗*	
KLINICOM		NON PARTECIPANTE

* La Ditta non ha presentato la campionatura richiesta. Pertanto si esprime la conformità in base alle informazioni riportate nella scheda tecnica. Ci si riserva di verificare, nel caso in cui la Ditta dovesse risultare aggiudicataria, la conformità tecnica del prodotto aggiudicato.

TIMBRO E FIRMA

A. S. P. AGRIGENTO
 DISTRIBUITO OSRED AEREO AG 2.
 U. O. C. FARMACIA
 Dr. STEFANIA ZERRAZZINO

TIMBRO E FIRMA

Giovanna Baldassarre
 G. Baldassarre

Rec. 161
 Rec. 165

ASPAG
AGRIGENTO P. O. S. GIOVANNI DI DIO/ CANICATTI' PO. BARONE LOMBARDO
SERVIZIO DI CAMERA BIANCA
RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 2611262

LOTTO 4

CONFORME

NON CONFORME

DITTA	CONFORME	NON CONFORME
BD	☒	
BIOLENA	☒	
EMOTEC	☒	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico dei servizi di Camera Bianca, si è constatato che la valvola non permette un innesto sicuro della siringa durante le manovre di inserimento del farmaco nella sacca
FRESENIUS	☒ *	
GIMAS	☒	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico dei servizi di Camera Bianca, si è constatato che la valvola non permette un innesto sicuro della siringa durante le manovre di inserimento del farmaco nella sacca
HMC	☒ *	
KLINICOM	☒	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico dei servizi di Camera Bianca, si è constatato che la valvola non permette un innesto sicuro della siringa durante le manovre di inserimento del farmaco nella sacca

* Si esprirete parere favorevole alla scheda tecnica, con riserva, ove la ditta dovesse risultare aggiudicataria, di successiva valutazione del campione che dovrà pervenire entro la prima settimana di settembre 2020.

TIMBRO E FIRMA

S.P. M. M.

10. MAGGIO 2020

M. M.

TIMBRO E FIRMA

ASP. AGRIGENTO
 U.O.C. Area Territoriale di Farmaco

U.O.C. AGRIGENTO
 P.O. San Giovanni Di Dio
 Dirigente Farmacia
 Dott.ssa Roberta Ragusa

ASPAG
AGRIGENTO P. O. S. GIOVANNI DI DIO/ CANICATTI' PO. BARONE LOMBARDO

RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 26112622

DITTA	CONFORME	NON CONFORME
BD	X	Dalla scheda tecnica non si evince la presenza del filtro in linea da 0,22 micron, così come richiesto nel capitoloato lenitivo. Anche il campione proposto non presenta il filtro a basso legame proteico.
BIOLENA	X	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico dei servizi di Camera Blanca, si è constatato che la valvola non permette un inleso sicuro della striscia durante le manovre di inserimento del farmaco nella sacca
EMOTEC	X	
FRESENIUS	X *	
GIMAS (BTC)	X	
KLINICOM	X	Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico dei servizi di Camera Blanca, si è constatato che la valvola non permette un inleso sicuro della striscia durante le manovre di inserimento del farmaco nella sacca

X Dall'esame della campionatura, effettuato con il personale infermieristico dei servizi di Camera Blanca, si è constatato che la valvola non permette un innesto sicuro della siringa durante le manovre di inserimento del farmaco nella sacca.

IP. MUSICA EST ANTIQUA

TIMBRO E FIRMA

ASP AGHIGENTO
U.O.C. FARMACOLOGIA

ASP. ASRIG S.P. AGRIGENTO
U.O.C. Area Territoriale Aree Territoriali del Formato
Dir. Dott.ssa Emanuela Ferrera

ASPAG
SCIACCA P.O. "GIOVANNI" Paola II"
SERVIZIO DI CAMERA BIANCA
RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 2611262

LOTTO 6


NON CONFORME

DITTA	CONFORME
BD	X
BIOLENA	X Testata la campionatura con il personale infermieristico della Camera Bianca ci si è accorti un difetto alla filettatura del terminale: continua a girare a vuoto senza un punto di fine avilimento.
GIMAS	X
EMOTEC	X Testata la campionatura con il personale infermieristico della Camera Bianca il set risulta mancante del clamp chiusura linea doppio (come in tutte le linee con filtro).
FRESENIUS	X*
HMC	X*
KLINICOM	X Testata la campionatura con il personale infermieristico della Camera Bianca il set risulta mancante del clamp chiusura linea doppio (come in tutte le linee con filtro).

TIMBRO E FIRMA

A S. P. AGRIGENTO
 DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
 U.O. C. TRAUMA
 Dr. STEFANIA TERRAZZINO

TIMBRO E FIRMA


 Dr. Stefania Terrazzino

Per 2/4

FORNITURA DAL PERSONALE INFERMIERISTICO DELL'AO DI ORCAGNA (CANTO GIOVANNA, SOR. STICCIARINA, RUEO, CARINA, SARTORIO, GIUSEPPI, RONALDO SI, ALLEGRA, LITTNER, MIRKO).

DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
U. O. C. FARMACIA
Dr. STEFANIA TERRAZZINO

ASPAG
SCIACCA P.O. "GIOVANNI Paolillo"
SERVIZIO DI CAMERA BIANCA

RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 2611262

LOTTO 7

DITTA	CONFORME	NON CONFORME
BD	✗	
BIOLENA	✗	
EMOTEC	✗	Testata la campionatura con il personale infermieristico della Camera Bianca il set risulta mancante del connettore terminale per infusione in bolo.
FRESENIUS		NON PARTECIPANTE
GIMAS	✗	
HMC	✗*	
KLINICOM	✗	

* La Ditta non ha presentato la campionatura richiesta. Pertanto si esprime la conformità in base alle informazioni riportate nella scheda tecnica. Ci si riserva di verificare, nel caso in cui la Ditta dovesse risultare aggiudicataria, la conformità tecnica del prodotto aggiudicato.

TIMBRO E FIRMA

A. S. P. AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
U. O. C. FARMACIA
Dr. STEFANIA TERRAZZINO

TIMBRO E FIRMA

Luca Scuderi - Barbara Carlucci - Gianluca Ghini

Luca Scuderi - Barbara Carlucci - Gianluca Ghini

Luca Scuderi - Barbara Carlucci - Gianluca Ghini

VALUTAZIONE DEL RISULTATO INFORMATICO
TAVOLATA DEL RISULTATO INFORMATICO
DELL'UNIVERSITÀ D'APPALTO (vedi foglio lotto 4)
PENSANDO A NUOVI LAVORI TRASPORTATI.

A S. P. AGRIENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
U. O. C. FARMACIA
Dr. STEFANIA TERRAZZINO

ASPAG
SCIACCA P.O. "GIOVANNI Paolo II"
SERVIZIO DI CAMERA BIANCA
RIFERIMENTO GARA TELEMATICA MEPA - RDO 2611262

LOTTO 8

DITTA	CONFORME	NON CONFORME
BD	X	
BIOLENA	X	
EMOTEC	X	
FRESENIUS		NON PARTECIPANTE
HMC	X*	
GIMAS	X	
KLINICOM	X	

* La Ditta non ha presentato la campionatura richiesta. Pertanto si espriime la conformità in base alle informazioni riportate nella scheda tecnica. Ci si riserva di verificare, nel caso in cui la Ditta dovesse risultare aggiudicataria, la conformità tecnica del prodotto aggiudicato.

TIMBRO E FIRMA
A. S. P. AGRIENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
U. O. C. FARMACIA
Dr. STEFANIA TERRAZZINO

TIMBRO E FIRMA

Stefania Terrazzino

Stefania Terrazzino

page 4/4