



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 15460 del 15.10.2020

AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

Fornitura di n. 4 "Elettrocardiografi" per le UU.OO. di terapia intensiva e sub-intensiva dei PP.OO. di Sciacca e Ribera

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

Oggetto del contratto: Affidamento fornitura in urgenza ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett.c) D. Lgs. n. 50/2016 di n. 4 "Elettrocardiografi" per le UU.OO. di terapia intensiva e sub-intensiva del P.O. di Sciacca e Ribera

Motivazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 ovvero "... procedura negoziata senza previa pubblicazione ... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ...", per ragioni di emergenza sanitaria determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 e contenimento della diffusione del virus.

Si informa che la scrivente ASP deve procedere ad acquistare, urgentemente, per i quantitativi, presunti, "Elettrocardiografi" per le UU.OO. di Terapia Intensiva e sub-intensiva dei PP.OO. di Sciacca e Ribera. Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web aziendale, ha il precipuo scopo di interpellare il mercato relativamente alle caratteristiche tecniche, ovvero, innanzi tutto verificare se le specifiche di cui trattasi consentano la reale partecipazione degli interessati. A tal fine, si invita a comunicare eventuali criticità che potrebbero impedire la partecipazione alla procedura di acquisto ed anche a riscontrare anche in caso di prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza.

Si precisa che i tempi tecnici della fornitura saranno di max gg.10, attesa la situazione di emergenza sanitaria in corso.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22.10.2020 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutte le utili informazioni (schede tecniche e depliants illustrativi) richieste e l'eventuale prezzo di offerto.

Con procedura ristretta sulla piattaforma MEPA/CONSIP verranno invitate alla competizione di gara le ditte che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti e migliorative.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407459)

L'Assistente Amministrativo
Sig. Alfonso De Leo

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Tirro

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo

File allegato:
capitolato tecnico



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
V.le della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
C.F. 02570930848 - P.I. 002570930848

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca Ribera
U.O.C. Anestesia-Rianimazione-Medicina Iperbarica-T. Antalgica
Direttore f.f. Dr. Francesco Petrusa
Tel.: 0925.962559 - Fax. 0925.962550 - E-mail : posciacca.anestesiarianimazione@aspag.it

CARATTERISTICHE TECNICHE :

n. 4 "Elettrocardiografo" compatto deve prevedere le funzionalità avanzate che permettono di rendere più semplice le attività di reparto.

Deve ottimizzare l'efficienza clinica, immettere le informazioni sul paziente utilizzando la tastiera alfanumerica oppure il lettore di codici a barre (opzionale).

Dotato di:

- Modulo interfaccia paziente digitale che incorpora le derivazioni con colori codificati, le derivazioni disposte in maniera intuitiva, affinché siano semplici e immediate da identificare. È inoltre possibile rimuovere e sostituire singolarmente i fili delle derivazioni, per un minor impatto sui costi di manutenzione.
- Display LCD non inferiore a 6,5", risoluzione 640 x 480 pixel, touchscreen.
- Lettore di schede magnetiche, lettore di schede SMART, scheda di memoria per gli ECG e scheda modem.
- Linguaggio XML standard per agevolare lo scambio di dati nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera.
- Indicatori della qualità del segnale per segnalare la presenza di elettrodi staccati o non funzionanti, rumore o altri fattori che influiscono sull'integrità del segnale, garantendo sempre la massima accuratezza degli ECG.
- Interpretazione tramite Algoritmo per le 12 derivazioni, specie per una valutazione delle condizioni di pazienti pediatrici e adulti, ad esempio per quanto riguarda la classificazione degli impulsi del pace-maker e una più rapida e precisa rilevazione dell'infarto miocardico acuto con sopravvivenza ST (STEAMI), analisi del tratto QT.
- Semplice sistema 1-2-3: ogni pulsante si illumina in sequenza guidando l'utilizzatore durante l'esame ECG.
- Tastiera alfanumerica per inserimento dati e referto del paziente.
- Acquisizione del segnale ECG, sino a 12 derivazioni (espandibile a 16), per pazienti adulti e pediatrici.
- Visualizzazione in tempo reale con indicazione del nome e dell'ID del paziente.
- Rilevazione pacemaker automatica e configurabile.
- Protezione dalle scariche del defibrillatore.
- Monitoraggio della qualità dell'ECG, mappa delle derivazioni anatomiche consente di visualizzare la posizione e l'etichetta delle derivazioni o elettrodi allentati o staccati.
- Forme d'onda con indicazione della qualità del segnale di ciascuna derivazione.
- Filtri per artefatti, di rete (CA) e in frequenza (tremori muscolari) passa-alto e passa-basso.
- Riconoscimento e posizionamento delle derivazioni in grado di rilevare 19 inversioni differenti delle derivazioni.
- Memorizzazione di 200 ECG e funzioni opzionali di trasferimento tramite modem, scheda CF, USB e connessione LAN.
- Interfaccia di uscita e protocollo di trasmissione funzionali alla connessione ad un sistema centralizzato di refertazione e controllo e/o alla rete dati ospedaliera.
- Accesso diretto alla worklist dei tracciati in retem e all'ADT aziendale se in linea.
- Mappatura grafica ST polare sui piani frontali e trasversali.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca Ribera
U.O.C. Anestesia-Rianimazione-Medicina Iperbarica-T. Antalgica
Direttore f.f. Dr. Francesco Petrusa
Tel.: 0925.962559 – Fax. 0925.962550 - E-mail : posciacca.anestesiarianimazione@aspag.it

- Anteprima di stampa a schermo intero dei referti ECG per una valutazione della qualità, prima della stampa, stampante termica integrata formato A4.
- Carrello con vano porta accessori con 5 ruote antiribaltamento.

Tanto si doveva per competenza, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore f.f.

U.O.C. Anestesia/Rianimazione OO. RR. Sciacca Ribera

Dr. Francesco Petrusa