



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

PROT: n. 160762 del 26.10.2020

## 2 ° AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

**Fornitura di n. 7 elettrocardiografi per reparti di Terapia Intensiva e Sub intensiva dei PP.OO. di Agrigento, Ribera e Sciacca**

**Denominazione e recapito della Stazione Appaltante:** Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

**Oggetto del contratto:** Affidamento fornitura in urgenza ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett.c) D. Lgs. n. 50/2016 di n. 7 elettrocardiografi per reparti di Terapia Intensiva e Sub intensiva dei PP.OO. di Agrigento, Ribera e Sciacca

**Motivazione:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 ovvero “... *procedura negoziata senza previa pubblicazione ... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ...*”, per ragioni di emergenza sanitaria determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 e contenimento della diffusione del virus.

Si informa che la scrivente ASP deve procedere ad acquistare, urgentemente, **per i quantitativi, presunti, di n. 7 elettrocardiografi per reparti di Terapia Intensiva e Sub intensiva dei PP.OO. di Agrigento, Ribera e Sciacca**. Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web aziendale, ha il precipuo scopo di interpellare il mercato relativamente alle caratteristiche tecniche, ovvero, innanzi tutto verificare se le specifiche di cui trattasi consentano la reale partecipazione degli interessati. A tal fine, si invita a comunicare eventuali criticità che potrebbero impedire la partecipazione alla procedura di acquisto ed anche a riscontrare anche in caso di prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza.

Si precisa che i tempi tecnici della **fornitura saranno di max gg.10**, attesa la situazione di emergenza sanitaria in corso.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 2.11.2020 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutte le utili informazioni (schede tecniche e deplianti illustrativi) richieste e l'eventuale prezzo di offerto.

Con procedura ristretta sulla piattaforma MEPA/CONSIP verranno invitate alla competizione di gara le ditte che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti e migliorative.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407459)

**L'Assistente Amministrativo**  
**Sig. Alfonso De Leo**

**File allegato:**  
**capitolato tecnico**

*Il Dirigente UOC Provveditorato*  
*Dott.ssa Maria*

**Il Dirigente Amministrativo**  
**Dott.ssa Maria Tirò**

**N. 7 elettrocardiografi per reparti di Terapia Intensiva e Sub intensiva dei PP.OO. di Agrigento, Ribera e Sciacca**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

*Elettrocardiografo compatto deve prevedere le funzionalità avanzate che permettono di rendere più semplice le attività di reparto.*

*Deve ottimizzare l'efficienza clinica, immettere le informazioni sul paziente utilizzando la tastiera alfanumerica.*

*Dotato di:*

- *Batteria integrata con autonomia minima 2 ore in monitoraggio continuo senza stampa.*
- *Display LCD non inferiore a 6,5", risoluzione 640 x 480 pixel.*
- *Possibilità di esportazione dei dati.*
- *Invio in formato DICOM ed in tempo reale degli ECG acquisiti al sistema di analisi ed archiviazione degli elettrocardiogrammi in dotazione all'Azienda (MUSE).*
- *Indicatori per segnalare la presenza di elettrodi disconnessi*
- *Monitoraggio della qualità dell'ECG: indicatori visivi della qualità del segnale da acquisire.*
- *Interpretazione tramite Algoritmo per le 12 derivazioni, specie per una valutazione delle condizioni di pazienti pediatrici e adulti, ad esempio per quanto riguarda la classificazione degli impulsi del pace-maker e una più rapida e precisa rilevazione dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento ST, analisi del tratto QT.*
- *Tastiera fisica alfanumerica per inserimento dati e referto del paziente.*
- *Acquisizione del segnale ECG, sino a 12 derivazioni per pazienti adulti e pediatrici.*
- *Visualizzazione in tempo reale con indicazione del nome e dell'ID del paziente.*
- *Rilevazione pacemaker automatica.*
- *Frequenza di Campionamento dell'amplificatore pari ad almeno 8000 campioni/sec/canale.*
- *Protezione dalle scariche del defibrillatore.*
- *Filtri per artefatti, di rete (CA) e in frequenza (tremori muscolari) passa-alto e passa-basso.*
- *Memorizzazione di 200 ECG, connessione LAN e WI-FI.*
- *Accesso diretto alla worklist dei tracciati in rete e all'ADT aziendale se in linea.*
- *Anteprima di stampa dei referti ECG per una valutazione della qualità, prima della stampa, stampante termica integrata formato A4.*
- *Carrello dedicato con vano porta accessori con ruote antiribaltamento.*
- *Accessori: cavo ECG riutilizzabile completo di SET di 10 cavetti terminali, singolarmente sostituibili, adattatori pluriuso per elettrodi adesivi sia a bottone che a francobollo, 10 risme di carta per ogni apparecchio.*