



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

PROT: n. 154005 del 14.10.2020

#### AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

Fornitura di n. 4 barelle radiotrasparenti e n. 4 barelle da trasporto pazienti per le UU.OO. di terapia intensiva e sub-intensiva dei PP.OO. di Sciacca e Ribera

**Denominazione e recapito della Stazione Appaltante:** Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

**Oggetto del contratto:** Affidamento fornitura in urgenza ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett.c) D. Lgs. n. 50/2016 di n. 4 barelle radiotrasparenti e n. 4 barelle da trasporto per le UU.OO. di terapia intensiva e sub-intensiva del P.O. di Sciacca e Ribera

**Motivazione:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 ovvero "... procedura negoziata senza previa pubblicazione ... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ...", per ragioni di emergenza sanitaria determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 e contenimento della diffusione del virus.

Si informa che la scrivente ASP deve procedere ad acquistare, urgentemente, per i quantitativi, presunti, di n. 4 barelle radiotrasparenti e n. 4 barelle da trasporto per le UU.OO. di Terapia Intensiva e sub-intensiva dei PP.OO. di Sciacca e Ribera. Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web aziendale, ha il precipuo scopo di interpellare il mercato relativamente alle caratteristiche tecniche, ovvero, innanzi tutto verificare se le specifiche di cui trattasi consentano la reale partecipazione degli interessati. A tal fine, si invita a comunicare eventuali criticità che potrebbero impedire la partecipazione alla procedura di acquisto ed anche a riscontrare anche in caso di prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza.

Si precisa che i tempi tecnici della fornitura saranno di max gg.10, attesa la situazione di emergenza sanitaria in corso.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 21.10.2020 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutte le utili informazioni (schede tecniche e deplianti illustrativi) richieste e l'eventuale prezzo di offerto.

Con procedura ristretta sulla piattaforma MEPA/CONSIP verranno invitate alla competizione di gara le ditte che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti e migliorative.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407459)

L'Assistente Amministrativo  
Sig. Alfonso De Leo

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Loredana Di Salvo

File allegato:  
capitolato tecnico

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848





Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
V.le della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO  
C.F. 02570930848 - P.I. 002570930848

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana  
*Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*

Ospedali Riuniti Sciacca Ribera

**U.O.C. Anestesia-Rianimazione-Medicina Iperbarica-T. Antalgica**

Direttore f.f. Dr. Francesco Petrusa

Tel.: 0925.962559 – Fax. 0925.962550 - E-mail : [posciacca.anestesiarianimazione@aspag.it](mailto:posciacca.anestesiarianimazione@aspag.it)

### CARATTERISTICHE TECNICHE :

#### **N° 4 Barelle radiotrasparenti**

- barella radiotrasparente per uso con arco a c, 4 sezioni, altezza variabile, il profilo del telaio inferiore deve essere con forma a "C" senza carter, per consentire il posizionamento delle apparecchiature radiografiche fin sotto il piano rete per tutta la lunghezza ed a qualsiasi altezza del piano di coricamento.
- Dimensioni ingombro (LxPxH): 2160 x 925 x 610/940 mm circa
- Telaio inferiore in acciaio verniciato con polveri epossidiche con additivo antimicrobico.
- Telaio superiore in alluminio verniciato con polveri epossidiche.
- Predisposto per l'inserimento di quattro aste porta flebo, due nelle zone testa e due nella zona piedi
- Completo di paracolpi posti alle estremità del telaio.
- Regolazione altezza e trendelenburg / contro trend
- La regolazione in altezza si ottiene azionando l'apposito pedale.
- Pedali con rivestimento in materiale antiscivolo.
- Piano radiotrasparente in stratificato.
- Sezione schienale regolabile in continuo tramite dispositivi a gas fino ad almeno 70°, sezione gambale fino a 25° e sezione pediera fino a 45° tramite meccanismo a scatto a 6 posizioni.
- Maniglie movimentazione abbattibili
- Sponde in tubolare di alluminio, movimentabili tramite un meccanismo rototraslante e dotate di blocco di sicurezza per prevenire azionamenti involontari
- 4 ruote singole diametro 200 mm frenanti tramite blocco centralizzato e direzionale azionabile con i due pedali posti alle estremità del lato piedi.
- Dimensioni piano rete: 190x71 cm
- Carico di lavoro sicuro: Kg 230
- Conformità alla Direttiva del Consiglio 93/42/CEE e s.m.i.

Le stesse sono indispensabili per gli eventuali esami radiografici dei pazienti "infetti", permettendo l'espletamento degli esami senza trasferimenti.



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
V.le della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO  
C.F. 02570930848 - P.I. 002570930848

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana  
*Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*

Ospedali Riuniti Sciacca Ribera

**U.O.C. Anestesia-Rianimazione-Medicina Iperbarica-T. Antalgica**

Direttore f.f. Dr. Francesco Petrusa

Tel.: 0925.962559 – Fax. 0925.962550 - E-mail : [posciacca.anestesiarianimazione@aspag.it](mailto:posciacca.anestesiarianimazione@aspag.it)

#### N° 4 barelle da trasporto

Capacità di carico 300 Kg circa

Superficie in 3 sezioni con due snodi di circa 77 cm x 190 cm, radiotrasparente

Piano regolabile in altezza con sistema pedale oleodinamico da 50 a 90 cm circa

Maniglie di spinta integrate ergonomiche a scomparsa in zona testa e zona piedi

Struttura su 4 ruote con quinta ruota a scomparsa in zona centrale per agevolare gli

spostamenti e per una migliore distribuzione dei grossi pesi

Freno di blocco per le quattro ruote centralizzato

Pedali di sterzo/freno - testa e piedi

Sponde laterali completamente a scomparsa integrate di almeno 20 cm più alte del piano del materasso

Asta portaflebo integrata di diametro adatto anche per pompe

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg da -18 a + 18°

Supporto integrato porta bombola

Vassoio portaoggetti

Asta portaflebo integrata - 2 o 3 sezioni

Materasso ignifugo in schiuma ad alta densità da 8 cm circa

Tanto si doveva per competenza, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore f.f.

**U.O.C. Anestesia/Rianimazione OO. RR. Sciacca Ribera**

Dr. Francesco Petrusa