



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)  
PROT: n. 161145 del 27.10.2020

## 2 °AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

### LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA PER I PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E RIBERA

**Denominazione e recapito della Stazione Appaltante:** Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

**Oggetto del contratto:** Affidamento fornitura in urgenza ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett.c) D. Lgs. n. 50/2016 di **LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA PER I PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E RIBERA**

**Motivazione:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 ovvero "... procedura negoziata senza previa pubblicazione ... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ... ", per ragioni di emergenza sanitaria determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 e contenimento della diffusione del virus.

Si informa che la scrivente ASP deve procedere ad acquistare, urgentemente, **LETTI ELETTRICI** (quantitativi specificati nell'allegato capitolato tecnico) per reparti di Terapia Intensiva dei PP.OO. di Agrigento, Ribera e Sciacca.

Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web aziendale, ha il precipuo scopo di interpellare il mercato relativamente alle caratteristiche tecniche, ovvero, innanzi tutto verificare se le specifiche di cui trattasi consentano la reale partecipazione degli interessati. A tal fine, si invita a comunicare eventuali criticità che potrebbero impedire la partecipazione alla procedura di acquisto ed anche a riscontrare anche in caso di prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza.

Si precisa che i tempi tecnici della **fornitura saranno di max gg.10**, attesa la situazione di emergenza sanitaria in corso.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 3.11.2020 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutte le utili informazioni (schede tecniche e deplianti illustrativi) richieste e l'eventuale prezzo di offerto.

Con procedura ristretta sulla piattaforma CONSIP verranno invitate alla competizione di gara le ditte che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti e migliorative.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407459)

*L'Assistente Amministrativo*  
*Sig. Alfonso De Leo*

*Il Dirigente Amministrativo*  
*Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Provveditorato*  
*Dott.ssa Lorettina Di Salvo*

File allegato:

capitolato tecnico

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848

**N. 38 LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA PER I PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E RIBERA**

**CAPITOLATO TECNICO**

Letto elettrico per terapia intensiva dotato delle seguenti caratteristiche:

- Letto elettrico per rianimazione con struttura in acciaio verniciato.
- Superficie paziente in tecnopolimero e/o HPL e/o materiale equivalente con sezione capo-tronco radiotrasparente.
- Ruote di ampio diametro, almeno 150 mm con sistema di frenatura centralizzato
- Comandi elettrici integrati nelle semi spondine (poste su entrambi i lati del letto), internamente per il paziente ed esternamente per gli operatori.
- Blocco selettivo dei comandi con possibilità di bloccare un singolo movimento o la totalità dei movimenti.
- Sezione schiena elevabile fino a circa 65°.
- Retrotraslazione della base dello schienale durante il sollevamento onde evitare lo schiacciamento dell'addome del paziente.
- Sezione femorale e gambe elettrica.
- Pulsante dedicato per il ritorno alla posizione orizzontale.
- Contemporanea elevazione della sezione schiena e del femorale durante il sollevamento schiena (autocontorno).
- Altezza variabile elettricamente da 45 a 80 cm circa.
- Pedale bilaterale per la variazione in altezza con sistema di blocco temporizzato.
- Trendelenburg / antitrendelenburg di 13° circa.
- Posizione di poltrona cardiologica ottenibile con la pressione di un solo pulsante.
- N°4 semi spondine (2 per lato) con caduta verticale ammortizzata.
- Sistema per RCP di facile accesso e rapida attivazione.
- Batteria ausiliaria per le movimentazioni in assenza di energia elettrica con indicatore dello stato di carica.
- Superficie paziente allungabile elettricamente di almeno 20 cm.
- Testiera e pediera facilmente asportabili, lavabili e sanificabili.
- N°4 alloggiamenti per aste flebo.
- Porta drenaggi integrati bilaterali.
- Allarme acustico in caso di letto non freno.
- Sistema che consenta il corretto posizionamento dello schienale a 30° e 45° e che possa consentire agli operatori di identificare ed accorgersi se il posizionamento non risulta corretto
- Sistema di rilevazione del peso paziente integrato alla struttura (Bilancia) con display touch screen a colori, posto su entrambi i lati (uno per lato), per la visualizzazione del peso e con funzione di tara ed autocompensazione. Possibilità di memorizzazione delle pesate paziente.
- Memorizzazione delle pesate paziente con visualizzazione di grafico su schermo touch screen.
- Luce di cortesia notturna bilaterale.
- Carico di lavoro sicuro (SWL-portata massima accessori compresi) 250 kg circa
- Portata paziente minima 180 kg.
- Asta flebo a due ganci telescopica integrata alla struttura.

Si richiede a corredo di ogni letto la fornitura di:

- Dispositivo per effettuare terapie polmonari (percussione, vibrazione) che consenta la facile movimentazione delle secrezioni polmonari del paziente automaticamente (tipo clapping).