



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)  
PROT: n. 161168 del 27.10.2020

## 2 °AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

### LETTI ELETTRICI PER TERAPIA SUB INTENSIVA E REPARTI DI DEGENZA PER I PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E RIBERA

**Denominazione e recapito della Stazione Appaltante:** Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

**Oggetto del contratto:** Affidamento fornitura in urgenza ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett.c) D. Lgs. n. 50/2016 di **LETTI ELETTRICI PER TERAPIA SUB INTENSIVA E REPARTI DI DEGENZA PER I PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E RIBERA**

**Motivazione:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 ovvero "... *procedura negoziata senza previa pubblicazione ... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ...*" , per ragioni di emergenza sanitaria determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 e contenimento della diffusione del virus.

Si informa che la scrivente ASP deve procedere ad acquistare, urgentemente, **LETTI ELETTRICI PER TERAPIA SUB INTENSIVA E REPARTI DI DEGENZA** (quantitativi specificati nell'allegato capitolato tecnico) **PER I PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E RIBERA.**

Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web aziendale, ha il precipuo scopo di interpellare il mercato relativamente alle caratteristiche tecniche, ovvero, innanzi tutto verificare se le specifiche di cui trattasi consentano la reale partecipazione degli interessati. A tal fine, si invita a comunicare eventuali criticità che potrebbero impedire la partecipazione alla procedura di acquisto ed anche a riscontrare anche in caso di prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza.

Si precisa che i tempi tecnici della **fornitura saranno di max gg.10**, attesa la situazione di emergenza sanitaria in corso.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 3.11.2020 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutte le utili informazioni (schede tecniche e depliants illustrativi) richieste e l'eventuale prezzo di offerto.

Con procedura ristretta sulla piattaforma CONSIP verranno invitate alla competizione di gara le ditte che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti e migliorative.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407459)

*L'Assistente Amministrativo*  
*Sig. Alfonso De Leo*

*Il Dirigente Amministrativo*  
*Dott.ssa Maria Tirò*

File allegato:  
capitolato tecnico

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848

*Il Direttore UOC Provveditorato*  
*Dott.ssa Loreadina Di Salvo*

**N° 62 LETTI ELETTRICI PER TERAPIA SUBINTENSIVA PER I PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E RIBERA E REPARTI DI DEGENZA DEL P.O. DI SCIACCA**

**CAPITOLATO TECNICO**

Letto elettrico per terapia subintensiva dotato delle seguenti caratteristiche:

Letto elettrico – 4 sezioni – altezza variabile elettrica

Testiera e pediera in plastica o equivalente.

Struttura a colonne o leveraggi.

Telaio realizzato in acciaio verniciato.

Piano rete a 4 sezioni realizzato interamente in laminato stratificato radiotrasparente almeno nella sezione toracica.

Regolazioni elettriche mediante pulsantiera di: Schienale (almeno 60°), gambale (almeno 15°), trendelemburg e antitrendelemburg (+ - 15°)

Pediera a regolazione manuale.

Completo di comandi integrati nelle semispindine.

Auto regressione di schienale.

Allarme freno non inserito. Indicatori di gradi di inclinazione Trend antiTrend e schienale.

Funzione di auto contour

Cpr manuale su entrambi i lati.

4 ruote diam. 150 mm con freno totale centralizzato e quinta ruota direzionale.

Allungalletto.

Dotato di batteria di emergenza.

4 paracolpi.

Almeno 6 ganci per sacche liquidi.

Carico di lavoro sicuro non inferiore a 200 kg.

4 Sponde a segmento.

Lunghezza circa cm 220 senza estensione.

Larghezza esterna incluso i paracolpi non superiore a cm 100

Altezza regolabile elettricamente minima minore o uguale a 45 cm e massima maggiore o uguale a 75 cm