



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 150449 del 08/10/2020

AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

Fornitura di letti elettrici da degenza

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

Oggetto del contratto: Affidamento fornitura in urgenza ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett.c) D. Lgs. n. 50/2016 di **letti elettrici da degenza**

Motivazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 ovvero "... *procedura negoziata senza previa pubblicazione ... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ...* ", per ragioni di emergenza sanitaria determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 e contenimento della diffusione del virus.

Si informa che la scrivente ASP deve procedere ad acquistare, urgentemente, presumibilmente, n. 62 letti elettrici da degenza. Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web aziendale, ha il precipuo scopo di interpellare il mercato relativamente alle caratteristiche tecniche (allegate), ovvero, innanzi tutto verificare se le specifiche di cui trattasi consentano la reale partecipazione degli interessati. A tal fine, si invita a comunicare eventuali criticità che potrebbero impedire la partecipazione alla procedura di acquisto ed anche a riscontrare anche in caso di prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza.

Si precisa che i tempi tecnici della fornitura saranno di max gg.10, attesa la situazione di emergenza sanitaria in corso.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13.10.2020 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutte le utili informazioni (schede tecniche e leaflets illustrativi) richieste e l'eventuale prezzo di offerto.

Con procedura ristretta sulla piattaforma MEPA verranno invitate alla competizione di gara le ditte che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti e migliorative.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407459)

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo*

File allegato:
capitolato tecnico

LETTO ELETTRICO DA DEGENZA E DA TERAPIA SUB INTENSIVA

Letto elettrico – 4 sezioni – altezza variabile elettrica

Testiera e pediera in plastica con additivo antimicrobico.

Struttura a colonne.

Telaio realizzato in acciaio verniciato con additivo antimicrobico.

Piano rete a 4 sezioni realizzato interamente in laminato stratificato radiotrasparente.

Schienale, gambale, altezza, trendelburg e antitrendelburg regolabili elettricamente mediante pulsantiera.

Pediera a cremagliera.

Completo di supervisor dedicato all'uso da parte del personale.

Auto regressione di schienale cm 12 e bacino cm 4.

Funzione di auto contour

Cpr manuale.

4 ruote diam. 150 mm con freno totale centralizzato.

Allungaletto cm 20

Dotato di batteria di emergenza.

4 paracolpi.

8 ganci per sacche liquidi.

Carico di lavoro sicuro 250 kg.

4 Sponde a segmento.

lunghezza cm 228

larghezza esterna incluso i paracolpi cm 97

altezza regolabile cm 41-84

motori con protezione IP-X4

Completi di materasso dotato delle seguenti caratteristiche:

-Materasso antidecubito asportabile

-Sistema terapeutico composto di una superficie antidecubito attiva costituita da circa 22 celle completamente ad aria suddivise in almeno 3 zone di redistribuzione della pressione gestibili individualmente.

- Possibilità del materasso antidecubito di effettuare le seguenti terapie: bassa pressione continua, terapia rotazionale continua con inclinazione di circa 20 gradi, pressione alternata e pulsoterapia. Pulsanti dedicati per sgonfiaggio Zona Sacrale e Zona Testa.