



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 152581 del 12-10-20

AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

Fornitura di sistemi per video broncoscopia portatili

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

Oggetto del contratto: Affidamento fornitura in urgenza ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett.c) D. Lgs. n. 50/2016 di **sistemi per video broncoscopia portatili**

Motivazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 ovvero “... *procedura negoziata senza previa pubblicazione ... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ...*”, per ragioni di emergenza sanitaria determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 e contenimento della diffusione del virus.

Si informa che la scrivente ASP deve procedere ad acquistare, urgentemente, presumibilmente, **n. 3 sistemi per video broncoscopia portatili**. Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web aziendale, ha il precipuo scopo di interpellare il mercato relativamente alle caratteristiche tecniche ovvero, innanzi tutto verificare se le specifiche di cui trattasi consentano la reale partecipazione degli interessati. A tal fine, si invita a comunicare eventuali criticità che potrebbero impedire la partecipazione alla procedura di acquisto ed anche a riscontrare anche in caso di prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza.

Si precisa che i tempi tecnici della fornitura saranno di max gg.10, attesa la situazione di emergenza sanitaria in corso.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19.10.2020** una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutte le utili informazioni (schede tecniche e depliant illustrativi) richieste e l'eventuale prezzo di offerto.

Con procedura ristretta sulla piattaforma MEPA/CONSIP verranno invitate alla competizione di gara le ditte che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti e migliorative.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407459)

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Lorenzana Di Salvo

File allegato:
capitolato tecnico

Capitolato tecnico

SISTEMA PER VIDEO BRONCOSCOPIA PORTATILE

- Sistema comprensivo di Monitor, Fonte luce a led, Processore, Videorecorder
- Totale assenza di fibre ottiche
- Ampiezza campo di visione 90°
- Profondità campo di visione da 3 a 50 mm
- Flessione distale alto/basso 130° - 130°
- Diametro sezione flessibile 4.0mm
- Diametro canale operativo 1.6mm
- Lunghezza utile inseribile 600mm
- Risoluzione display 1280x800
- Sistema di illuminazione mediante led distali
- Sistema di visione mediante telecamera distale
- Salvataggio di foto e video su Hard drive integrato (8Gb)
- Possibilità di salvare i dati su dispositivi esterni (USB)
- Possibilità di interfaccia con software di gestione immagini (opzionale)
- Bilanciamento del bianco mediante switch sull'impugnatura
- Regolazione dell'intensità luminosa mediante switch sull'impugnatura
- Alimentazione a batteria integrata (autonomia 4-5 ore di utilizzo)
- Monitor da 10" touch screen compatibile con tutti gli strumenti
- Uscita video HDMI per connessione ad un monitor aggiuntivo
- Possibilità di visualizzare i dati salvati direttamente sul dispositivo
- Carrello dedicato con braccio porta monitor snodato e porta endoscopio