



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
Telefono 0922 407459  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[mariatirro@aspag.it](mailto:mariatirro@aspag.it)

VERBALE N. 3

## VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI CON POMPE VOLUMETRICHE DA FORNIRE IN SERVICE IN FAVORE DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA DEI PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E CANICATTI**

Numero gara 7928914  
LOTTO N.1 – CIG 849448706E  
LOTTO N. 2 – CIG 84945081C2

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

### SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirrò   | - Presidente |
| 2) Dott. Giuseppe Palumbo | - Teste      |
| 3) Sig.ra Anna Spataro    | - Teste      |

### PREMESSO

Che con atto deliberativo n. 392 del 28.10.2020 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI CON POMPE VOLUMETRICHE DA FORNIRE IN SERVICE IN FAVORE DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA DEI PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E CANICATTI**, con scadenza presentazione delle offerte 13.11.2020 ore 10:00, successivamente posticipata al 18.11.2020 ore 10.00, come da notifica effettuata dalla piattaforma mepa il 10.11.2020 e avviso pubblicato sul sito dell'ASP di Agrigento;

Che, relativamente al numero dei fornitori invitati alla detta procedura, sono stati invitati n. 4946 operatori economici iscritti al bando Forniture specifiche per la Sanità, sottocategoria "Apparecchiature Elettromedicali - Dispositivi Medici";

Che in riscontro al superiore invito hanno presentato candidatura/offerta – entro il termine prescritto – le ditte ICU MEDICAL EUROPE SRL e SGM MEDICAL SRL, come da prospetto mepa allegato;

Che con verbale di gara del 18.11.2020 è stata esaminata la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti riscontrandola regolare ed è stata sospesa la seduta di gara per consentire la valutazione tecnica allo specialista in materia della documentazione tecnica presentata dai partecipanti alla RDO;

Che a seguito della consegna della documentazione tecnica allo specialista (lotto n. 1), il predetto ha inoltrato con nota 178665 del 20.11.2020 recante *"...al fine di meglio valutare il grado di conformità di quanto offerto dalle ditte con quanto richiesto nel capitolato, si richiede una demo, così da verificare la reale capacità di integrazione del prodotto verso la cartella in uso in reparto...entro 5 giorni...stante la necessità di pervenire tempestivamente all'aggiudicazione della fornitura. Infatti le scorte di deflussori delle UU.OO. di Oncologia dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Sciacca sono pressoché esaurite..."*;

Che conseguentemente le ditte ICU Medical e SGM Medical sono state invitate, tramite comunicazione di pari data sulla piattaforma Mepa, alla Demo richiesta dallo specialista per il giorno 25.11.2020 ore 12:00;

Che il predetto specialista ha richiesto la presenza alla Demo di altre figure, ovvero l'Ing. Informatico, un Farmacista e un tecnico della ditta fornitrice della cartella clinica oncologica;

Che con verbale del 27.11.2020 si è dato atto della valutazione tecnica delle offerte tecniche delle ditte partecipanti relativamente al lotto n. 1 e, sulla base dello stesso ad escludere la ditta SGM Medical dal prosieguo di gara per il lotto n.1 per non aver conseguito il giudizio di idoneità tecnica nonché ad ammettere la ditta ICU Medical al fase di apertura della relativa offerta economica e a riportare il contenuto dell'offerta presentata per il lotto n. 1 nel predetto verbale (€ 54.000,00).

Che con il medesimo verbale del 27.11.2020 si è dato atto *“Procede all'apertura della offerte tecniche delle ditte ICU Medical e SGM Medical relativa al lotto n. 2 che non era stato possibile aprire antecedentemente per un mero malfunzionamento del collegamento ad internet. Sospende la seduta per trasmettere la documentazione tecnica del lotto n. 2 allo specialista ed acquisire la relativa valutazione tecnica.”*.

Che la detta documentazione tecnica (lotto n. 2 ditte SGM Medical e ICU Medical) è stata trasmessa allo specialista il quale ha reso propria valutazione tecnica pervenuta con mail del 27.11.2020 ore 13.43

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara.

Innanzitutto, da pubblica lettura del verbale di valutazione tecnica del 27.11.2020 relativo alla valutazione delle schede tecniche trasmesse - lotto n. 2 -, di cui sinteticamente riporta gli esiti e per le cui motivazioni rinvia allo stesso che al presente viene allegato:

ditta ICU Medical – CONFORME

ditta SGM Medical – NON CONFORME.

Indi, procede ad escludere la ditta SGM Medical dal prosieguo di gara relativamente al lotto n. 1 per non avere conseguito il giudizio tecnico di conformità (giuste motivazioni indicate nel verbale tecnico).

Procede all'apertura dell'offerta economica della ditta ammessa ICU Medical per il lotto n. 1 e da atto che reca un'offerta complessiva annuale di €. 100.000,00 + IVA.

Per quanto sopra, aggiudica provvisoriamente la fornitura DI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI CON POMPE VOLUMETRICHE DA FORNIRE IN SERVICE IN FAVORE DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA DEI PP.OO. DI AGRIGENTO, SCIACCA E CANICATTI' come segue:

lotto n. 1 – ditta ICU Medical – prezzo complessivo annuale €. 54.000,00 + IVA – prezzo unitario €. 9,00 + IVA

lotto n. 2 – ditta ICU Medical – prezzo complessivo annuale €. 100.000,00 + IVA – prezzo unitario €. 10,00 + IVA.


Dispone le pubblicazioni e notifiche di legge.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 14.45.

IL PRESIDENTE

IL TESTE

IL TESTE







**AZ. SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO  
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 1  
P.O. S. GIOVANNI DI DIO  
U.O.C. Oncologia Medica**  
Direttore F.F. : Dr. Antonino Savarino  
Tel 0922. 44 22 41 Fax 0922. 44 22 65  
e-mail [poagrigento.oncologiamedica@aspag.it](mailto:poagrigento.oncologiamedica@aspag.it)

### **VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA**

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI CON POMPE VOLUMETRICHE DA FORNIRE IN SERVICE IN FAVORE DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA DEI PP.OO. DI AGRIGENTO, CANICATTI' E SCIACCA.**

In data 25.11.2020, alle ore 12, presso l'UOC di Oncologia Medica di questo PO, si è svolta DEMO al fine di verificare il grado di conformità delle pompe volumetriche e dei sistemi di infusione offerti dalle ditte partecipanti alla gara (ICU Medical e SGM Medical), con quanto richiesto nel capitolato tecnico, ed in particolare la reale capacità di integrazione delle pompe volumetriche con la cartella in uso in reparto.

Si è presentata ed ha partecipato alla DEMO solo la Ditta ICU Medical. La ditta SGM Medical, ha comunicato di non poter fornire nell'immediato pompe volumetriche capaci di interfacciarsi con il sistema operativo in uso nelle Oncologie e nelle UFA di questa ASP, per la mancanza di idoneo software.

Erano presenti alla dimostrazione pratica, presieduta dallo scrivente, il Dr Riccardo Insalaco (Dirigente Analista Servizio Informatico Aziendale), il Dr Giuseppe Bellavia (Direttore Dipartimento del Farmaco), la D.ssa Roberta Ragusa (Dirigente Farmacista PO di Agrigento), il Sig. Antonio Amata (tecnico della Ditta BiMind).

Presa visione della documentazione tecnica inviata da ICU Medical e SGM Medical, verificata la reale capacità di integrazione del prodotto offerto con la cartella clinica in uso in reparto, si esprime la seguente valutazione tecnica, relativamente al lotto n. 2 del capitolato tecnico:

- 1. L'offerta della Ditta ICU Medical è conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico e può essere ammessa alla gara**
- 2. L'offerta della Ditta SGM Medical non è conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico in quanto non può fornire nell'immediato pompe volumetriche capaci di interfacciarsi con il sistema operativo in uso nelle Oncologie e nelle UFA di questa ASP.**

**Pertanto, stante l'urgenza di dotare le UUOO di Oncologia di sistemi di somministrazione di antiblastici con pompe volumetriche per garantire le normali attività, la SGM Medical non può essere ammessa alla gara.**

Dr Savarino Antonino

Direttore FF UOC Oncologia Medica

*25.11.2020 con MGP del 27.11.2020 13.43*