

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1043 DEL 14 GIU. 2021

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE 738 DEL 15/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO	
PROPOSTA N. <u>1046</u> DEL <u>21-05-2021</u>	
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Laboratore Amministrativo Prof.le <u>Anno Spataro</u>	IL RESPONSABILE UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO <u>[Signature]</u>

VISTO CONTABILE			
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.			
Non comporta ordine di spesa			
() Autorizzazione n. _____ del _____	<table border="1"><tr><td>C.E.</td><td>C.P.</td></tr></table>	C.E.	C.P.
C.E.	C.P.		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>[Signature]</u> L'ADDETTO RESPONSABILE Coll. Amm. GLORIA PICONE	IL DIRETTORE UOC SECC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE <u>[Signature]</u>		

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 08-06-2021

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Provveditorato, Dott Oreste Falco

- Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n.478 del 4/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- Premesso che con deliberazione 738 del 15/12/2020 sono stati approvati gli atti della procedura negoziata sul Me Pa Rdo 2691204 per la fornitura in somministrazione annua di 500 videobroncoscopi flessibili monouso per intubazioni difficili per le sale Operatorie e Rianimazione del Po di Agrigento, aggiudicando la fornitura alla ditta M.G. Lorenzatto Srl corrente in Venaria Reale (TO) C.so Vercelli 28-30 per offerta più bassa rispetto a quella presentata dall'altra partecipante, ditta MTH srl corrente in Palermo;
- Considerato che sono pervenute formali contestazioni da entrambe le partecipanti alla gara sul difetto di conformità tecnica dei rispettivi videobroncoscopi offerti, attribuito dal Direttore della Uoc Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva del Po di Agrigento;
- Che, per quanto sopra, il Direttore della medesima Uoc ha ritenuto di chiedere ad entrambe le due ditte partecipanti alla gara la possibilità di eseguire prova pratica per ciascun broncoscopio offerto per *"testare effettivamente la reale corrispondenza tra quanto dichiarato e le caratteristiche di utilizzo reali del sistema chiuso di campionamento offerto"*;
- Che, con nota prot. 5091 dell'11/1/2021 questa Uoc Provveditorato ha chiesto ad entrambe le ditte MG Lorenzatto e MTH srl di presentare la campionatura del sistema chiuso di campionamento – broncoscopio – per l'effettuazione di prova pratica richiesta dal Direttore della Uoc Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva del Po di Agrigento il quale, effettuato il test, ha trasmesso nota prot. 23735 del 5/2/2021 confermando la conformità del prodotto offerto dalla ditta MTH srl e la non conformità del prodotto offerto dalla ditta MG Lorenzatto;
- Che è stato comunicato alle sopraindicate ditte l'esito della prova pratica, giuste note prot. 27563 e 27564 entrambe dell'11/2/2021, custodite agli atti d'ufficio, a seguito delle quali la ditta MG Lorenzatto ha trasmesso nota del 12/3/2021 contestando la non conformità del prodotto offerto e, quindi, l'esclusione dalla gara;
- Che detta nota è stata visionata dal Direttore UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del PO di Agrigento, il quale ha riscontrato giuste note 63294 dell'8/4/2021 e 83495 del 6/5/2021, custodite agli atti d'ufficio, ritenendo necessario per le esigenze del Reparto e in considerazione della gestione dei pazienti covid-19 rivisitare il capitolato tecnico di gara aggiungendo peculiarità dei videobroncoscopi da acquistare richiedendo che a corredo dello stesso venga fornito un sistema di campionamento sterile *"dedicato a circuito chiuso che venga direttamente connesso allo strumento..... l'utilizzo di un sistema totalmente sterile elimina il rischio di infezioni e contaminazioni crociate ed è indispensabile per pazienti con malattie infettive o con il sistema immunitario compromesso ogni broncoscopio"*;
- Rilevato che la migliore gestione delle esigenze cliniche del Reparto esplicita dal Direttore della UOC concretizza l'interesse pubblico prevalente rispetto all'interesse dell'aggiudicataria;
- Rilevato che la deliberazione 738/2020 di aggiudicazione della gara di che trattasi non ha prodotto effetti, non è stato sottoscritto contratto e, pertanto, non è sorto alcuno vincolo negoziale;
- Ritenuto, per quanto sopra di procedere alla revoca della deliberazione 738 del 15/12/2020;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) Revocare la deliberazione 738 del 15/12/2020 con la quale sono stati approvati gli atti di gara della Rdo 2691204 per la fornitura di 500 videobroncoscopi monouso per le Sale Operatorie e Rianimazione Po di Agrigento ed è stata aggiudicata la fornitura alla ditta MG di Lorenzatto corrente in corrente in Venaria Reale (TO) C.so Vercelli 28-30;
- 2) di dare atto che già con allegate note prot. 86397 e 86398 entrambe del 12/5/2021 è stato notificato alle ditte Mg Lorenzatto e M.T.H srl l'avvio del procedimento per la revoca dell'atto deliberativo 738/2020;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
- 4) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato;
- 5) Munire il presente atto di clausola di immediata esecuzione stante la necessità di rispettare i termini previsti da norma vigente per la conclusione del procedimento amministrativo;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott. Oreste Falco



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere

Data

favorevole
14/06/2021

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara




Parere

Data

favorevole
14/06/2021

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque







SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro

Tel. 0922407116 – 120

Fax 0922407211

Email – forniture@aspag.it

Prot. 86 397 del 12-5-2021

Alla ditta

MG LORENZATTO

Venaria Reale

pec: lorenzatto@pec.lorenzatto.com

Oggetto: procedura negoziata Rdo 2691204 fornitura in somministrazione di 500 videobroncoscopi monouso

Con riferimento alla gara in oggetto ed alla nota del 12/3/2021 con la quale codesta ditta ha contestato l'esclusione per offerta non conforme, si riscontra come di seguito tenuto conto delle controdeduzioni alla nota da parte del Direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione del Po di Agrigento.

Si premette che dalla documentazione acquisita agli atti d'ufficio emerge che entrambe le ditte hanno offerto un prodotto che non ha pedissequamente ricalcato le caratteristiche tecniche richieste, nel lo specifico codesta ditta non ha offerto le tre distinte misure richieste – mm 1,2 2,2 e 2,8. - per le quali il Direttore della stessa Unità operativa ha ritenuto, nonostante tutto, di dare la conformità.

In merito alle contestazioni addotte da codesta ditta avverso la non conformità del sistema in esito all'effettuazione della prova pratica si evidenzia che la prova richiesta dal Direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione del Po di Agrigento aveva lo scopo di valutare “sul campo” la validità del prodotto, direttamente dall'utilizzatore. Infatti il Direttore della medesima U.O. relaziona che *“Il fatto che la Ditta esprima un parere su quanto dichiarato in fase di test pratico è del tutto irrilevante perché l'utilizzatore che è un clinico ed è quello che andrà a trattare la patologia con l'ausilio del presidio, deve assolutamente esprimere un giudizio sulla reale bontà di un prodotto in considerazione di tutte le problematiche che vengono evidenziate e che scaturiscono dal suo utilizzo”*.

Per quanto attiene il giudizio espresso sempre dal Direttore della medesima Uoc che ha valutato il sistema offerto da codesta ditta “poco pratico” e “poco maneggevole” è da ritenersi pienamente opportuno stante che la *“impugnatura ergonomica, maneggevole e leggero”* è fra le peculiarità del sistema indicate nel capitolato tecnico di gara.

Pertanto anche codesta ditta nella nota indica che il sistema *“viene utilizzato con soddisfazione da numerosi ospedali italiani, compresi molteplici centri covid”* che è certamente una dichiarazione che deriva da una valutazione di natura squisitamente discrezionale.

Si comunica, altresì con la presente, l'avvio del procedimento, ex artt 7 e segg Legge 241/90, per la revoca dell'atto deliberativo 738 del 15/12/2020 avente ad oggetto “Rdo Me.Pa. 2691204 per la fornitura in somministrazione di 500 videobroncoscopi monouso per sale operatorie e rianimazione P.O. Agrigento. approvazione atti ed aggiudicazione gara”, che dovrà concludersi entro 30 gg dalla notifica della presente

Il Responsabile del procedimento è il Coll Amm.vo Sig.ra Anna Spataro

IL DIRETTORE U.O.C.

Servizio Provveditorato

Dr. Oreste Falco

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le

Anna Spataro



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro

Tel. 0922407116 – 120

Fax 0922407211

Email – forniture@aspag.it

Prot. 86998 del 12-05-2024

M.T.H. Srl

Palermo

(pec: info@mtshrllegalmail.it)

PEC: MTSHRL@C.F.N.LEGALMAIL.IT

Oggetto: procedura negoziata Rdo 2691204 fornitura in somministrazione di 500 videobroncoscopi monouso

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica, con la presente, l'avvio del procedimento, ex artt 7 e segg Legge 241/90, per la revoca dell'atto deliberativo 738 del 15/12/2020 avente ad oggetto "Rdo Me.Pa. 2691204 per la fornitura in somministrazione di 500 videobroncoscopi monouso per sale operatorie e rianimazione P.O. Agrigento. approvazione atti ed aggiudicazione gara", che dovrà concludersi entro 30 gg dalla notifica della presente

Il Responsabile del procedimento è il Coll Amm.vo Sig.ra Anna Spataro

Collaboratore Amministrativo Prof.le
Anna Spataro

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato

Dr. Oreste Falco

Capitale Sociale € 3.250.000 interamente versato

10078 VENARIA REALE (TO) - CORSO VERCELLI 28-30

TELEF. (+39) 011 770.5.770 r.a.

FAX (+39) 011 770.57.57

EMAIL: lorenzatto@lorenzatto.comPEC: amministrazione@pec.lorenzatto.comPEC Uff. Comm: lorenzatto@pec.lorenzatto.comWEB: www.lorenzatto.com

ISCRITTA AL R.E.A DI TORINO CON N. 228202

ISCRITTA AL REG. IMPRESE DI TORINO CON N. 00458450012

COD. FISC. / P. IVA 00458450012



Venaria Reale, 12 marzo 2021

Spett.le
Servizio Sanitario Nazionale Regione
Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria n. 321
92100 AGRIGENTO

*Alla cortese attenzione
Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Di Falco*

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RDO 2691204 FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI
500 VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO.**

*

Abbiamo ricevuto la Vostra ultima prot. n. 27563 dell'11.2.2021 ricevuta l'11.2.2021 con la quale il Servizio Provveditorato ha comunicato l'esclusione dell'offerta presentata dalla società MG Lorenzatto s.r.l. alla procedura negoziata in oggetto *"per non conformità tecnica"*. Il provvedimento è stato assunto a seguito di prova pratica sul broncoscopio Broncoflex che, pur ritenuto un *device di buona qualità*, è stato considerato non conforme in quanto *"presenta un sistema di campionamento poco pratico, che comporta l'ausilio necessario di un secondo operatore, prevedendo un circuito di raccoglimento del campione costituito da due tubi lunghi collegati al contenitore del materiale aspirato che rende il prodotto poco maneggevole e quasi di ostacolo nelle procedure al letto del paziente e, soprattutto, in emergenza"*.

Contestiamo tali affermazioni. La prova è stata effettuata senza il contraddittorio con l'impresa, per cui non si può avere contezza di quanto unilateralmente esposto. In ogni caso, per quanto a noi noto e per l'esperienza dell'utilizzo del device presso numerose strutture sanitarie e aziende sanitarie, non corrisponde al vero che sia necessario l'ausilio di un secondo operatore e che il sistema di campionamento sia di ostacolo nelle procedure, visto che viene utilizzato con soddisfazione da numerosi ospedali italiani, compresi molteplici centri Covid. Alcun valore può essere attribuito al

fatto che il sistema è ritenuto “poco pratico” e “poco maneggevole”: tale giudizio, di natura squisitamente discrezionale, non si riporta ad alcuno dei requisiti previsti dal Capitolato Tecnico e, come tale, non può costituire idonea motivazione del provvedimento di esclusione. Ove codesto Provveditorato avesse inteso valorizzare detto aspetto, avrebbe dovuto impostare la procedura con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio di non conformità, fondato sulla suddetta motivazione, è dunque palesemente illegittimo.

A ciò si aggiunge che non è stata presa in alcuna considerazione la nota di osservazioni datata 29.12.2020 presentata dalla scrivente Società, in riscontro alla Vostra comunicazione prot. n. 202812 del 28.12.2020, con la quale era stata data esaustiva esplicazione della piena rispondenza del prodotto offerto al Capitolato Tecnico. Il device offerto dalla scrivente Società si compone del broncoscopio e del relativo sistema di campionamento, totalmente sterile e chiuso, tale da garantire la piena sicurezza dell’operatore, come illustrato nella scheda tecnica depositata nella procedura. Nella Vostra del 28.12.2020 si riporta invece che il prodotto non presenterebbe le caratteristiche di un sistema a circuito chiuso, dedicato e integrato al broncoscopio: tali caratteristiche, tuttavia, non sono in alcun modo state specificate nel Capitolato Tecnico nella declinazione in cui sono state *ex post* intese.

o

Occorre ancora rimarcare, per completezza e per scrupolo, che il prodotto offerto dal secondo classificato (che, a quanto avete riferito, ha promosso la procedura di revisione dell’aggiudicazione precedentemente disposta a nostro favore) non risponde ai requisiti del Capitolato: la sonda di diametro di 5.8 mm e canale operativo di 2.8 mm non presenta un angolo di piegatura della punta di “almeno 180°”. Ciò risulta chiaramente dalle schede tecniche, a cui abbiamo avuto accesso. Tale offerta dovrebbe conseguentemente essere esclusa.

Sarebbe gravemente pregiudizievole per l’amministrazione l’aggiudicazione della procedura a favore di un prodotto ben più esoso economicamente e che non risponde a pieno e contrasta in modo conclamato al Capitolato.

Tra l’altro, con riguardo a detto concorrente, ci avvediamo che non ci è pervenuta la lettera di contestazione che ha mosso nei riguardi dell’aggiudicazione disposta a nostro favore: trattandosi di documentazione amministrativa del procedimento di gara, essa non può essere sottratta all’accesso e pertanto si insiste sull’istanza presentata al riguardo.

o

Alla luce di quanto sopra, si chiede che codesta Azienda voglia riconsiderare la posizione assunta e annullare in via di autotutela il provvedimento di esclusione dell’11.2.2021.

Subordinatamente, si chiede che venga considerata, nell'interesse pubblico e nell'interesse alla massima partecipazione, la non rispondenza del Capitolato alle esigenze manifestate successivamente dall'Azienda, con conseguente annullamento in via di autotutela dell'intera procedura.

Si diffida in ogni caso codesta Azienda dal procedere all'aggiudicazione della procedura al concorrente collocatosi al secondo posto nella graduatoria, vista la non conformità del prodotto offerto ai requisiti della procedura.


Certi che vorrete prendere in esame quanto sopra esposto, restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti,

M.G.LORENZATTO s.r.l.

Federico Cardinali

Presidente CdA/Legale Rappresentante





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA

Prot. N. 00 23735 del 05/02/2021

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. O. Falco
Alla c.a. Sig.ra Spataro

Oggetto: giudizio di conformità dopo test pratico di videobroncoscopi flessibili monouso per intubazioni difficili previste e impreviste, procedure di pulizia e tracheotomie.

Gent.mi

In riferimento alla procedura di acquisto di videobroncoscopi monouso, a seguito di indagine di mercato si era trasmessa con nota prot. N. 184205 del 27-11-2020 giudizio di conformità come di seguito descritto:

Ditta ASE: Indicato bilanciamento del bianco manuale (richiesta non necessaria la prova del bianco). Non viene indicata la caratteristica di trattamento anti-appannaggio della telecamera. Non viene indicata la presenza di un sistema ad anelli integrato per il fissaggio del tubo endotracheale. Non viene indicata la fornitura dei kit di campionamento sterile. Per quanto sopra elencato il prodotto si ritiene **NON CONFORME**.

Ditta LORENZATTO: caratteristiche del tutto conformi alla richiesta. Per quanto concerne le misure, la Ditta dichiara la disponibilità di sole due misure con canale operativo da 2,8 e 1,4. Si ritiene che anche solamente tali misure possano soddisfare tutte le esigenze cliniche. Si considererà, pertanto, in caso di aggiudicazione, una fornitura complessiva di 400 con canale da 2.8 (richiesti 250 da 2,8 e 150 da 2,2) e 100 con canale 1,4. Per quanto sopra esposto si ritiene **CONFORME**.

Ditta MTH: caratteristiche del tutto corrispondenti alla richiesta. Pertanto si ritiene **CONFORME**.

In data 25-12-2020 lo scrivente, in seguito alla richiesta da parte della ditta MTH srl di rivalutazione delle conformità date, inviava dopo analisi attenta del sistema di campionamento offerto dalla ditta Lorenzatto, parere di non conformità.

In maniera più precisa, ci si riferiva alla tipologia del sistema di campionamento: esaminando attentamente i documenti, si evinceva non un sistema proprietario ma un comune sistema di campionamento di terze parti. Nella scheda tecnica della casa produttrice del broncoscopio offerto non veniva menzionato né veniva presentato un documento attestante la compatibilità broncoscopio/campionamento né tanto meno una garanzia di "sistema a circuito chiuso".

Nello specifico, è stato proposto un sistema di campionamento classico che richiede a fine aspirazione la rimozione dei tubi di collegamento, raccordo a T, apertura del contenitore contenente citologico e chiusura con lo stesso tubo di aspirazione.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA

Successivamente, a seguito delle controdeduzioni della ditta Lorenzatto del 29-12-2020 che contestavano quanto esposto in precedenza, si provvedeva a richiedere in data 05-01-2021 test pratico sui prodotti offerti dalla due Ditte.

Pertanto, ricevuta la campionatura, si è proceduto al test.

La ditta MTH propone un sistema di campionamento dedicato, chiuso, che offre una ottima manualità procedurale in quanto, essendo un tutt'uno con il videobroncoscopio consente di manovrare agevolmente il device senza ostacolo alcuno, anche a letto del paziente e nelle manovre disostruttive delle vie aeree in emergenza.

La ditta Lorenzatto, pur offrendo un device di buona qualità, offre, a corredo, un sistema di campionamento poco pratico, che comporta l'ausilio necessario di un secondo operatore, prevedendo un circuito di raccoglimento del campione costituito da due tubi lunghi collegati al contenitore del materiale aspirato che, inevitabilmente, rendono il prodotto poco maneggevole e quasi di ostacolo nelle procedure al letto del paziente e, soprattutto, in emergenza.

Si segnala inoltre che, durante le manovre di disostruzione bronchiale ed ispezione dell'albero respiratorio, più volte durante il test, si è assistito alla caduta del contenitore dal ripiano di appoggio.

Per quanto sopra esposto, non si ritiene conforme il prodotto di Lorenzatto.

A scanso di ulteriori contestazioni, si ricorda che lo scrivente, nonostante il capitolato recitasse espressamente la richiesta di tre misure, aveva reso conformi le due misure, confidando nella buona qualità descritta del videobroncoscopio.

Purtroppo lo stesso non si può dire del sistema di campionamento offerto.

Si richiede pertanto che la gara in oggetto venga aggiudicata dalla ditta MTH:

- N.100 sonda di diametro di 3,8 mm e canale operativo di 1,2 mm
- N.250 sonda di diametro di 5.8 mm e canale operativo di 2.8 mm
- N.150 sonda di diametro di 5.0 mm e canale operativo di 2.2 mm
- N.400 kit campionamento sterile.
- Almeno N. 3 Monitor con display a colori LCD TFT dedicato, connessione diretta videobroncoscopio-monitor, possibilità di registrare e fotografare durante le procedure;

Si ricorda che qualunque ritardo nella fornitura è a discapito dell'assistenza ai pazienti.

In attesa di Vs. cordiale riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Agrigento, li 05-02-2021

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. SAN GIOVANNI D'IDIO
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro

Tel. 0922407116 – 120

Fax 0922407211

Email – forniture@aspag.it

Prot. 5091 del 11-01-2021

Alle ditte

MG LORENZATTO

Venaria Reale

pec: lorenzatto@pec.lorenzatto.com

M.T.H. Srl

Palermo

pec: mthsr1@legalmail.it

e, p.c. Al Direttore ff Uoc Anestesia e Rianimazione Po Agrigento

Al Responsabile Magazzino Economato Po Agrigento


Oggetto: procedura negoziata Rdo 2691204 fornitura in somministrazione di 500 videobroncoscopi monouso


Con riferimento alla gara in oggetto ed alla insorta problematica inerente la conformità dei broncoscopi offerti da codeste ditte per i quali entrambe hanno chiesto la rivalutazione tecnica. Il Direttore ff Uoc Anestesia e Rianimazione Po Agrigento, che legge per conoscenza, ha chiesto di *“eseguire prova pratica per testare effettivamente la reale corrispondenza del sistema chiuso di campionamento offerto”* da entrambe le ditte offerenti.

Si invitano quindi codeste ditte a presentare entro 15 gg dalla presente campionatura del sistema chiuso di campionamento offerto.

La campionatura dovrà essere consegnata previa comunicazione almeno entro le 24 ore precedenti al Sig. Bonnaccolta, che legge per conoscenza, tel. 0922/442108 o fax 0922/442813, presso l'Asp Magazzino Economato P.O. di Agrigento C.da Consolida. All'esterno della campionatura dovrà essere indicato *“campionatura videobroncoscopio procedura negoziata Rdo 2691204”*. La campionatura si intende ceduta a titolo gratuita e, pertanto, non dovrà essere ritirata dalla ditta che l'ha consegnata.

Questa Azienda si riserva la possibilità di procedere alla revoca della gara senza che senza che codeste Ditte abbiano nulla a che pretendere.

 **Laboratore Amministrativo Prof.le**
Anna Spataro

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato

Dr. Oreste Falco

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 738 DEL 15 DIC. 2020

OGGETTO: RDO ME.PA. 2691204 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI 500 VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO PER SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE P.O. AGRIGENTO. APPROVAZIONE ATTI ED AGGIUDICAZIONE GARA.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 827 DEL 07-12-2020

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Prof.le

Anna Spataro

IL RESPONSABILE UOC
SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. con altre referenze

C.F.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SIO RA CALOGERA BAIO
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

II. DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Roberto Salvatore

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 07/12/2020

L'anno duemilaventi il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante NAMA GRAZIA CRESCESTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo

- Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n.478 del 4/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- Premesso che con pregresse note ed in ultimo allegate note prot 130861 del 3/9/2020 e prot. 163500 del 29/10/2020 il Direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione del Po di Agrigento ha richiesto l'acquisto di 500 videobroncoscopi flessibili monouso per intubazioni difficili stante che tale *"sistema totalmente sterile elimina il rischio di infezioni e contaminazioni.....in particolare da COVID-19, Tbc, Ebola;*
- Considerato che per i videobroncoscopi non ci sono ad oggi contratti attivi come indicato nelle allegate note del Direttore del Dipartimento del Farmaco prot. 81724 dell'1/6/2020 e successiva prot. 129370 dell'1/9/2020, il quale, peraltro, ha manifestato la necessità di acquisto di tali broncoscopi *"a causa dell'emergenza coronavirus per limitare al massimo rischio di contaminazione crociata tra un paziente e l'altro"* ;
- Dato atto della autorizzazione di procedere all'acquisto apposta dal Direttore Sanitario aziendale con annotazione autografa sulla superiore nota prot. 129370/2020;
- Calcolata in € 147.000,00 oltre la spesa complessiva presunta desunta dai prezzi di cui ad analoga gara espletata dalle Aziende Sanitarie ed ospedaliere del Bacino orientale;
- Che si è, quindi, ritenuto in ottemperanza all'obbligo di quanto stabilito per gli acquisti sotto soglia comunitaria dall'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n 94 del 6/7/12 di dovere ricorrere al Me.P.A. - Mercato elettronico Pubblica Amministrazione, di espletare procedura negoziata, ai sensi del combinato dall'art. 63 del D lgs 50/2016 e dall'art 1 comma 2 lett. b) della Legge 120 dell'11/11/2020 tramite invio di RDO 2691204 del 13/11/2020 per la fornitura in somministrazione annuale di 500 videobroncoscopi flessibili monouso, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del D lgs 50/2016 smi, per offerta più bassa;
- Che sono state invitate a produrre offerta le ditte abilitate al Me.Pa per il metaprodotto oggetto di gara e che entro il termine di scadenza previsto dalla RDO hanno riscontrato le seguenti ditte:
Ditta M.G. Lorenzatto Srl
Ditta Medical Technology for Heart srl
Ditta ASE
tutte ammesse alla gara per avere prodotto regolare documentazione amministrativa;
- Dato atto della relazione di valutazione tecnica redatta dal Direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione del Po di Agrigento custodita agli atti d'ufficio, che ha dato la conformità tecnica ai broncoscopi offerti dalle ditte MG Lorenzatto e Medical Technology for Heart srl, comunicando, invece, la non conformità tecnica per la ditta ASE;
- Che, per quanto sopra si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse alla gara delle quali si riportano i prezzi complessivi offerti, iva esclusa:
Ditta M.G. Lorenzatto Srl € 114.100 ,00 oltre iva
Ditta Medical Technology for Heart srl € 146.250,00 oltre iva
- Che, pertanto, alla luce di quanto sopra, si procede ad aggiudicare la presente Rdo 2691204 alla ditta M.G. Lorenzatto Srl corrente in Venaria Reale (TO) C.so Vercelli 28-30 al prezzo complessivo di € 114.100,00 oltre iva;
- Allegato alla presente deliberazione l'elenco riepilogativo delle attività poste in essere per la superiore aggiudicazione e l'offerta della ditta aggiudicataria;



- Individuato ai sensi dell'art. 32 del D Lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzioni del contratto (D.E.C.) il Direttore del Dipartimento del Farmaco

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) Di approvare gli allegati atti della gara telematica sul Me.Pa Rdo n.2691204 - espletata ai sensi del combinato disposto dall'art. 63 del D lgs 50/2016 e dall'art 1 comma 2 lett. b) della Legge 120 dell'11/11/2020 tramite invio di RDO 2691204 del 13/11/2020 per la fornitura in somministrazione annuale di 500 videobroncoscopi flessibili monouso, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del D lgs 50/2016 smi, per offerta più bassa occorrenti al P.O. Di Agrigento e richiesti dal Direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione del Po di Agrigento giuste allegate note indicate in premessa; prot. 143010 del 24/9/2020;
- 2) Di affidare, quindi, la fornitura alla ditta M.G. Lorenzatto Srl corrente in Venaria Reale (TO) C.so Vercelli 28-30 che li offre complessivamente ad € 114.100,00 oltre iva
- 3) Di nominare ai sensi dell'art. 32 del D Lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato e quale Direttore delle esecuzioni del contratto D.E.C.) il Direttore del Dipartimento del Farmaco;
- 4) Di gravare la somma complessiva di € 140.343,00 iva compresa così suddivisa:

Imponibile	€ 114.100,00	C501010512
Competenze interne di funzioni tecniche ex art 113 del D lgs 50/2016 e smi	€ 1.141,00	C516040605/P202050601
Iva 22%	€ 25.102,00	C501010512

grava per € 12.000,00 sul bilancio 2020, giusta nota 323 /2020, dando mandato al Sefp di gravare la somma residuale di 128.343,00 sul bilancio 2021 a valere sul centri di costo della Farmacia Po Agrigento che emetterà gli ordini;

- 5) Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze a titolo di incentivi ex art 113 del D lgs 50/2016 – di cui al regolamento aziendale approvato con deliberazione 1283 del 3/8/2020 al personale costituente il gruppo di lavoro della odierna procedura, individuato con disposizione prot ...18.9.9.6...del ...4/12/2020
- 6) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e il Dipartimento del farmaco ognuno per le proprie competenze;
- 7) Munire il presente atto di clausola di immediata esecuzione stante la necessità dell'approvvigionamento del dispositivo medico necessario per le attività clinico-sanitarie dei PPOO. Aziendali;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Dr.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

famuvah
15/12/2020

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

gab
15/12/2020

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

[Signature]

Il Segretario verbalizzante

~~IL COLLABORATORE AMM.VO TPO~~

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescente

[Signature]

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO (AG)
TEL:0922407111 FAX:0922407230

Pag. 1

07/12/2020

Contabilit : Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2020
Dal Conto :
Al Conto : ZZZZZZZZZZZZZZ
Dalla data : 07/12/2020
Alla data : 07/12/2020
Dalla P.Nota: 207202
Alla P.Nota : 207202
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cl/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
207202	07/12/20	07/12/20		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	1.141,00		0,00
	1	P,827/2020-PROV.				ACC. SOMME EX ART.113FORNITURA N.500 VIDEOBRONCOSCOPI P.O.AG			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		1.141,00
T O T A L E M O V I M E N T I ---->								1.141,00	1.141,00



acquistinretepa.it

La rete degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2691204
Descrizione RDO:	Fornitura n. 500 videobroncoscopi monouso
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto ordinante	LOREDANA DI SALVO
Soggetto stipulante	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	13/11/2020 10:50
Termine ultimo presentazione offerte:	23/11/2020 14:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	18/11/2020 14:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	23/05/2021 14:00
Giorni dopo la stipula per consegna Beni / Decorrenza Servizi:	7
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite

	dall'Amministrazione.
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 fornitura 500 videobroncoscopi monouso

CIG	
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Videobroncoscopi flessibili diam 3,8/100/
Oggetto di Fornitura 2	Videobroncoscopi flessibili diam 5,8/250/
Oggetto di Fornitura 3	Videobroncoscopi flessibili diam 5,0/150/
Oggetto di Fornitura 4	kit campionamento sterile/400/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	147000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	M.G. LORENZATTO S.R.L.	Singola	00458450012	19/11/2020 13:08
2	MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.	Singola	04272070824	17/11/2020 12:33
3	ASE	Singola	00551370372	23/11/2020 10:34

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	24/11/2020 15:35:59	26/11/2020 09:18:42

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	LETTERA INVITO		DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DPR445/00 ARTT 46 E 47		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
MEDICAL TECHNOLOGY	Approvato	nessuna	Approvato	avviato soccorso		nessuna		nessuna

FOR HEART S.R.L.				istruttorio			
ASE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/11/2020 09:18:49	03/12/2020 08:51:43

Concorrente	SCHEDE TECNICHE	
	Valutazione	Note
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Approvato	nessuna
MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.	Approvato	nessuna
ASE	NON Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	03/12/2020 08:51:51	03/12/2020 09:04:12

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Approvato	nessuna
MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.	Approvato	nessuna
ASE	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
M.G. LORENZATTO S.R.L.	114100,00000000
MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.	146250,00000000
ASE	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2691204
Descrizione RDO	Fornitura n. 500 videobroncoscopi monouso
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (fornitura 500 videobroncoscopi monouso)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice Fiscale Ente	02570930848
Nome ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO
Indirizzo ufficio	VIALE DELLA VITTORIA, 321 - AGRIGENTO (AG)
Telefono / FAX ufficio	0922407404 / 0922407120
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	DI SALVO LOREDANA / CF:DSLLDN67C56F830F
Firmatari del contratto	FEDERICO CARDINALI / CF:CRDFRC68B09L219W

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	M.G. LORENZATTO S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00458450012
Codice Fiscale Operatore Economico	00458450012
Partita IVA di	00458450012

Fatturazione	
Sede Legale	CORSO VERCELLI 28-30 - VENARIA REALE (TO)
Telefono	0117705770
Posta Elettronica Certificata	LORENZATTO@PEC.LORENZATTO.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00458450012
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	TO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IITORINO.UTTORINO2@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6733467
Offerta sottoscritta da	CARDINALI FEDERICO
Email di contatto	LORENZATTO@PEC.LORENZATTO.COM
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	23/05/2021 14:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 4)	
Bando	Fornitura n. 500 videobroncoscopi

	monouso
Categoria	Videobroncoscopi flessibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Videobroncoscopi flessibili diam 3,8
Quantità	100
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	non inserito
Codice articolo produttore	non inserito
Nome commerciale del videobroncoscopio flessibile*	BRONCOFLEX AGILE
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	VEDERE SK TECNICA
Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND	non inserito
Linee CCD*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza utile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza tratto angolabile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro [mm]*	3,8
Angolo di visione [°]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo minima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo massima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento alto [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento basso [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento destro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento sinistro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro secondo canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Sistema di blocco*	VEDERE SK TECNICA
Canale di lavaggio/irrigazione*	VEDERE SK TECNICA
Prezzo*	225
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 4)	
Bando	Fornitura n. 500 videobroncoscopi monouso
Categoria	Videobroncoscopi flessibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	kit campionamento sterile

Quantità	400
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	non inserito
Codice articolo produttore	non inserito
Nome commerciale del videobroncoscopio flessibile*	KIT CAMPIONAMENTO
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	VEDERE SK TECNICA
Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND	non inserito
Linee CCD*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza utile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza tratto angolabile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di visione [°]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo minima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo massima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento alto [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento basso [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento destro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento sinistro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro secondo canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Sistema di blocco*	VEDERE SK TECNICA
Canale di lavaggio/irrigazione*	VEDERE SK TECNICA
Prezzo*	4
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (3 di 4)	
Bando	Fornitura n. 500 videobroncoscopi monouso
Categoria	Videobroncoscopi flessibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Videobroncoscopi flessibili diam 5,0
Quantità	150
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	non inserito
Codice articolo produttore	non inserito

Nome commerciale del videobroncoscopio flessibile*	BRNCOFLEX VORTEX
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	VEDERE SK TECNICA
Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND	non inserito
Linee CCD*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza utile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza tratto angolabile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro [mm]*	5,0
Angolo di visione [°]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo minima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo massima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento alto [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento basso [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento destro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento sinistro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro secondo canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Sistema di blocco*	VEDERE SK TECNICA
Canale di lavaggio/irrigazione*	VEDERE SK TECNICA
Prezzo*	225
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (4 di 4)	
Bando	Fornitura n. 500 videobroncoscopi monouso
Categoria	Videobroncoscopi flessibili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Videobroncoscopi flessibili diam 5,8
Quantità	250
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	non inserito
Codice articolo produttore	non inserito
Nome commerciale del videobroncoscopio flessibile*	BRNCOFLEX VORTEX
Unità di misura*	Pezzo

Descrizione tecnica*	VEDERE SK TECNICA
Tipo contratto*	Acquisto
Codice CND	VEDERE SK TECNICA
Linee CCD*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza utile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Lunghezza tratto angolabile [cm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro [mm]*	5,8
Angolo di visione [°]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo minima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Profondità di campo massima [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento alto [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento basso [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento destro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Angolo di movimento sinistro [°]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Diametro secondo canale operativo [mm]*	VEDERE SK TECNICA
Sistema di blocco*	VEDERE SK TECNICA
Canale di lavaggio/irrigazione*	VEDERE SK TECNICA
Prezzo*	225
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	114100,00000000 Euro (centoquattordicimilacent Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 798,70000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /

7 giorni dalla stipula

Decorrenza Servizi	
Dati di Consegna	FARMACIA PO AGRIGENTO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica:
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

*Al Dntrb Belli UOC Provveditorato
già per me emessi i referenti
che supporta la richiesta esistente
01/09/2020*

Direzione Sanitaria Aziendale

posta in entrata

01/09/2020 PE



Servizio Sanitario Nazionale **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Dott. Gaetano Mancuso)

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

Dipartimento del Farmaco

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

Prot. n. 129370 del 01-09-2020

Al Direttore Servizio Provveditorato

e.p.c. Al Direttore Sanitario ASP

Al Direttore Amministrativo ASP

Al Coordinatore dello Staff

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

OGGETTO: SOLLECITO RICHIESTA DI ACQUISTO VIDEOBRONCOSCOPI

In riferimento alla nostra nota n.81724 del 01/06/2020, si sollecita la richiesta d'acquisto di Videobroncoscopi per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione in quanto questa Farmacia non è ancora in grado di acquistarli.

A causa dell'emergenza coronavirus per limitare al massimo il rischio di contaminazione crociata tra un paziente e l'altro, si chiede un fabbisogno presunto ASP di:

250 sonde di diametro di 5,0 mm e canale operativo di 2,2 mm

50 sonde di diametro di 3,8 mm e canale operativo di 1,2 mm

250 sonde di diametro di 5,8 mm e canale operativo di 2,8 mm

La presente ha carattere di massima urgenza, in quanto le scorte di reparto sono esaurite.

DIRIGENTE FARMACISTA
Dr.ssa Valeria Ciotta

DIPARTIMENTO DEL FARMACO
IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Bellavia



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

Dipartimento del Farmaco

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

Prot. 81724 Al 1-6-2020

Al Direttore Servizio Provveditorato

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

OGGETTO: RICHIESTA DI ACQUISTO VIDEOBRONCOSCOPI

In allegato la richiesta del Direttore U.O.C. Dr. Marotta per l'acquisto di Videolaringoscopi flessibili monouso.

I suddetti dispositivi non sono presenti in nessuna gara attiva e di conseguenza non acquistabili da questo Dipartimento.

A tal proposito, in allegato sono elencate tutte le caratteristiche tecniche del prodotto e il fabbisogno annuale.

Si chiede, a codesto Provveditorato, di porre in essere tutte le procedure necessarie affinché i suddetti dispositivi possano essere acquistati e garantire una ottimale attività assistenziale alla U.O.C. interessata.

Si precisa che la richiesta del Dr. Marotta è datata 05/04/2020 ma a questa Farmacia è pervenuta per mazzo mail il 04/05/2020.

Cordiali saluti

Agrigento 01/06/2020

DIRIGENTE FARMACISTA
Dr.ssa Valeria Cietta

DIPARTIMENTO DEL FARMACO
IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Bellavia

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA
0922442812 - 2817

Prot. N. 0 130861 del 03/09/2020

Al Direttore UCC Provveditorato
Dr. SSA - Di Salvo

E p.c. Al Direttore Dipartimento del farmaco
Dr. G. Bellavia

Oggetto: acquisto videobroncoscopi monouso.

Gentili

La presente a conferma di quanto già richiesto al Dipartimento del farmaco che segue per conoscenza.
Si conferma il fabbisogno già indicato.

N 250 Videobroncoscopi da 5,0 mm diametro e canale operativo di 2,2 mm
N 250 Videobroncoscopi da 5,8 mm diametro e canale operativo di 2,8 mm
N 50 Videobroncoscopi da 3,8 mm diametro e canale operativo di 1,2 mm

Cordialmente

Agrigento li 03-09-2020

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. SAN GIOVANNI DI DIO
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA

acquisto videobroncoscopi monouso

Da: Dr. Gerlando Fiorica (gerlando.fiorica@aspag.it)
A: provveditorato@aspag.it; loredanadisalvo@yahoo.it; forniture@aspag.it
Cc: dipartimentofarmacoag@gmail.com; valeria.ciotta@aspag.it
Data: giovedì 3 settembre 2020, 16:16 CEST

Buongiorno

In riferimento alla nota prot. 129370 del 01-09-2020 si invia in allegato, nota di pari oggetto, quale conferma dei fabbisogni già indicati relativi ai videobroncoscopi monouso, indispensabili per l'attività clinica in Terapia Intensiva, soprattutto nella gestione dei pazienti con gravi infezioni respiratorie sostenute da germi MDR e, in particolare in pazienti COVID-19 positivi.

Certo di Vs. celere riscontro.

Cordialmente

*Dr. G. Fiorica
Direttore f.f. UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva*

*Responsabile U.O. Complesso Operatorio
P.O. San Giovanni di Dio - Agrigento*



acquisto videobroncoscopi.pdf
67.6kB



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA

Prot. N. 0 163500 del 29/10/2020

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa L. Di Salvo
Alla c.a. Sig.ra Sciascia

Oggetto: richiesta di acquisto di videobroncoscopi flessibili monouso per intubazioni difficili previste e impreviste, procedure di pulizia e tracheotomie.

Si richiede l'acquisto di ~~N. 500~~ videobroncoscopi flessibili monouso che consentano la gestione in sicurezza delle vie aeree, nell'ambito della sala operatoria e rianimazione per procedure come intubazioni difficili previste e non, BAL (lavaggio broncoalveolare), BW (lavaggio bronchiale), PDT (tracheotomia percutanea dilatativa) ed un Sistema di campionamento sterile dedicato.

L'utilizzo di un sistema totalmente sterile, confezionato singolarmente e pronto all'uso in caso di emergenza, elimina il rischio di infezioni e contaminazioni crociate ed è indispensabile per pazienti con malattie infettive classiche in particolare COVID19, TBC, EBOLA e HCV o con il sistema immunitario compromesso come nei malati di AIDS o HIV. Inoltre non richiede costi di sterilizzazione e di manutenzione, è di più facile utilizzo e particolarmente utile in tutte le situazioni in cui il fibroscopio pluriuso tradizionale è mancante o indisponibile.


Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- Impugnatura ergonomica, maneggevole e leggero;
- Confezionato singolarmente in maniera sterile e subito pronto all'uso e che non necessiti la prova del bianco;
- Telecamera in punta con trattamento anti-appannaggio, rivestita di un microfilm tale da consentire lo scivolamento delle secrezioni e dotata di led luminoso;
- Sistema ad anelli integrato per il fissaggio del tubo endotracheale che permette all'operatore di avere le mani libere e di operare in tutta comodità;
- Canale di aspirazione
- Angolo di piegatura della punta di almeno 180°
- Connessione diretta al monitor proprietario senza ulteriori interfacce
- Canale operativo per l'insufflazione, l'instillazione e l'inserimento di tool operativi;
- Disponibile almeno in tre misure con le seguenti caratteristiche:
 - N.100 sonda di diametro di 3,8 mm e canale operativo di 1,2 mm
 - N.250 sonda di diametro di 5,8 mm e canale operativo di 2,8 mm
 - N.400 kit campionamento sterile.
 - N.150 sonde di diametro di 5 mm e canale operativo di 2,2 mm

3 Monitor con display a colori LCD TFT dedicato, connessione diretta videobroncoscopio-monitor, possibilità di registrare e fotografare durante le procedure;
Cordialmente.

Agrigento, li 29-10-2020

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. SAN GIOVANNI D'IDIO
UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____


X Immediatamente esecutiva dal **15 DIC. 2020**
Agrigento, li **15 DIC. 2020**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi
S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **14 GIU. 2021**
Agrigento, li **14 GIU. 2021**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi