



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: procedura aperta telematica per la fornitura "chiavi in mano" in noleggio quinquennale di apparecchiature per lavaggio, disinfezione e stoccaggio endoscopi flessibili, e in acquisto del materiale di consumo dedicato per le UU.OO. di Endoscopia dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca (Codice CIG 8531152158). CHIARIMENTI 11.02.2021 – DIFFERIMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Si rendono i chiarimenti resi dal Direttore UOC Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia del P.O. di Agrigento (nota prot. n. 27119 del 11.02.2021), forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

Quesiti: con la presente si chiede cortesemente un riscontro alle seguenti richieste di chiarimento: 1) relativamente alle lavaendoscopi, si chiede la possibilità di poter offrire, compatibilmente con le dimensioni dei locali, macchine a doppia vasca asincrona mantenendo invariato il numero di vasche idoneo a garantire i cicli di disinfezione previsti a gara. In caso affermativo si chiede cortesemente di indicare i Presidi presso i quali è possibile installare le macchine doppia vasca; 2) relativamente agli armadi di stoccaggio, si chiede cortesemente di confermare la possibilità prevista dall'art. 68 del Codice Appalti, di poter offrire dispositivi che a parità di risultati prestazionali utilizzano lo stoccaggio verticale degli strumenti. Ci preme evidenziare che la caratteristica dello stoccaggio orizzontale in vaschette indipendenti dotate di coperchi trasparenti risulterebbe essere incompatibile con le necessità di asciugatura degli endoscopi sia internamente che esternamente, in quanto non sarebbe possibile mettere gli strumenti a contatto diretto con il flusso d'aria che ne garantisca l'asciugatura dei canali interni e delle superfici esterne. Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti;

Risposta: 1) Si conferma che le lavaendoscopi devono essere a vasca singola come da specifiche tecniche richieste nel capitolato; 2) Si conferma che lo stoccaggio negli armadi deve essere di tipo orizzontale come da specifiche tecniche richieste nel capitolato.

Si rende noto il differimento del termine di presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 18 febbraio 2021 e della prima seduta pubblica di gara alle ore 11:00 del medesimo 18.02.2021.

Le ditte offerenti sono tenute a comunicare di aver preso visione della presente.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, sul sito web www.aspag.it, con valore di notifica per tutte le ditte interessate.

Agrigento, 11.02.2021

II RUP
Dr. Giuseppe Sanfilippo

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco