



**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 730 DEL 26 APR. 2021

**OGGETTO:** Procedura di affidamento diretto – tramite RDO/ME.PA. n. 2715252 – per l’acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento. Autorizzazione a contrarre e affidamento fornitura.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 792 DEL 19-04-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(*Dr. Giuseppe Sanfilippo*)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
(*Dr. Oreste Falco*)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione *con ordine dei informati*  C.E.  C.P. Aprile 2020

IL DIRETTORE U.O.C.

IL DIRETTORE U.O.C. P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
DOTTORATO PATRIOTICO  
Dr. BASTRIS S. Vito

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

*Dr. Giuseppe Sanfilippo*

RICEVUTA DALL’UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

22 APR. 2021

L’anno duemilaventuno il giorno VENTISEI del mese di APRILE nella sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l’assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

**PROPOSTA**  
**Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott. Oreste Falco**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO**

**CHE** con mail del 08.09.2020 il Direttore dell'U.O.C. Cardiologia del P.O. di Agrigento ha trasmesso le specifiche tecniche per l'acquisto di n. 2 defibrillatori, richiesto in sostituzione di altrettanti defibrillatori guasti e non riparabili, come da proposta fuori uso formulata dalla Tecnologie Sanitarie nell'ambito del contratto in essere per la gestione e manutenzione delle attrezzature elettromedicali di questa ASP;

**CHE** il Servizio proponente, con nota prot. n. 143518 del 28.09.2020, ha esperito apposita indagine di mercato per l'acquisto di n. 2 defibrillatori con le specifiche tecniche elaborate dal Direttore UOC Cardiologia P.O. Agrigento, inviata a più ditte specializzate del settore merceologico e pubblicata sul sito web aziendale per consentire ad altre ditte di candidarsi alla successiva procedura di scelta del contraente;

**CHE** con mail del 14.12.2020 il Direttore UOC Cardiologia P.O. Agrigento, nel riscontrare la mail del Servizio proponente con cui sono state trasmesse le proposte inoltrate da 7 ditte che hanno risposto alla suddetta indagine di mercato, ha comunicato di confermare le caratteristiche tecniche a suo tempo elaborate, a base dell'indagine di mercato, richiedendo per ogni apparecchiatura sia dotata di carrello, di n. 10 rotoli carta e n. 20 coppie piastre monouso adulti;

**CHE** con nota prot. n. 193118 dell'11.12.2020 la Direzione Generale ha disposto l'acquisto urgente di n. 2 defibrillatori per l'UOC MCAU del P.O. di Agrigento, invitando il Direttore della predetta struttura a fornire al Servizio Provveditorato tutte le informazioni utili per l'acquisto dei defibrillatori;

**CHE** il Servizio proponente, atteso l'avvio di procedura per l'acquisto di due defibrillatori richiesti dal Direttore UOC Cardiologia P.O. Agrigento, con mail del 14.12.2020, ha comunicato al Direttore ff UOC MCAU del medesimo P.O. l'avvio della richiamata procedura sono state trasmesse le caratteristiche tecniche elaborate dal Direttore UOC Cardiologia affinché esprimesse il necessario parere tecnico in modo da procedere alla definizione della procedura;

**CHE** il Direttore ff UOC M.C.A.U. P.O. Agrigento, con mail del 14.12.2020, ha comunicato che le caratteristiche tecniche soddisfano le necessità della predetta U.O.;

**CHE** per procedere all'acquisto di n. 4 defibrillatori richiesti, occorre attivare apposita procedura di scelta del contraente per un importo complessivo base di € 28.000,00= + IVA, in base agli esiti della sopra citata indagine di mercato;

**ATTESO**

**CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

**CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, dando atto che il bene sanitario richiesto rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

**CHE**, stante il carattere urgente dell'acquisto delle apparecchiature in argomento, nonché la disposizione impartita dalla Direzione Generale di cui alla citata nota n. 183118/2020, il Servizio proponente ha avviato in data 15.12.2020 – ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.L.76/2020 convertito con legge 120/2020 – la procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. n. 2715252 per l'acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento, per un importo base di € 28.000,00= + IVA, inoltrando l'invito a tutte le ditte accreditate, a quella data, sul ME.PA. per attrezzature elettromedicali, in base a quanto previsto dall'allegato documento Condizioni particolari di contratto (All. A), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA;

**CHE** il sopra citato documento Condizioni particolari di contratto prevede la seguente clausola di opzione: “*L'ASP si riserva, entro 24 mesi dalla stipula del contratto, l'esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori quantità di Defibrillatori presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto, entro la concorrenza massima dell'importo inferiore ad € 40.000,00= IVA esclusa di cui soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso*”;

**CHE** entro il termine utile stabilito, fissato alle ore 11:00 del 22.12.2020, sono pervenute, tramite piattaforma ME.PA., sette offerte presentate dalle ditte 3C Med S.r.l., Burke & Burke S.p.A., Formedical CO S.r.l., Formedix S.r.l., Moretti S.p.A., Seda S.p.A. e Sifem Medical S.r.l.;

**CHE** il Servizio proponente ha inviato, con mail del 05.01.2021, al Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Agrigento la documentazione tecnica presentata dalle sette ditte partecipanti sopra indicate, per il necessario parere di conformità tecnica con il supporto dell'ingegnere clinico Russi della Tecnologie Sanitarie nell'ambito del contratto in essere con questa ASP;

**CHE** con mail del 12.01.2020, il Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Agrigento, esaminata, con il supporto dell'ing. Russi, la documentazione presentata dalle sette ditte, di cui sopra, ha espresso parere positivo circa la conformità tecnica alle specifiche di gara di tutte le aziende partecipanti;

**CHE** si è proceduto all'esclusione della ditta Moretti S.p.A. per le motivazioni riportate nell'allegato documento “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (All. B), generato dalla medesima piattaforma” e comunicate alla medesima Moretti con nota prot. n. 69770 del 16.04.2021;

**CHE** in data 16.04.2021, si è proceduto all'apertura della busta “Offerta economica” delle ditte ammesse, rilevando il prezzo offerto per come risulta dalla graduatoria di cui all'allegato documento “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (All. B), qui riportata:

LOTTO 1 Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
3C MED SRL	€ 19.920,00
SEDA SPA	€ 20.600,00
BURKE & BURKE	€ 22.770,00

FORMEDIX S.R.L.	€ 22.984,00
SIFEM MEDICAL S.R.L.	€ 26.775,24
FORMEDICAL CO. SRL	€ 27.112,32

**CHE** si è proceduto all'esclusione delle ditte Burke & Burke S.p.A. e Sifem Medical S.r.l. per le motivazioni riportate nell'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" (All. B) e comunicate alle medesime Burke & Burke S.p.A. e Sifem Medical S.r.l. rispettivamente con le note prot. n. 69802 e n. 69803 del 16.04.2021;

**CHE** conseguentemente, occorre aggiornare la graduatoria finale per come di seguito indicato:

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
3C MED SRL	€ 19.920,00
SEDA SPA	€ 20.600,00
FORMEDIX S.R.L.	€ 22.984,00
FORMEDICAL CO. SRL	€ 27.112,32

**DATO ATTO** che si procederà ad inviare le altre comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA.; ed anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso esito procedura, conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** che risulta possibile proporre l'approvazione della procedura di affidamento diretto a mezzo RDO/MEPA n. 2715252 per l'acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento, alla ditta 3C MED S.r.l. per l'importo complessivo di € 19.920,00= + IVA (22%), alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta, come risulta dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generato dalla medesima piattaforma (All. C);

**DATO ATTO** che l'intervento di acquisto di che trattasi sarà inserito nel piano investimenti relativo al triennio 2021-22-23, e nel piano biennale degli acquisti 2021-2022, e che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 24.302,40= IVA inclusa, deve essere imputato sul Conto n. A101020501 del corrente bilancio aziendale;

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **DARE ATTO** che, per le motivazioni indicate in premessa, il Servizio proponente ha avviato, in data 15.12.2020, ai sensi della normativa citata in premessa, la procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. n. 2715252 per l'acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento, per un importo base di € 28.000,00= + IVA, inoltrando l'invito a tutte le ditte accreditate, a quella data, sul ME.PA. per attrezzi elettromedicali, in base a quanto previsto dall'allegato documento Condizioni particolari di contratto (All. A), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA;
2. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2715252, come risultano dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" (All. B), generato dalla medesima piattaforma, e riportate in premessa;
3. **AGGIUDICARE** la procedura di affidamento diretto a mezzo RDO/ME.PA. n. 2715252, per l'acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento, alla ditta 3C MED S.r.l. di Palermo per l'importo complessivo di € 19.920,00= + IVA.

IVA (22%), alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta;

4. **AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, l'esecuzione della fornitura di che trattasi in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, propedeutica alla stipula del contratto, stante l'urgenza di fruire delle apparecchiature in argomento destinate alla Cardiologia e al Pronto Soccorso facente parte dell'Area di emergenza;
5. **AUTORIZZARE** il Servizio proponente, attraverso il punto ordinante Consip/MEPA, alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la suddetta Ditta, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., una volta terminata la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. **NOMINARE** ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore UOC Cardiologia del P.O. di Agrigento Dr. Giuseppe Caramanno direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà coadiuvato nell'esercizio dei compiti, previsti dagli atti di gara e dalla vigente normativa, dalle altre strutture aziendali in base alla competenza;
7. **DARE ATTO** che l'intervento di acquisto di che trattasi sarà inserito nel piano investimenti relativo al triennio 2021-22-23, e nel piano biennale degli acquisti 2021-2022, e che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 24.302,40= IVA inclusa, deve essere imputato sul Conto n. A101020501 del corrente bilancio aziendale;
8. **DARE ATTO** che l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
9. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
10. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'emissione dell'ordine stante l'urgenza della fornitura oggetto del presente provvedimento.

**Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

Dott. Oreste Falco

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere \_\_\_\_\_  
Data 26/04/2021

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Alessandro Mazzara

Parere \_\_\_\_\_  
Data 26/04/2021

Il Direttore Sanitario  
Dott. Gaetano Mancuso

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal dott. Oreste Falco Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal dott. Oreste Falco Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante  
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque

ALL IA



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

**UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**Ufficio acquisizione beni e servizi non sanitari e conto capitale**

**Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento**

**Titolare Posizione organizzativa Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto**

**Telefono 0922 407268 - 407145 - 335 1383170**

**FAX 0922 407119**

**Mail [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)**

**Pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)**

Oggetto: Procedura di affidamento diretto – tramite RDO/ME.PA. – per l’acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento.

Il presente documento denominato “Condizioni particolari di contratto” disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e precisamente “Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a “Forniture specifiche per la Sanità”.

Questa Azienda indice, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 del D.L.76/2020 convertito con legge 120/2020, procedura, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., per l’affidamento diretto della fornitura urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento, con le specifiche tecniche elaborate dal Direttore U.O. Cardiologia P.O. Agrigento, di seguito riportate:

Specifiche tecniche: Monitor/Defibrillatore:

Adatto a pazienti adulti e pediatrici;

Apparecchiatura portatile di dimensioni compatte;

Peso non superiore a 8 Kg (batterie incluse);

Dotato di maniglia per il trasporto;

Modalità di defibrillazione manuale e semiautomatica;

Forma d’onda bifasica;

Dotato di display a colori di almeno 6,5 pollici per la visualizzazione delle forme d’onda, dei valori numerici e dei messaggi;

Deve essere in grado di adattare la forma d’onda erogata all’impedenza toracica del paziente;

deve disporre della funzione di Cardioversione sincronizzata;

Livello di energia regolabile in accordo alle linee guida European Resuscitation Council (ERC) vigenti;

Deve essere possibile selezionare diversi livelli di energia erogabili ad almeno 200 J;

deve essere dotato della funzione autotest per il controllo periodico dell’apparecchiatura;

Rilevazione ECG con cavo almeno a 3 ed a 5;

Regolazione ampiezza ECG;

Allarmi sia visivi sia acustici, così come previsto dalle normative vigenti;

Funzionamento sia a rete sia a batteria;

Batterie ricaricabili con elevata autonomia;

Tempo di carica alla massima energia inferiore a 10 secondi;

Software in lingua italiana;  
Memoria dati paziente, eventi e tracciati;  
Memoria dei trend elevata e dei tracciati relativi alle defibrillazioni;  
Aggiornamento dell'apparecchiatura in relazione all'evoluzione dei protocolli di defibrillazione;  
Dotato di interfacce seriali per l'esportazione di dati verso dispositivi/supporti hardware esterni;  
Piastre esterne per pazienti adulti e pediatrici;  
Elevato grado di resistenza agli urti, vibrazioni e ingresso liquidi nel defibrillatore;  
stampante termica integrata  
Ogni defibrillatore dovrà essere fornito completo di:  
n. 1 modulo SpO<sub>2</sub>, N. 1 modulo NIBP;  
n. 1 modulo pacemaker esterno;  
n. 2 piastre monouso pediatriche;  
n. 1 carrello dedicato;  
n. 10 rotoli carta;  
n. 20 coppie piastre monouso adulti;  
Completo di accessori necessari a garantire il pronto all'uso dell'apparecchiatura;

**Importo base di gara di € 28.000,00= + IVA.**

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;
- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";
- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

Si suggerisce alla ditta offerente, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, di produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica".

La presunta equivalenza sarà accertata dall'incaricato della valutazione di conformità dell'offerta tecnica ai fini di verificare ed esprimere il giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara, con riguardo alle finalità degli standards da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegnna, installazione e collaudo presso le strutture sanitarie di destinazione sopra indicate;
- Fornitura del materiale di consumo descritto;

- durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore;
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura.

L'ASP si riserva, entro 24 mesi dalla stipula del contratto, l'esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori quantità di Defibrillatori presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto, entro la concorrenza massima dell'importo inferiore ad € 40.000,00= IVA esclusa di cui soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. In considerazione della straordinaria situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19, la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni normative emanate in materia virus Covid-19, e a fare riferimento ai documenti ASP "Valutazione Rischio Biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus"))" scaricabili dal sito [www.aspag.it](http://www.aspag.it).

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica,

in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019.

Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, che non presenta carattere transfrontaliero, atteso l'importo della fornitura medesima, in conformità all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, si procederà al calcolo per l'offerta anormalmente bassa di cui al sopra citato art. 97, comma 2, 2 bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis. Comunque l'esclusione automatica non opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine assegnato comporterà l'impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica con conseguente esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
  - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
  - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
  - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
  - d. 1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020;

ovvero

2) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di aver provveduto al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

ovvero

3) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di assumere formale impegno al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di dépliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa;
4. Dichiarazione resa dal produttore, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che le attrezzature offerte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
5. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
7. Dettaglio offerta con indicazione dei prezzi unitari del materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, richiesto in gara e incluso nel prezzo complessivo offerto, con annessa dichiarazione di impegno a mantenere invariati i prezzi unitari nell'ipotesi questa ASP dovesse procedere all'acquisto in periodo successivo alla scadenza della garanzia full-risk per un periodo massimo di 24 mesi dalla scadenza della garanzia.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (almeno 24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate;

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:**

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolo;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine prima possibile e, comunque, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma, pec o tramite NSO; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanita";
- 4) Entro 24 mesi dalla stipula del contratto l'ASP si riserva l'opzione di acquistare ulteriori quantità di Defibrillatori presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto, entro la concorrenza massima dell'importo inferiore ad € 40.000,00= IVA esclusa di cui soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso;
- 5) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le

parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolo tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 6) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante il periodo di garanzia, fissato in almeno 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità

esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.

- 7) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. L'attestazione di regolare fornitura equivale al verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 8) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 9) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 11) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 12) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

**Il Direttore Servizio Provveditorato**  
**Dr.ssa Loredana Di Salvo**

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE**  
**EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE**  
**LA DITTA**  
**(timbro e firma del legale rappresentante)**

All B

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	2715252
<b>Descrizione RDO:</b>	Procedura di affidamento diretto per l'acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO. di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
<b>Punto Ordinante</b>	ORESTE FALCO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	Non disponibile
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	15/12/2020 14:37
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	22/12/2020 11:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	17/12/2020 18:00

<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	22/06/2021 00:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	20
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Acquisto urgente di n. 4 defibrillatori per le UU.OO.  
di Cardiologia e Pronto Soccorso P.O. Agrigento

<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	acquisto urgente defibrillatori come da allegato condizioni particolari di contratto/4/
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	28000,0000000

#### Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SIFEM MEDICAL S.R.L.	Singola	05055000821	22/12/2020 08:10
2	BURKE & BURKE	Singola	01059590107	21/12/2020 12:04
3	3C MED S.R.L.	Singola	05586860826	21/12/2020 10:57
4	FORMEDIX S.R.L. UNIPERSONALE	Singola	06477620824	22/12/2020 09:41
5	MORETTI S.P.A.	Singola	00306090515	22/12/2020 09:16
6	FORMEDICAL CO. SRL	Singola	08230401005	22/12/2020 08:09
7	SEDA SPA	Singola	01681100150	22/12/2020 10:49

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	22/12/2020 12:02:03	23/12/2020 15:26:10

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.		nessuna		nessuna
BURKE & BURKE		nessuna		nessuna
3C MED S.R.L.		nessuna		nessuna
FORMEDIX S.R.L. UNIPERSONALE		nessuna		nessuna
MORETTI S.P.A.		nessuna		nessuna
FORMEDICAL CO. SRL		nessuna		nessuna
SEDA SPA		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione di cui al punto 1 delle Condizioni particolari di contratto		Copia Condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
BURKE & BURKE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
3C MED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FORMEDIX S.R.L. UNIPERSONALE	Approvato	A seguito acquisizione dichiarazione a titolo di soccorso istruttorio	Approvato	nessuna
MORETTI S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FORMEDICAL CO.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

SRL				
SEDA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	23/12/2020 15:26:18	16/04/2021 15:03:23

Concorrente	Dichiarazione regola d'arte di cui al punto 4 delle Condizioni particolari di contratto		Certificazione CE		Relazione tecnica	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
BURKE & BURKE	Approvato	La dichiarazione resa è nella qualità di ditta importatrice e distributrice esclusivista su tutto il territorio nazionale; la ditta ha altresì prodotto dichiarazione resa dal produttore a titolo di soccorso istruttorio	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
3C MED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FORMEDIX S.R.L. UNIPERSONALE	Approvato	A seguito di dichiarazioni acquisite a titolo di soccorso istruttorio	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

MORETTI S.P.A.	NON Approvato	per le motivazioni indicate nelle note	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FORMEDICAL CO. SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SEDA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	16/04/2021 15:03:32	

Concorrente	Dettaglio offerta prezzi unitari di cui al punto 8 delle Condizioni particolari di contratto		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	NON Approvato	per non aver indicato nel dettaglio prezzi richiesto al punto 7 del documento Condizioni particolari di contratto, i prezzi unitari del materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, richiesto in gara e incluso nel prezzo complessivo offerto, limitandosi ad accludere copia stralcio listino senza alcuna	NON Approvato	nessuna

		precisazione in ordine ai prezzi unitari offerto relativamente al materiale di consumo richiesto in gara		
BURKE & BURKE	NON Approvato	per non aver inserito nel dettaglio prezzi la dichiarazione richiesta al punto 7 del documento Condizioni particolari di contratto, ovvero di impegno a mantenere invariati i prezzi unitari del materiale di consumo nell'ipotesi questa ASP dovesse procedere all'acquisto in periodo successivo alla scadenza della garanzia full-risk per un periodo massimo di 24 mesi dalla scadenza della garanzia	NON Approvato	nessuna
3C MED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
FORMEDIX S.R.L. UNIPERSONALE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MORETTI S.P.A.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
FORMEDICAL CO. SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SEDA SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

<b>Concorrente</b>	<b>Valore complessivo dell'Offerta</b>
3C MED S.R.L.	19920,00000000
SEDA SPA	20600,00000000
BURKE & BURKE	22770,00000000
FORMEDIX S.R.L. UNIPERSONALE	22984,00000000
SIFEM MEDICAL S.R.L.	26775,24000000
FORMEDICAL CO. SRL	27112,32000000
MORETTI S.P.A.	Concorrente escluso

<b>Note di gara</b>	nessuna
<b>Note specifiche lotto 1</b>	<p>La ditta Moretti SpA è esclusa per le seguenti motivazioni:</p> <p>a) la dichiarazione di cui al punto 4 del documento Condizioni particolari di contratto presentata a titolo di soccorso istruttorio risulterebbe resa dal soggetto "omissis" in qualità di "CEO" dell'azienda "CU Medical Systems", ma priva di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che ha reso la dichiarazione sostitutiva presentata; inoltre, la dichiarazione risulta firmata digitalmente da soggetto diverso Fabbrini Filippo.</p> <p>b) l'assenza della copia fotostatica del documento d'identità non può essere sanata, poiché rileva quale irregolarità essenziale non sanabile che non consente l'individuazione del soggetto responsabile della stessa, in conformità all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sentenza n. 4959 del 20.08.2018), in base al quale l'assenza della copia fotostatica del documento d'identità non determina un'incompletezza</p>

del documento, bensì la sua giuridica inesistenza, con conseguente esclusione per mancanza della dichiarazione richiesta;c) a voler comunque considerare ammissibile il soccorso istruttorio, la ditta in indirizzo, sebbene invitata, con messaggio tramite piattaforma MEPA in data 18.01.2021, non ha prodotto né la copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che ha reso la dichiarazione sostitutiva presentata, né ha presentato la dichiarazione medesima con la firma digitale del dichiarante.La ditta Burke & Burke SpA è esclusa per non aver inserito nel dettaglio prezzi la dichiarazione richiesta al punto 7 del documento Condizioni particolari di contratto, ovvero di impegno a mantenere invariati i prezzi unitari del materiale di consumo nell'ipotesi questa ASP dovesse procedere all'acquisto in periodo successivo alla scadenza della garanzia full-risk per un periodo massimo di 24 mesi dalla scadenza della garanzia.La ditta Sifem Medical è esclusa per non aver indicato nel dettaglio prezzi richiesto al punto 7 del documento Condizioni particolari di contratto, i prezzi unitari del materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, richiesto in gara e incluso nel prezzo complessivo offerto, limitandosi ad accludere copia stralcio listino senza alcuna precisazione in ordine ai prezzi unitari offertio relativamente al materiale di consumo richiesto in gara.



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n.\_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n.\_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal 26 APR. 2021

Agrigento, li 26 APR. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO  
Coadiutore Amministrativo

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi