



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 5042 del 11/01/2021

A tutte le ditte interessate

Oggetto: 2[^] Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di un **SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG A STRUTTURA CARRELLATA**

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquistare, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, un **sistema per l'acquisizione di segnali EEG a struttura carrellata** e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se il prodotto indicato in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 7 all'indirizzo mail maria.tirro@aspag.it

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

File allegato:
capitolato tecnico

SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG A STRUTTURA CARRELLATA

con le seguenti *caratteristiche*:

Sistema completamente rispondente alle normative vigenti in termini di privacy e protezione dei dati (GDPR 2016/679).

Carrello comprensivo di trasformatore di isolamento, chiusura posteriore di sicurezza e braccio snodabile porta testina.

Trasformatore di isolamento dedicato.

PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 24"

Amplificatore di ultima generazione e recente immissione sul mercato.

Sistema di registrazione con almeno 26 ingressi monopolari e 12 ingressi bipolarari.

Frequenza di campionamento fino ad almeno 1.000 Hz (per ogni canale).

Campionamento ad almeno 12 bit.

Pulsante marca eventi.

Stimolatore flash a LED con braccio di supporto.

Controllo delle impedenze in testina, con verifica a LED.

Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, compatibile con la normativa per l'accertamento della morte cerebrale (DM 22/08/1994 N°582 e suo successivo aggiornamento con D.M. Salute 11/04/2008 sulla morte cerebrale).

Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:

Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce. Possibilità di definire differenti schermate di lavoro.

Possibilità di definire parametri di acquisizione e preset di lavoro.

Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato.

Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line.

Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività. Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica.
