



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 794 DEL 22 DIC. 2020

OGGETTO: Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area COVID ad area NO COVID all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca - Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 906 DEL 17/12/2020

Il RUP  
Assistente tecnico  
(Ing. Antonina Aquilina)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Collaboratore Amministrativo  
(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Direttore  
(Dott. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N.       ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. Con cedex 17/12/2020  C.E.  C.P.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

EMANUELA CALOGERA BAIO

Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
  
D. Scuderi

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 17 - 12 - 2020

L'anno duemilaventi il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 136536 del 15/09/2020 (All. 1) il Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti di Sciacca e Ribera, ha segnalato a questa Azienda che, a causa dell'emergenza COVID-19 sono stati effettuati alcuni interventi strutturali presso il P.O. di Sciacca finalizzati a separare gli ambienti destinati a fronteggiare eventuali casi di infezione da Coronavirus dalla restante parte dell'Ospedale e che uno dei suddetti interventi ha determinato all'interno dell'Unità Operativa di Radiologia la realizzazione di un'area COVID distinta e indipendente dall'area NO COVID;
- a seguito del suddetto intervento i locali dove è installato il Mammografo digitale, e gli ambienti a supporto, sono venuti a ricadere all'interno dell'area COVID, circostanza che, di fatto, ha reso impossibile riprendere l'attività specialistica compresa l'attività di screening per la commistione che si sarebbe determinata nella suddetta area;
- a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ing. Antonino Aquilina, dal Direttore dell'U.O. di Radiologia e dal Dirigente medico referente per lo screening, sono stati individuati i nuovi locali all'interno dell'area NO COVID della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca, dove allocare il Mammografo digitale;
- con provvedimento apposto sulla su citata nota prot. n. 136536 del 15/09/2020, il Direttore Sanitario di questa Azienda, ha disposto che il Direttore del Servizio Tecnico proceda a porre in essere con urgenza tutti gli interventi occorrenti per la collocazione del Mammografo;
- l'attività di screening rientra tra gli obiettivi strategici assegnati dall'Assessorato Regionale alla Salute ai Direttori Generali delle A.S.P.;
- stante la necessità di acquisire con urgenza gli elaborati progettuali da porre in gara per l'affidamento dei suddetti lavori, con delibera del Commissario Straordinario n. 643 del 02/12/2020 è stato autorizzato l'affidamento diretto, con gara informale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, dell'incarico conferito al professionista esterno l'Ing. Giovanni Cassataro, codice fiscale CSSGN73P25C421V, P.Iva 06341080825, tecnico abilitato iscritto al n. 6157 dell'Ordine degli ingegneri di Palermo ed al n. 9260 dell'Albo Unico Regionale Sicilia per l'incarico di *"redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i lavori di adeguamento degli impianti elettrici dei locali ove sarà allocato il Mammografo all'interno dell'area NO COVID della U.O. di Radiologia e dell'area adiacente la camera bianca del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca"*, per un compenso di € 4.609,19, oltre oneri previdenziali al 4% e Iva al 22%;

**CONSIDERATO** che, con disposizione di servizio di cui alla nota prot. n. 184105 del 27/11/2020, di cui si è preso atto nella su indicata delibera del Commissario Straordinario n. 643 del 02/12/2020, il Direttore della UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, ha individuato quale R.U.P. per la procedura di affidamento del suddetto incarico e l'appalto dei lavori di che trattasi, l'Assistente Tecnico, Ing. Antonino Aquilina, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16;

**RILEVATO** che, in data 11/12/2020 il Professionista incaricato ha consegnato, *brevi manu*, al RUP, Ing. Antonino Aquilina, i suddetti elaborati progettuali;

**PRESO ATTO** che il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giovanni Cassataro è costituito dai seguenti elaborati/progettuali:

- 1) relazione generale;
- 2) relazione tecnica illustrativa;

- 3) relazione di calcolo e schemi unifilari;
- 4) elaborati tecnici;
- 5) elaborati grafico planimetrici;
- 6) computo metrico estimativo;
- 7) elenco dei prezzi unitari
- 8) analisi dei prezzi unitari;
- 9) calcolo incidenza manodopera;
- 10) piano di sicurezza e coordinamento
- 11) capitolato speciale di appalto;
- 12) schema di contratto;

**VISTO** il verbale di validazione in linea tecnica degli elaborati progettuali del 16/12/2020 a firma del R.U.P. Ing. Antonino Aquilina ai sensi dell'art. 26, commi 4, 6 lett. d) e 8 del D.Lgs 50/16 (**All. 2**);

**DATO ATTO** che il quadro economico del progetto esecutivo per i “*Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area COVID ad area NO COVID all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca*” prevede una spesa complessiva di € 81.587,24 (di cui € 59.063,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 22.523,87 per somme a disposizione), come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 54.690,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.372,93
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 59.063,37</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Imprevisti	€ 5.906,34
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16	€ 1.299,39
Oneri di conferimento a discarica	€ 840,00
IVA al 22%	€ 14.478,14
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 22.523,87</b>
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 81.587,24</b>

**CONSIDERATO** che con disposizione di servizio del 03/12/2020 ( **All. 3** ) è stato costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/16, il gruppo di lavoro per la procedura di che trattasi;

**RITENUTO** che è, pertanto, necessario approvare in via amministrativa il progetto costituito dagli elaborati di cui in premessa con il relativo quadro economico e procedere all'affidamento ed esecuzione in tempi brevi dei “*Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area COVID ad area NO COVID all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca*”, al fine di riprendere l’attività specialistica, compresa l’attività di screening, con la suddetta apparecchiatura medica a tutela della salute dell’utenza;

**CONSIDERATO che:**

- non risulta possibile affidare i suddetti lavori alle ditte aggiudicatarie dell'Accordo Quadro 2020, attualmente in corso, essendo le somme destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell'A.S.P. ormai esigue, tant'è che è stato necessario approvare con delibera del Commissario Straordinario n. 264 del 08/10/2020 l'estensione del valore economico del contratto di accordo quadro del quinto d'obbligo per far fronte agli innumerevoli interventi quotidiani;

- non risulta possibile utilizzare il nuovo Accordo Quadro 2021-2022, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020, essendo la procedura di gara ancora in fase di

avvio e come tale l'attesa della aggiudicazione non consentirebbe di affidare i lavori in tempi brevi per la tempistica tipica delle procedure ordinarie;

**RITENUTO** che:

- è necessario procedere con estrema urgenza con una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di adeguamento dei locali all'interno dell'area NO COVID della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca per la collocazione del Mammografo digitale;
- il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici non consentirebbe, per la tempistica, di potere affidare in tempi brevi i lavori di che trattasi e che, pertanto, è necessario applicare la disciplina derogatoria del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- l'art. 1 del suddetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha previsto una disciplina derogatoria dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 2, lett. *a*) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, prevede che “*le Stazioni Appaltanti procedono con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000*”;
- l'affidamento diretto deve contenere gli elementi descritti dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/16 con possibilità di affidamento ad un unico operatore economico, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione degli inviti e parità di trattamento;

**CONSIDERATO** che:

- si procederà all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. *a*) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, individuando l'operatore economico a cui appaltare i lavori dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA, e si procederà con procedura telematica a mezzo ME.PA, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;
- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16;

**DATO ATTO** che l'onere economico complessivo per tali interventi, pari ad € 81.587,24, in attesa della approvazione del Bilancio di previsione 2020, deve essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2020 giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020, e l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 1.299,39 deve essere imputato, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020 sul conto P 202050601 e C 516040605 del bilancio di esercizio 2020;

**DARE ATTO** che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

**VISTA** la delega a contrarre prot. n. 120935 del 10/08/2020 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco;

**DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

**PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

**1. PRENDERE ATTO** che è necessario procedere con urgenza all'affidamento dei “*Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area COVID ad area NO*

*COVID all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca*", al fine potere riprendere l'attività specialistica compresa l'attività di screening;

**2. PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio di cui in premessa, il Direttore della UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, ha individuato quale R.U.P. per i lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Ing. Antonino Aquilina;

**3. PRENDERE ATTO** del verbale di validazione degli elaborati progettuali a firma del R.U.P., Assistente Tecnico, Ing. Antonino Aquilina di cui in premessa ed allegato al presente provvedimento;

**3. APPROVARE** in via amministrativa il progetto costituito dagli elaborati di cui in premessa con il relativo quadro economico per i *"Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area COVID ad area NO COVID all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca"*, per l'importo complessivo di € 81.587,24 IVA compresa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 54.690,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.372,93
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 59.063,37</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Imprevisti	€ 5.906,34
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16	€ 1.299,39
Oneri di conferimento a discarica	€ 840,00
IVA al 22%	€ 14.478,14
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 22.523,87</b>
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 81.587,24</b>

**4. AUTORIZZARE** la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, per i *"Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area COVID ad area NO COVID all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca"*, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tramite ME.PA, con individuazione dell'operatore economico dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA;

**5. PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo per tali interventi, pari ad € 81.587,24, in attesa della approvazione del Bilancio di previsione 2020, deve essere imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2020 giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020, e l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 1.299,39 deve essere imputato, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020 sul conto P 202050601 e C 516040605 del bilancio di esercizio 2020;

**6. PRENDERE ATTO** che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

**7. PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

**8. PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;

**9. DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;

**10. MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di realizzare i lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area COVID ad area NO COVID all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca, al fine

potere riprendere l'attività specialistica compresa l'attività di screening a tutela del diritto alla salute dell'utenza:

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico


Il Direttore

Dott. Oreste Falco




### SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI


Parere

  
favorita


Data

  
21/12/2020

Parere

  
buona

Data

  
21/12/2020

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.


### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Dott. Mario Zappia



Il Segretario verbalizzante  
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"  
Maria Grazia Crosette

  
M.G.C.



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera  
Direzione Sanitaria

Prot. N. AD1006 Servizio Tecnico  
Per fare mi sono con il Dott. Oreste Falco  
tutti gli interventi elettronici  
di fronteggiare il Mammografo

Preg.mo Dott. Oreste Falco  
Direttore U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzione  
ASP Agrigento

15 SET 2020	136536
PROT. N.	Il Direttore Sanitario Aziendale (Dott. Gaetano Mancuso)

15/01/2020

Al Sig. Commissario Straordinario  
Al Sig. Direttore Sanitario Aziendale  
ASP Agrigento

Al Direttore Dipartimento Scienze Radiologiche  
Dott. Angelo Trigona

Al Direttore U.O. Radiologia  
Ospedali Riuniti Sciacca Ribera

Oggetto: Trasferimento Mammografo digitale

L'emergenza COVID-19 decretata dal Consiglio dei Ministri con DPCM del 30/01/2020 ha determinato la necessità di effettuare alcuni interventi strutturali presso il P.O. di Sciacca finalizzati a separare gli ambienti destinati a fronteggiare eventuali casi di infezione da Coronavirus dalla restante parte dell'Ospedale.

Uno degli interventi effettuati ha determinato all'interno dell'U.O. di Radiologia la realizzazione di un'area COVID distinta ed indipendente dall'area NO COVID.

Purtroppo i locali dove è installato il Mammografo digitale e gli ambienti a supporto ricadono all'interno dell'area COVID.

Conclusasi la fase di maggior emergenza che aveva comportato anche la sospensione di tutte le attività sanitarie ordinarie alla ripresa delle su menzionate attività, a causa della allocazione della apparecchiatura prima citata, non è stato possibile riprendere l'attività specialistica compreso l'attività di screening per la commissione che si sarebbe determinata nella su detta area.

A seguito di sopralluogo effettuato con l'ingegnere Antonino Aquilina, il Direttore dell'U.O. di Radiologia e il Dirigente Medico referente per lo Screening sono stati individuati nuovi locali all'interno dell'area NO COVID dove allocare il Mammografo.

Ad oggi nonostante siano trascorsi circa due mesi dal sopralluogo nessun intervento è stato effettuato. Considerato che l'attività di Screening rientra tra gli obiettivi strategici assegnati dall'Assessorato Regionale alla Salute ai Direttori Generali si sollecita la S.V. a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per trasferire l'apparecchiatura di cui sopra nei nuovi locali individuati.

Il Direttore Sanitario  
Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera  
Dott. Gaetano Migliazzo

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria - 92100 AGRIGENTO - C.F. 02570930848 P.I.  
002570930848 Distretto Ospedaliero AG2 - Ospedale "Giovanni Paolo II"  
- C.da Senazza, Via Pompei 92019 Sciacca

PAG 1

Trasmessa al DIR U.O. Serv. Tec. in data:





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922 407423 - Fax 0922 407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO:** " LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI NECESSARI ALLO SPOSTAMENTO DEL MAMMOGRAFO DALL'AREA COVID ALL'AREA NO-COVID ALL'INTERNO DELLA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI SCIACCA ".

**VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

(redatto ai sensi dell'art.26 del D.Leg.vo n.50/2016 aggiornato con il D.Leg.vo n.56/2017)

L'anno DUEMILAVVENTI il giorno SEDI CI del mese di DICEMBRE in Agrigento nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso gli uffici dell'U.O.C. Servizio Tecnico, al Viale della Vittoria, n.321 il sottoscritto Dott. Ing. Antonino Aquilina, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con disposizione di servizio prot. n.184105 del 27/11/2020 da parte del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, approvato con superiore Deliberazione del Commissario Straordinario n.643 del 02/12/2020 ho convocato:

- l'Ing. Giovanni Cassataro (Progettista per la parte impiantistica);
- il Geom. Francesco Vasile (Progettista per la part edile e Direttore dei lavori)

vista l'esigenza di evitare spostamenti a seguito degli eventi pandemici, il Dott. Ing. Giovanni Cassataro (progettista) è stato raggiunto e contattato per via videotelefonica, ho proceduto ad effettuare, tutte le verifiche finalizzate ad accertare la conformità delle soluzioni progettuali prescelte alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche di tutti gli elaborati che compongono il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui meglio indicato in oggetto.

**PREMESSO:**

- che, la redazione del presente progetto esecutivo è stato redatto tenuto conto delle superiori disposizioni impartite, dal Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Gaetano Mancuso, con provvedimento apposto sulla nota prot.n.136536 del 15/09/2020 del Direttore Sanitario Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera Dott. Gaetano Migliazzo avente ad oggetto: *Trasferimento Mamografo digitale (allegata)*, al fine di procedere urgentemente e senza indugi visto il perdurare dello stato di pandemia in atto in corso che non permette di effettuare attività di screening mammografici presso il nosocomio ospedaliero in quanto l'apparecchiatura a seguito rimodulazione dei percorsi imposti dal Commissario ad acta per la gestione dell'emergenza Covid per gli Ospedali



di Sciacca e Ribera, *Dott. Alberto Firenze*, è rimasta allocata in area Covid e pertanto da quel momento non è più fruibire all'utenza per evitare ulteriori contagi.

- che, le opere previste che si andranno a realizzare saranno conformi e nel pieno rispetto delle norme antisismiche, antincendio, sanitarie e sul risparmio energetico.
- che, le opere previste in progetto, rientrano tra quelle previste dall'art.1 della Legge Regionale n.16/2016 ss.mm.ii. come recepito dall'art.3, comma 1 lett.a) del *DPR n.380/2001*;
- che il R.U.P. non è intervenuto in alcun modo nelle attività inerenti e collegate alla *progettazione esecutiva*.

Pertanto, così come disposto, dall'art.26 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*, ho proceduto alla “*verifica dell'intera documentazione*” progettuale, verificando tutti gli elaborati ed aspetti tecnici che compongono il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto, come sotto identificati:

- *Relazione Tecnica Illustrativa;*
- *Relazione Generale;*
- *Relazione di calcolo e schemi unifilari linee elettriche di distribuzione;*
- *Elaborati Tecnici;*
- *Elaborati Grafico-Planimetrici;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Elenco prezzi unitari;*
- *Analisi prezzi;*
- *Calcolo incidenza della manodopera;*
- *Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);*
- *Piano di Sicurezza e di Coordinamento;*
- *Piano di manutenzione dell’opera;*
- *Capitolato Speciale di appalto e Schema di contratto;*

A tal fine ho proceduto accertando in particolare i seguenti aspetti tecnici ed effettuando i controlli richiesti, quali:

**a) verifica ed affidabilità:**

- dell'applicazione nel progetto esecutivo alle norme specifiche e delle vigenti regole tecniche di riferimento;
- della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

**b) completezza ed adeguatezza:**

- della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- della documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;



- dell'esaustività del progetto in funzione delle esigenze e delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

**c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, attraverso:**

- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verificata della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

**d) compatibilità e rispondenza:**

- della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
  - a) *inserimento ambientale;*
  - b) *non necessarietà della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).*
  - c) *non necessarietà in progetto delle indagini geologiche, geotecniche nell'area di intervento;*
  - d) *del computo metrico-estimativo agli elaborati grafici e descrittivi alle prescrizioni capitolari;*
  - e) *funzionalità e fruibilità;*
  - f) *stabilità delle strutture;*
  - g) *topografia e fotogrammetria;*
  - h) *sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;*
  - i) *igiene, salute e benessere delle persone;*
  - j) *superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;*
  - k) *sicurezza antincendio;*
  - l) *inquinamento;*
  - m) *durabilità e manutenibilità;*
  - n) *coerenza dei tempi e dei costi;*
  - o) *sicurezza ed organizzazione del cantiere;*

Nel dettaglio è stato verificato ed accertato:

- ✓ che le relazioni, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti definiti nel progetto;
- ✓ che, il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione, e sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- ✓ la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- ✓ la correttezza del dimensionamento per gli elementi desunti dalla descrizione illustrativa;



- ✓ che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

Per gli elaborati grafici è stato verificato che:

- ogni elemento è identificabile sugli stessi ed è descritto in termini geometrici;
- ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati.

Per la documentazione economica, è stato verificato che:

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono stati per quanto possibile desunti dal Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici della Sicilia del 2019 ed in parte derivano da analisi di prezzi di mercato vigenti.
- gli elementi di *computo metrico estimativo* comprendono tutte le opere previste nella documentazione capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
- avendo proceduto a campione o per categorie prevalenti, le misure delle opere computate appaiono corrette ed i totali calcolati appaiono corretti.

Il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto, individua:

- la categoria prevalente nonché le eventuali categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario.
- che ogni elemento, è identificabile sugli elaborati grafici, risulta adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera in ogni sua parte.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento:

- risulta redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri;
- valutati tutti gli aspetti ed i costi, diretti ed indiretti che possono avere un impatto sull'effettiva cantierabilità dell'opera, appare coerente con quanto previsto dall'allegato XV del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii..

Pertanto, il sottoscritto *Dott. Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di R.U.P e quindi Tecnico incaricato alla Verifica e Validazione del presente progetto, sulla scorta delle superiori verifiche, effettuate sopra meglio riassunte, secondo quanto disposto dal *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*



# DICHIARA

che il presente progetto esecutivo, relativo ai "Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari per lo spostamento del Mammografo dall'area Covid all'area No-Covid all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca", il cui importo complessivo lo si può desumere dal sotto elencato quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA (a)	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 54.690,44
- Oneri diretti e speciali della sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso	€. 4.372,93
<b>Totale lavori a base d'asta (a)</b>	<b>€. 59.063,37</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b)	
- Imprevisti	€. 5.906,34
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D.Leg.vo n.50/2016)	€. 1.299,39
- Oneri di conferimento a discarica	€. 840,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 14.478,14
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)</b>	<b>€. 22.523,87</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)</b>	<b>€. 81.587,24</b>

lo si PUO' RITENERE VALIDO in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.




Il Progettista e Direttore dei Lavori

Geom. Francesco Vasile  
Francesco Vasile

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Assistente tecnico

Dott. Ing. Antonino Aquilina



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera.  
Direzione Sanitaria

Prot. N. ADUOC Servizio Tecnico  
Per fare mi essere con sede l'ospedale Sciacca si

~~Tutti gli interventi tecnici e manutenzione  
sono riconosciuti al Municipio~~

Preg.mo Dott. Oreste Falco  
Direttore U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzione  
ASP Agrigento

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
F.O. Osp. Riuniti (ex A.O.I.) - SCIACCA
15 SET 2020
PROT. N. 136536
Il Direttore Sanitario Aziendale (Dott. Gaetano Mancuso)

15/01/2020

Al Sig. Commissario Straordinario  
Al Sig. Direttore Sanitario Aziendale  
ASP Agrigento

Al Direttore Dipartimento Scienze Radiologiche  
Dott. Angelo Trigona

Al Direttore U.O. Radiologia  
Ospedali Riuniti Sciacca Ribera

#### Oggetto: Trasferimento Mammografo digitale

L'emergenza COVID-19 decretata dal Consiglio dei Ministri con DPCM del 30/01/2020 ha determinato la necessità di effettuare alcuni interventi strutturali presso il P.O. di Sciacca finalizzati a separare gli ambienti destinati a fronteggiare eventuali casi di infezione da Coronavirus dalla restante parte dell'Ospedale.

Uno degli interventi effettuati ha determinato all'interno dell'U.O. di Radiologia la realizzazione di un'area COVID distinta ed indipendente dall'area NO COVID.

Purtroppo i locali dove è installato il Mammografo digitale e gli ambienti a supporto ricadono all'interno dell'area COVID.

Conclusasi la fase di maggior emergenza che aveva comportato anche la sospensione di tutte le attività sanitarie ordinarie alla ripresa delle su menzionate attività, a causa della allocazione della apparecchiatura prima citata, non è stato possibile riprendere l'attività specialistica compreso l'attività di screening per la commissione che si sarebbe determinata nella su detta area.

A seguito di sopralluogo effettuato con l'ingegnere Antonino Aquilina, il Direttore dell'U.O. di Radiologia e il Dirigente Medico referente per lo Screening sono stati individuati nuovi locali all'interno dell'area NO COVID dove allocare il Mammografo.

Ad oggi nonostante siano trascorsi circa due mesi dal sopralluogo nessun intervento è stato effettuato. Considerato che l'attività di Screening rientra tra gli obiettivi strategici assegnati dall'Assessorato Regionale alla Salute ai Direttori Generali si sollecita la S.V. a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per trasferire l'apparecchiatura di cui sopra nei nuovi locali individuati.

Il Direttore Sanitario  
Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera  
Dott. Gaetano Migliazzo

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria - 92100 AGRIGENTO - C.F. 02570930848 P.I.  
002570930848 Distretto Ospedaliero AG2 - Ospedale "Giovanni Paolo II"  
- C.da Senazza, Via Pompei 92019 Sciacca

PAG 1

Trasmessa al DIR U.O. Serv. Tec. in data:





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspagn.it](http://www.aspagn.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspagn.it](mailto:servizio.tecnico@aspagn.it) - [servizio.tecnico@pec.aspagn.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspagn.it)

3

**ORDINE DI SERVIZIO del 03/12/2020**

*Atto di costituzione gruppo di lavoro in attuazione del regolamento incentivi e spese di progettazione ai sensi dell'art.113 del D.Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii. e nomina del R.U.P.*

**OGGETTO:** *Lavori urgenti di adeguamento dei locali necessari allo spostamento del Mammografo dall'area Covid-19 all'area No-Covid all'interno della U.O. di Radiologia del P.O. di Sciacca.*

Il sottoscritto *Dott. Oreste Falco*, nella qualità di Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, dovendo procedere all'esecuzione dei lavori necessari allo spostamento del Mammografo digitale dall'area Covid all'area No-Covid presso la Radiologia del P.O. di Sciacca

**NOMINA**

*l'assistente tecnico, Dott. Ing. Antonino Aquilina, dipendente in forza a questa U.O.C. Servizio Tecnico, di rivestire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento secondo quanto disposto dall'art.31 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. per le successive fasi di programmazione, progettazione ed affidamento dell'esecuzione. Inoltre viene costituito il seguente gruppo di lavoro:*

INCARICO	DIPENDENTE	QUALIFICA	MATR.
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Dott. Ing. Antonino Aquilina</i>	Assistente Tecnico	303865
Progettazione	<i>Dott. Ing. Giovanni Cassatano</i>	Tecnico esterno incaricato	
	<i>Geom. Francesco Vasile</i>	Assistente Tecnico	101246
Direzione dei Lavori	<i>Geom. Francesco Vasile</i>	Assistente Tecnico	101246
Coord. Sicurezza in fase di progettazione	<i>Dott. Ing. Alessandro Di Nolfo</i>	Dirigente Tecnico	301626
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	<i>Dott. Ing. Antonino Aquilina</i>	Assistente Tecnico	303865
Collaboratore/Assistente Tecnico Amm.vo	<i>Dott.ssa Giuseppina Indelicato</i>	Collaboratore Amministrativo	500297

Con successivo atto del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato ai suddetti dipendenti, unitamente al pagamento dello stipendio degli stessi.

Tanto per dovere d'ufficio

Agrigento, li 03/12/2020



IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
*Dott. Oreste Falco*



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.voProf.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_


## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

 Immediatamente esecutiva dal 22 DIC. 2020

Agrigento, li 22 DIC. 2020

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.voProf.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.voProf.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi