



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 1966 **del** 16.01.2021

Spett. Ditta

sito web Opendata

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto urgente di n. 20 "Poltrone tipo prelievi" le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata richiesta del Direttore U.O.C. Servizio Epidemiologia dell'Asp di Agrigento e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 24/01/2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- ✓ Canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara


Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C Provveditorato
Dr. Oreste Falco

O.F.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale :Viale della Vittoria 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva

Tel. Fax 0922/407537

dp.epidemiologia@aspag.it

Prot. N° 1234 del 04/04/2021

Al Responsabile del Servizio Provveditorato

E, p.c. Commissario Straordinario

Al Direttore Sanitario

ASP Agrigento

Oggetto: Richiesta fornitura poltrone reclinabile per effettuare vaccinazioni (Emergenza Covid-19)

Numero 20 poltrone tipo prelievi a 2 snodi e tre sezioni, schiena e gambe imbottite e regolabili in sincronia, con molla a gas (per inclinazione in posizione Trendelenburg) con braccioli imbottiti asportabili e orientabili lateralmente e regolabili in altezza; dimensioni di ingombro circa 170x 55x55h. Base con 4 piedi regolabili. Rivestimenti di materiale lavabile ed ignifugo.

Con supporto per rotolo carta.

Direttore UOC Servizio Epidemiologia
Dott.ssa Girolama Bosco