



Servizi Sanitari Nazionali
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
U.O.C. Servizio Coordinamento Dipendenze Patologiche
Direttore ff. U.O.C. Dr.ssa Rosetta Vaccaro
Viale della Vittoria 321 - Agrigento
Tel./fax 0922 - 407600 - email: dsm.dipendenzepatologiche@aspag.it

Prot. N. 0160536

del 26/10/2020

Al Direttore U.O.C Provveditorato ASP 1
Dr. L. Di Salvo

OGGETTO: Richiesta acquisto materiale medicale per il progetto : “*Cura dalla dipendenza da gioco d'azzardo*” delibera n° 193 del 30/9/2020 “ contributo fondo sanitario 2016-2017.

Come previsto nel progetto : “*Cura dalla dipendenza da gioco d'azzardo*” di cui alla delibera n° 193 del 30/09/2020 “ contributo fondo sanitario 2016-2017 per quanto attiene la voce materiale sanitario, si richiede l’acquisto dell’attrezzatura qui di seguito elencata:

N. 5 Elettrocardiografo –

Unità a sei canali

Caratteristiche tecniche:

Circuito di ingresso: Protezione defibrillazione incorporata

Derivazione: 12 derivazioni standard

Modalità di acquisizione: Acquisizione simultanea di 12 derivazioni (10-24 s regolabile)

Convertitore A/D: 24 bit

Frequenza di campionatura: 1.000 Hz/canale, 10.000 Hz per rilevamento pacemaker

Gamma voltaggio di ingresso: $\pm 5 \text{ mVpp}$

Costante di tempo: > 3,2 s

Risposta in frequenza: 0,05 Hz - 150 Hz

Voltaggio di calibrazione: 1 mV $\pm 2\%$

Sensibilità: 2,5; 5; 10; 20; 10/5; AGC (mm/mV)

Impedenza di ingresso: > 50 M Ohm

Corrente circuito di ingresso: < 10 nA

Livello di rumore: < 12,5 p Vpp

Corrente di dispersione nel paziente: 115 dB

Modalità di registrazione: Automatica/Manuale/Ritmica

Derivazione ritmo: Selezionabile a canale singolo o triplo

Alimentazione: CA (100-240 V a 50/60 Hz)

Convertitore per auto 12 V

Batteria:

Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata

2200 mAh a 14,8 V per 6 ore di utilizzo generale o stampa continua di 280 copie di ECG

Registratore: Stampante termica

Numero di canali: 3, 4, 6

Stampa: su carta 110 mm 140 mm 142 Fogli (piega a "Z")

Velocità di registrazione: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (± 3%)

Peso: Circa 3 kg (con batteria e carta)

Dimensioni: 322x310x101 mm

Schermo: LCD da 5,7" TFT a colori, 640.480 punti

In dotazione:

1 Cavo ECG 4mm con connettori a banana 4 mm

1 Set 6 elettrodi precordiali per adulti aspiranti precordiali

1 Set 4 elettrodi periferici

5 Pacchi carta Z-fold, 110 millimetri x 140 millimetri

1 Cavo di alimentazione (standard europeo)

1 Batteria al litio ricaricabile (2200mAh)

1 Fusibile (1A)

1 Manuale d'uso in Italiano

N. 5 Carrelli per elettrocardiografo

Caratteristiche tecniche:

carrello a tre piani, in lamiera verniciata a fuoco,

dotato di 4 ruote in nylon Ø 50 mm e 2 maniglie laterali.

Dimensioni: 49 x 37 x h 77 cm.

Dimensioni ripiano: 40 x 30 cm.

Colore: RAL 9002.

Il Direttore f. f. U.O.C.

Servizio Coordinamento Dipendenze Patologiche

D.ssa Rosetta Vaccaro

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
U.O.C. Coordinamento Servizi Dipendenze Patologiche
Direttore F.F. U.O.C. Ser.T. D.ssa Rosetta Vaccaro