



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 28177 del 12/02/2021

A tutte le ditte interessate

Oggetto : Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di FILO DI REPERE RIPOSIZIONABILE E MARCATORE TISSUTALE

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, la fornitura di **FILO DI REPERE RIPOSIZIONABILE E MARCATORE TISSUTALE**e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 7 all'indirizzo mail maria.tirro@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vor
Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

File allegato:
capitolato tecnico

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848

CARATTERISTICHE TECNICHE

FILO DI REPERE RIPOSIZIONABILE E MARCATORE TISSUTALE

- 1. Filo di repere riposizionabile per localizzazioni prechirurgiche di lesioni non palpabili.**
Ago centimetrato punta Lancet con punta ecogenica. Provvisto di indicatore di profondità e della posizione dell'uncino, impugnatura ergonomica azionabile con una sola mano. Filo in poliammide per ridurre l'invasività. Indicatore sonoro dell'esposizione dell'uncino (parziale/totale). Stabilizzatore del filo confezionato sterile durante l'escissione chirurgica. Misura 19G x 10 cm.
- 2. Marcatore tissutale biologicamente inerte per terapia neoadiuvante** visibile in TAC, RM e ecograficamente, composto da una fusione in carbonio pirolitico posto su ossido di zirconio posizionabile ecograficamente oppure con sistema di vuoto assistita.

Fabbisogno annuo:

n. 150 Pz di Filo di repere riposizionabile 19G x 10 cm

Prezzo offerto/prezzo di mercato €

n. 150 Pz marcitore Tissutale posizionabile con ago mis 14G e marcatore 1 x 5 mm

prezzo offerto/prezzo di mercato €