



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIA**
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
SEDE LEGALE : VIALE DELLA VITTORIA, 321 – AGRIGENTO
P. IVA 02570930848

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORI PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI AUSILI PER INCONTINENTI CON SISTEMA A RACCOLTA (SACCHE E PLACCHE PER COLO/ILEO/UROSTOMIZZATI, CATETERI VESCICALI ED ESTERNI) E MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE PIAGHE DA DECUBITO DI CUI ALL'ELENCO 2 DEL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017 ALLEGATO N. 2) E CONSEGNA DEGLI STESSI AL DOMICILIO DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO – DURATA TRIENNALE

Numero di gara 8045445

CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA OFFERTA TECNICA

	CODICE ISO	TIPO PROTESI	QUANTITA' ANNUA	COD DITTA	NOME COMMERCIALE	MISURA/ TAGLIA	CONFE ZIONE	NUMERO BD/RDM
AUSILI PER STOMIE ISO 09.18	09.18.04	SISTEMA 1 PEZZO COLOILEOSTIOMIA a fondo chiuso dispositivi dotati di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale), supporto adesivo microporoso e ipoallergenico; sul lato-corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente.						
	Lotto n. 1 09.18.04.003	Sacca per colostomia a Fondo Chiuso (DM.2017)	95.427					
	Lotto n. 2 09.18.04.006	Sacca per colostomia a fondo chiuso per stomi intorflessi (stomia a filo, retratto,	26.027					

		situato in una piega cutanea o in una cicatrice) DM.2017					
	09.18.05	SISTEMA A 2 PEZZI COLOILEOSTIOMIA <u>sacche per stomia, a più pezzi, a fondo chiuso</u> dispositivi costituiti da due pezzi: un supporto adesivo ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito ed una sacca di raccolta. La sacca è dotata di filtro antiodore, rivestimento antitraspirante sul lato corpo (in TNT o analogo materiale) e rivestimento opaco o trasparente sul lato esposto. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. Tali opzioni di scelta devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima dell'acquisto. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo.					
	Lotto n. 3 09.18.05.003	Sistema per colostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo chiuso) DM.2017	42.346				
	Lotto n. 4 09.18.05.006	Sistema per colostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per stomi intorflessi (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice + sacca a fondo chiuso) DM.2017	8.353				
	09.18.07	SISTEMA A 1 PEZZO UROSTOMIA DM.2017 sacche per stomia, a un pezzo, a fondo aperto con valvola anti-reflusso <i>La sacca per iieostomia</i> deve essere dotata di filtro antiodore, barriera autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale), supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale) sul lato corpo e rivestimento opaco o trasparente sul lato esposto,					

		valvola anti-reflusso. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico (preferenzialmente con rubinetto a scomparsa) raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Per entrambe, il sistema di svuotamento e di chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.					
	Lotto n. 5 09.18.07.003	Sacca per ileostomia a fondo chiuso DM.2017	12.015				
	Lotto n. 6 09.18.07.006	Sacca per Urostomia a fondo aperto DM.2017	2.087				
	Lotto n. 7 09.18.07.009	Sacca per ileostomie intorflesse (Stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) a fondo aperto DM.2017	3.240				
	Lotto n. 8 09.18.07.012	Sacca per Urostomie intorflesse (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) a fondo aperto DM.2017	505				
	09.18.08	SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA DM.2017 sacche per stomia, a più pezzi,a fondo aperto con valvola anti-reflusso dispositivi costituiti da due pezzi: un supporto adesivo ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito ed una sacca di raccolta. La sacca è dotata di filtro antiodore, rivestimento antitranspirante sul lato corpo (in TNT o analogo materiale), rivestimento sul lato esposto opaco o trasparente, valvola anti-reflusso. Lo spessore della placca può essere uniforme per tutta la superficie o differenziato per una migliore adattabilità a stomi irregolari. La placca può essere pretagliata, ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. Tali opzioni di scelta devono essere esplicitamente indicate nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro					

		sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. Il sistema di svuotamento e di chiusura della sacca deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.					
	Lotto n. 9 09.18.08.003	Sistema per Ileostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo aperto) DM.2017	4475				
	Lotto n. 10 09.18.08.006	Sistema per Urostomia (placca adesiva con flangia + sacche a fondo aperto) DM.2017	1275				
	Lotto n. 11 09.18.08.009 DM.2017	Sistema per Ileostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per ileostomie intorflesse (stoma a filo, retratto o situato in una piega cutanea e/o in una cicatrice) + sacche a fondo aperto)	41.855				
	Lotto n. 12 09.18.08.012	Sistema per Urostomia (placca adesiva con flangia a convessità integrale per urostomie intorflesse (stoma a filo, retratto o situato in un piega cutanea e/o in una cicatrice) + sacche a fondo aperto) DM.2017	705				
	09.18.24	SISTEMA AD IRRIGAZIONE L'irrigazione, restituendo un ritmo alla motilità intestinale dell'assistito, consente di ottenere un periodo di riposo intestinale. E' controindicata per utenti cui è stato diagnosticato il c.d. "colon residuo" (regolarità e ritmicità spontanea delle evacuazioni; con patologia pregressa: malattia diverticolare, Morbo di Crohn; con colon irritabile); in presenza di ernia peristomale, prolasso, stenosi, recidiva stomale; assistiti con inabilità fisica, psichica o chemio-terapica. E' consigliabile proporre l'inizio di tale pratica dopo un mese circa dall'intervento; la prescrizione indicherà la frequenza della procedura di irrigazione sulla base del tipo di peristalsi e del volume del colon residuo. NOTA: l'irrigazione consente					

		<p>all'assistito colostomizzato un periodo di 24 - 48 ore di relativa continenza.</p> <p><i>NOTA - La quantità erogabile di tali ausili deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione dello specialista prima di procedere all'acquisto. DM.2017</i></p>					
	Lotto n. 13 09.18.24.003	<p>Sistema di irrigazione completo</p> <p>Composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume, cintura di fissaggio con o senza placca e sacche di scarico. DM.2017</p>	51				
	Lotto n. 14 09.18.24.006	<p>irrigatore semplice</p> <p><i>composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume</i></p>	5				
	Lotto n. 15 09.18.24.009	<p>sacche di scarico trasparenti a fondo aperto per irrigazione, con barriera autoportante o adesivo o flangia. DM.2017</p>	5.310				
	Lotto n. 16 09.18.24.012	<p>tappo ad espansione o post irrigazione non ad espansione, con filtro incorporato. DM.2017</p>	5				
	Lotto n. 17 09.18.24.015	<p>mini sacca post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente</p> <p><i>NOTA - La prescrizione del sistema di irrigazione completo è alternativa alla prescrizione combinata dell'irrigatore e delle sacche di scarico. La prescrizione del materiale per irrigazione e l'indicazione della relativa frequenza rimodulano il quantitativo massimo concedibile di ausili per stomia. Le quantità del tappo ad espansione sono correlate alle specifiche condizioni della persona riportate dalla prescrizione così come quelle delle</i></p>	1.060				

		mini sacche post irrigazione. DM.2017						
	09.18.30	PROTECTORI DELLO STOMA E CUTE PERISTOMALE. DM.2017						
	Lotto n. 18 09.18.30.003	pasta o pomata protettiva, ad azione emolliente e/o eudermica. DM.2017	4.121					
	Lotto n. 19 09.18.30.006	polvere protettiva per zone peristomali. DM.2017	3.547					
	Lotto n. 20 09.18.30.009	Salviettine per detersione. <i>rilasciano una pellicola protettiva per le zone peristomali consentendone una adeguata detersione (la pellicola [o film] da applicare sulla pelle può anche essere rilasciata da un contenitore spray che la contiene)</i> DM.2017	600					
	Lotto n. 21 09.18.30.012	pasta solidificata può presentarsi in forme differenti, è ritagliabile per realizzare un'azione livellatrice e/o riempitiva sull'addome degli assistiti che presentano una superficie peristomale irregolare. NOTA: da prescriversi esclusivamente in questi casi. DM.2017	100					
	Lotto n. 22 09.21.18.003	lubrificante per cateterismo <i>NOTA BENE: prescrivibile esclusivamente in abbinamento ai cateteri a punta Nelaton o Tieman (codici: 09.24.06.006 e .009) DM.2017- gr. 100</i>	2					
	09.24	CONVOGLIATORI URINARI						
	09.24.03	CATETERI VESCICALI A PERMANENZA (o autostatici) dispositivi in confezione singola sterile, in silicone puro 100%, il palloncino a parete sottile (volume circa 10 ml) deve adattarsi alle differenze anatomiche del collo della vescica; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alla conformazione e alle misure dell'assistito (in genere, è presente il codice a colori sulla valvola per l'individuazione immediata della misura						

		<p>limitando il rischio di errori) e devono essere riportate nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto.</p> <p>Indicazioni. L'esigenza del posizionamento di un catetere a permanenza è indicato nelle seguenti condizioni: presenza di lesioni anatomiche delle basse vie urinarie che rendono impossibile un cateterismo intermittente; insufficiente manualità dell'assistito tale da rendere molto complicata la auto-gestione del cateterismointermittente; incontinenza urinaria grave in assistiti con ulcere da decubito; soggetti anziani non collaborativi; pazienti terminali.</p>					
	Lotto n. 23 09.24.03.003 DM.2017	<p>catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature 2</p> <p><i>il dispositivo monouso è provvisto di scanalature longitudinali su tutta la superficie esterna per favorire il deflusso delle secrezioni uretrali;</i></p> <p><i>indicato per assistiti che necessitano di una superficie di contatto catetere/mucosa ridotta.</i></p>	16.687				
	Lotto n. 24 09.24.03.006	catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature	10.000				
	09.24.06	<p>CATETERI VESCICALI A INTERMITTENZA</p> <p><i>NOTA - Per i bambini fino a 6 anni di età, la quantità massima è incrementabile in relazione a specifiche esigenze individuali segnalate dallo specialista prescrittore. Per la generalità dei casi, le quantità massime erogabili dei cateteri di drenaggio sono incrementabili, a giudizio dello specialista prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata non superiore a 3 mesi.</i></p> <p>DM.2017</p>					
	Lotto n. 25 09.24.06.006	catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di	9.820				

		forma conica) 120 la scelta delle misure (lunghezza e calibro), individuate in base alle caratteristiche dell'assistito sono riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.					
	Lotto n. 26 09.24.06.009	catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Tieman (leggermente ricurva) 120 <i>la scelta delle misure (lunghezza e calibro), individuate in base alle caratteristiche dell'assistito sono riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.</i>	960				
	Lotto n. 27 09.24.06.103	catetere autolubrificante a base di gel 120 <i>il gel di lubrificazione che favorisce l'introduzione e contenerne il traumatismo può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). Le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017</i>	7.800				
	Lotto n. 28 09.24.06.203	catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO) 120 <i>in confezione singola sterile; la superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica (non inclusa nella confezione); le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017</i>	48.750				
	Lotto n. 29 09.24.06.303	catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO) 120 <i>in confezione singola sterile; nella</i>	113.747				

		<p><i>confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Dm.2017</i></p>					
	Lotto n. 30 09.24.06.403	<p>catetere autolubrificante a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA 120</p> <p><i>in confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.Dm.2017</i></p>	1505				
	Lotto n. 31 09.24.06.503	<p>catetere autolubrificante idrofilo CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA 120</p> <p><i>in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. NOTA - Il piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe può prevedere la prescrizione combinata di cateteri di drenaggio e cateteri con sache graduate di raccolta, fermo restando il quantitativo massimo erogabile di 120 pezzi fissato per ciascun assistito nella generalità dei casi.Dm.2017</i></p>	5.700				

	Lotto n. 32 09.24.06.603	catetere/tutore per ureterocutaneostomia 2 dispositivo in confezione singola sterile, trasparente, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali che ne consentano l'uso per una lunga permanenza), con alette di bloccaggio e disco di fissaggio (per il posizionamento in situ), con foro centrale e fori di drenaggio posti lungo la superficie. La lunghezza (di solito, 25 cm) ed il diametro devono essere riportati in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. DM.2017	894					
	09.24.21	CONDOM PER URINA						
	Lotto n. 33 09.24.21.003	guaina in materiale ipoallergenico 60 dispositivo in materiale sintetico o in lattice, autocollante o con striscia adesiva o bi-adesiva; in genere, più sottile nella parte anteriore e con la punta rinforzata, l'attacco a raccordo deve adattarsi ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina. La misura del diametro (18 - 40 mm, in genere) favorisce l'adesione e la funzione e deve essere riportata in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto. DM.2017	3001					
09.27	RACCOGLI TORI DI URINA	SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA LETTO: dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo e collegamento al catetere uretrale (o alla guaina esterna) di diversa lunghezza (da riportare nella prescrizione), indicazione prestampata del volume raccolto, valvola antireflusso che evita la risalita delle urine, limitando i rischi di infezione retrograda DM.2017						

	Lotto n. 34 09.27.04.006	monouso a fondo chiuso	347.907				
	Lotto n. 35 09.27.05.003	riutilizzabile con rubinetto di scarico 20 <i>NOTA: in genere, la scelta del modello monouso è da riservarsi agli assistiti per i quali è prevista una cateterizzazione di breve durata.</i> DM.2017	1.504				
		SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA GAMBA: <i>dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo di misure varie (da indicare nella prescrizione), dotata di valvola antireflusso, con sistema antisciacabordio, con o senza rivestimento in TNT sul lato gamba, con o senza sistema antitorsione, dotata di rubinetto di scarico</i>					
	Lotto n. 36 09.27.04.003	monouso	34.387				
	Lotto n. 37 09.27.05.006	riutilizzabile	2.372				
04.49	PRODOTTI PER TERAPIE PERSONALI PRODOTTI PER IL TRATTAME NTO DELLE LESIONI CUTANEE	<i>NOTA 1 - I quantitativi erogabili sono determinati dalla frequenza del cambio della medicazione legata alla tipologia delle lesione, alla quantità di essudato, alla fase del processo di cicatrizzazione in essere ed alle condizioni cliniche valutabili dallo specialista e dal suo team professionale e devono essere riportate dettagliatamente nella prescrizione.</i> <i>NOTA 2 - A causa della diffusa disomogenità delle misure delle medicazioni in commercio, come unità convenzionale di valutazione economica, si suggerisce l'utilizzo di € / superficie per quelle in alginato, in idrocollidi, in idrofibra, in argento, in poliuretano e per le garze ad azione emolliente; € / volume o peso per le medicazioni in gel idrofilo e le confezioni di lubrificante per cateterismo; € / volume per le medicazioni cavitarie (cod.</i>					

		<p>04.49.21.633) e € / lunghezza per la rete tubolare elastica (cod. 04.49.27.003). medicazioni in alginato (classe M040402 - Cnd): <i>medicazioni attive a base di sali di Ca e/o di Na e della miscela di acido D-mannuronico e acido L-glucuronico (in diverse strutture chimiche e concentrazioni) [ac. alginico (alga bruna)], presentano un ridotto rilascio e dispersione di fibre, sono caratterizzate da alta integrità quando sono bagnate; posseggono una alta capacità assorbente ed emostatica formando un gel all'interno della lesione che mantiene l'ambiente umido; sono indicate per lesioni con alta essudazione siero-ematica o francamente emorragica e per lesioni cavitarie, contaminate o infette; sono controindicate per lesioni asciutte, deterse, in fase di granulazione o nel caso di lesioni con presenza di tessuto necrotico. Prescrivibili nei formati, adesivi e non, di seguito elencati: DM.2017</i></p>					
	Lotto n. 38 04.49.03.103	cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm ² +/- 10%)	241				
	Lotto n. 39 04.49.03.106	a nastro (espressa in superficie attiva) cm 2 x cm 35 circa	20				
	Lotto n. 40 04.49.03.109	cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm ² +/- 10%)	270				
		medicazioni in idrocolloidi (classe M040403 - Cnd): <i>medicazioni composte da miscele di polimeri naturali o sintetici, quali CMC, pectina, lecitina, gelatina, ecc. (agenti gelificanti), sospese in forma microgranulare e combinate con elastomeri e adesivi applicati su un supporto in forma di placca, film o pasta. Sono indicate per lesioni in fase di granulazione con essudato basso o</i>					

		<p>medio, con assenza di segni clinici di infusione, letto della ferita deterso e, in genere, con cute perilesionale intatta, ulcere con tessuto necrotico da rimuovere (autolisi); sono altamente conformabili, poco assorbenti, traspiranti ed impermeabili verso contaminanti esterni, promuovono il debridement autolitico. Presentano il vantaggio di richiedere il cambio della medicazione sufficientemente distanziato (di solito, ogni 3 - 5 giorni) meno traumatico per gli assistiti; la scelta dello spessore della medicazione è direttamente proporzionale alla quantità di essudato della lesione e va riportata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto. Prescrivibili nei formati di seguito elencati:</p>					
	Lotto n. 41 04.49.06.203	cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm ² +/- 10%)	74				
	Lotto n. 42 04.49.06.206	cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm ² +/- 10%)	20				
	Lotto n. 43 04.49.06.209	cm 20 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 400 cm ² +/- 10%)	108				
		<p>MEDICAZIONI IN IDROFIBRA (classe M040404 - Cnd): medicazioni composte da soffici fibre di CMC sodica che tendono a gelificare dopo l'assorbimento dell'essudato (che viene trattenuto senza dispersione e propagazione laterale) applicate su un supporto di tessuto-non-tessuto (Tnt). Sono indicate per lesioni con essudazione da media ad alta, lesioni contaminate o infette e cavitarie e sono controindicata per lesioni secche e necrotiche. Presentano una notevole capacità assorbente (fino a 20-25 volte il proprio peso originale), non aderiscono</p>					

		<i>alla lesione con rimozione integra della medicazione e non hanno caratteristiche emostatiche; forniscono una efficace azione occlusiva della lesione. Prescrivibili nei formati di seguito elencati: DM.2017</i>					
	Lotto n. 44 04.49.09.303	cm 5 x 5 (corrispondente ad una superficie attiva di 25 cm ² +/- 10%)	110				
	Lotto n. 45 04.49.09.306	cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm ² +/- 10%)	160				
	Lotto n. 46 04.49.09.309	cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm ² +/- 10%)	10				
	Lotto n. 47 04.49.12.403	<i>medicazioni in gel idrofilo (classe M040405 - Cnd) medicazioni in forma di gel (con o senza supporto) a base di polimeri idrofili (in genere, dell'amido) con un contenuto di acqua superiore al 70% (fino all' 85%), sono indicate per lesioni superficiali e di media profondità, con presenza di tessuto di granulazione; sono specifiche per lesioni cutanee necrotiche e/o fibrinose che necessitano di idratazione e/o deterzione e sbrigliamento, manifestano un blando effetto anestetico; sono controindicate nelle lesioni infette e con intensa essudazione DM.2017</i>	30.010				
		MEDICAZIONI IN ARGENTO (classe M04040801/02- Cnd): <i>medicazioni in tessuto-non-tessuto (o altro supporto) con presenza di Ag in varie forme (argento metallico micronizzato, ione argento, argento nano-cristallino); sono indicate per la gestione di lesioni infette, ad evidente rischio di infezione e in quelle in cui l'eccessiva carica batterica provoca un ritardo nella guarigione ("colonizzazione critica" o</i>					

		<p><i>"pre-infezione"). Possono presentarsi in combinazione con altre sostanze attive come schiume di poliuretano o alginati (in grado di cedere Ag), ma si ritiene prevalente l'attività battericida dell'Ag presente. In genere, vanno usate inizialmente per un periodo non superiore a due settimane prima di una nuova valutazione delle condizioni della lesione.</i></p> <p><i>Prescrivibili nei formati di seguito elencati:</i></p> <p>DM.2017</p>					
	Lotto n. 48 04.49.15.503	cm 15 x 15 (corrispondente ad una superficie attiva di 225 cm ² +/- 10%)	7.860				
	Lotto n. 49 04.49.15.506	cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm ² +/- 10%)	3.510				
	Lotto n. 50 04.49.15.509	cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm ² +/- 10%)	250				
		<p>MEDICAZIONI IN POLIURETANO (classe M040406 - Cnd):</p> <p><i>medicazioni primarie e secondarie a base di poliuretano in quantità prevalente, associato o meno ad altre sostanze, (preferenzialmente prive di bordi adesivi se destinate agli assistiti che presentano la cute perilesionale fragile); si presentano in forma di schiuma pluristratificata (semplice, idrocellulare, idropolimero) o a base di poliuretano in forma gelificata; sono indicate per il trattamento di lesioni a spessore parziale o totale a media secrezione; i liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all'interno del tampone di schiuma che si conforma perfettamente al letto della lesione e alle diverse sedi anatomiche del corpo; devono ritenere gli essudati assorbiti senza disperderli anche quando sottoposte a pressione; lo spessore della schiuma crea</i></p>					

		<i>un effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce le necessaria protezione. Controindicate per lesioni non essudanti con fondo secco ed in associazione con agenti ossidanti (ad esempio, acqua ossigenata). Prescrivibili nei formati di seguito:</i>					
	Lotto n. 51 04.49.18.603	cm 10 x 10 (corrispondente ad una superficie attiva di 100 cm ² +/- 10%)	290				
	Lotto n. 52 04.49.18.606	cm 10 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 200 cm ² +/- 10%)	130				
	Lotto n. 53 04.49.18.609	cm 15 x 20 (corrispondente ad una superficie attiva di 300 cm ² +/- 10%)	110				
	Lotto n. 54 04.49.21.633	<i>medicazione cavitaria indicata per il trattamento delle lesioni profonde che riguardano i piani dal sottocutaneo al fasciale fino al muscolare ed al tendineo; può essere costituita da differenti materiali ma deve essere concepita per essere introdotta integralmente nella lesione per le operazioni di riempimento o "zaffatura" (unità di misura per il confronto e le valutazioni: volume in cm³)</i> DM.2017	210				
	Lotto n. 55 04.49.24.703	<i>medicazioni costituite da garze e sostanze ad azione emolliente (classi M02030201 e M02030299 - Cnd)</i> <i>medicazioni costituite da un supporto di garza di cotone a rete sottile (tessuto di acetato di cellulosa o altro materiale) impregnata con petrolato bianco, vaselina o paraffina. Le misure devono essere scelte in base alla superficie corporea esposta al trattamento e riportate in dettaglio nella</i>	30				

		<p><i>prescrizione prima di procedere all'acquisto. Prescrivibili esclusivamente ad assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RN0570 - epidermolisi bollosa ereditaria).</i></p> <p>DM.2017</p>					
	Lotto n. 56 04.49.27.903	<p><i>rete elastica tubolare costituita da gomma naturale (circa 25-30% del peso) ricoperta da piccole e sottili catene di poliammide (circa 65-70% del peso) in modo da non essere a contatto con la cute anche alla massima estensione; indicata per mantenere una medicazione in posizione senza l'utilizzo di collanti o nastri e necessaria per gli assistiti soggetti a frequenti sostituzioni della stessa; le dimensioni e la lunghezza devono essere esplicitamente precise nella prescrizione specialistica in relazione alle esigenze dell'assistito. Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RL0030 - pemfigo - RL0040 - pemfigoide boloso - RN0570 - epidermolisi bollosa ereditaria</i></p> <p>DM.2017</p>	2.010				