



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Telefono : 0922 407279
FAX 0922 407119
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura Negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta n. 2778134, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale ed in otto lotti, di "Dispositivi medici per appa-rato gastrointestinale (cat. G della classif. CND)" per i PPOO dell'Asp di Agrigento.

Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano i chiarimenti resi dall'UOC Farmacia del PO di Agrigento, a seguito di quesiti posti da alcune ditte:

- D. 01) In riferimento ai lotti 1, 4A, 5, 6 si prega di specificare per ciascun lotto se si tratta di sonda di sostituzione a palloncino o di PEG di primo impianto. Grazie.
- R. 01) LOTTO 1: Sonde da sostituzione a basso profilo per nutrizione gastrostomica , in silicone, punta distale rastremata ed a scomparsa, palloncino di tenuta interno in silicone. Meccanismo connettore set prolunga secur-lok. Valvola prossimale antireflusso. Sterile. Tutte le misure.
LOTTO 4A: Sonde da sostituzione a basso profilo per nutrizione gastrostomica con connessione ENFIT, in silicone, palloncino di tenuta interno in silicone. Connessione tipo ENFIT. Tutte le misure.
LOTTO 5: Sonde da sostituzione a basso profilo per nutrizione gastrostomica con connessione ENFIT, in silicone, punta distale rastremata ed a scomparsa, palloncino di tenuta interno in silicone. Meccanismo connettore set prolunga secur-lok. Connessione tipo ENFIT. Sterile. Tutte le misure.
LOTTO 6: Sonda da sostituzione per gastrostomia percutanea endoscopica. Tutte le misure.
- D. 02) Lotto n. 1- Lotto n. 4 sublotto A - Lotto n. 5 - Lotto n. 6: si richiede di dettagliare in maniera esauritiva le caratteristiche dei prodotti richiesti indicando se si tratta di prodotti di primo impianto, di sostituzione, se hanno palloncino.
- R. 02) Vedasi quanto indicato al punto R. 01.
- D. 03) Si richiedono maggiori specifiche per quanto riguarda il tipo di sonda richiesta per il lotto 4 posizione a; lotto 5 e lotto 6.In particolare se con o senza palloncino, da sostituzione o a bottone, che misure? Grazie
- R. 03) Vedasi quanto indicato al punto R. 01.

Agrigento, 16.04.2021

Il Collab. Amministr. e Rup
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco