



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. – per la fornitura, in 3 lotti, di attrezzature sanitarie per sala emodinamica delle UU.OO.CC. Cardiologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca (Codice CUP C39J21028910005 Codice gara 8118860)). CHIARIMENTI – DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE.

Si rendono noti i seguenti chiarimenti a seguito di quesiti formulati:

- 1) Quesito: All'interno del documento "Condizioni Particolari di Contratto", leggiamo: "Si richiede, pena l'esclusione, la compatibilità tecnica del poligrafo offerto con l'Angiografo installato PHILIPS INTEGRIS CV, nonché con l'Angiografo da installare SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR (in sostituzione dell'angiografo attualmente installato)".

Risposta: Si conferma la richiesta del documento "Condizioni Particolari di Contratto"; pertanto, il poligrafo offerto dovrà, pena l'esclusione, essere compatibile con l'Angiografo attualmente installato PHILIPS INTEGRIS CV, nonché con l'Angiografo da installare SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR; si riporta la risposta resa dall'UOC Cardiologia/emodinamica P.O. Sciacca *"Premesso che la richiesta di acquisto del sistema Poligrafo per la UOS di Emodinamica di Sciacca è legata al funzionamento dell'angiografo Philips che in atto risulta ancora attivo e valido qualora corredata da un Poligrafo nuovo, considerato il protrarsi dei tempi di progettazione per l'adeguamento e l'installazione del nuovo angiografo Siemens, risulta evidente che la necessità di questa UO è quella di possedere un nuovo Poligrafo che abbia tutte le caratteristiche in oggetto, ovvero la compatibilità con l'angiografo Philips ancora non destituito. Va da sé che la più o meno imminente sostituzione del suddetto angiografo con il nuovo Siemens comporterà la necessità che il Poligrafo in oggetto sia anche compatibile con il nuovo angiografo Siemens"*.

- 2) Quesito: Nella "Scheda Tecnica Lotto1" si legge che il software deve avere la "Possibilità di condividere i dati demografici del sistema Angiografo Philips Integris CV". Si chiede di confermare che, per il poligrafo destinato al PO di Sciacca, il requisito de "la possibilità di condividere i dati demografici" sia da riferirsi al nuovo angiografo SIEMENS Artis zee floor, acquistato in una data successiva a quella posta in calce alla citata Scheda Tecnica e che sarà installato tra pochi mesi in sostituzione dell'angiografo esistente.

Risposta: Si riporta la risposta resa dall'UOC Cardiologia/emodinamica P.O. Sciacca *"Per quanto concerne la "condivisione dei dati demografici" potrebbe in questa fase non essere ostativa la compatibilità per il Philip poiché tale condivisione diverrebbe necessaria con il nuovo Siemens"*.

3) **Quesito:** Nelle Schede Tecniche vengono richiesti due monitor LCD full HD da almeno 20" per la sala comandi. Si chiede, al fine di consentire la partecipazione dei maggiori produttori alla presente Procedura negoziata, di confermare che sarà ritenuta equivalente l'offerta di due monitor da 19" TFT in grado di garantire, grazie ad una matrice pari a 1280 x 1024 pixel2, la visualizzazione contemporanea (on-line e off-line) dei parametri fisiologici in tempo reale e dell'elaborazione delle misurazioni effettuate.

Risposta: Al fine di garantire la massima partecipazione alla presente procedura in osservanza al principio di concorrenza, si chiarisce che sarà accettata anche l'offerta di due monitor LCD full HD da almeno 19" TFT in grado di garantire, grazie ad una matrice pari a 1280 x 1024 pixel2, la visualizzazione contemporanea (on-line e off-line) dei parametri fisiologici in tempo reale e dell'elaborazione delle misurazioni effettuate.

4) **Quesito:** Nella "Scheda tecnica Lotto1" viene richiesto un monitor medicale LCD full HD di almeno 18 pollici da installare in sala esami. Si chiede, ove l'ordine della nuova apparecchiatura preveda un display grande che integri diverse sorgenti di segnale, al fine di ridurre gli ingombri in sala esame, di considerare equivalente la possibilità di riportare il segnale del poligrafo su tale monitor, senza fornire un display ulteriore.

Risposta: Si conferma la richiesta di cui alla scheda tecnica Lotto 1 di un monitor medicale LCD full HD di almeno 18 pollici da installare in sala esami, per come descritto nella citata scheda tecnica lotto 1. Si riporta la risposta resa dall'UOC Cardiologia/emodinamica P.O. Sciacca: "*la fornitura dello stesso (monitor in sala esami) diviene necessaria per il funzionamento del Poligrafo richiesto nella sala angiografica esistente (Philips) che solo poi , non sappiamo con certezza quando, diverrà Siemens*";

5) **Quesito:** Nella "Scheda tecnica Lotto2" viene richiesto un monitor medicale LCD full HD di almeno 18 pollici da installare in sala esami. Si chiede di specificare se sia presente un display grande che integri diverse sorgenti di segnale. In caso positivo, al fine di ridurre gli ingombri in sala esame, si chiede di considerare equivalente la possibilità di riportare il segnale del poligrafo su tale monitor, senza fornire un display ulteriore.

Risposta: Si conferma la richiesta di cui alla scheda tecnica Lotto 2 di un monitor medicale LCD full HD di almeno 18 pollici da installare in sala esami, per come descritto nella citata scheda tecnica lotto 2. Si riporta la risposta resa dall'UOC Cardiologia/emodinamica P.O. Sciacca: "*la fornitura dello stesso (monitor in sala esami) diviene necessaria per il funzionamento del Poligrafo richiesto nella sala angiografica esistente (Philips) che solo poi . non sappiamo con certezza quando, diverrà Siemens*";

6) **Quesito:** Con riferimento al punto n. 3) a pag. 6 del documento „Condizioni Particolari di Contratto“ in cui viene riportato: „*l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la*

Sanità"; chiediamo cortesemente di ricevere il documento "Condizioni Generali di Contratto" per prendere visione delle penali riportate.

Risposta: Si conferma quanto previsto dal documento Condizioni particolari di contratto; il documento Condizioni Generali di Contratto riferito al MEPA sezione Bando Forniture di prodotti è consultabile al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09; per le penalità si fa riferimento all'art. 11 del citato documento Condizioni Generali di Contratto.

- 7) Quesito: Con riferimento al punto n. 4) a pag. 6 del documento Condizioni Particolari di Contratto in cui viene riportato: „*la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente*“, si chiede di prevedere un termine ragionevole per provvedere alla sostituzione almeno pari a 45 giorni, corrispondente al tempo previsto per consegna, tenuto conto della necessità di organizzazione delle risorse aziendali e della tempistica media per l'attività richiesta.

Risposta: Si conferma quanto previsto dal documento Condizioni particolari di contratto di cui al punto 4 delle Modalità di esecuzione della Fornitura pag. 6.

Si comunica il differimento del termine di presentazione delle offerte alle ore 11:00 del 17 maggio 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Le ditte offerenti sono tenute a restituire la presente debitamente firmata per presa visione ed accettazione, da inserire nello spazio previsto per il documento "Copia Condizioni particolari di contratto" Busta amministrativa.

Si evidenzia che la presente viene inviata tramite piattaforma www.acquistinretepa.it a tutte le ditte invitiate alla RDO in oggetto, nonché pubblicata sul sito web www.aspag.it, con valore di notifica per tutte le ditte invitate.

Agrigento, 10.05.2021

Il RUP
Dr. Giuseppe Sanfilippo

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. Oreste Falco