

Scheda Tecnica

10 Kit per Crioablazione della fibrillazione atriale

Con la presente, si richiede acquisto urgente di n. 10 Kit per Crioablazione della fibrillazione atriale (FA), necessari al trattamento di patologie di pazienti afferenti presso l’U.O. di Cardiologia del P.O. S. Giovanni Dio di Agrigento.

La tecnologia per l’ablazione transcatetere tramite Crioablazione, per il trattamento dei pazienti affetti da FA, viene fornita dalla Medtronic ; trattasi di un prodotto esclusivo ed infungibile, non presente nella gara di bacino, e presenta le seguenti unicità funzionali:

- Tecnologia a palloncino di due diametri (23 e 28 mm) tali da permettere l’occlusione delle vene polmonari a livello anatrale, per minimizzare il rischio di gap post ablazione;
- Tecnologia “Over The Wire” per un posizionamento sicuro su filo guida;
- Possibilità di utilizzare un catetere circolare mappante dedicato (Achieve) di tre diametri possibili (15, 20 e 25 mm) per il controllo dell’avvenuto isolamento delle vene polmonari ed eventuale valutazione del parametro “Time To Effect”, predittore di mantenimento della lesione nel lungo periodo;
- Possibilità di effettuare isolamento delle vene polmonari tramite una singola applicazione “One Shot”;
- Dotato di introttore percutaneo deflettibile con diametro interno da 12F e dilatatore compatibile con filo guida 0.035”.

Ciascun Kit deve essere composto da:

- N.1 Pallone Arctic Front Advance, cod. AFAPRO23, AFAPRO28
- N.1 Catetere Achieve, cod. 2ACH15, 2ACH20, 2ACH25
- N.1 Introduttore Flexcath Advance, cod. 4FC12
- N.1 Cavo coassiale, cod. 203CX
- N.1 Cavo elettrico, cod. 2035U
- N.1 Cavo per Achieve, cod. 2AHC

La Cryoconsole, completa di accessori, necessari all’esecuzione delle ablazioni, dovranno essere forniti dalla ditta in comodato d’uso gratuito per i giorni delle procedure.