



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. 77701 del 29/04/2021

Spett. Ditta

Sito WEB AZIENDALE

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto urgente, in somministrazione annua, di "Cateteri vescicali tipo Nelaton" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, per un quantitativo presunto annuo di circa 42.800 pz., le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata richiesta del Direttore U.O.C. Farmacia del PO di Agrigento e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

Si precisa che il quantitativo indicato nell'allegata richiesta non è quello che verrà messo a gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 07.05.2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Prezzo di mercato, franco destino, del dispositivo proposto;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 \* Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

PROR. BLOCCO dl 13.4.2021

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott. Oreste Falco

OGGETTO: Richiesta d'acquisto cateteri vescicali

Si chiede l'acquisto di cateteri vescicali tipo Nelaton, dispositivo che utilizzano tutte le UU.OO. nelle attività assistenziali quotidiane.

I dispositivi in questione non sono presenti in nessuna gara e questa Farmacia è impossibilitata ad effettuare l'acquisto.

Di seguito il capitolato tecnico con i fabbisogni annuali per l'Ospedale di Agrigento.

DESCRIZIONE	CND	FABBISOGNO OSPEDALE AG
Cateteri vescicali ad una via, senza palloncino tipo Nelaton, 100% PVC, trasparente, atossico, aspirogeno, monouso e sterili. Estremità distale chiusa, dritta, arrotolata, morbida con due fori laterali. Superficie esterna satinata e siliconata. Latex free. Lunghezza per uomo e per donna a richiesta. Misure: da CH8 a CH20. Eventuali altre misure a richiesta dell'utilizzatore. Prodotto conforme alla Direttiva 93/42 CEE. Dispositivi di classe IIa	U01010502	35000 PEZZI

La presente ha carattere di urgenza in quanto le scorte di magazzino sono quasi esaurite.

U.O.C. Farmacia  
Il Dirigente Farmacista  
Dott.ssa Valeria Ciotta

Il Direttore della Farmacia  
Dott. Giuseppe Bellavia