



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Dipartimento delle Scienze Radiologiche  
(Strutturale/Transmurale)  
Direttore: Dott. Angelo Trigona

### ***n.1 tavolo prono stereotassico 2D per biopsie della mammella.***

#### ***REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA***

A pena di esclusione dalla gara la fornitura dovrà prevedere la seguente dotazione di dispositivi medici, ciascuno dei quali dovrà soddisfare ai requisiti minimi per essi individuati e di seguito indicati.

- Dispositivo per stereotassi digitale con guida tradizionale (2D);
- Possibilità di esecuzione delle stereotassi con guida tomosintesi (3D);
- Acquisizione di immagini stereotassiche nel minor tempo possibile;
- Adattatore per biopsia per il dispositivo di prelievo;
- Ampio angolo di accesso dell'ago di biopsia regolabile dall'operatore;
- Fornitura di tavolo per esecuzione di stereotassi con paziente in posizione prona;
- Ampio campo di biopsia (descrivere), preferibilmente non inferiore a 7 x 7 cm;
- Il sistema deve offrire la possibilità di scegliere il migliore approccio alla lesione (frontale, inclinato lungo l'asse x o laterale);
- Dispositivo per la radiografia dei frustoli estratti mediante biopsia.

Dott. R. MANDRACCHIA