



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 100481 del 03-06-2021

Spett. Ditta

Sito web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto urgente, in somministrazione, di "Trocar per drenaggio toracico", varie misure, per i PP.OO. di Agrigento e Licata, per un quantitativo presunto annuo di circa 900 pz., le cui caratteristiche tecniche vengono specificate nell'allegata richiesta del Direttore U.O. Complesso operatorio PO di Agrigento e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

I quantitativi e le misure vengono appresso specificate:

Misura	Quat. annuo pres.
16 Ch	100
18 Ch	100
20 Ch	200
24 Ch	200
28 Ch	200
32 Ch	100
Tot. pres. Annuo	900

Si precisa che il quantitativo su indicato è meramente orientativo e potrà essere rettificato in sede di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 10.06.2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Prezzo di mercato, franco destino, del dispositivo proposto;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.


E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di

impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.


Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O. COMPLESSO OPERATORIO
DIRETTORE RESP. DR. G. FIORICA



Alla UOC Farmacia
Dr.ssa V. Ciotta

Oggetto: richiesta acquisto urgente trocar per drenaggio toracico.

Gent.ma Dr.ssa

Si richiede quanto in oggetto, avente le seguenti caratteristiche:

Sistema di drenaggio toracico monouso costituito da catetere e da stiletto metallico in esso inserito per favorire l'ingresso nello spazio intercostale.

Il catetere ha la funzione di permettere al fluido intrapleurico di drenare verso l'esterno. Punta conica.
Latex free.

Fabbisogno annuale presunto:

N. 100 Diametro 20 ch, lungh 40
N. 100 Diametro 24 ch, lungh 40
N. 100 Diametro 28 ch, lungh 40
N. 100 Diametro 32 ch, lungh 40

Ringraziando anticipatamente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Agrigento, li 12-05-2021

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
P.O. SAN GIOVANNI DI DIO
UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA