



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 132785 del 27-07-2021

Spett. Ditta SITO WEB AZIENDALE

Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPORTI

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura, con la formula del "Conto Deposito" o in somministrazione, di strumentario monouso dedicato per generatori a radiofrequenza Harmonic, in dotazione ai complessi operatori dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'affidamento della fornitura di strumentario monouso dedicato per generatori a radiofrequenza Harmonic, in dotazione ai complessi operatori dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento, le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata scheda tecnica e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it

Gli OO. EE. interessati dovranno produrre N. 02 proposte per come di seguito indicate:

Proposta n. 01 – Fornitura con la formula del "Conto Deposito";

Proposta n. 02 – Fornitura in regime di somministrazione;

Agli OO. EE. interessati si chiede di produrre, entro e non oltre 02.08.2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Prezzo di mercato, franco destino, dei dispositivi proposti, con separata evidenza delle ipotesi sopra riportate;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

L'indagine è finalizzata inoltre ad appurare l'esclusività della fornitura per compatibilità tecnica, verificando se vengono presentate offerte di dispositivi medici, oggetto della presente procedura, pienamente compatibili con i generatori a radiofrequenza Harmonic, in dotazione ai complessi operatori dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento, nonché per consentire, a questa Stazione Appaltante, la scelta se indire apposita procedura in uno o più lotti.


La presente viene pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto.

al fine di consentire a questa Amministrazione una valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

L'Assist. Amm.vo
Sig. Biagio De Martino



Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco

U.O.C. PROVVEDITORATO

Il Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Rosalia Cala'



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

Plot 11126 DEL 21/06/2021

Al Direttore U.O.C. Ufficio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

c.a. Dott. Giuseppe Palumbo

e.p.c. Al Responsabile del Complesso Operatorio
Dott. Gerlando Fiorica

**OGGETTO: Strumentario monouso dedicato per generatori a radiofrequenza
Harmonic P.O. Agrigento**

In riferimento ai generatori Harmonic di proprietà del P.O. di Agrigento, si chiede a codesto Provveditorato di indire, nel più breve tempo possibile, una gara dedicata ai materiali di consumo.

Si invia, in allegato, capitolato tecnico, avallato dal Dott. Gerlando Fiorica, con i relativi fabbisogni annuali presunti del P.O. di Agrigento al quale è necessario aggiungere le seguenti esigenze che la Ditta aggiudicataria dovrà soddisfare:

- La fornitura sarà gestita con la modalità del CONTO DEPOSITO, per cui la Ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a costituire entro sette giorni dalla richiesta, un conto deposito dei dispositivi medici aggiudicati, pari almeno a 21 unità per tipologia, con assenso all'utilizzo, nelle quantità e presso la sede che sarà indicata nell'ordinativo. Il conto deposito non comporterà per l'Amministrazione alcun onere aggiuntivo e la merce consegnata in conto deposito, rimarrà di proprietà del fornitore fino all'effettivo utilizzo.
- Corsi di formazione da parte di personale certificato, specializzato ed autorizzato dalla ditta produttrice agli utilizzatori, relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo ai dispositivi consumabili.
- Numero e qualifica del personale autorizzato alla formazione e all'assistenza per il corretto utilizzo dei dispositivi.
- Attività di supporto specialistico agli operatori con realizzazione di programmi di addestramento e di consulenza anche mediante il supporto di adeguati software per la guida chirurgica con assistenza visiva computerizzata, finalizzati all'uso corretto ed appropriato dei prodotti aggiudicati ed alla ottimizzazione dell'uso anche in nuove tecniche chirurgiche.

Le Ditte offerenti dovranno fornire opportuna campionatura del materiale di consumo inserito nel capitolato.

U.O.C. Farmacia
Il Dirigente Farmacista
Dott.ssa Valeria Ciotta

Il Direttore della Farmacia
Dr. Giuseppe Bellavia

STRUMENTI MONOUSO PER GENERATORI AD ULTRASUONI DI PROPRIETA' DEI PP.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO

LOTTO 1	DESCRIZIONE	FABB.ANNUO P.O. AG.	FABB.ANNUO P.O. SCIACCA	FABB.ANNUO P.O. RIBERA	FABB.ANNUO P.O. LICATA	FABB.ANNUO P.O. CANIC.	TOTALI
a	Forbice coagulante multifunzione con lama curva Harmonic Focus per chirurgia open, impugnatura morbida a forbice, comandi manuali integrati nello strumento, lunghezza dello strumento 9 cm	30	30	= =	30	20	110
b	Forbice coagulante multifunzione con lama curva Harmonic HD1000i per chirurgia open, impugnatura ergonomica a pistola, comandi per attivazione manuale integrati a pulsante, trasduttore integrato per il collegamento diretto, lunghezza dello strumento 20cm, lunghezza lama attiva 18,5mm	96	96	= =	96	60	348
c	Forbice coagulante multifunzione con lama curva Harmonic HD1000i per chirurgia laparoscopica, impugnatura ergonomica a pistola, comandi per attivazione manuale integrati a pulsante, trasduttore integrato per il collegamento diretto, lunghezza dello strumento 36cm, lunghezza lama attiva 18,5mm	204	144	= =	204	100	652
d	Forbice coagulante multifunzione con lama curva Harmonic per chirurgia open, impugnatura ergonomica a pistola, comandi per attivazione manuale integrati a pulsante, lunghezza dello strumento 23cm, lunghezza lama attiva 15mm	24	96	= =	24	24	168
e	Forbice coagulante multifunzione con lama curva Harmonic per chirurgia laparoscopica, impugnatura ergonomica a pistola, comandi per attivazione manuale integrati a pulsante, lunghezza dello strumento 36cm, lunghezza lama attiva 15mm	24	24	= =	24	24	96
f	Pinza per coagulazione enseal per chirurgia open, impugnatura ergonomica a pistola, tasti separati per coagulazione e taglio. Lunghezza dello strumento 20cm, stelo rotante 360°, lunghezza delle gahasce 38mm e larghezza 6mm	30	30	= =	30	20	110
g	Pinza curva enseal multifunzionale articolabile con tecnologia PTC per la coaugulazione bipolare e la transezione meccanica simultanea dei tessuti molli e di vasi fino a 7mm per chirurgia laparoscopica, impugnatura ergonomica a pistola con comandi manuali, lunghezza dello strumento 37cm, stelo rotante 360°, 5mm di diametro	96	96	= =	96	60	348
	* La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in sconto merce i cavi per l'utilizzo dei manipoli						

25. 3