



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U. O. di Fisica Sanitaria
Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio"
C.da Consolida, AGRIGENTO

Scheda Tecnica Dispositivi Individuali di Protezione Anti-x e Paratie

LOTTO 1

Voce a) n. 20 - Camice grembiule Anti-X totale comprensivo di cintura di sostegno con possibilità di personalizzazione in velcro, flessibile, facile da pulire: camice anti-X di ultima generazione, il più leggero possibile, privo di piombo, con peso non superiore a 3 Kg/m², rispondente alla norma tecnica IEC 61331-1:2014 con schermatura di almeno 0.25 mm di Pb_{eq} antero-posteriore. Una stima previsionale delle taglie, con tolleranza al 10% è la seguente:

TAGLIA	% FORNITURA
S	5%
M	50%
L	40%
XL/XXL/XXXL	5%

Voce b) n. 40 - Camice grembiule Anti-X totale comprensivo di cintura di sostegno con possibilità di personalizzazione in velcro, flessibile, facile da pulire: camice anti-X di ultima generazione, il più leggero possibile, privo di piombo, con peso non superiore a 6 Kg/m², rispondente alla norma tecnica IEC 61331-1:2014 con schermatura di almeno 0.50 mm di Pb_{eq} anteriormente (da fianco a fianco) e almeno 0.25 mm posteriormente; si precisa che la schermatura anteriore può anche essere raggiunta dalla sovrapposizione delle parti costituenti il camice. Una stima previsionale delle taglie, con tolleranza al 10% è la seguente:

TAGLIA	% FORNITURA
S	5%
M	50%
L	40%
XL/XXL/XXXL	5%

Voce c) n. 120 - Camice spezzato anti-X costituito da 2 pezzi gonna + giubbino con possibilità di personalizzazione in velcro, flessibile, facile da pulire: camice anti-X di ultima generazione, il più leggero possibile, privo di piombo, con peso non superiore a 6 Kg/m², rispondente alla norma tecnica IEC 61331-1:2014 con schermatura di almeno 0.50 mm di Pb_{eq} anteriormente (da fianco a fianco) e almeno 0.25 mm posteriormente; si precisa che la schermatura anteriore può anche essere raggiunta dalla sovrapposizione delle parti costituenti il camice. Una stima previsionale delle taglie, con tolleranza al 10% è la seguente:

TAGLIA	% FORNITURA
S	5%
M	50%
L	40%
XL/XXL/XXXL	5%

LOTTO 2

Voce a) n. 60 - Occhiali non graduati con lenti antiriflesso con schermatura di almeno 0.50 mm di Pb equivalente anche laterale; materiale di ultima generazione il più leggero possibile con cinturino di sicurezza, rispondente alla norma tecnica IEC 61331-1:2014;

Voce b) n. 100 - Copri-occhiali non graduati con lenti antiriflesso con schermatura di almeno 0.50 mm di Pb equivalente anche laterale; materiale di ultima generazione il più leggero possibile con cinturino di sicurezza, rispondente alla norma tecnica IEC 61331-1:2014;

L'operatore partecipante, per l'ammissione alla gara, deve presentare documentazione scientifica rilasciata da istituti indipendenti di rilevante importanza relativamente al materiale anti-X offerto.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e ne dovranno dichiarare la rispondenza.

Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare la marchiatura CE in corso di validità.

Altresì, i medesimi operatori economici dovranno presentare campionatura di ogni prodotto, con semplice richiesta da parte di questa stazione appaltante, onde consentire la necessaria valutazione tecnica. (la campionatura non è prevista per il Lotto n. 6 e per il Lotto n. 7).