

Domanda 1

Pregasi confermare che si tratti di congelatori da laboratorio e non di dispositivi medici.

Risposta 1

Per le unità refrigeranti a -25° la mancanza della certificazione 93/42 non è motivo di esclusione. I congelatori per lo stoccaggio del plasma a -80° invece devono possedere la certificazione 93/42 e s.m.i.

Domanda 2

Trattandosi di un armadio congelatore, si prega di confermare che la richiesta di controportelli interni sia un refuso.

Risposta 2

Per le unità refrigeranti a -25° la mancanza di controportelli interni non è motivo di esclusione.

Domanda 3

Si chiede se è accettabile e quindi sufficiente un contatto pulito per allarme remoto altrimenti si prega di confermare se è richiesto avviso tramite sms oppure modulo ethernet.

Risposta 3

E' necessario sia il contatto pulito per allarme remoto sia il modulo GSM.

Domanda 4

Considerata la tipologia e la quantità di apparecchiature richieste, si chiede se è accettabile una consegna in 40 gg lavorativi.

Risposta 4

Si confermano i tempi di consegna previsti dal capitolato.

Domanda 5

Per la consegna presso il/i laboratorio/i di utilizzo, si chiede se ci sono barriere architettoniche e/o montacarichi idonei.

Risposta 5

Presso i laboratori sono presenti idonei montacarichi.