

## CHIARIMENTI

**N.B. Gli operatori economici partecipanti devono restituire firmati digitalmente per accettazione i sotto riportati chiarimenti**

**Domanda 1** – lotto n. 7 - i cilindri devono essere di classe A, di classe B o è indifferente?

**Risposta 1** – i cilindri richiesti devono essere preferibilmente di classe A– (nota prot. 129220 del 20.7.2021 UOC Farmacia Agrigento –condivisa da Farmacia di Sciacca)

**Domanda 2** – lotto n. 7 – al posto dei cilindri da 200 ml vanno bene anche da 250 ml?

**Risposta 2** – Al posto dei cilindri da 200 ml possono essere oggetto di valutazione anche quelli da 250 ml– (nota prot. 129220 del 20.7.2021 UOC Farmacia Agrigento –condivisa da Farmacia di Sciacca)

**Domanda 3** – lotto n. 5 - è possibile offrire becher da 600 ml anziché da 500 ml?

**Risposta 3** – Si, è possibile offrire becher da 600 ml anziché da 500 ml– (nota prot. 129220 del 20.7.2021 UOC Farmacia Agrigento – condivisa da Farmacia di Sciacca)

**Domanda 4** – lotto n. 5 – le bottiglie richieste sono da GL45 o GL80

**Risposta 4** – le bottiglie sono versione con filettatura standard (GL45) – (nota prot. 129220 del 20.7.2021 UOC Farmacia Agrigento – condivisa da Farmacia di Sciacca)

**Domanda 5** – è possibile offrire confezionamenti diversi da quelli richiesti nel capitolato tecnico?

**Risposta 5** – i confezionamenti offerti devono essere uguali a quelli richiesti nel capitolato– (nota prot. 129220 del 20.7.2021 UOC Farmacia Agrigento –condivisa da Farmacia di Sciacca)

**Domanda 6** – lotto n. 4 – le ancorette magnetiche da 10 mm potrebbero essere sostituite con il doppio di quelle da 8 o 12 mm?

**Risposta 6** – le ancorette magnetiche da 10 mm non sono sostituibili con altri formati proposti– (nota prot. 129220 del 20.7.2021 UOC Farmacia Agrigento –condivisa da Farmacia di Sciacca)

**Domanda 7** – lotto n. 4 – nel capitolato vengono richiesti 10 pezzi per tipologia delle 9 ancorette e, allo stesso tempo, un totale di 900pz. La quantità richiesta di ogni ancoretta è di 10 o 100 pz?

**Risposta 7** - La quantità richiesta di ogni tipo di ancoretta e di 10 pz, per un totale di 90 pz (10 per tipologia di ancoretta) Il totale (900pz appare essere un refuso) – (nota prot. 129220 del 20.7.2021 UOC Farmacia Agrigento –condivisa da Farmacia di Sciacca)

Preso atto del riscontro alla domanda 7 si pubblica, in allegato, la nuova formulazione del lotto n. 4, che di seguito si riporta, che dovrà essere compilato e restituito firmato digitamente dagli interessati alla partecipazione a tale lotto:

	DESCRIZIONE	Quantità annua	prezzo per unità di misura posto a base d'asta	prezzo unitario offerto	prezzo complessivo posto a base d'asta per tipologia	prezzo complessivo offerto per tipologia prodotto	PREZZO COMPLESSIVO ANNUALE POSTO A BASE D'ASTA DEL LOTTO DI RIFERIMENTO	PREZZO COMPLESSIVO ANNUALE OFFERTO PER IL LOTTO DI RIFERIMENTO
LOTTO N. 4	ANCORETTE MAGNETICHE PER AGITATORE 8mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm (10 PEZZI PER MISURA)	90	4,00 €	€.....	360,00	€.....	LOTTO N. 4 € 360,00	LOTTO N. 4 € .....

**Domanda n. 8** – il DGUE nella parte IV (criteri di selezione) reca l'indicazione di criteri non richiesti nel capitolato di gara. E' un refuso di altra gara?

**Risposta 8** – Gli O.E. non dovranno compilare la parte IV –sez. B, C, d e la parte V poiché trattasi di requisiti non richiesti nella lex di gara. Gli stessi costituiscono un mero refuso di altra procedura.