



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

UOC Provveditorato

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Fax 0922407211

Funziario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – forniture@pec.aspag.it

Prot. 159545 del 13/01/2021

Alla Ditta

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per la fornitura in somministrazione annua di video broncoscopi monouso flessibile e monitor in comodato d'uso gratuito occorrenti per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Agrigento, Ribera e Sciacca aventi caratteristiche indicate nell'allegato capitolato tecnico

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 23/09/2021 a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegato capitolato tecnico al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione delle descrizione tecniche.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Dr. Oreste Falco



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 12 MESI DI N. 1000 BRONCOSCOPI MONOUSO FLESSIBILI + N. 12 MONITOR IN COMODATO D'USO GRATUITO

La fornitura dovrà comprendere:

- Installazione, collaudo e formazione degli strumenti
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tipo full risk per tutto il periodo contrattuale
- Fornitura di tutti i dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento del sistema stesso
- Tutto il materiale consumabile necessario per la manutenzioni correttive e preventive
- Tutto il materiale consumabile che dovesse essere necessario sostituire durante l'anno per guasti o malfunzionamenti sia dell'apparecchiatura che del materiale stesso
- Ogni altro onere a carico della ditta previsto nel capitolato di gara

I broncoscopi monouso devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- N. 1000 broncoscopi flessibili monouso che consentano la gestione in sicurezza delle vie aeree, nell'ambito della sala operatoria e rianimazione per procedure di intubazione difficile, lavaggio broncoalveolare, lavaggio bronchiale, tracheotomia percutanea dilatativa;
- Disponibili in almeno 3 misure con le seguenti caratteristiche:
 - sonda di diametro di circa 3,8 mm e canale operativo di circa 1,2 mm (pezzi 200)
 - sonda di diametro di circa 5,8 mm e canale operativo di circa 2,8 mm (pezzi 500)
 - sonda di diametro di circa 5,0 mm e canale operativo di circa 2,2 mm (pezzi 300)
- Impugnatura Ergonomica e Maneggevole;
- Nitidezza Immagine e ampio campo visivo;
- N. 800 kit di campionamento sterile realizzato in modo da garantire nessun rischio di contaminazione ambientale né tantomeno dell'operatore.

I monitor in comodato d'uso gratuito devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Le apparecchiature devono essere nuove e di ultima generazione e dotate di tutti i cavi e gli accessori necessari per il corretto funzionamento.

Resta inteso che, qualora le apparecchiature offerte in sede di gara, non dovessero essere più in produzione o comunque fossero considerate superate tecnologicamente da sistemi di più recente introduzione sul mercato da parte del medesimo operatore economico aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo operatore, previo parere favorevole dell'ASP, sostituire il sistema offerto con il nuovo sistema, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda.

Caratteristiche monitor da fornire in comodato d'uso:

- N. 12 Monitor portatili ad alta risoluzione da almeno 10" preferibilmente touch screen;
- Dotati di carrello dedicato o supporto per il posizionamento su asta porta flebo;
- Modalità di funzionamento rapida, facile e intuitiva;
- Sistema di archiviazione e esportazione dati tramite USB;
- Dotati di batteria ricaricabile di lunga durata (almeno 2 ore) e caricabatterie;
- Indicazione della durata residua della batteria;
- Dotati di ogni accessorio atto a garantirne un corretto e completo funzionamento;
- Dimensioni e peso contenuti;
- Conformità alle Direttive CEE 93/42 e ss.mm.ii.