



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 156585 del 08/09/21

A tutte le ditte interessate

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per l' acquisto - CHIAVI IN MANO - di un sistema mammografico con tomosintesi e mammografia a doppia energia con mezzo di contrasto e relativa installazione e lavori propedeutici

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquistare, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, l'attrezzatura indicata in oggetto e di seguito meglio specificata per la Brest Uniti da installare presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento, secondo le specifiche tecniche di cui alla scheda allegata – o equivalenti - si invita a comunicare se l'attrezzatura indicata in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientra tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche:

- sistema mammografico con tomosintesi e mammografia a doppia energia con mezzo di contrasto per la Brest Unit del P.O. di Agrigento, con la formula « chiavi in mano », comprendente l'esecuzione dei lavori propedeutici necessari all'installazione dell'attrezzatura di cui trattasi, secondo la relazione tecnica e le planimetrie (n. 1 planimetria relativa allo stato attuale e n. 1 planimetria relativa la progetto) pubblicate in uno alla presente e alla scheda tecnica del mammografo. Le ditte interessate hanno facoltà di richiedere di effettuare un sopralluogo, atteso che la fornitura è con la formula chiavi in mano, presso i locali di cui alla planimetria allegata.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Premesso quanto sopra, di seguito si specifica quanto gli interessati devono riscontrare in uno al preventivo di spesa:

- prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste con indicazione, a fianco, della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- indicazione del codice CND e repertorio dei dispositivi medici;

- indicazione del prezzo di mercato dell'attrezzatura (mammografo) proposta comprensivo dell'installazione e dei lavori propedeutici e dell'assistenza full risk per il periodo di garanzia almeno biennale;

- dettaglio del prezzo offerto con specificazione del prezzo dei lavori propedeutici all'installazione con descrizione degli stessi, del prezzo dell'attrezzatura e delle eventuali varie voci che la compongono comprensiva dell'assistenza e manutenzione full risk biennale e di ogni altra voce che compone l'offerta complessiva:

- canone annuale di manutenzione full risk post garanzia biennale

- indicazione dell'eventuale costo del materiale di consumo dedicato, se esistente

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max il 18.9.2021 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

Allegati:

relazione descrittiva e stima dei costi dei lavori propedeutici all'installazione mammografo - all. A

planimetria mammografo - all. B

planimetria progetto mammografia - all. C

capitolato tecnico - all. D