



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Telefono : 0922 407279
FAX 0922 407119
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 182366 del 18.10.21

Spett. Ditta

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura, in somministrazione, di "Materiale di Consumo per Elettromiografo Myto EB Neuro portatile ed Elettromiografo Micromed".

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto, in somministrazione, di "Materiale di Consumo per Elettromiografo Myto EB Neuro portatile ed Elettromiografo Micromed" per l'UO Neurologia del PO di Agrigento, le cui caratteristiche vengono di seguito specificate e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

- a) N. 10 Elettrodo di terra per isolamento paziente velcro-strap monouso;
- b) N. 04 prese di terra non monouso a placca metallica;
- c) N. 02 Elettrodi stimolazione a manipolo;
- d) N. 02 Stimolatori per ENG e Potenziali Evocato (a forchetta con terminazioni metalliche);
- e) N. 02 coppie di elettrodi ad anello;
- f) N. 30 Elettrodi a coppetta in AG/CL completi di cavetti lungo 150 cm. con connettore di sicurezza;
- g) N. 10 unità di pasta adesiva e conduttiva per elettrodi a coppetta;
- h) N. 05 unità di pasta abrasiva per la preparazione cutanea per EMG e Potenziali Evocati;
- i) N. 04 cavi collegamento per elettrodi ad ago coassiale sconnettibile;
- j) N. 02 cavetti con attacco a bottone L. 200 cm.;
- k) N. 02 metri a fettuccina detraibile;
- l) Aghi elettrodo concentrico in platino, diritti, monouso e sterili, con ottima conducibilità e in grado di dare segnale assolutamente pulito:
Misura: L=37 mm. x D=0,45/0,46mm. N. 1.500
Misura: L=25 mm. x D=0,45/0,46mm. N. 400

N.B. I SUDDETTI QUANTITATIVI SI RIFERISCONO AD UN FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare apposito preventivo di spesa, entro e non oltre il 25/10/2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, indicando:

- ✓ Breve relazione tecnica del dispositivo offerto, corredata di depliants illustrativi, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ **Prezzo di mercato** (NON di listino) dello strumentario proposto, unitamente a dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che i prezzi unitari offerti non sono superiori a quelli praticati ad altre Aziende Sanitarie con volume di fornitura in linea a quello della presente procedura e che i prezzi unitari offerti non sono superiori ad eventuali prezzi di riferimento stabiliti dalle Autorità.
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco

