

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)  
Telefono : 0922 407279  
FAX 0922 407119  
Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 182372 del 18-10-21

Spett. Ditta SIFO WEB AZIENDALE

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura, in somministrazione, di "Membrana impiantabile di collagene bovino" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto, in somministrazione, di "Membrana impiantabile di collagene bovino" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, le cui caratteristiche vengono qui indicate e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it):

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare apposito preventivo di spesa, entro e non oltre il 25/10/2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it), citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, indicando:

- ✓ Breve relazione tecnica del dispositivo offerto, corredata di deplianti illustrativi, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ **Prezzo di mercato** (NON di listino) del dispositivo proposto, unitamente a dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che i prezzi unitari offerti non sono superiori a quelli praticati ad altre Aziende Sanitarie con volume di fornitura in linea a quello della presente procedura e che i prezzi unitari offerti non sono superiori ad eventuali prezzi di riferimento stabiliti dalle Autorità.
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del


principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco



**Oggetto: Acquisizione membrana impiantabile di collagene bovino, impregnata di gentamicina solfato per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni del sito chirurgico**

Con la presente, si richiede l'acquisto di una membrana di collagene bovino impiantabile, riassorbibile, impregnata con l'antibiotico gentamicina solfato alla concentrazione di 2 mg/cm<sup>2</sup>.

Questo dispositivo deve presentare le sotto elencate caratteristiche, indispensabili per la nostra attività chirurgica:

- La compattezza della membrana deve essere costituita da collagene di origine esclusivamente bovina, contenente almeno il 97% di collagene di tipo I, senza cross – linking e non trattata enzimaticamente
- Il rilascio del polimero deve avvenire per diffusione ed in maniera graduale nell'arco di 7 gg
- Il dispositivo deve essere progettato per l'utilizzo nei siti chirurgici ad alto rischio d'infezione
- La struttura di tale presidio, simile ad una spugna, deve stabilizzare il coagulo e accelerare il processo di emostasi delle ferite, favorendone l'epitelizzazione e la riparazione tissutale
- La gentamicina, di cui deve essere impregnato il collagene, deve essere attiva verso numerosi batteri gram-positivi e gram-negativi
- La concentrazione di antibiotico gentamicina deve essere uniforme e tale da raggiungere concentrazioni locali comprese tra 170 mcg/ml e 9000 mcg/ml in 24/48 ore per superare la minima concentrazione inibitoria (MIC) dei batteri gentamicina resistenti

Tale dispositivo deve essere disponibile nei seguenti formati:

- Membrana 5 x 5 x 0,5 cm; confezione indivisibile da 1 unità  
Contenente Gentamicina min. 29,25 mg
- Membrana 10 x 10 x 0,5 cm; confezione indivisibile da 1 unità  
Contenente Gentamicina min. 117,00 mg
- Membrana 5 x 20 x 0,5 cm; confezione indivisibile da 1 unità  
Contenente Gentamicina min. 117,00 mg