

**Verbale n. 3**

**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. N. 2885004 – per la fornitura in acquisto, in sei lotti autonomi, di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro radiazioni ionizzanti – camici, collari, occhiali ed accessori, per un importo complessivo presunto della fornitura di € 211.200,00= + IVA. **CODICE GARA 8318257.**

**VERBALE DI GARA**

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di Dicembre in Agrigento, alle ore 15,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr. Oreste Falco – Presidente – Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato -;
- Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo -;
- Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Operatore Tecnico -;
- Sig. Giovanni Di Nolfo – Testimone – Coadiutore Amministrativo -;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per la continuazione dei lavori per l'affidamento della fornitura in acquisto, in sei lotti autonomi, di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro radiazioni ionizzanti – camici, collari, occhiali ed accessori, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Sig. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

**PREMESSO CHE**

con il verbali di gara n. 1 del 3 Novembre 2021 e n. 2 dell' 8 Novembre 2021 si è proceduto a compiere gli atti ivi specificati, ed in particolare il seggio di gara ha proceduto:

- all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta "Amministrativa" di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;
- all'ammissione alla fase successiva degli operatori economici RL3 SRL, CARDIVA ITALIA SRL, CEA S.P.A., ELSE SOLUTIONS, SAGO MEDICA, SERVIZI OSPEDALIERI SPA, BIESSE MEDICA S.R.L., COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S., ETT S.R.L., FARMAC SRL e MEGAPHARMA OSPEDALIERA e PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.;
- attivato soccorso istruttorio per gli operatori economici CEA SPA per il Lotto n. 1 produce "schema di offerta senza prezzi" indicando il codice del prodotto offerto senza marca, mentre per i Lotti nn. 2, 4, 5 e 6 produce Prospetto riepilogativo al posto del documento "Schema offerta privo di prezzi" e per l'operatore economico ETT S.R.L. in quanto per il Lotto n. 4 produce "Schema

offerta privo di prezzi" con indicazione dei prezzi unitari e complessivi.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il seggio di gara prende atto che:

gli operatori economici CEA S.p.A. ed ETT S.r.l. hanno presentato, - giusta comunicazione a mezzo piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sezione ME.PA. -, la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio attivato dalla U.O.C. Servizio Provveditorato (nota prot. n. 195217 del 09/11/2021 CEA S.p.A. e nota prot. n. 195218 del 09/11/2021 ETT S.r.l.);

Per quanto sopra si perviene alla seguente determinazione:

- ammissione al prosieguo di gara dell'operatore economico CEA S.p.A. ed ETT S.r.l., atteso che gli stessi hanno trasmesso la documentazione richiesta tramite il soccorso istruttorio di cui sopra;

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 216750 del 15/12/2021, pervenuta a mezzo email in pari data, il Responsabile dell'U.O. di Fisica sanitaria unitamente allo Specialista in Fisica Sanitaria entrambi dipendenti di questa ASP hanno trasmesso il giudizio tecnico di conformità dandone lettura e riportandone gli esiti nella sottostante tabella:

**LOTTO 1 Camici Grembiuli unici e due pezzi con potere schermante di 0,25 e 0,50 mm Pb**

BIESSE MEDICA S.R.L.	CONFORME
CEA S.P.A.	CONFORME
CARDIVA ITALIA SRL	CONFORME
ELSE SOLUTIONS	CONFORME
ETT S.R.L.	CONFORME
RL3 SRL	NON CONFORME
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	CONFORME
MEGAPHARMA OSPEDALIERA	NON CONFORME
PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.	NON CONFORME
SAGO MEDICA	NON CONFORME

**LOTTO 2 Protezioni per le gonadi, ovariche e per il seno**

BIESSE MEDICA S.R.L.	NON CONFORME
CEA S.P.A.	NON CONFORME
SAGO MEDICA	NON CONFORME
ELSE SOLUTIONS	CONFORME
RL3 SRL	CONFORME
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	NON CONFORME

**LOTTO 3 Collarino tiroideo con potere schermante di 0,5 mm PB**

BIESSE MEDICA S.R.L.	NON CONFORME
----------------------	--------------

CEA S.P.A.	CONFORME
CARDIVA ITALIA SRL	NON CONFORME
ELSE SOLUTIONS	CONFORME
ETT S.R.L.	NON CONFORME
RL3 SRL	CONFORME
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	NON CONFORME
MEGAPHARMA OSPEDALIERA	NON CONFORME
SAGO MEDICA	CONFORME
COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S.	CONFORME

**LOTTO 4 Occhiali e copriocchiali non graduati con protezione minima 0,5 mm Pb**

CEA S.P.A.	NON CONFORME
CARDIVA ITALIA SRL	NON CONFORME
ELSE SOLUTIONS	CONFORME
ETT S.R.L.	NON CONFORME
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	NON CONFORME
SAGO MEDICA	CONFORME

**LOTTO 5 Unità appendicamici fisse e carrellate**

BIESSE MEDICA S.R.L.	CONFORME
CEA S.P.A.	CONFORME
CARDIVA ITALIA SRL	NON CONFORME
FARMAC SRL	CONFORME
ETT S.R.L.	CONFORME
RL3 SRL	NON CONFORME
SERVIZI OSPEDALIERI SPA	CONFORME
SAGO MEDICA	CONFORME
COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S.	NON CONFORME

**LOTTO 6 paratie mobile con potere schermante di 2.0 mm Pb**

BIESSE MEDICA S.R.L.	CONFORME
CEA S.P.A.	CONFORME
FARMAC SRL	CONFORME
ETT S.R.L.	CONFORME
SAGO MEDICA	NON CONFORME
COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S.	CONFORME

Il seggio di gara, preso atto del giudizio tecnico riportato nelle superiori tabelle per ogni singolo lotto, esclude dal prosieguo di gara gli operatori economici che non hanno conseguito il giudizio tecnico positivo di conformità tecnica:

**RL3 SRL** - Lotto n. 1 e Lotto n. 5;

**MEGAPHARMA OSPEDALIERA** - Lotto n. 1 e Lotto n. 3;

**PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.** – Lotto n. 1;

**SAGO MEDICA** – Lotto n. 1, Lotto n. 2 e Lotto n. 6;

**BIESSE MEDICA S.R.L.** – Lotto n. 2 e Lotto n. 3;

**CEA S.P.A.** – Lotto n. 2 e Lotto n. 4;

**SERVIZI OSPEDALIERI SPA** – Lotto n. 2, Lotto n. 3 e Lotto n. 4;

**CARDIVA ITALIA SRL** – Lotto n. 3, lotto n. 4 e Lotto n. 5;

**ETT S.R.L.** – Lotto n. 3 e Lotto n. 4;

**COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S.** – Lotto n. 5;

ammette al prosieguo di gara gli operatori economici che hanno conseguito la conformità tecnica, come riportato nella superiore tabella;

**BIESSE MEDICA S.R.L.** – Lotto n. 1, Lotto n. 5 e Lotto n. 6;

**CEA S.P.A.** - Lotto n. 1, Lotto n. 3, Lotto n. 5 e Lotto n. 6;

**CARDIVA ITALIA SRL** – Lotto n. 1;

**ELSE SOLUTIONS** – Lotto n. 1, Lotto n. 2, Lotto n. 3 e Lotto n. 4;

**ETT S.R.L.** - Lotto n. 1; Lotto n. 5 e Lotto n. 6;

**SERVIZI OSPEDALIERI SPA** – Lotto n. 1 e Lotto n. 5;

**RL3 SRL** – Lotto n. 2 e Lotto n. 3;

**SAGO MEDICA** – Lotto n. 3, Lotto n. 4 e Lotto n. 5;


**COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S.** – Lotto n. 3 Lotto n. 6;


**FARMAC SRL** – Lotto n. 5 e Lotto n. 6;

Sospende la seduta di gara, dando mandato al Sig. Alfonso De Leo per la relativa pubblicazione del presente verbale sul ME.PA. e nella sezione amministrazione trasparente del sito aziendale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e per la notifica dell'esclusione a mezzo comunicazione ME.PA. degli operatori economici di cui sopra che non hanno conseguito la conformità tecnica.


Il presente verbale, che consta di sei pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 16,30 per come segue:


#### **IL SEGGIO DI GARA**

- Dr. Oreste Falco  Presidente

- Sig. Alfonso De Leo  Segretario

#### **I TESTIMONI**

- Sig. Giovanni Di Nolfo 

- Sig.ra Cristina Bellavia 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
U.O. DI FISICA SANITARIA FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE  
C.da Consolida, AGRIGENTO  
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Agrigento, 15/12/2021  
Prot. 216750

Al Servizio Provveditorato

**OGGETTO: Esito valutazione tecnica conclusiva relativa alla RDO MePA aperta per acquisto di D.P.I..**

A seguito di esame della documentazione tecnica relativa all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) pervenuta alla scrivente U.O. e delle successive integrazioni documentali, analizzata inoltre la documentazione aggiuntiva relativa ai soccorsi istruttori presentati ed in relazione alla scheda tecnica proposta, relativa ai requisiti essenziali di cui i prodotti offerti devono essere dotati, si relaziona, in accordo al documento denominato "Condizioni particolari di contratto", per competenza specifica della scrivente U.O. limitatamente ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 secondo lo schema:

1. **Ditte CONFORMI:**

ditte che hanno presentato, relativamente ai punti analizzati per competenza, tutta la documentazione specifica prevista dal documento denominato "Condizioni particolari di contratto".

2. **Ditte NON CONFORMI:**

ditte che, a seguito dell'analisi della documentazione effettuata presentano difformità dalle richieste della scheda tecnica, presentano documentazione parzialmente incompleta o non rispondente a quanto richiesto dal documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e/o che determinano l'impossibilità di individuare univocamente il prodotto offerto e le relative caratteristiche in relazione alle schede tecniche dei prodotti ed alle certificazioni di conformità presentate.

Si dettaglia in allegato l'esito della valutazione tecnica.

Dott. Renato De Vincolis  
Specialista in Fisica Medica  
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Catania  
Sez. FISICA - Sett. A - Iscr. 656

Il Responsabile della U.O. di Fisica Sanitaria  
Dott. Salvatore Piraneo



## ALLEGATO 1

### LOTTO 1

**Camici grembiuli unici e due pezzi con potere schermante di 0.25 e 0.5 mm Pb<sub>eq</sub>**

#### DITTE CONFORMI

1. BIESSE
2. CEA
3. CARDIVA
4. ELSE
5. ETT
6. RL3 (Esclusivamente per la Voce A – Camice grembiule totale RL-02-01)
7. SERVIZI OSPEDALIERI.

#### DITTE NON CONFORMI

MEGAPHARMA:

La scheda tecnica richiede di dichiarare la massa per unità di superficie (kg/m<sup>2</sup>) per tipologia di prodotto offerto. La ditta non dichiara tale valore ma indica il peso di una taglia 46 rappresentativo del lotto offerto.

Dal disciplinare di gara (punto 7) la ditta avrebbe dovuto fornire un certificato di marcatura CE in corso di validità relativo ai prodotti offerti in gara ma è presente solo l'intestazione di tale certificato di conformità che non consente di risalire ai codici dei prodotti offerti e alla relativa certificazione in corso di validità.

PERFORMANCE:

Il capitolato richiede che vengano fornite le dichiarazioni di conformità relative ai prodotti offerti. La ditta presenta un certificato della *BURLINGTON Medical* in cui sono presenti i codici offerti a gara ma non è presente la data di validità della certificazione. La certificazione in corso di validità è completa esclusivamente per il sistema di gestione della qualità ISO 9001, ma non per le certificazioni relative ai prodotti.

RL3:

La scheda tecnica richiede di dichiarare la massa per unità di superficie (kg/m<sup>2</sup>) per tipologia di prodotto offerto. Tale dichiarazione viene resa esclusivamente per il prodotto offerto alla Voce A. La ditta non dichiara tale valore per i prodotti offerti alle voci B e C.

SAGO MEDICA:

Il capitolato di gara richiede che vengano presentate le certificazioni in corso di validità per certificare i prodotti offerti (punto 7).  
La ditta presenta la certificazione di conformità in corso di validità (Modulo D) ma omette di presentare il connesso MODULO B il quale DEVE essere presente per poter certificare i singoli prodotti offerti.



## **ALLEGATO 2**

### **LOTTO 2**

#### **Protezioni per le gonadi, ovariche e per il seno**

##### **DITTE CONFORMI**

1. BIESSE (Esclusivamente per le Voce A e Voce B)
2. CEA (Esclusivamente Voce B e Voce C)
3. ELSE
4. RL3
5. SERVIZI OSPEDALIERI (Esclusivamente per la Voce B e Voce C)

##### **DITTE NON CONFORMI**

BIESSE:

La scheda tecnica prevedeva alla voce C le protezioni per il seno con specifiche proprietà di attenuazione. Il capitolato di gara al punto 3) prevede che il prodotto offerto sia descritto in modo chiaro ed in maniera inconfondibile nella descrizione delle caratteristiche tecniche. La ditta presenta nell'offerta, come prodotto relativo alla protezione per il seno, il modello con codice O-PS-26. Tale codice della protezione per il seno non è presente nel certificato di conformità presentato che individua come prodotti certificati due modelli dai codici differenti (O-PS-20 e O-PS-30).

CEA:

Il capitolato di gara prevede la presentazione delle certificazioni in corso di validità per tutti i prodotti offerti. Risulta assente la dichiarazione di conformità relativa ai grembiulini para-gonadi codice R254 (Voce A della scheda tecnica).

SAGO MEDICA:

Il capitolato di gara prevede la presentazione di certificazioni di conformità in corso di validità per ciascun prodotto offerto. La ditta presenta una certificazione dalla quale non si trova riscontro dei codici dei modelli offerti in gara.

SERVIZI OSPEDALIERI:

Il capitolato di gara prevede al punto 3) che i prodotti offerti siano inconfondibilmente identificati dalle schede tecniche indicate. La ditta dichiara di offrire un prodotto identificato a mezzo codice TRX-0150, salvo poi dettagliare analiticamente un prodotto identificato con il codice TRX - 0170 (Voce A).



## **ALLEGATO 3**

### **LOTTO 3**

**Collarino tiroideo con potere schermante di 0.5 mm Pb<sub>eq</sub>**

#### **DITTE CONFORMI**

1. CEA
2. COSMAR
3. ELSE
4. RL3
5. SAGO MEDICA

#### **DITTE NON CONFORMI**

BIESSE:

Il capitolato di gara prevede che in maniera inconfondibile la scheda tecnica individui le caratteristiche del prodotto offerto. La ditta offre un collarino per protezione tiroidea con il codice O-GD-40 ma la scheda tecnica che presenta è relativa al modello O-GD-52.

CARDIVA:

Il capitolato di gara prevede che la scheda tecnica dei prodotti offerti individui inconfondibilmente le caratteristiche tecniche del prodotto offerto. Dalla scheda del prodotto presentata non si evince che il modello offerto garantisca le proprietà radioprotetoristiche richieste dalla scheda tecnica. Inoltre viene espressamente richiesto che il dispositivo sia dotato di copricollarino lavabile che non viene offerto.

ETT:

La scheda tecnica richiede la fornitura di un collarino dalle specifiche proprietà di attenuazione corredata di copricollarino. Il modello offerto non è corredata di copricollarino lavabile come richiesto dalla scheda tecnica.

MEGAPHARMA:

Il capitolato di gara prevede che siano prodotte le certificazioni di conformità relative ai prodotti offerti. La ditta presenta solo l'intestazione del certificato di conformità dal quale è impossibile risalire al codice del modello offerto.

SERVIZI OSPEDALIERI:

La scheda tecnica richiede che il prodotto offerto preveda un copricollarino per massimizzare l'efficacia di sanificazione. La ditta presenta un collarino che, seppur dichiarato lavabile e sterilizzabile non prevede un copricollarino.



## **ALLEGATO 4**

### **LOTTO 4**

**Occhiali e copriocchiali non graduati con protezione minima 0.5 mm Pb<sub>eq</sub>**

#### **DITTE CONFORMI**

1. CARDIVA (Esclusivamente Voce A)
2. ELSE
3. SAGO MEDICA

#### **DITTE NON CONFORMI**

CARDIVA:

La scheda tecnica richiede che le lenti siano dotate di trattamento antiriflesso. Il capitolato di gara al punto 3) richiede che le caratteristiche dei prodotti offerti siano descritte in maniera chiara ed inconfondibile. La ditta offre un modello di copriocchiali (VOCE B) nel quale non viene specificato se la caratteristica di anti-riflessione delle lenti è presente. Inoltre nell'offerta la ditta individua i prodotti inserendo codici identificativi che non risultano rintracciabili nelle certificazioni di conformità presentate.

CEA:

Il capitolato di gara prevede che vengano fornite le certificazioni di conformità in corso di validità relative ai prodotti offerti. La ditta indica dei modelli di occhiali (ROG 220) con trattamento antiriflesso (R173) e copriocchiali (RLT 400) con trattamento antiriflesso (R173) i cui codici identificativi non si ritrovano nelle dichiarazioni di conformità prodotte.

ETT:

Il capitolato di gara prevede che le schede tecniche dei prodotti offerti individuino inconfondibilmente le caratteristiche dei prodotti offerti. La ditta offre due modelli identificati da codici che non si riscontrano nelle certificazioni di conformità presentate a supporto e previste dal capitolato di gara. La dichiarazione di conformità presentata è relativa ai camici e agli altri accessori ma non agli occhiali e copriocchiali Anti-X.

SERVIZI OSPEDALIERI:

La documentazione presentata non consente di individuare le caratteristiche richieste dalla scheda tecnica per i prodotti offerti, come richiesto dal punto 3) del capitolato di gara. Non si evince che sia presente il trattamento antiriflesso richiesto. Inoltre non è possibile stabilire una corrispondenza fra la dichiarazione di conformità e i codici dei modelli offerti.



## **ALLEGATO 5**

### **LOTTO 5**

**Unità appendicamici fisse e carrellate**

#### **DITTE CONFORMI**

1. BIESSE
2. CEA
3. ETT
4. FARMAC
5. SAGO MEDICA
6. SERVIZI OSPEDALIERI

#### **DITTE NON CONFORMI**

CARDIVA:

La scheda tecnica richiede che venga fornito una unità appendicamici carrellata da 6 posti. La ditta offre una unità appendicamici carrellata con 5 (Voce B). Assenti le certificazioni di conformità previste dal capitolato. Le certificazioni presentate sono relative ai camici ed altri tipi di accessori.

COSMAR:

Il capitolato di gara prevede al punto 3) che i prodotti offerti siano descritti in modo chiaro e consentano di risalire in maniera inconfondibile alle caratteristiche tecniche richieste. La ditta non presenta una scheda prodotto dalla quale sia possibile risalire alle caratteristiche del prodotto identificato dal codice inserito in offerta.

RL3:

Il capitolato di gara al punto 3) prevede che il prodotto offerto sia descritto in modo chiaro ed inconfondibile. La ditta offre dei prodotti identificati a mezzo di codici che non si riscontrano sulle schede tecniche descrittive dei prodotti. La dichiarazione di conformità presentata, inoltre, certifica classi di prodotti che, in ogni caso, hanno dei codici identificativi che non corrispondono ai codici dei prodotti offerti.



## ALLEGATO 6

### LOTTO 6

Paratia mobile con potere schermante di 2.0 mm Pb<sub>eq</sub>

#### DITTE CONFORMI

1. BIESSE
2. CEA
3. COSMAR
4. ETT
5. FARMAC

#### DITTE NON CONFORMI

SAGO MEDICA:

La scheda tecnica per il prodotto in esame richiede una dimensione di circa 100 x 190 cm<sup>2</sup> ed una visiva che ricopra tutta la parte superiore a meno di un bordo necessario alla tenuta del vetro. La larghezza della paratia offerta (80 cm) risulta del 20% inferiore alla richiesta di capitolato, pertanto si ritiene non sufficiente.

**Dott. Renato De Vincolis**  
**Specialista in Fisica Medica**  
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Catania  
Sez. FISICA - Sett. A - Iscr. 656

**Il Responsabile**  
**della U.O. di Fisica Sanitaria**  
**Dott. Salvatore Piraneo**

