



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
AGRIGENTO

Servizio Provveditorato  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel. 0922407116  
Fax 0922407211  
Funzionario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro  
Email – [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. 174502 del 6/10/2021

Alla Ditta

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per la fornitura di kit parto naturale e IVG per Ginecologia.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 13/10/2021 a mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche e tipologie sopra indicate al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolo tecnico.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Dr. Oreste Falco



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Kit Parto Naturale composto da :

- 1 Telo copertura per tavolo avvolgente il pacco;
- 1 Ciotola da 250 cc;
- 10 Compresse di garza cm 10x10 a 16 strati con RX;
- 1 Siringa 10 cc Luer Lock centrale completa di ago ipodermico 21 G (40 mm);
- 1 Grambiule Impermeabile;
- 2 Camici Chirurgici idroalcol repellente mis, L con due tovagliette assorbenti;
- 5 Pezze laparotomiche di garza 30x30 a 4 strati con filo di bario;
- 1 Contenitore per placenta completo di coperchio; - Dispositivo monouso per il taglio del cordone ombelicale che permette con un unico gesto di tagliare il cordone e due apposite clamp;
- 1 Guanti chirurgici sterili senza polvere in lattice con rivestimento in nitrile mis. 6,5;
- 1 Guanti chirurgici sterili senza polvere in lattice con rivestimento in nitrile mis. 7;
- 1 Guanti chirurgici sterili senza polvere in lattice con rivestimento in nitrile mis. 7,5;
- 1 Telo sottosacrale cm 100x75 con sacca graduata, materiale a due strati composto da TNT (fibre di polipropilene, idrofilo, blu-verde), un foglio (polipropilene blu-verde), uniti tra loro con un adesivo. Il telo dotato di una sacca di raccolta con indicatore graduato della qualità di liquidi su foglio di poliestere, con adesivo, nella parte frontale della sacca di raccolta;
- 1 Catetere Nelaton 12 ch;
- Sistema per il prelievo arterioso: siringa con eparina litica liofilizzata tamponata, per l'esecuzione di 11 parametri, con dosaggio di 23.5 I.U. per cc di capacità, eparina totale 70.5 U.I., per il prelievo di sangue arterioso per: emogas analisi pH/pCO<sub>2</sub>/pO<sub>2</sub>, elettrodi Ca<sup>2+</sup>/Mg<sup>2+</sup>/Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/Cl<sup>-</sup>, Coossimetria tHB/O<sub>2</sub>Sat/ COPHB/MethHB, metaboliti Glucosio/Lattato. Con dispositivo di protezione filterPro per l'eliminazione delle bolle d'aria, con ago pre-inserito, con sistema di protezione. Per rilevazione del PH cordonale;
- Sacca contenete il seguente strumentario chirurgico sterile e monouso in acciaio inossidabile conforme al regolamento ASTM-F 899-95/ISO 7153-3, biocompatibile per i dispositivi medici, prodotti con materiale non tossico che possa compromettere lo smaltimento:
  - 1 Pinza portatamponi in acciaio cm 25;
  - 1 Pinza Mayer's retta in acciaio cm 25;
  - 2 Pinza Kocher in acciaio cm 20;
  - 2 Pinza Anatomica in acciaio cm 18;
  - 2 Pinza Chirurgica in acciaio cm 18;
  - 1 Pinza Porta Aghi in acciaio cm 18;
  - 1 Pinza Porta Aghi in acciaio cm 24;
  - 3 Klemmer in acciaio cm 24;
  - 1 Forbice Mayo curva in acciaio cm 17;
  - 3 Pinza anelli tipo Foerster's retta in acciaio cm 24;
  - 1 Forbice in acciaio per episiotomia;

1 set Valve di tipo Kalmlmorgen, in acciaio misura, Speculo 9x4 cm, Valve 9x3 cm.

- - Disinfettante a base di iodofora per la cute lesa (AIC) da 100 ml, pronto all'uso, Sterile.

#### **SET PER INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA:**

- 1 Telo copertura per tavolo avvolgente il pacco;
- Sacca urologica pe trasparente con filtro e valvola di scarico;
- 1 Ciotola da 250 cc;
- 1 Tubo per aspirazione in PVC da 300 cm;
- 1 Camice Chirurgico idroalcol repellente mis, L con due tovagliette assorbenti;
- 1 Guanti chirurgici sterili senza polvere in lattice con rivestimento in nitrile mis. 7,5;
- 1 Curetta "Karman", flessibile, monouso, mis. 8 (8mmx24cm);
- 1 Curetta "Karman", flessibile, monouso, mis. 9 (9mmx24cm); - 1 Curetta "Karman", flessibile, monouso, mis. 10 (10mmx24cm);
- Sacca contenete il seguente strumentario chirurgico sterile e monouso in acciaio inossidabile conforme al regolamento ASTM-F 899-95/ISO 7153-3, biocompatibile per i dispositivi medici, prodotti con materiale non tossico che possa compromettere lo smaltimento:

1 Pinza anelli tipo Foerster's retta in acciaio cm 24;

1 Curetta uterina con finale smusso e zigrinato in acciaio mis 2, priva di spigoli vivi, monouso;

1 Curetta uterina con finale smusso e zigrinato in acciaio mis 4, priva di spigoli vivi, monouso;

2 Pinza da collo tipo "Pozzi" in acciaio cm 25;

Isterometro malleabile, in acciaio cm 32 curvo;

1 set Valve di tipo Kalmlmorge in acciaio misura, Speculo 9x4 cm, Valve 9x3 cm;

Dilatatori in acciaio monouso con chiara identificazione della misura, imbustati singolarmente in astuccio, con le seguenti misure: 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 – 10.5;

Disinfettante a base di iodofora per la cute lesa (AIC) da 100 ml, pronto all'uso, Sterile.