

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1880 DEL 11 NOV. 2021

OGGETTO: Procedura Negoziata, a mezzo RdO/Me.Pa. aperta, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale, di "Strumentazione per laser-chirurgia", comprensiva della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi per le UU.OO. di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca. Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 2075 DEL 29-10-2021

Il Funzionario Istruttore e RUP

(Dr. Giuseppe Palumbo)

Giuseppe Palumbo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Maria Tirtò)

Maria Tirtò

IL DIRETTORE UOC SERV. PROVVEDITORATO

(Dr. Oreste Falco)

Oreste Falco

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 141173/21 Incentivi Pers. Dip.

() Autorizzazione n. 74/E del 2021/22

C.E. / C.P.

ES01010512

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Capo Ufficio Responsabile
Coll. Giulio Maria Piccone

IL DIRETTORE UOC SERV. P.

SEZIONE ECONOMICO
UFFICIO ECONOMICO
UFFICIO ECONOMICO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

04-11-2021

L'anno duemilaventuno il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, Dott. Oreste Falco

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

PREMESSO:

- **CHE**, con nota prot. 35358 del 26.02.2020, che qui si allega, (All. A), il Direttore UOC Chirurgia Generale degli Ospedali Civili Riuniti Sciacca-Ribera richiedeva, tra gli altri, l'acquisto di “Strumentazione per laser-chirurgia”, per le motivazioni in detta nota riportate, indicandone caratteristiche tecniche e fabbisogno presunto annuo;
- **CHE** su richiesta di questo servizio, inviata a mezzo mail il 12.10.2020, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, con nota prot. 156062 del 16.10.2020, trasmetteva capitolato tecnico (All. B) della predetta apparecchiatura, dichiarando altresì che *“A conoscenza di questo Dipartimento, i sopraccitati materiali di consumo, sembrerebbero prodotti esclusivi della Ditta Sirius Medical”*;
- **CHE**, con nota prot. 159696 del 12.10.2020, questo Servizio richiedeva alla su indicata Ditta preventivo di spesa per la fornitura del suddetto dispositivo, unitamente a documentazione attestante l'unicità ed infungibilità del prodotto, oltre che dichiarazione di distribuzione in esclusiva, documentazione dalla suddetta Società prodotta con nota pec del 27.10.2020;
- **CHE**, con nota prot. 163349 del 29.10.2020 (All. C), questo Servizio, al fine di verificare l'esclusività o meno della suddetta fornitura, e quindi la presenza di altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura sopra descritta, pubblicava sul sito istituzionale di questa Asp, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e Contratti, Avviso di volontaria Trasparenza, alla scadenza del quale non perveniva alcuna manifestazione d'interesse;
- **CHE**, con nota prot. 13179 del 21.01.2021 (All. D), reiterata in data 28.01.2021 e rimasta senza riscontro, questo Servizio richiedeva manifestazione di interesse alla indicata procedura di acquisto ai Direttori UUOO Chirurgia dei PP.OO. di Canicattì e Licata;
- **CHE**, con nota mail del 08.02.2021, che qui si allega, (All. E), il Direttore f.f. del Dipartimento Materno – Infantile di questa Asp trasmetteva richiesta di acquisto di similare attrezzatura per il trattamento delle patologie uterine e dell'endometriosi, confermando, per le vie brevi, la sovrappponibilità delle attrezzature in oggetto;
- **CHE** con mail del 28.04.2021, questo Servizio richiedeva al suddetto Direttore di Dipartimento di manifestare i fabbisogni presunti annui nonché il numero e la destinazione dei generatori occorrenti, non precedentemente indicati;
- **CHE** con nota prot. 105557 del 10.06.2021, il sopraccitato Direttore trasmetteva le informazioni richieste, con parere favorevole all'acquisto annotato a margine dalla Direzione Sanitaria di questa Asp;
- **CHE** con nota prot. 115601 del 28.06.2021, questo Servizio richiedeva alla succitata Ditta Sirius Medical, preventivo di spesa per la fornitura dei dispositivi specificamente richiesti dal Direttore f.f. del Dipartimento Materno – Infantile, unitamente a documentazione attestante l'unicità ed infungibilità del prodotto, oltre che dichiarazione di distribuzione in esclusiva, documentazione dalla suddetta Società prodotta con nota pec del 29.06.2021;

ATTESO:

- **CHE**, al fine di soddisfare celermemente le predette richieste e per accertare altresì l'esclusività della fornitura emersa a seguito di “Avviso di volontaria trasparenza” e dichiarazione acquistata in sede di richiesta di offerta, risulta possibile attivare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, una procedura di scelta del contraente a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annuale, di “Strumentazione per laser-chirurgia”, comprensiva della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi per le UU.OO. di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca per un importo complessivo presunto di € 213.000,00 oltre IVA di legge, da aggiudicare, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- **CHE** nel caso in cui, a seguito dell'esperimento della presente procedura RdO/Mepa aperta, venga confermata l'esclusività ed infungibilità del dispositivo di che trattasi, ci si riserva di indire procedura di acquisto pluriennale tramite Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b 2), qualora i suddetti Dirigenti Medici riformuleranno la relativa richiesta;
- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;
- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTI:

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, importo così elevato dall'art. 51, c. 1, lett. a) p. 2.2) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n. 108, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: n. 4 “Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.

636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata tramite RdO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per l'affidamento della fornitura annuale, in somministrazione, di "Strumentazione per laser-chirurgia", comprensiva della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi per le UUOO di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, per un importo complessivo base di € 213.000,00 oltre IVA di legge, dandosi atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis D. Lgs. 50/2016, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. F) che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, con allegate le specifiche tecniche del suddetto dispositivo medico, elaborate dal Dirigente Medico richiedente;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel Dr. Giuseppe Palumbo, Collab. Amministr. Profess. della struttura competente UOC Provveditorato, dando atto che, con disposizione prot. n. 122993 del 09/07/2021 è stato costituito il gruppo di lavoro e che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16, di cui al Regolamento Aziendale approvato con Delibera 1283 del 03.08.2020;
- che, con il successivo provvedimento di aggiudicazione della presente procedura verrà nominato, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

DATO ATTO

- che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 262.215,00=IVA e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1283/2020, comprese, come da seguente quadro economico:

Fornitura di "Strumentazione per laser-chirurgia", comprensiva della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi per le UUOO di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca	€ 213.000,00
IVA aliquota 22%	€ 46.860,00
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020	€ 2.130,00
Contributo Anac	€ 225,00
Totale	€ 262.215,00

è da iscrivere, in base al principio di competenza,

- per l'importo di € 43.347,50 sul Conto Economico n. C501010512 (Dispositivi vari e Altro Materiale di consumo) del corrente Bilancio d'Esercizio;

- per l'importo di € 216.737,50 sul Conto Economico n. C501010512 (Dispositivi vari e Altro Materiale di consumo) del Bilancio d'Esercizio 2022;
 - per € 2.130,00 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del Bilancio d'Esercizio 2022;
- riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;
- **CHE** si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 225,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata tramite RdO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per l'affidamento della fornitura annuale, in somministrazione, di “Strumentazione per laser-chirurgia”, comprensiva della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi per le UUOO di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO di Agrigento e Sciacca, per un importo complessivo presunto di € 213.000,00 oltre IVA di legge, dandosi atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis D. Lgs. 50/2016, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- **APPROVARE** l'allegato documento denominato “Condizioni particolari di contratto” (All. F) che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, con allegate le specifiche tecniche elaborate dal Dirigente Medico richiedente;
- **DARE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, la Dr. Giuseppe Palumbo, Collab. Amministr. Profess. della struttura competente UOC Provveditorato, dando atto che, con disposizione prot. n. 122993 del 09/07/2021 è stato costituito il gruppo di lavoro e, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1545/2018, in fase di revisione;
- **CHE**, con il successivo provvedimento di aggiudicazione della presente procedura verrà nominato, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- **DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari presuntivamente ad € 262.215,00=IVA e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1283/2020, comprese, come da seguente quadro economico:

Fornitura di “Strumentazione per laser-chirurgia”, comprensiva	€ 213.000,00
--	--------------

della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi per le UUOO di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca	
IVA aliquota 22%	€ 46.860,00
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020	€ 2.130,00
Contributo Anac	€ 225,00
Totale	262.215,00 €

è da iscrivere, in base al principio di competenza,


- per l'importo di € 43.347,50 sul Conto Economico n. C501010512 (Dispositivi vari e Altro Materiale di consumo) del corrente Bilancio d'Esercizio;
- per l'importo di € 216.737,50 sul Conto Economico n. C501010512 (Dispositivi vari e Altro Materiale di consumo) del Bilancio d'Esercizio 2022
- per € 2.130,00 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del Bilancio d'Esercizio 2022;

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato e dalle UUOO Farmacia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, ciascuno per la parte di propria competenza;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **DI MUNIRE** la presente Deliberazione della clausola di immediata esecuzione, onde consentire l'avvio delle procedure di gara, stante il lasso di tempo intercorso dalla richiesta;


Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere




Data


10/11/2021

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara



Parere



Data

10/11/2021

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott. Oreste Falco, Direttore UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr. Oreste Falco, responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia


Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque





Sciacca li, 26/02/2020

PL A

Al Direttore U.O. Provveditorato

OGGETTO: Acquisto urgente materiale specialistico proctologico

In considerazione degli accordi tra il Direttore della UOC di Chirurgia Generale del PO di Sciacca, Prof. Carmelo Sciumè, e l'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Agrigento, circa il raggiungimento degli obiettivi, ed in particolare circa l'attività proctologica.

Si richiede, per la medesima UOC l'acquisto urgente del seguente materiale specialistico proctologico:

Strumenti per diagnostica ambulatoriale ed intraoperatoria:

Retrattore anale monouso e sterile lungo 90cm, diametro 32 mm, fenesfrato e chiuso in punta la cui introduzione avviene senza l'ausilio del mandrino.

Dotato di slider scorrevole, spinginodo, piattello con quattro scalini d'appoggio per porta aghi, 4 fili di sutura 2-0 ago 5/8 di 26 mm.

In materiale plastico atraumatico, perfetta illuminazione con fonte di luce fredda o pen-Led totalmente avvolta dall'impugnatura. Pz 90

Anoscopio diagnostico "a becco di flauto"; monouso, video compatibile, auto illuminante, autoreggente, con lunghezza tubo mm 65 e lume diametro mm 23, trasparente, assenza assoluta di sbavature, atraumatico, perfetta illuminazione con fonte di luce fredda o pen- Led totalmente avvolta dall'impugnatura, in materiale plastico Pz 200

Si comunica che, secondo le nostre conoscenze, tali dispositivi sono brevettati, prodotti e distribuiti in esclusiva in tutto il territorio nazionale dalla Sapimed S.p.A di Alessandria, tel. 0131/348109. Fax 0131/348989

Si rimanda comunque a questo ufficio l'eventuale indagine di mercato, richiedendo in ogni caso le medesime caratteristiche tecniche.

Strumenti per il trattamento della patologia emorroidaria mininvasiva Metodo Trilogy

Il metodo TRILOGY è un approccio mini-invasivo al trattamento della malattia emorroidaria.

Carmelo Sciumè

Esso rappresenta l'evoluzione della tecnica di Morinaga che, per primo ha pubblicato una casistica con 450 casi di malattia emorroidaria trattati con la legatura dei rami dell'arteria emorroidaria superiore, utilizzando un anoscopio fenestrato e una sonda doppler.

Per anni la validità della metodica è stata confermata per i casi di malattia emorroidaria di II-III grado, con assenza o iniziale prolacco, divenendo un intervento valido soprattutto quando i sintomi prevalenti della malattia emorroidaria sono il sanguinamento, la congestione, l'edema e tutti quei sintomi legati all'iperafflusso.

Il metodo TRILOGY viene considerato nelle letterature internazionali il "gold standard" per la malattia emorroidaria, superando i limiti ed i rischi chirurgici della proctosigmoidectomia con Stapler, metodo di Longo, associando alla dearterializzazione emorroidaria doppler-guidata la pessia del prolacco muco-emorroidario.

Il kit per l'esecuzione del metodo TRILOGY è formato da un anoscopio fenestrato auto-illuminabile, una sonda doppler, uno spangi nodo, n. sei fili di sutura, con ago 5/8, un porta-aghi, un divaricatore anale "surgery", auto-illuminabile.

Con il metodo TRILOGY si ottiene quindi non solo la risoluzione dei sintomi della malattia emorroidaria dal II al IV grado, eleggendo di fatto il metodo TRILOGY come metodo "gold standard" per la malattia emorroidaria, oltre ad eseguire un'intervento scevro da dolore post-operatorio, risparmiando i cuscinetti emorroidali e riposizionandoli nella loro sede naturale, non asportando tessuti, risultando il metodo migliore per quanto riguarda la mini-invasività, per cui di conseguenza le complicanze sono rare e poco rilevanti.

La diffusione in tutto il mondo della metodica ha prodotto numerosi lavori pubblicati sulle maggiori riviste internazionali.

Alla luce di quanto sopra si richiede l'acquisto per questa sala operatoria del presidio di N.30 KIT TRILOGY con relativa centralina doppler e illuminante in OMAGGIO, il tutto in quanto "INFUNGIBILE" per l'attività del trattamento chirurgico della patologia emorroidaria di questa unità operativa.

Il presidio Trilogy e la relativa centralina trilogy sono prodotti e distribuiti in esclusiva da Innovamedica S.P.A. , Cusago milano.

Tecnologia Laser

Per il trattamento delle emorroidi l'esecuzione di tecniche laser consentirebbero di agire sia nei casi di sanguinamento con poco prolacco tramite dearterializzazione doppler guidata. Tecnica eseguibile senza anestesia che permette di ridurre l'iperafflusso al plesso emorroidario e sia di

Carmelo Sciumè

UNIVERSITÀ Cattolica di Sacra Famiglia
Ospedali Riuniti di Sciacca - Ribera
U.O.C. Chirurgia Generale
Direttore PROF. Carmelo Sciumè

trattare i gradi più avanzati con prolacco pronunciato tramite laser emorroidoplastica. Tecnica non escisionale, in grado di preservare l'anoderma e l'integrità della mucosa del canale anale riducendo il prolacco e il dolore post operatorio.

Per il paziente ha la possibilità di poter divenire tecnica gold-standard poiché i benefici di queste tecniche comprendono la riduzione dei costi di ogni singolo trattamento poiché si risparmia in giornate di degenza e in medicazioni post operatorie, riduzione delle complicanze chirurgiche e del dolore post operatorio grazie alla ridotta lesività di organi sensibili come lo sfintere anale e per ultimo riducendo il numero di casi di incontinenza sfinteriale post chirurgica.

Nella chirurgia colonrettale da anni si è introdotto l'utilizzo della tecnologia laser soprattutto per il trattamento delle Fistole perianali sia criptoghiandolari che da malattia di Crohn e delle Fistole sacro-coccigee, le tecniche che sfruttano tale tecnologia mostrano ottima tolleranza da parte del paziente e facilità di esecuzione da parte del chirurgo operatore oltre ad un rapido turn-over nelle sale operatorie, quindi con possibilità di aumentare il numero di interventi per seduta dato i ridotti tempi di utilizzo della sala operatoria per ogni paziente.

Pertanto si richiede l'acquisto di fibre ottiche di cui seguito specifichiamo le caratteristiche:

Fistole anali:

N° 70 kit monouso in confezione unica per trattamento fistole anali composto da:

- Fibra ottica ad emissione radiale (360°) e core da 500 μ m, lunghezza 2.5 mt e con presenza di marker centimetrati.
- Anoscopio fenestrato
- Setone cavo in silicone per facilitare l'introduzione della fibra.

Cisti sacro coccigea

N° 70 Fibra ottica monouso in doppia confezione sterile per trattamento cisti pilonidale ed emissione radiale (360°) da 500 μ m, 2.6mt e marker centimetrati.

Emorroidi:

N° 70 kit fibra ottica più doppler:

- Fibra da 1000 μ m con manipolo per trattamenti chirurgici
- Anoscopio operatorio, diametro 22 x 88mm + Introduttore trasparente con canale operatorio
- Trasduttore doppler ad alta frequenza (20MHz) per rilevazione arterie emorroidarie

N° 70 Kit emorroidoplastica:

- fibra ottica monouso con terminale conico, con diametro esterno di 1850 μ m
- ago da biopsia (Biopsybell) 14G / 6cm con marcatura centimetrata,
- anoscopio fenestrato

Tutti i kit descritti sono dotati di doppie etichette adesive per la tracciabilità

Generatore Laser

Carmelo Sciumè

UNIVERSITÀ Degli STUDI di PALERMO
A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedali Civili Riuniti Sciacca - Ribera
U.O.C. Chirurgia Generale
DIRETTORE: Prof. Carmelo Sciumè

UNIVERSITÀ Degli STUDI di PALERMO
A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedali Civili Riuniti Sciacca - Ribera
U.O.C. Chirurgia Generale
DIRETTORE: Prof. Carmelo Sciumè

Sistema Sanitario Nazionale - Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedali Civili Riuniti Sciacca - Ribera
U.O.C. Chirurgia Generale
Direttore: Prof. Carmelo Sciumè
Tel./Fax 0925.962262

Il generatore laser a diodi con potenza di 14watt deve essere dotato di doppia lunghezza d'onda: 980nm e 1470nm miscelabili o erogabili singolarmente, modalità di funzionamento tra cui continuo e pulsato e setting personalizzabile. Batterie ricaricabili e trasformatore per funzionamento a rete 220V.

Doppler portatile da 20Mhz

La piattaforma deve essere in comodato d'uso full risk;

Sistema Diagnostico/operativo

Stazione di acquisizione immagini e refertazione visite proctologiche

La stazione deve essere composta da:


- Stazione computerizzata OS. Windows All in One
- Stampante a colori A4 per refertazione
- Software per la digitalizzazione immagini e video:
Gestione visite e delle procedure chirurgiche endoscopiche con la completa digitalizzazione della cartella clinica del paziente, la gestione del follow up e la relativa refertazione paziente
- Telecamera endoscopica Full HD con fonte luce a 5 livelli
- Ottica HD rigida endoscopica da 2,7 mm lunghezza 17 cm
- Camicia operativa monouso con canale irrigazione e canale operativo per fibra laser
- Carrello


Il mancato acquisto della maggior parte di questi devices sarà considerato il motivo principale del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi.

In attesa di un vostro sollecito riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore dell'U.O Chirurgia Generale

UNIVERSITA' degli STUDI di PALERMO
A S P - AG P. O. GIOVANNI PAOLO II
SCIACCA
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE
Direttore PROF. CARMELO SCIUME





Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442058 * Fax 0922 442069

dipartimento.farmaco@aspag.it

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

Direttore: Dr. Giuseppe Bellavia

Alle B

PROT. 456062 del 16/10/2020

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo

c.a. Dott. Giuseppe Palumbo

OGGETTO: RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE PROCTOLOGICO

In riferimento alla mail inviata, a questo Dipartimento, il 12/10/2020 dal Dott. Giuseppe Palumbo, si invia in allegato il capitolato tecnico delle fibre ottiche per la tecnologia laser delle emorroidi e delle fistole, compresa l'apparecchiatura che la Ditta dovrà fornire ad uso gratuito. A conoscenza di questo Dipartimento, i sopracitati materiali di consumo, sembrerebbero prodotti esclusivi della Ditta Sirius Medical.

Il fabbisogno indicato presunto è annuo.

Si allega, anche, il capitolato in formato excel.

Cordiali saluti

U.O.C. Farmacia
Il Dirigente Farmacista
Dott.ssa Valeria Ciotta

Il Direttore del Dipartimento del Farmaco
Dr. Giuseppe Bellavia

CATEGORIA		DETALLO		
ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
	Z		APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	
	Z12		STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI	
	Z1201		STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE	
	Z12011085		STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI	
1	a	Z12011085	<p>kit monouso in confezione unica per trattamento fistole anali composto da:</p> <p>-Fibra ottica ad emissione radiale (360°) e core da 500µm, lunghezza 2.5 mt e con presenza di marker centimetrici.</p> <p>-Anoscopio fenestrato</p> <p>-Setone cavo in silicone per facilitare l'introduzione della fibra.</p>	390 80
1	b	Z12011085	<p>Fibra ottica monouso in doppia confezione sterile per trattamento cisti pilonidale ed emissione radiale (360°) da 500µm, 2.5mt marker centimetrici</p>	360 80
1	c	Z12011085	<p>kit fibra ottica monouso più doppler:</p> <p>-Fibra da 1000µm con manipolo per trattamenti chirurgici</p> <p>-Anoscopio operatorio, diametro 22 x 88mm + Introdotore trasparente con canale operatorio</p> <p>-Trasduttore doppler ad alta frequenza (20MHz) per rilevazione arterie emorroidarie fornito in comodato d'uso gratuito</p>	€ 400 30
1	d	Z12011085	<p>Kit emorroidoplastica:</p> <p>-fibra ottica monouso con terminale conico, con diametro esterno di 1850 µm</p> <p>-ago da biopsia (Biopsybell) 14G / 6cm con marcatura centimetrica,</p> <p>-anoscopio fenestrato</p>	390 80

<p>1 e Z12011085</p> <p>Kit procedurale per il trattamento laser delle varici degli arti inferiori Il kit deve contenere: -fibra ottica monouso di almeno 2,5 metri di lunghezza a doppia emissione radiale (360°) diametro del core da 600 micron con markers -dilatatore -introduttore da 6fr con raccordo di lavaggio -guida a J -ago percutaneo</p>	<p>390</p>	<p>30</p>
<p>La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il laser dedicato con le seguenti caratteristiche: potenza di 45 Watt deve essere dotato di doppia lunghezza d'onda: 980nm e 1470nm miscelabili o erogabili singolarmente, modalità di funzionamento tra cui continuo e pulsato e setting personalizzabile</p>		

Vs. nota prot. 35358/2020 - Richiesta acquisto materiale specialistico proctologico**Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>**

Lun 12/10/2020 03:11

A: po sciaccia chirurgia generale <posciacca.chirurgiagenerale@ASPAG.IT>; carmelo.sciume@gmail.com

<carmelo.sciume@gmail.com>

Cc: dipartimento farmaco ag <dipartimentofarmacoag@gmail.com>; Valeria Ciotta <valeria.ciotta@aspag.it>

 1 allegati (2 MB)

Rich.Acq.e Specif.Tecniche.pdf;

In riferimento alla Vs. nota in oggetto specificata, che qui si allega per economia di procedimento, al fine di poter indire apposita indagine di mercato, propedeutica all'espletamento di specifica gara finalizzata all'acquisto dei dispositivi da Voi richiesti, siamo a richiedervi redazione di particolareggiato capitolato tecnico anche in formato excel, con l'eventuale ausilio del Responsabile della Società Tecnologie Sanitarie per la parte di sua competenza, nell'ambito del contratto di assistenza tecnica vigente con questa Asp, distinto per tipologia di attrezzatura ed epurato da tutti quegli elementi di carattere non squisitamente tecnico. Si invita inoltre ad indicare se i quantitativi occorrenti, da inserire nel predetto capitolato tecnico, siano riferibili o meno a consumi presunti anni.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita informativa

Il presente messaggio, corredata da eventuali allegati, contiene informazioni di natura riservata ed è da considerarsi ad utilizzo esclusivo del destinatario. Qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione, conservazione, copia, stampa o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso ad opera di soggetti diversi dal destinatario è strettamente vietata. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di avvisare tempestivamente il mittente e di provvedere alla relativa cancellazione unitamente ai contenuti allo stesso allegati





all. e

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo Collaboratore Amm.vo
Telefono : 0922 407279
FAX 0922 407119
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 163349 del 28/10/2020

AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

(ex art 29 D lgs 50/16 e smi)

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE, DI MATERIALE SPECIALISTICO PROCTOLOGICO, PRODOTTO DALLA SOCIETÀ BIOLITEC ITALIA S.R.L. E DISTRIBUITO PER LA REGIONE SICILIA OCCIDENTALE DALLA SOCIETÀ SIRIUS MEDICAL S.R.L. PER L'UOC CHIRURGIA GENERALE DEGLI OSPEDALI RIUNITI SCIACCA - RIBERA DELL'ASP DI AGRIGENTO.

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Viale della Vittoria , 321 – 92100- Agrigento.

Oggetto del contratto: Affidamento della fornitura, in somministrazione annuale, di materiale specialistico proctologico, occorrenti all'UOC Chirurgia Generale degli Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera.

Modalità di acquisto: Procedura negoziata di affidamento diretto ex art 63, comma 2 lett. B.3 D. Lgs. 50/2016 e smi, che disciplina le acquisizioni di beni e servizi senza pubblicazione di bando di gara per ragione di natura tecnica in quanto in possesso di caratteristiche di unicità che dovrebbero escludere la concorrenza.

Denominazione e recapito dell'operatore economico individuato: Società Sirius Medical S.R.L., con sede legale in via Alessio Narbone 49, 90138 Palermo (PA), P. Iva 06804120829.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web Aziendale www.aspag.it., al fine di verificare l'esclusività o meno della suddetta fornitura, ed ha valore di interpello del mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura sopra descritta. In tal caso, l'operatore economico interessato dovrà far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del 13.11.2020**, una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le utili informazioni tecniche atte a dimostrare "l'equivalenza funzionale", nonché l'eventuale prezzo di mercato. In tal caso, con procedura ristretta su Mepa/Consip, verranno invitate alla competizione di gara le Società che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti o migliorative. Nel caso viceversa venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato, sopra indicato, costituisca l'unico fornitore del prodotto di che trattasi, questa Azienda procederà all'affidamento della fornitura.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Provveditorato.

Il Collaboratore Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

Lotto	Sub.	Codice CND	Denominazione prodotto	Prezzo di riferimento	Quantità
			APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI		
		Z	STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI		
1	a	Z12	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE		
		Z1201	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI		
		Z12011085			
			kit monouso in confezione unica per trattamento fistole anali composto da: -Fibra ottica ad emissione radiale (360°) e core da 500µm, lunghezza 2.5 mt e con presenza di marker centimetrici. -Anoscopio fenestrato -Setone cavo in silicone per facilitare l'introduzione della fibra.	390	80
	b	Z12011085	Fibra ottica monouso in doppia confezione sterile per trattamento cisti pilonidale ed emissione radiale (360°) da 500µm, 2.5mt-marker centimetrici	360	80
	c	Z12011085	kit fibra ottica monouso più doppler: -Fibra da 1000µm con manipolo per trattamenti chirurgici -Anoscopio operatorio, diametro 22 x 88mm + Introdottoare trasparente con canale operatorio -Trasduttore doppler ad alta frequenza (20MHz) per rilevazione arterie emorroidarie fornito in comodato d'uso gratuito	€ 400	30
	d	Z12011085	Kit emorroidoplastica: -fibra ottica monouso con terminale conico, con diametro esterno di 1850 µm -ago da biopsia (Biopsybell) 14G / 6cm con marcatura centimetrata, anoscopio fenestrato	390	80

		Kit procedurale per il trattamento laser delle varici degli arti inferiori Il kit deve contenere: -fibra ottica monouso di almeno 2,5 metri di lunghezza a doppia emissione radiale (360°) diametro del core da 600 micron con markers -dilatatore -introduttore da 6fr con raccordo di lavaggio -guida a J -ago percutaneo	30
1	e Z12011085	La ditta dovrà fornire in comodato d'uso gratuito il laser dedicato con le seguenti caratteristiche: potenza di 45 Watt deve essere dotato di doppia lunghezza d'onda: 980nm e 1470nm miscelabili o erogabili singolarmente, modalità di funzionamento tra cui continuo e pulsato e setting personalizzabile	390



RR. D

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 - Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 13178 del 21.01.2021

Al Direttore U.O. Chirurgia Generale Licata

Al Direttore U.O. Chirurgia PO Canicattì

OGGETTO: Indicenda procedura di gara per l'acquisto di strumentario per il trattamento laser delle patologie emorroidali.

Richiesta manifestazione di interesse.

Con nota prot. 35358 del 26.02.20, il Direttore UOC Chirurgia Generale del PO di Sciacca, che qui si allega, ha richiesto, tra gli altri, l'acquisto di quanto in oggetto indicato, specificandone le caratteristiche tecniche.

Si richiede alle SS.LL. in indirizzo se di interesse, al fine di poter bandire apposita procedura di gara unica per i PP.OO. interessati, ed anche per definire l'esatto numero di generatori da richiedere in comodato d'uso gratuito.

Per eventuali chiarimenti, contattare lo scrivente ufficio.

Il Collab. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco

Oreste Falco

I: Nota Prot. 13179/2021

Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>
gio 28/01/2021 13:26

A: PO Canicattì - Chirurgia Generale <pocanicatti.chirurgiagenerale@ASPAG.IT>; Alfonso Maiorana <alfonso.maiorana@aspag.it>; PO Licata - Chirurgia Generale <policata.chirurgiagenerale@ASPAG.IT>

✉ 2 allegati (2 MB)

Prot.13179_2021.Manif.Inter..pdf; Rich.Acq.e Specif.Tecniche.pdf;

Si reinoltra la nota in oggetto indicata, con richiesta di cortese riscontro in merito.
Si significa che decorsi inutilmente 5 gg dal ricevimento della presente, si riterrà di non interesse l'indicenda procedura di acquisto in oggetto.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento

Da: Giuseppe Palumbo

Inviato: giovedì 21 gennaio 2021 16:39


A: PO Canicattì - Chirurgia Generale <pocanicatti.chirurgiagenerale@ASPAG.IT>; Alfonso Maiorana <alfonso.maiorana@aspag.it>; PO Licata - Chirurgia Generale <policata.chirurgiagenerale@ASPAG.IT>

Oggetto: Nota Prot. 13179/2021

In allegato si trasmette nota in oggetto specificata.

In attesa di cortese, ma celere riscontro, si porgono distinti saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

*CAPODIPARTIMENTO F.F.
Dott. Salvatore Incandela*

200 E


Spett.le

UO provveditorato Asp Agrigento

Oggetto Richiesta apparecchiature mediche (LASER A DIODI)

Si richiede l'acquisto di Laser a doppia lunghezza d'onda 45 Watt

- In isteroscopia la tecnica laser è definita HOLA (Hysteroscopic Outpatient Laser Applications): Tecnologia Laser con Fibre Ottiche avanzata e completa per il trattamento delle patologie uterine mediante tecnica isteroscopica. Si avvale del Laser a due lunghezze d'onda miscelate per la vapo-resezione e la coagulazione simultanea. Il risultato è una prestazione chirurgica molto accurata, senza dolore e in assenza di anestesia pertanto un vantaggio economico. Trova spazio per diverse applicazioni: Polipectomia, Miomectomia, Istmoplastica e Metroplastica
- In Laparoscopia la tecnica laser è definita ELLA (Endometriosis Laparoscopic Laser Application) Tecnologia Laser con Fibre Ottiche compatibili con le cannule da mino laparoscopia, per una chirurgia sempre meno invasiva con il vantaggio di una maggiore rapidità dei trattamenti (simultanea dissezione e coagulazione), maggiore controllo del danno termico in profondità.
Indicazioni: Miomectomia, endometriosi, cisti ovarica, adesiolisi
Una delle applicazioni innovativa con il laser è il trattamento dell'endometriosi. Come descritto in letteratura, la delicata azione della luce laser "blended" favorisce il trattamento "non a contatto" dei focolai endometriosici, senza necessità di schermare gli organi addominali e in completa assenza di fumi.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

CAPODIPARTIMENTO F.F.
Dott. Salvatore Incandela

Queste tecniche in campo ginecologico rappresentano sicuramente una innovazione con il vantaggio di ridotti rischi intra e post operatori, rivoluzionando il trattamento delle patologie ginecologiche.

- ↳ Laser a diodi di potenza 45Watt (30watt 980nm + 15 watt 1470nm)
- ↳ Duplice lunghezza d'onda 980nm e 1470nm erogabili simultaneamente e miscelabili.
- ↳ La lunghezza d'onda del laser 1470 nm è controllata sull'asse orizzontale delle x, invece la lunghezza d'onda 980nm è controllata sull'asse verticale delle y.
- ↳ Compatibilità con fibre ottiche dotate di un design dedicato per i trattamenti in ginecologia (isteroscopia e laparoscopia (es Fibra Myofiber CA, Myofiber CC, Slim side fiber, ELLA Click).
- ↳ Software di bordo in grado di gestire molteplici modalità operative (continuo, pulsato, ELVeS signal, ELVeS segmento, Dermatologia).
- ↳ Possibilità di memorizzare i protocolli di lavoro maggiormente impiegati sia in modalità continua che in modalità pulsata.

Sciacca li 05/02/2021

Il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile
Dott. Salvatore Incandela



App. F.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Palumbo Collaboratore Amm.vo

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta, per l'affidamento della fornitura, in somministrazione annuale, di "Strumentazione per laser-chirurgia", comprensiva della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi per le UU.OO. di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca. (Cig: _____).

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____/2021, esecutiva, indice, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), per come derogato dall'art. 51, c. 1, lett. a) p. 2.2) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n. 108, e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, D. Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, procedura negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta, per la fornitura, in somministrazione annuale, di "Strumentazione per laser-chirurgia", comprensiva della fornitura, in service, di Generatori Laser e sistemi diagnostici/operativi, da destinare alle UU.OO. di Chirurgia e Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, le cui specifiche tecniche vengono indicate alla presente.

Oggetto della presente procedura è l'acquisto delle attrezzature sanitarie sopra descritte, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegnare installazione e collaudo presso le strutture sanitarie richiedenti;
- Fornitura, in service Full Risk, di n. 02 generatori laser da installare c/o le UUOO di Chirurgia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca e n. 02 generatori laser da installare c/o le UUOO di Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca; durante il periodo del service (un anno da collaudo positivo), manutenzione ordinaria preventiva (come da indicazioni del produttore) e manutenzione straordinaria Full Risk su chiamata in numero illimitato; tempo di intervento tecnico: 08 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. In mancanza, la Società fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto), al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore
- Corso di formazione in house per il personale utilizzatore del dispositivo;

La fornitura è da intendersi in regime di somministrazione e, quindi, le quantità sopra indicate sono riferite al fabbisogno stimato per circa 12 mesi e sono da ritenersi indicative e non impegnative per questa ASP; si conviene, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, l'entità della somministrazione non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno di questa Azienda nel periodo di vigenza contrattuale; l'ASP si riserva, pertanto, di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale sanitario di che trattasi. Le quantità, pertanto, potranno subire variazioni in diminuzione, senza alcun limite, in relazione al fabbisogno reale ed effettivo delle Strutture interessate, correlato all'andamento delle relative patologie, non esattamente prevedibile o predeterminabile, per cui l'Appaltatore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta;

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria

stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. In considerazione della straordinaria situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19, la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni normative emanate in materia virus Covid-19, e a fare riferimento ai documenti ASP "Valutazione Rischio Biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus")" scaricabili dal sito www.aspag.it.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), in possesso delle specifiche tecniche richieste, devono essere conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato. Inoltre, qualora i beni da fornire prevedessero una scadenza, questa non deve essere inferiore a diciotto mesi, decorrenti dalla data di consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche sopra indicate.

Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, che non presenta carattere transfrontaliero, atteso l'importo della fornitura medesima, in conformità all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, si procederà al calcolo per l'offerta anormalmente bassa di cui al sopra citato art. 97, comma 2, 2 bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis. Comunque l'esclusione automatica opera se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge 120/2020.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di cui alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara per impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, la ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente sottoscritta con firma digitale. Si precisa che, non essendo richiesti particolari requisiti di partecipazione, gli Operatori Economici interessati possono tralasciare la compilazione della Parte IV, punti B), C) e D) del citato DGUE;
2. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec, indicando il relativo indirizzo;
3. Dichiarazione integrativa, resa ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione delle generalità complete dei soggetti, in carica e/o cessati dalla carica, dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice
4. Dichiarazione integrativa, resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
5. Copia della presente e del Capitolato tecnico debitamente firmata digitalmente per accettazione;
6. Ricevuta di versamento del Contributo Anac, nella misura indicata con Delibera della stessa Autorità n. 1197 del 18 dicembre 2019;

RELATIVAMENTE AI DISPOSITIVI PER PROCTOLOGIA:

7. Breve relazione tecnica del dispositivo offerto corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici del bene offerto; qualora nel depliant fossero presenti più prodotti, l'Operatore Economico dovrà dare evidenza dell'articolo offerto, così da rendere inequivocabile l'articolo offerto.
8. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
9. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
10. Dettaglio prezzi dei dispositivi offerti.

RELATIVAMENTE AI DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA:

11. Breve relazione tecnica del dispositivo offerto corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici del bene offerto; qualora nel depliant fossero presenti più prodotti, l'Operatore Economico dovrà dare evidenza dell'articolo offerto, così da rendere inequivocabile l'articolo offerto.
12. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
13. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
14. Dettaglio prezzi dei dispositivi offerti.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di validità del contratto (12 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dal soggetto appositamente incaricato dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo di fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base di gara e sopra indicato; nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato d'oneri; nel prezzo di fornitura è compresa la consegna ed installazione per come indicato nell'ordine di fornitura, nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessarie per tutta la durata della garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra l'eventuale aggiornamento software;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite NSO; il materiale di consumo sarà ordinato dal Servizio di Farmacia ospedaliera; in caso di particolare urgenza la ditta dovrà consegnare il materiale di consumo entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) Manutenzione ed assistenza tecnica del tipo full risk; la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, per tutta la durata del contratto. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi full risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. e il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi in caso di guasti o malfunzionamenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 08 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio; in mancanza la ditta fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto) al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere,

per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di validità del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nell'attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.

- 5) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.
- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura dovrà essere emessa in relazione all'ordinativo di fornitura; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407279 – fax 0922/407119).

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco

(timbro e firma del legale rappresentante)

Lotto	sub	Codice CND	Descrizione prodotto	Quantità x proctologia
		Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	
		Z12	STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI	
		Z1201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE	
		Z12011085	STRUM. PER LASER-CHIRURGIA - PROCTOLOGIA MATERIALI SPECIFICI	
1	a	Z12011085	kit monouso in confezione unica per trattamento fistole anali composto da: -Fibra ottica ad emissione radiale (360°) e core da 500µm, lunghezza 2.5 mt e con presenza di marker centimetrati. -Anoscopio fenestrato -Setone cavo in silicone per facilitare l'introduzione della fibra.	50
1	b	Z12011085	Fibra ottica monouso in doppia confezione sterile per trattamento cisti pilonidale ed emissione radiale (360°) da 500µm, 2.5mt marker centimetrati	50
1	c	Z12011085	kit fibra ottica monouso più doppler: -Fibra da 1000µm con manipolo per trattamenti chirurgici -Anoscopio operatorio, diametro 22 x 88mm + Introduttore trasparente con canale operatorio -Trasduttore doppler ad alta frequenza (20MHz) per rilevazione arterie emorroidarie fornito in comodato d'uso gratuito	24
1	d	Z12011085	Kit emorroidoplastica: -fibra ottica monouso con terminale conico, con diametro esterno di 1850 µm -ago da biopsia (Biopsybell) 14G / 6cm con marcatura centimetrata, -anoscopio fenestrato	50
1	e	Z12011085	Kit procedurale per il trattamento laser delle varici degli arti inferiori Il kit deve contenere: -fibra ottica monouso di almeno 2,5 metri di lunghezza a doppia emissione radiale (360°) diametro del core da 600 micron con markers -dilatatore -Introduttore da 6fr con raccordo di lavaggio -guida a J -ago percutaneo	30
			La ditta dovrà fornire IN SERVICE FULL RISK n. 02 generatori laser da installare c/o le UUOO di Chirurgia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, aventi le seguenti caratteristiche: potenza di 16 Watt, deve essere dotato di doppia lunghezza d'onda 980nm e 1470nm miscelabili o erogabili singolarmente, modalità di funzionamento tra cui continuo, pulsato e setting personalizzabile. Batterie ricaricabili e trasformatore per funzionamento a rete 220V. Doppler portatile da 20 Mhz.	

Lotto	sub	Codice CND	Descrizione prodotto	Quantità x Ginecologia
		Z12011085	STRUM. PER LASER-CHIRURGIA - GINECOLOGIA MATERIALI SPECIFICI	
1	f	Z12011085	Fibra ottica monouso per coagulazione-vaporizzazione-incisione-escissione (per il trattamento di endometrioma profondo, cisti ovariche, endometriosi) in laparoscopia ginecologica a punta piatta, con diametro del core di 945 µm e diametro esterno di 1400 µm (5F), dotata di adattatore "Y-Click", canale di lavaggio/aspirazione fumi, con aggancio Luer Lock ad avanzamento controllato	45
1	g	Z12011080	Fibra ottica monouso per coagulazione-vaporizzazione-incisione-escissione (per il trattamento di endometrioma profondo, cisti ovariche, endometriosi) in laparoscopia ginecologica a punta conica, con diametro del core di 945 µm e diametro esterno di 1400 µm (5F)	50
1	h	Z12011080	Fibra ottica monouso per coagulazione-incisione-escissione (polipectomia,miomectomia, metoplastica del setto uterino) in isteroscopia con punta a sclapello, con diametro del core di 945 µm e diametro esterno di 1400 µm (5F)	90
1	i	Z12011080	Fibra ottica monouso per coagulazione-incisione-escissione (polipectomia,miomectomia) in isteroscopia con punta conica curva, con diametro del core di 595 µm e diametro esterno di 1300 µm	90
1	l	Z12011085	Fibra ottica monouso per coagulazione-incisione-escissione (istmoplastica) in isteroscopia con punta smussa, con diametro del core di 594 µm e diametro esterno di 1800 µm, emissione laterale con angolo di emissione 80°	95
1	m	K02040199	Fibra ottica monouso a punta conica 600 µm per coagulazione ed incisione in colposcopia per coniazione esangue	10
1	n	K0204019	Fibra ottica monouso a punta piatta 600 µm per coagulazione ed incisione in colposcopia per coniazione esangue	10
			La ditta dovrà fornire IN SERVICE FULL RISK n. 02 generatori laser da installare c/o le UUOO di Ginecologia dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, aventi le seguenti caratteristiche: potenza di 16 Watt, deve essere dotato di doppia lunghezza d'onda 980nm e 1470nm miscelabili o erogabili singolarmente, modalità di funzionamento tra cui continuo, pulsato e setting personalizzabile. Batterie ricaricabili e trasformatore per funzionamento a rete 220V. Doppler portatile da 20 Mhz.	



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____


DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal 11 NOV. 2021

Agrigento, li 11 NOV. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi