



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore Sig. Alfonso De Leo Assistente Amm.vo  
Telefono 0922 407226 – 407145  
FAX 0922 407119

Prot. n. 199228 del 16 Novembre 2021

**Spett.le Società**

---

---

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di **Uretrofibroscopio digitale** per l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, alla fornitura di cui all'oggetto aventi le caratteristiche tecniche di cui alle scheda tecnica allegata.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Società, se interessata, a trasmettere via pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- prezzo di acquisto con relativa installazione dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- prezzo del materiale di consumo occorrente per il funzionamento dell'apparecchiatura con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il materiale di consumo è reperibile o non è reperibile su libero mercato;
- tempo di consegna;
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo **entro e non oltre il termine tassativo del 25 Novembre 2021.**

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407226).

L'Assistente Amministrativo  
Sig. Alfonso De Leo

Direttore Servizio Provveditorato  
Dr. Oreste Falco

## Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana



Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"

C.da Consolida - Agrigento -

### Unita' Operativa di UROLOGIA

Direttore: Prof. M. Ruoppolo

**Alla cortese attenzione del Dott. ORESTE FALCO  
DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO  
ASP AGRIGENTO**

**Oggetto: RICHIESTA URGENTE DI FORNITURA DI APPARECCHIATURA UROLOGICA:  
URETEROFIBROSCOPIO DIGITALE**

Egr. Dott.

Stante la problematica correlata alla attuale disponibilità di un unico ureteroscopio flessibile in dotazione alla U.O. di Urologia, con il rischio di dover interrompere la procedura endourologica in corso, come già verificatosi anche recentemente, a causa della frequente rottura dei tiranti dello strumento si richiede con cortese celerità l'acquisto di un ureteroscopio flessibile digitale con le seguenti caratteristiche:

- STRUMENTO FLESSIBILE DI CALIBRO 10 FR.
- PUNTA DISTALE DA 6.5 FR.
- DOPPIO CANALE OPERATIVO PER FIBRA LASER DA 2.4 FR E DA 3.6 FR
- ALIMENTAZIONE LUCE A LED INTEGRATA
- CORPO COMANDO ERGONOMICO CON DEFLESSIONE UP E DOWN DI +/- 270 °
- DISPOSITIVO DI ARRESTO INTEGRATO A 0°
- CAVO DI CONNESSIONE PROSSIMALE CON ENDOCAM DIGITALE
- SENSORE CMOS
- ENDOCAM ABBINATA
- BILANCIAMENTO DEL BIANCO E MESSA A FUOCO AUTOMATICA
- ENDOCAM ABBINATA CON ALTA DEFINIZIONE CON RISOLUZIONE DA 1920 X 1080 PIXELE IN USCITA E CONNESSIONE CON CAVO HDMI
- POSSIBILITA' DI REGISTRAZIONE CON DISPOSITIVO RECORDER ESTERNO OPZIONALE
- REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITA/INTERFACCIA VESA 100 INTEGRATA
- VISIONE ANTERIORE 0° CON ANGOLO VISIVO A 90°
- INGRESSO DEI CANALI CON DISPOSITIVO SHIFTER PER BLOCCO FIBRA
- VISIONE QUADRATA
- POSSIBILITA' DI CONNESSIONE ALLA COLONNA STORZ IN DOTAZIONE TRAMITE BOX DI ADATTAMENTO

**A disposizione ai seguenti recapiti per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento porgo cordiali saluti.**

Agrigento 30.10.2021

Direttore U.O. Urologia  
Dott. Michele Ruoppolo