



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 36842 del 22/02/2022

A tutte le ditte interessate

oggetto: indagine esplorativa di mercato per la fornitura di KIT POSIZIONATORI PAZIENTI TERAPIA INTENSIVA

La presente indagine di mercato fa seguito all'avviso di volontaria trasparenza ex nota prot. 13013 del 19.01.2022 – di seguito reperibile – per informare gli operatori economici interessati che è intendimento di questa Azienda acquisire ogni elemento utile per valutare quale sia la più legittima e imparziale procedura da porre in essere per l'acquisizione della fornitura di n. 100 KIT posizionatori pazienti terapia intensiva.

Pertanto, in uno alla presente si pubblica il capitolo tecnico di gara, nella nuova formulazione richiesta allo specialista richiedente, ovvero privo di elementi che impediscono la partecipazione delle società interessate. Conseguentemente, le Aziende interessate sono invitate:

- a verificare la concreta possibilità di presentare riscontro alla presente e, specificatamente, a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.
- a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicata relativa gara, ciò al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici.
- a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 10.03.2022 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.v.o
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

File allegato:
capitolo tecnico

KIT POSIZIONATORI PAZIENTI TERAPIA INTENSIVA.

Capitolato tecnico

I kit per il posizionamento prono di pazienti in terapia intensiva devono essere composti da:

- N° 1 poggiatesta per decubito prono e/o laterale con canale integrato per il tubo endotracheale. Dimensione 25x25x6cm circa
- n° 2 Cuscini ad arco, dimensioni 22x19x11cm circa, da posizionare sotto i talloni, parte superiore dei piedi, ginocchia, collo, torace e torso a seconda dei requisiti procedurali e dell'anatomia del paziente.
- N° 2 cuscini piatti da posizionare sotto ginocchia, cosce, gomiti, torace, per una corretta distribuzione della pressione. Dimensioni 20x28x2 cm circa
- N° 1 cuscino piatto da posizionare sotto ginocchia, cosce, gomiti, torace, per una corretta distribuzione della pressione. Dimensioni 38x28x2 cm circa.

Ciascun componente dovrà essere costituito da due strati:

- lo strato superiore in schiuma poliuretanica a celle aperte, che consenta la traspirabilità e il flusso d'aria per raggiungere la cute, l'assorbimento dei fluidi, del sudore e dell'umidità corporea e la riduzione della pressione;
- lo strato interno di supporto composto da una schiuma bariatrica ad alta densità che aiuti a ridurre e ridistribuire la pressione durante i lunghi intervalli di posizionamento del paziente.

Il materiale dovrà essere atossico, radiotrasparente e privo di: lattice, ftalati e metalli pesanti.

Fabbisogno annuo: n. 100 kit