



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
Telefono 0922 407459
forniture@aspag.it
mariatirro@aspag.it

VERBALE N. 2

VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE DI
KIT PROCEDURALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - Numero gara 8430976**

LOTTO N. 1 – CIG 9078825366
LOTTO N. 2 – CIG 907883292B
LOTTO N. 3 – CIG 9078836C77
LOTTO N. 4 – CIG 9078843241
LOTTO N. 5 – CIG 9078850806
LOTTO N. 6 – CIG 90788621EF

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di luglio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirò | - Presidente |
| 2) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |
| 3) Rag. Alfonso De Leo | - Teste |

PREMESSO

Che con atto deliberativo n. 90 del 20.01.2022 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE DI KIT PROCEDURALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE**, articolata in n. 6 lotti, con scadenza presentazione delle offerte 17.02.2022 ore 10:00, come da notifica effettuata sulla piattaforma mepa e avviso pubblicato sul sito dell'ASP di Agrigento;

Che la procedura è stata articolata come "Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)";

Che hanno presentato candidatura/offerta – entro il termine prescritto – le ditte

IMESI ITALIA SRL	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6
GIMAS SRL	Lotto 6
EVOLUZIONE SRL	Lotto 6

che entro il termine di scadenza del 17.2.2022 ore 10.00 è pervenuta presso gli ufficio di questo Provveditorato la campionatura delle predette ditte, come prescritto nella lettera di invito;

che con verbale del seggio di gara n. 1 del 17.2.2022 si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti e che la stessa è stata riscontrata regolare e conforme alle richieste della lex di gara;

che sono stati sospesi i lavori per consentire al nominando organo tecnico di supporto al RUP le valutazione di competenza in ordine alla documentazione tecnica presentata dagli O.E. in parola.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE



1

Prende atto che con nota prot. 34583 del 18.02.2022 il commissario straordinario dell'ASP ha proceduto alla nomina dell'organo tecnico di supporto al RUP, organo integrato, nella composizione, con l'individuazione ex nota prot. 94298 del 24.5.2022, da "figura amministrativa".

Da atto:

- che con prot. 35484 del 21.2.2022 l'UOC provveditorato ha trasmesso all'organo tecnico tutta la documentazione tecnica pervenuta dalle ditte partecipanti e ammesse a tale fase, in uno agli ulteriori documenti costituenti lex di gara
- che in data 22.3.2022 ha consegnato a incaricato dal Direttore Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento n.q. di componente del predetto organo la campionatura pervenuta nei termini da parte delle ditte superiormente elencate.

Prende atto del verbale di valutazione tecnica – allegato - redatto in data 14.7.2022 dall'organo tecnico e ne da pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, gli esiti:

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6
IMESI ITALIA SRL	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
GIMAS SRL	-----	-----	-----	-----	-----	Conforme
EVOLUZIONE SRL	-----	-----	-----	-----	-----	Non conforme



Sulla base dei contenuti avanti riportati, **ammette al prosieguo di gara** gli operatori economici **IMESI ITALIA srl – lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e GIMAS srl – lotto n. 6**.

Esclude dal prosieguo di gara per non aver riportato giudizio di conformità tecnica, secondo le motivazioni specificate nell'allegato verbale tecnico, la ditta **EVOLUZIONE srl – lotto n. 6**.

Da mandato di procedere alla notifica dell'esclusione alla ditta Evoluzione srl ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 e di pubblicare il presente verbale, recante in allegato il verbale dell'organo tecnico di supporto al RUP, sul sito internet dell'ASP – sez. bandi di gara e contratti e di notificarlo a tutti i partecipanti tramite piattaforma di negoziazione MEPA.

Si riserva con successiva seduta parimenti pubblica di procedere all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse a tale fase e superiormente indicate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE 
IL TESTE 

VERBALE DELL'ORGANO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP DELLE GARE:

- GARA TELEMETICA MEPA PER LA FORNITURA ANNUALE IN SOMMINISTRAZIONE DI N. 6000 SENSORI MONOUSO PER SATUMETRIA, ORIGINALI O COMPATIBILI, PER MONITOR MULTIPARAMETRICI GE HEALTHCARE B125.
- GARA TELEMETICA MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT PROCEDURALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

SEDUTA N.6

L'anno due mila ventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 15,30 presso i locali dell'UOC Farmacia del P.O. di Agrigento, si riunisce l'Organo Tecnico di Supporto al RUP per le seguenti gare:

1. GARA TELEMETICA MEPA PER LA FORNITURA ANNUALE IN SOMMINISTRAZIONE DI N. 6000 SENSORI MONOUSO PER SATUMETRIA, ORIGINALI O COMPATIBILI, PER MONITOR MULTIPARAMETRICI GE HEALTHCARE B125;
2. GARA TELEMETICA MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT PROCEDURALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Sono presenti:

Dott. Giuseppe Bellavia – Presidente, Dott. Gerlando Fiorica – Componente, Dott.ssa Valeria Cotta – Componente e il TPO Coll. Amm/vo Giovanna Vinti che svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Oniss (presidi) relativo alle gare indicate al P.1)

On this occasion
we are sending you
the documents
pertaining to the
procurement of
kits for the
procedural
management
of patients
under anesthesia
and resuscitation
in the
Operating Room
and Intensive Care Unit
of the
Hospital of Agrigento.

.....
GARA TELEMETICA MEPA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT PROCEDURALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE

I componenti prendono atto della documentazione trasmessa dal Settore Provveditorato in data 21/02/2022 all'indirizzo e-mail dell'UOC Farmacia del P.O. di Agrigento in ordine alla gara in argomento, e precisamente:

- Nota prot. n. 35484 del 21/02/2022;
- Lettera invito/capitolato Speciale;
- Verbale di gara;
- Scheda tecnica Kit lotto n. 6 Ditta IMESI;
- Scheda tecnica Kit lotto n. 5 Ditta IMESI;
- Scheda tecnica Kit lotto n. 4 Ditta IMESI;

.....
LJ JM
JL
DR

- Scheda tecnica Kit lotto n. 3 Ditta IMESI;
- Scheda tecnica Kit lotto n. 2 Ditta IMESI;
- Scheda tecnica Kit lotto n. 1 Ditta IMESI;
- GIMAS Sub scheda Tecnica lotto n. 6;
- EVOLUZIONE BROCHURE EVOKIT lotto n. 6;
- Capitolato Tecnico.

I componenti prendono in esame la superiore documentazione, tra cui il verbale di gara del diciassette febbraio duemilaventidue, presieduto dalla Dott.ssa Maria Tirò, da dove si rileva l'ammissione dei seguenti O.E.:

IMESI – Iotti 1,2,3,4,5 e 6;

GIMAS srl - lotto 6;

EVOLUZIONE srl – lotto n. 6.

I componenti procedono alla valutazione delle schede, e relativi atti allegati, per singolo O.E. e per singolo lotto:

IMESI

1. Documentazione lotto n. 1 " KIT POSIZIONAMENTO CVC" – Scheda tecnica KIT MOD04/09 REV.04 – Scheda Tecnica SET MOD01/09 REV.06. – prodotti n. 3 Campioni Sterili.
Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di conformità tecnica.
2. Documentazione lotto n. 2 " KIT POSIZIONAMENTO PIC/MIDLINE " - Scheda tecnica KIT MOD04/09 REV.04 – Scheda Tecnica SET MOD01/09 REV.06. - prodotti n. 3 Campioni Sterili.
Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di conformità tecnica.
3. Documentazione lotto n. 3 "KIT POSIZIONAMENTO PORT" – Scheda tecnica KIT MOD04/09 REV.04 – Scheda Tecnica SET MOD01/09 REV.06. - prodotti n. 3 Campioni Sterili
Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di conformità tecnica.
4. Documentazione Kit lotto n. 4 "KIT TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA" – Scheda tecnica SET MOD01/09 REV.06. - prodotti n. 3 Campioni Sterili.
Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di conformità tecnica.
5. Documentazione Kit lotto n. 5 "KIT PER ANESTESIA SUB ARACNOIDEA O PERIDURALE" – Scheda Tecnica KIT MOD04/09 REV.04 – Scheda Tecnica SET MOD01/09 REV.06. - prodotti n. 3 Campioni Sterili
Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di conformità tecnica.
6. Documentazione Kit lotto n. 6 " KIT PER MEDICAZIONE CVC E PICC " – Scheda Tecnica KIT MOD04/09 REV.04. - prodotti n. 3 Campioni Sterili.
Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di conformità tecnica.

GIMAS srl

Documentazione Kit lotto n. 6 " KIT PER MEDICAZIONE CVC E PICC " – Scheda Tecnica KIT MEDICAZIONE data 28/01/2022 REV.0. - prodotti n. 3 Campioni Sterili.

Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di conformità tecnica.

EVOLUZIONE srl

Documentazione Kit lotto n. 6 "KIT PER MEDICAZIONE CVC E PICC" Cod. FULLPS01 – Brochure EVOKIT. – prodotti n. 3 Campioni Sterili.


Esaminata la documentazione tecnica e la campionatura prodotta si esprime parere di non conformità tecnica per mancanza della soluzione alcolica pronta all'uso a base di clorexidina digluconata, sia nella scheda tecnica che nella campionatura prodotta.

.....



Alle ore 17.30, ultimati i lavori, la seduta viene sospesa e rinviata a data da destinarsi, in attesa della ricezione della campionatura richiesta per la definizione della "GARA TELEMETICA MEPA PER LA FORNITURA ANNUALE IN SOMMINISTRAZIONE DI N. 6000 SENSORI MONOUSO PER SATUMETRIA, ORIGINALI O COMPATIBILI, PER MONITOR MULTIPARAMETRICI GE HEALTHCARE B125".

Letto e confermato, il presente verbale viene sottoscritto dai presenti.

Il Presidente



I Componenti:



Il Segretario Verbalizzante

