



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 185261 del 08/11/2022

A tutte le ditte interessate

**oggetto: 2^a indagine esplorativa di mercato per la fornitura di COLONNA
VIDEOLAPAROSCOPICA 4K-3D**

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, l'attrezzatura specificata in oggetto (**COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA 4K-3D**) dettagliata nel capitolato tecnico allegato e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato per ogni componente richiesto, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche. Si invita, altresì, ad indicare il prezzo del noleggio dell'attrezzatura richiesta, sia complessivamente che per i singoli componenti.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 25.11.2022 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirro*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

File allegato:
capitolato tecnico

COLONNA VIDEO LAPAROSCOPICA 4K-3D

CAPITOLATO TECNICO

COLONNA VIDEO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA COMPOSTA DA :

- N.1 VIDEO PROCESSORE 4K ultra HDTV e 3D completo di funzione di enfatizzazione delle strutture vascolari delle mucose e dei tessuti attivabile con apposita fonte di luce, display touch screen, bilanciamento automatico del bianco, controllo automatico del guadagno, colore e contrasto regolabili, funzione di sovraimpressione delle immagini, zoom elettronico, auto-shutter, LVDS, riduzione del rumore dell'immagine, esposizione automatica per l'ottimizzazione dell'immagine, completa di tutte le più moderne uscite per segnale video

Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

- N. 1 fonte di luce per processore 4K, NBI o similari e ICG con funzione di filtro reale (NO ELETTRONICO/INFORMATICO) per enfatizzazione delle strutture vascolari delle mucose e dei tessuti per la visualizzazione in contrasto infrarosso delle masse tumorali, fonte di luce LED, temperatura colore circa 5600°K con funzione “alta intensità”, luminosità regolabile sia manualmente che in automatico

Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

- N. 1 testa di Telecamera 4K, con sensore CMOS e predisposta con la funzione di enfatizzazione delle strutture vascolari senza mezzo di contrasto, risoluzione di almeno 3840x2160 o superiore completo di sensore exmor o simile, con tasti per la gestione delle funzioni autofocus o caratteristiche migliorative, zoom elettronico e funzioni di controllo da remoto della centralina. Leggera e con innesto universale per potere adoperare ogni tipo di ottica già in dotazione alla UOC

Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

- N. 2 ottiche rigide 10 mm. angolazione 0° che consentano una resa 4K dell'immagine
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N.3 ottiche rigide 10 mm. angolazione 30° che consentano una rea 4K dell'immagine
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N.1 Videolaparoscopio 2CCD con funzione automatica di messa a fuoco, sistema antiappannante della punta o sistemi similari, Full HD, funzione di immagine a banda stretta, completa di almeno tre pulsanti per la gestione, da campo sterile, delle funzioni di messa a fuoco, regolazione del bianco e start e stop della registrazione
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N. 1 Carrello elettrificato ed a norma con braccio per monitor e ripiani
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N.1 Monitor LCD di almeno 31 pollici 3D 4K o similari con almeno 3840x2160
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N. 1 monitor LCD 55 pollici, Ultra HD completo di stativo autonomo
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

- Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N.1 Insufflatore di CO2 con pressione variabile da 3 a 25 mmHg, flusso da 0,1 a 45 litri per minut, modulo integrato di evacuazione dei fumi chirurgic peace riscaldamento della CO2 , completo di pedale , tubi ed accessori; modalità a flusso continuo per accesso transanale o modalità/tecnoogie similari
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N.1 processore per fonte di luce per ICG full HD
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N. 1 testa telecamera 4K o superiore con enfatizzazione delle immagini sistema IR
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N.1 ottica HD IR 10 mm. 0°
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....
Note.....
.....
- N.1 ottica HD IR 10 mm. 30°
Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....
Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

.....

- N.1 videolaparoscopio rigido 3D, 30° rotante 10 mm.

Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

.....

- N. 10 Kit protezione per occhi monitor 3D

Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

.....

- N. 1 videoregistratore per immagini 4K o migliorativi doppio canale con almeno 2 tera di memoria e comandi intuitivi e di facile approccio

Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

.....

- N.1 generatore elettrochirurgico per taglio e coagulo con funzione monopolare e bipolare o funzioni aggiuntive

Prezzo complessivo offerto - ipotesi acquisto - IVA esclusa €.....

Prezzo complessivo offerto - ipotesi noleggio - IVA esclusa €.....

Note.....

.....

L’O.E. RISCONTRANTE DEVE OBBLIGATORIAMENTE INDICARE L’EVENTUALE MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/INFUNGIBILE ALL’ATTREZZATURA (SPECIFICARE QUALE) E LA RELATIVA QUOTAZIONE ECONOMICA