



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 36002 del 21/02/2022

A tutte le ditte interessate

oggetto: indagine esplorativa di mercato per la fornitura di COLONNA VIDEO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED ENDOSCOPIA

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, l'attrezzatura specificata in oggetto (**COLONNA VIDEO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED ENDOSCOPIA**) dettagliata nel capitolato tecnico allegato e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato per ogni componente richiesto, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche. Si invita, altresì, ad indicare il prezzo del noleggio dell'attrezzatura richiesta, sia complessivamente sia per i singoli componenti.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicata relativa gara.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 9.03.2022 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirro*

File allegato:
capitolato tecnico

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

COLONNA VIDEO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED ENDOSCOPIA

CAPITOLATO TECNICO

COLONNA VIDEO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED ENDOSCOPIA composta da:

- **N.1 Video processore 4K** ultra HDTV, completo di funzione di enfatizzazione delle strutture vascolari delle mucose e dei tessuti attivabile con apposita fonte di luce, display touch screen , bilanciamento automatico del bianco, controllo automatico del guadagno, colore e contrasto regolabili, funzione di sovraincisione delle immagini, zoom elettronico, auto-shutter, LVDS, riduzione del rumore dell'immagine, esposizione automatica per ottimizzazione dell'immagine, completa di tutte le più moderne uscite per segnale video
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....

- **N.1 fonte di luce per processore 4K, NBI e ICG** con funzione di filtro reale (NO ELETTRONICO/INFORMATICO) per enfatizzazione delle strutture vascolari delle mucose e dei tessuti per la visualizzazione in contrasto infrarosso delle masse tumorali, Xenon 300W, completa di lampada di emergenza, temperatura colore circa 5600°K, con funzione “alta intensità”, luminosità regolabile sia manualmente che in automatico
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....

- **N.1 Testa di Telecamera 4K**, con sensore CMOS e predisposta per la fornitura di enfatizzazione delle strutture vascolari senza mezzo di contrasto, risoluzione di almeno 4096x2160, completo di sensore exmor o simile, con tasti per la gestione delle funzioni autofocus, zoom elettronico e funzioni di controllo da remoto delle centralina. Leggera e con innesto universale per poter adoperare ogni tipo di ottica già in dotazione all'U.O.

Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....

- **N.2 ottiche rigide 10mm angolazione 0°** che consentono una resa 4K dell'immagine

Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....

- **N.3 ottiche rigide 10mm angolazione 30°** che consentono una resa 4K dell'immagine

Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....

- **N.1 Videolaparoscopio 2CCD**, con funzione automatica di messa a fuoco, sistema di riscaldamento antiappannante della punta, FullHD, funzione di immagine a banda stretta, completa di almeno tre pulsanti per la gestione, da campo sterile, delle funzioni di messa a fuoco, regolazione del bianco e start e stop delle registrazioni
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 Carrello elettrificato** ed a norma con braccio per monitor e ripiani
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 monitor LCD 31 pollici, 3D 4k Sony**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 monitor LCD 55 pollici, Ultra HD 4k completo di stativo autonomo**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 Insufflatore di CO2** con pressione variabile da 3 a 25 mmHg, flusso da 0,1 a 45 litri per minuto, modulo integrato di evacuazione dei fumi chirurgici, completo di pedale completo di tubi ed accessori
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 processore per fonte di luce per ICG** full HD
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 testa telecamera** full HD per ICG
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 ottica HD IR** 10 mm. 0°
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

- Note
.....
- **N.1 ottica HD IR 10mm.30°**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 Video processore 3D visera elite II con fonte di luce integrata**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 videolaparoscopio rigido 3D, 30° rotante 10mm**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.10 kit protezione per occhi per monitor 3D**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 Videoregistratore** per immagini 2D e 3D, con Hard Disk interno
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- **N.1 consolle per taglio e coagulo** con sistema di attivazione contemporanea di energia bipolare ed ultrasuoni
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
- completo del seguente monouso** (specificare nelle note se trattasi di monouso dedicato ed infungibile):
- 1) **N. 60 pz. pinza monouso lunghezza 35 cm diametro 5,5 mm**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....
 - 2) **N. 20 pz. pinza monouso lunghezza 20 cm diametro 5,5 mm.**
Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....
Note
.....

3) N. 20 pz. pinza monouso lunghezza 20 cm diametro 9,7 mm.

Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....

4) N. 20 pz. pinza monouso lunghezza 9 cm

Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....

5) N. 4 pz. Trasduttori piezoelettrici

Prezzo complessivo offerto IVA esclusa €.....

Note

.....