



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE- AGRIGENTO
DISTRETTO AG 1
OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
U.O. Otorinolaringoiatria (Dir.Dr.E.Bennici)

Agrigento 15/02/22

Prot. 32341

Spett.Le

Responsabile Area Appalti e Forniture

SEDE

Oggetto: Richiesta di acquisto di dispositivi medicali e chirurgici per ORL.

Con riferimento alla **scaduta aggiudica di cui a Delibera del Direttore Generale n. 852 del 29-12-2020** a mezzo la presente richiedo il rinnovo della stessa giacché trattasi di dispositivi indispensabili ed atti all'esecuzione di tutte le procedure ambulatoriali e chirurgiche eseguite quotidianamente da questa U.O.C.

Stante il lasso di tempo trascorso e le novità tecnologiche sopravvenute si coglie l'occasione per proporre capitolato tecnico aggiornato che indica il fabbisogno presunto annuo per prodotto richiesto. Trattasi di prodotti indispensabili per la normale e corretta esecuzione della Ns. attività ospedaliera. Si precisa sin d'ora l'urgenza della presente.

Ed, invero, la carenza di detti dispositivi pregiudicherebbe il corretto e normale svolgimento della Ns. attività ambulatoriale e chirurgica ad evidente nocumento, primariamente, del diritto alla salute spettante agli utenti in cura presso questa struttura nonché impedirebbe l'esecuzione di numerose procedure chirurgiche ed ambulatoriali.

Si descrivono, di seguito, le caratteristiche tecniche minime di detti prodotti indicandone il fabbisogno presunto annuo:

1) tamponi nasali ed auricolari in acetato di polivinile idrossilato con cellulosa ossidata micro dispersa e filo di repere nelle seguenti misure:

- tampone per epistassi cm.8x1,5x2.....500 pz.;
- tampone per epistassi cm.10x1,5x2,5.....600 pz.;
- tampone nasale flessibile cm. 10.....50 pz.;
- tampone post-chirurgico mod.Kennedy.....200 pz.;
- tamponi auricolari per otite esterna mm.9x24.....100 pz.;





- splint nasale esterno in alluminio flessibile per setto plastica grande.....50 pz.;
- splint nasale esterno in alluminio flessibile per setto plastica piccolo.....50 pz.;
- tampone otologico riassorbibile con acido ialuronico cm.2,5x2,5.....30 pz.;
- kit con silicone presagomato per setto plastica.....30 pz.

2) Dispositivi ambulatoriali:

- N.50 kit per miringotomia;
- n.1000 pz. Tappi auricolari varie misure per impedenzometro Lediso di proprietà di questa U.O.C.;
- n.100 pz. Drenaggi a breve permanenza tipo sheprad fluoroplastica mm.1,14x2,4;
- n.30 pz. Drenaggi a lunga permanenza modello T-tube;
- n.5 pz kit caniculari per DCR;
- n. 100 pz spugna Elvis;
- n. 12 tubetti di pasta conduttrice NUPrep skin gel, 114g codice 8500320 – Box/3 tubes da utilizzare con apparecchio elettromedicale "INTERACOUSTIC ECLIPSE".

3) Dispositivi monouso per polisonnografia da adoperare con WhactPat e Apneagraph in dotazione a questa UOC:

- n.120 sensori whatcPat
- n.120 dischi adesivi whatcPat

4) Sistema di disinfezione ambulatoriale composto in due versioni:

a) **n.40 cf. di sistema** di lavaggio e disinfezione ambulatoriale di ottiche rigide e flessibili composto come segue:

- n.1 Salvietta detergente per la pulizia dell'endoscopio
- n.1 Salvietta sporicida disinfettante per la disinfezione ad alto livello
- n.1 Salvietta risciacquante per la rimozione di eventuali residui chimici
- n.1 Flacone di schiuma attivante;

5) Materiale per chirurgia FESS:

- 1) 18 pz. siringa Puregen per FESS;
- 2) 50 pz. aspiratore monouso curvo 70° mm.3 o mm.4 con terminale bottonuto atraumatico;
- 3) 50 pz. aspiratore monouso curvo 90° mm.3 o mm.4 con terminale bottonuto atraumatico;
- 4) 30 pz. tamponi nasali riassorbibili in acido ialuronico da 8 o 10 cm;
- 5) 5 pz. manipolo ergonomico riutilizzabile con vite di serraggio e regolatore di pressione da diametro 2,5mm per utilizzarle con cannule di diametro corrispondente;
- 6) 5 pz. manipolo ergonomico riutilizzabile con vite di serraggio e regolatore di pressione da diametro 3,0mm per utilizzarle con cannule di diametro corrispondente;
- 7) 5 pz. manipolo ergonomico riutilizzabile con vite di serraggio e regolatore di pressione da diametro 3,5mm per utilizzarle con cannule di diametro corrispondente;
- 8) 30 pz. cannule aspiratore-scollatore sterile monouso di diametro 2,5mm;



- 9) 30 pz. cannule aspiratore-scollatore sterile monouso di diametro 3,0mm;
- 10) 30 pz. cannule aspiratore-scollatore sterile monouso di diametro 3,5mm;
- 11) 30 pz. tampone-medicazione nasale in spugna polivinilica espandibile rivestita con garza emostatica.

6) Dispositivi per chirurgia del naso e dell'orecchio:

- a) N.5 modello indigo pz. rotonde da taglio 2 mm.;
- b) N.5 modello indigo pz. rotonde da taglio 3 mm.;
- c) N.5 modello indigo pz. rotonde da taglio 4 mm.;
- d) N.5 modello indigo pz. rotonde da taglio 5 mm.;
- e) N.5 modello indigo pz. rotonde diamantate 2 mm.;
- f) N.5 modello indigo pz. rotonde diamantate 3 mm.;
- g) N.5 modello indigo pz. rotonde diamantate 4 mm.;
- h) N.5 modello indigo pz. rotonde diamantate 5 mm.;
- i) N.5 modello visao pz. rotonde da taglio 2 mm.;
- j) N.5 modello visao pz. rotonde da taglio 3 mm.;
- k) N.5 modello visao pz. rotonde da taglio 4 mm.;
- l) N.5 modello visao pz. rotonde da taglio 5 mm.;
- m) N.5 modello visao pz. rotonde diamantate 2 mm.;
- n) N.5 modello visao pz. rotonde diamantate 3 mm.;
- o) N.5 modello visao pz. rotonde diamantate 4 mm.;
- p) N.5 modello visao pz. rotonde diamantate 5 mm.;
- q) N.2 frese skeeter diamante mis. 0,7 mm.;
- r) N.10 kit di raffreddamento del motore;
- s) N.10 kit di irrigazione della fresa.
- t) N.100 lame quadcut mm.3,4;
- u) N.20 lame quadcut 40°;
- v) N.20 lame quadcut 60°;
- w) N.20 lame quadcut mm.4,3°;
- x) N.10 lame quadcut navigate rette
- y) N.10 lame quadcut navigate curve
- z) n.3 pz. Lame DCR;
- aa) n.3 pz. Frese atresia coanale;
- bb) N.5 ballon navigati per seno frontale
- cc) N.25 sistemi di riferimento paziente;
- dd) N.25 sistemi di riferimento strumento;
- ee) N.5 pompe per gonfiaggio ballon navigato per seno frontale
- ff) N.10 aspiratori navigati malleabili medium;
- gg) N.50 adesivi per riferimento navigatore.
- hh) N.12 kit elettrodi intradermici accoppiati 4 canali



ii) n.12 incrementing probe bal tip

la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito full risk per tutta la durata della fornitura n.1 consolle, n.1 pedale, n.2 debrider, n.1 indigo, n.1 visao, n.1 skeeter, n.1 navigatore con tecnologia elettromagnetica."

7) Emostatico nelle seguenti versioni:

- N.5 pz. hemogel per emostasi post-sinuplastica con applicatore

8) Dispositivi per chirurgia del collo:

- N.5 forbici bipolari pluriuso con cavo, lunghezza cm 14, con sistema di risonanza quantica molecolare;
- N.4 pz. Pinza bipolare per tonsillectomia a baionetta, pluriuso, con cavo con punte a scelta (dritta o angolata) a risonanza quantica molecolare.
- N.5 pz. Elettrodo bipolare corto per la riduzione dei turbinati con sistema di risonanza quantica molecolare.
- N.5 pz. Elettrodo bipolare per riduzione delle tonsille con sistema di risonanza quantica molecolare.
- N.5 pz. Elettrodo bipolare per uvulopalatoplastica con sistema di risonanza quantica molecolare.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, in uso gratuito full risk, per tutta la durata del contratto di fornitura, n.1 consolle per bisturi a risonanza quantica molecolare, completa di accessori atti all'uso.

9) N.10 pz. di "Protesi ad ancoraggio osseo di tipo transcutaneo (trasmissione transcutanea del suono senza pilastro di connessione, attivo tramite attuatore piezoelettrico e privo di materiale ferromagnetico (quindi compatibile con RM fino 3 tesla), a singolo punto di stimolazione e con fixture in titanio rivestita di materiale che facilita la rapida osteointegrazione. Per applicazione in trattamento di perdite uditive trasmissive monolaterali e bilaterali di vario grado (fino a 55 Decibel)."

10) N.1000 Elettrodi Pre-gelled with a very gentle hydrogel, size 2.2 x 3 cm, cod.8107137, prodotti dall'azienda SANIBEL, da utilizzare con l'apparecchio elettromedicale "INTERACOUSTIC ECLIPSE" in dotazione all'U.O.C. suddetta.

11) N. 2 confezioni (6 pezzi per confezione) di Lubrificante microspray per motori/manipoli chirurgici.

In attesa di celere riscontro si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE U.O.C. di O.R.L.

Dott. Ettore Bennici

