

**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**



**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 693 DEL 21 APR 2022**

**OGGETTO:** Procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annua, di "Dispositivi per pazienti di medicina Covid e Rianimazione Covid e non (Maschere Total Face e Maschere per ossigeno terapia), con fornitura, in service, di Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento. Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 765 DEL 19-04-2022

Il Collab. Ammin.vo e Rup

(Dr. Giuseppe Balambo)

Il Dirigente Amministrativo

(Dr.ssa Maria Tirkò)

Il Responsabile UOC Servizio Provveditorato

(Dr. Oreste Falco)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

- ( ) come da prospetto allegato ( ALL. N.       ) che è parte integrante della presente delibera.  
corroborante (irrefutabile) (irreversibile personale)  
( ) Autorizzazione n. 46691 del 15/04/2022  C.E.  C.P. comitato di bilancio

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

S.E.F.P.  
Sig. Dr. Siracusa Maria  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC S.E.F e P.  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Beatrice Salvaggio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19 APR 2022

L'anno duemilaventidue il giorno VENTUNO del mese di APRILE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TEDESCA CIROUE, adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, Dott. Oreste Falco**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

### **PREMESSO**

- **CHE** con nota prot. n. 39438 del 28.02.2022, allegata alla presente (All. A), il Direttore UOC Farmacia del PO di Agrigento richiedeva, per le motivazioni in detta nota riportate, l'acquisto urgente di dispositivi per i pazienti ricoverati in Medicina Covid, Rianimazione Covid e Rianimazione, allegando specifiche tecniche e fabbisogni annui presunti per il PO di Agrigento, per come ricevuti dal Direttore U.O. Complesso Operatorio PO Agrigento;
- **CHE** con nota prot. 41468 del 01.03.2022, è stata avviata apposita indagine di mercato, pubblicata sulla pagina web del sito istituzionale di questa Asp, sez. Amministrazione Trasparente e finalizzata all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente, in base alla vigente normativa, per la fornitura dei dispositivi di trattasi;
- **CHE**, a seguito di osservazioni pervenute da Operatori Economici interessati alla procedura, con nota prot. 46243 del 09.03.2022, che qui si allega (All. B), questo Servizio invitava il suddetto Direttore “*...nel pieno rispetto dell'autonomia tecnica, a rivedere le caratteristiche proposte, per garantire la più ampia partecipazione all'indicenda procedura, o qualora confermate, a darne opportuna motivazione.*”;
- **CHE** con mail del 10.03.2022, accogliendo la predetta richiesta, il Direttore U.O. Complesso Operatorio PO Agrigento trasmetteva schede tecniche aggiornate, pubblicate in pari data con nota prot. 47647 sulla pagina web del sito istituzionale di questa Asp, sez. Amministrazione Trasparente per ulteriore indagine di mercato, al termine della quale nessun offerente produceva osservazioni;

### **RILEVATO**

- **CHE**, con nota prot. 56329 del 24.03.2022, qui allegata (All. C), questo Servizio richiedeva manifestazione di interesse alla indicenda procedura di acquisto ai Responsabili UU.OO. Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di questa Asp, unitamente al titolo legittimante il possesso dello strumentario (Umidificatore elettronico Fisher & Paykel Healthcare MR850), qualora posseduto, per il quale veniva richiesto l'acquisto di cavetteria dedicata;
- **CHE**, a riscontro della superiore richiesta, pervenivano i fabbisogni dei PP.OO di Licata, Sciacca e Ribera (All. D), mentre nulla perveniva dal PO di Canicattì;
- **CHE**, in relazione al richiesto titolo legittimante il possesso, solamente il Direttore U.O. Complesso Operatorio PO Agrigento riscontrava, con mail del 07.04.2022, che qui si allega (All. E), quanto richiesto, riferendo l'acquisizione “*in sconto merce*” del suddetto strumentario;
- **CHE** con nota prot. 65864 del 07.04 u.s., qui allegata (All. F), questo Servizio preannunciava l'avvio di procedura di acquisto unicamente per i dispositivi “Maschere Total Face e Maschere per ossigenoterapia”, per le motivazioni in detta nota riportate;

### **DATO ATTO**

- **CHE**, sulla base delle offerte pervenute a seguito della predetta indagine di mercato e dei fabbisogni espressi, al fine di soddisfare le suddette richieste, risulta possibile attivare una procedura di scelta del contraente a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per una spesa, calcolata sulla media dei prezzi offerti in sede di indagine di mercato, per un importo complessivo presunto di € 116.656,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), i beni richiesti non rientrano tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;
- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che il bene richiesto rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

## VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. a) per gli affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00, importo così elevato dall'art. 51, c. 1, lett. a) p. 2.1) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n. 108, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 - n. 4 “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

## RITENUTO

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annua, di “Dispositivi per pazienti di medicina Covid e Rianimazione Covid e non (Maschere Total Face e Maschere per ossigeno terapia), con fornitura, in service, di Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico” per i PP.OO. dell'Asp di Agri-

gento, per un importo complessivo presunto di € 116.656,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (all. G), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., con allegate le specifiche tecniche dei beni qui in oggetto, dando atto che il suddetto documento contiene la seguente opzione: "*Qualora il fabbisogno sopra indicato per circa 12 mesi dovesse risultare insufficiente, l'ASP, durante la vigenza del contratto, si riserva l'opzione di acquisto di ulteriori quantità di dispositivi oggetto della presente procedura alle medesime condizioni economiche, ed entro il limite di ulteriori € 21.853,45 per il dispositivo Maschere Total Face ed il limite di ulteriori € 489,55 per il dispositivo Maschere per ossigeno terapia, quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo inferiore ad € 139.000,00= IVA esclusa, soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso*";
- di procedere all'esecuzione della fornitura in urgenza, per come indicato dall'art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, con espressa riserva di revocare la presente deliberazione, nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicatario diano esito infausto per lo stesso o che non pervengano i documenti che verranno richiesti unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Palumbo, dando atto che, con disposizione prot. n. 70011 del 14.04.2022 è stato costituito il gruppo di lavoro e che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16, nei termini e modalità di cui al Regolamento Aziendale approvato con Delibera 1283 del 03.08.2020;
- che, con il successivo provvedimento di aggiudicazione dell'autorizzanda procedura verrà nominato, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

#### DATO ATTO

- CHE l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 143.516,88 iva compresa, come da seguente quadro economico:

Fornitura urgente di "Dispositivi per pazienti di medicina Covid e Rianimazione Covid e non (Maschere Total Face e Maschere per ossigeno terapia), con fornitura, in service, di Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento	€ 116.656,00
IVA 22%	€ 25.664,32
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 1.166,56
Contrib. Anac	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 143.516,88</b>

deve essere imputato, a gravare sul Programma di spesa Covid-19 n. 1126:

- per € 94.900,21 iva compresa sul Conto Economico n. C501010502 (Presidi medico-chirurgici specialistici) del corrente Bilancio d’Esercizio;
- per € 47.450,11 iva compresa sul Conto Economico n. C501010502 (Presidi medico-chirurgici specialistici) del Bilancio d’Esercizio 2023;
- per € 1.166,56 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del Bilancio d’Esercizio 2022, giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall’esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell’effettiva risultanza di gara;

#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa sopra citata, l’esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per l’affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annua, di “Dispositivi per pazienti di medicina Covid e Rianimazione Covid e non (Maschere Total Face e Maschere per ossigeno terapia), con fornitura, in service, di Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico” per i PP.OO. dell’Asp di Agrigento, per un importo complessivo presunto di € 116.656,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- **APPROVARE** l’allegato documento denominato “Condizioni particolari di contratto” (All. G), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., con le allegate specifiche tecniche, dando atto che il suddetto documento contiene la seguente opzione: *“Qualora il fabbisogno sopra indicato per circa 12 mesi dovesse risultare insufficiente, l’ASP, durante la validità del contratto, si riserva l’opzione di acquisto di ulteriori quantità di dispositivi oggetto della presente procedura alle medesime condizioni economiche, ed entro il limite di ulteriori € 21.853,45 per il dispositivo Maschere Total Face ed il limite di ulteriori € 489,55 per il dispositivo Maschere per ossigeno terapia, quindi fino a concorrenza dell’importo complessivo inferiore ad € 139.000,00= IVA esclusa, soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso”*;
- **AUTORIZZARE** l’esecuzione in urgenza della fornitura, giusto art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, con espressa riserva di procedere all’eventuale revoca della presente deliberazione, nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell’aggiudicatario diano esito infavorevole per lo stesso o che non pervengano i documenti che verranno richiesti unitamente alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- **PRENDERE ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dr. Giuseppe Palumbo, coadiuvato dal gruppo di lavoro costituito con disposizione prot. n. 70011 del 14.04.2022

- **CHE**, con il successivo provvedimento di aggiudicazione dell'autorizzanda procedura verrà nominato, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- **DARE ATTO** che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 143.516,88 iva compresa, come da seguente quadro economico:

Fornitura urgente di “Dispositivi per pazienti di medicina Covid e Rianimazione Covid e non (Maschere Total Face e Maschere per ossigeno terapia), con fornitura, in service, di Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico” per i PP.OO. dell’Asp di Agrigento	€ 116.656,00
IVA 22%	€ 25.664,32
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 1.166,56
Contrib. Anac	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 143.516,88</b>

deve essere imputato, a gravare sul Programma di spesa Covid-19 n. 1126:

- per € 94.900,21 iva compresa sul Conto Economico n. C501010502 (Presidi medico-chirurgici specialistici) del corrente Bilancio d’Esercizio;
- per € 47.450,11 iva compresa sul Conto Economico n. C501010502 (Presidi medico-chirurgici specialistici) del Bilancio d’Esercizio 2023;
- per € 1.166,56 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del Bilancio d’Esercizio 2022, giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;

con riserva di quantificazione della spesa effettiva, derivante dall’esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell’effettiva risultanza di gara;

- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e di relativo avviso sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- **CHE** l’esecuzione della deliberazione verrà curata dall’U.O.C. Servizio Provveditorato e dalle Farmacie dei PP.OO. interessati, ognuno per la parte di propria competenza;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante l’esigenza manifestata dal Direttore richiedente di fruire con immediatezza dei dispositivi *de quo*.

**Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

Dott. Oreste Falco

## SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere favorevole  
Data 10/04/2022

Parere buona  
Data 20/04/2022

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott. Oreste Falco, Direttore UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;  
**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


## DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr. Oreste Falco, responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Mario Zappia

**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC  
"Ufficio Staff e Controlli di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque



Contabilita': Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2022  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 15/04/2022  
Alla data : 15/04/2022  
Dalla P.Nota: 46691  
Alla P.Nota : 46691  
Causale Mov.: Tutte

P. Noto	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
N. Reg.	Num.	Doc		Protoc.		Causale Movimento			
46691	15/04/22	15/04/22		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	1.166,56		0,00
1				P.N. 764/22 PROV.V.TO		P.N. 764/22 PROV.V.TO AFFIDAMENTO FORN. DISP. PER COVID			
2				P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00	1.166,56	
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							1.166,56	1.166,56	



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana

Aee. A

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 \* Fax 0922 442057

P.Iva e C.F. 02570930848

P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia

Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

Prot. 0038698 del 28/02/2022

Al Direttore U.O.C. Ufficio Provveditorato

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

e.p.c Al Commissario straordinario Asp

Al Direttore Sanitario Asp

Al Direttore Amministrativo Asp

Al Direttore Sanitario P.O. Ag

Al Direttore Amministrativo P.O. Ag

**OGGETTO: SOLLECITO RICHIESTA ACQUISTO URGENTISSIMO DISPOSITIVI PER PAZIENTI DI MEDICINA COVID E RIANIMAZIONE COVID E NON**

*Si sollecita la richiesta d'acquisto di dispositivi per i pazienti ricoverati in Medicina Covid, Rianimazione Covid e Rianimazione.*

Nonostante le richieste e i numerosi solleciti, i suddetti dispositivi al momento non possono essere acquistati pur essendo urgenti e salvavita.

*Si invia nuovamente, in allegato, capitolato tecnico redatto dal Dott. Gerlando Fiorica munito di fabbisogni annuali.*


**La presente ha carattere di massima urgenza.**

Cordiali saluti

U.O.C. Farmacia  
Il Dirigente Farmacista  
Dott.ssa Valeria Ciotta

U.O.C. Farmacia  
Il Direttore  
Dr. Giuseppe Bellavia

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO  
U.O. COMPLESSO OPERATORIO  
DIRETTORE RESP. DR. G. FIORICA



Prot. N. 00 23113 del 01/02/2022

Al Direttore di Farmacia  
Dr. Giuseppe Bellavia

Al Dirigente di Farmacia  
Dr.ssa Valeria Ciotta

Oggetto: Richiesta Urgentissima di Dispositivi Medici per la gestione dei pazienti ricoverati in Rianimazione COVID e Medicina COVID

#### CAPITOLATO TECNICO

##### Lotto 1 Maschere Total-Face

Maschera Facciale tipo "Total Full Face" Guscio rigido in PC di grado medicale; Membrana in plastomero siliconato di grado medicale. Nucale in tessuto elasticizzato, a Zero rebreathing di CO<sub>2</sub> per terapia ventilatoria, a copertura totale di occhi, naso e bocca per la somministrazione in modalità Non Invasiva di tecniche di C.P.A.P., BiPAP, NIPPV a 5 punti di fissaggio.


Innovativa configurazione che riduce a Zero il rebreathing di CO<sub>2</sub>\*. Dotata di ampio e morbido cuscinetto in plastomero siliconato estremamente confortevole che permette di adattarsi perfettamente alla conformazione del viso del paziente, evitando perdite d'aria durante la terapia e garante di affidabilità e comfort nei trattamenti prolungati.

La particolare configurazione, unita alla flessibilità della maschera e alla tipologia di contorno morbido, le permettono di aderire al viso adattandosi alle diverse conformazioni anatomiche, esercitando una pressione uniforme e graduale che riduce il rischio dell'insorgenza di decubiti.

Realizzata in materiale trasparente biocompatibile, dotata di un ampio angolo visivo che la rende estremamente confortevole. Nucale in schiuma di poliuretano ricoperto di tessuto elasticizzato ipoallergenico con sistema di fissaggio a 5 punti e 2 clips per l'aggancio/sgancio "rapido" e sicuro, per consentire un'agevole e rapida rimozione e un veloce ri-posizionamento sul viso del paziente senza modificare la regolazione. Il quinto punto di fissaggio, posto in corrispondenza della porzione mediana della fronte, assicura un'ottima tenuta del dispositivo e ottimizza il sincronismo con il ventilatore in modalità NIMV. La maschera, di peso ridotto, offre una copertura totale del viso, senza punti di pressione sul naso, garantendo una pratica maneggevolezza ed un elevato comfort.

Corredato di: Raccordi girevoli intercambiabili Non Vented 22F ISO; Raccordi Vented 22M ISO, di tappo 22F; Adattatore 22M-22M ISO; Raccordo angolare Non Ventilato senza fori di esalazione della CO<sub>2</sub> espirata per maschera Total Face, Dotato di accesso dedicato per il passaggio a tenuta neumatica di FibroBroncoScopi aventi diametro compreso tra 3 e 8 mm. Connettore 22F conforme alla norma UNI EN ISO 5356- ; completa di n. 1 diffusore che può essere singolarmente montato internamente alla maschera, in corrispondenza del raccordo di ingresso dell'aria, al fine di evitare che il flusso sia canalizzato direttamente sul viso del paziente; Fornito di n. 1 Raccordo angolato con venturi monouso a doppio ingresso con flussi fino a 120L/m in. e FiO<sub>2</sub> tra 0,30 e 1, valvola Peep con molla da 0 a 20 cm H<sub>2</sub>O, manometro graduato 0-20; Gamma di misure Richieste: S – M – L – XL e Pediatrica. La ditta aggiudicataria dovrà fornire a richiesta in uso gratuito almeno 2 Generatore Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico, Flusso regolabile da 0 a 150 Lt/min, FiO<sub>2</sub> da 32% a 100%, memorizzazione

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO  
U.O. COMPLESSO OPERATORIO  
DIRETTORE RESP. DR. G. FIORICA



delle ultime 48ore, porta USB, alimentazione rete e batteria almeno 5 ore, SpO2.  
**N. 300 pz.**

**Lotto 2 Maschera per ossigenoterapia con Reservoir e tubo**

Mascherina per ossigenoterapia alto flusso con reservoir, adulti, con tubo almeno di 2 metri. Sterile, Latex Free, Monopaziente. **N. 500 pz.**

**Lotto 3 Cavetteria originale F&P per umidificatore MR 850**

Kit Composto da:

Sonda Temperatura Lunghezza minima 185cm

Cavo di collegamento a RT Doppi

**N. 20 Kit**

*Ringraziando anticipatamente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.*

Agrigento, li 01-02-2022

Dr. G. Fiorica

ASP AGRIGENTO  
P.O. SAN GIOVANNI DI DIO  
UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E  
TERAPIA INTENSIVA  
DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA



Aee. B

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 46243 del 09/03/2022

AI Direttore UOC Anestesia e Rianimazione PO Agrigento

e p.c. al Direttore UOC Farmacia Po di Agrigento

Oggetto: Richiesta urgente di acquisto dispositivi per pazienti di Medicina Covid e Rianimazione Covind e non.

Si fa seguito a nota prot. 23113 del 01.02.2022, per significare quanto segue:

In relazione alla richiesta di "Maschere Facciali tipo Total Full Face", a seguito di indagine di mercato conclusa in data 07.03 u.s., delle due offerte pervenute, soltanto una ricalca pedissequamente le caratteristiche da Voi richieste, mentre altro Operatore Economico propone "*soluzione equivalente alternativa a quella richiesta nel capitolato tecnico, che invece va ad identificare un singolo operatore economico*".

Si volge pertanto cortese invito, nel pieno rispetto dell'autonomia tecnica, a rivedere le caratteristiche proposte, per garantire la più ampia partecipazione all'indicata procedura, o qualora confermate, a darne opportuna motivazione.

Si allegano schede tecniche delle offerte pervenute.


In relazione alla richiesta di "Maschere per ossigenoterapia", delle sei offerte pervenute, solamente una propone maschere sterili, come da capitolato da Voi trasmesso.

Anche in questo caso, si richiede eventuale rivisitazione del capitolato, e ciò all'ovvio fine di aprire la procedura alla concorrenza.


Si allegano schede tecniche.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Telefono 0922 407279  
FAX 0922 407119  
Email: [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

PROT: n. 56329 del 26/03/2022

Ab. e

AI Responsabile U.O. Anestesia e Rianim. PO Canicattì;  
Responsabile U.O. Anestesia e Rianim. PO Licata;  
Direttore f.f. U.O. Anestesia e Rianim. PP.OO. Sciacca e Ribera.  
e p.c. Direttore f.f. U.O. Anestesia e Rianim. PO Agrigento;  
Direttore UOC Farmacia PO di Agrigento

Oggetto: Indicenda procedura di acquisto per la fornitura di "Maschere Facciali tipo "Total Full Face", "Maschere per ossigenoterapia", "Cavetteria per umidificatore Fisher & Paykel MR850" per la gestione dei pazienti ricoverati in Medicina Covid e Rianimazione Covid e non Covid.

Si fa seguito a richiesta di acquisto, inviata a questo Servizio dal Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione PO di Agrigento, dei dispositivi in oggetto indicati, con invito a condividere, se d'interesse, i capitolati proposti e qui allegati e a trasmettere, allo scrivente Servizio, i quantitativi annui presumibilmente occorrenti e ciò all'ovvio fine di bandire unica procedura di gara.

Con riferimento al dispositivo "Cavetteria per umidificatore Fisher & Paykel MR850", qualora interessati, si invitano le SS.LL. in indirizzo, unitamente al Direttore f.f. U.O. Anestesia e Rianim. PO Canicattì U.O. Anestesia e Rianim. PO di Agrigento, ad attestare il titolo legittimante il possesso dello strumentario (Umidificatore elettronico Fisher & Paykel Healthcare MR850) con cui i predetti dispositivi vengono utilizzati, giacché, come è risaputo, per la vigente normativa solo la "proprietà" di tale attrezzatura, acquisita con regolare procedura di gara, può giustificare l'eventuale acquisto di materiale dedicato.

Stante l'urgenza manifestata dal Direttore f.f. U.O. Anestesia e Rianim. PO Agrigento, si volge cortese invito a trasmettere quanto sopra entro e non oltre martedì 29.03 p.v.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco

## CAPITOLATO TECNICO

### Lotto 1 Maschere Total-Face

- Realizzata in materiale trasparente biocompatibile, dotata di un ampio angolo visivo che la renda estremamente confortevole;
- Nucale con sistema di fissaggio a 5 punti e sistema per l'aggancio/sgancio "rapido" e sicuro, per consentire un'agevole e rapida rimozione e un veloce riposizionamento sul viso del paziente senza modificare la regolazione. La maschera, di peso ridotto, deve offrire una copertura totale del viso, senza punti di pressione sul naso, garantendo una pratica maneggevolezza ed un elevato comfort.

Corredato di:

- Raccordi girevoli intercambiabili Non Vented 22F ISO;
- Raccordi Vented 22F ISO, di tappo 22F;
- Raccordo angolare Non Ventilato senza fori di esalazione della CO<sub>2</sub> espirata per maschera Total Face, dotato di accesso dedicato per il passaggio a tenuta pneumatica di FibroBroncoScopi aventi diametro compreso tra 3 e 8 mm.;
- Connettore 22F conforme alla norma UNI EN ISO 5356-;
- Gamma di misure Richieste: S – M – L – XL e Pediatrica.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire a richiesta in uso gratuito almeno 2 Generatore Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico, Flusso regolabile da 0 a 150 Lt/min, FiO<sub>2</sub> da 32% a 100%, memorizzazione delle ultime 48 ore, porta USB, alimentazione rete e batteria almeno 5 ore, SpO<sub>2</sub>.

N. 300 pz.

### Lotto 2 Maschera per ossigenoterapia con Reservoir e tubo

Mascherina per ossigenoterapia alto flusso con reservoir, adulti, con tubo almeno di 2 metri. Latex Free, Monopaziente.

N. 500 pz.

### Lotto 3 Cavetteria originale F&P per umidificatore MR850

Kit composto da:

Sonda Temperatura Lunghezza minima 185cm

Cavo di collegamento a RT Doppi

N. 20 Kit

A Qe. D

**Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana  
ASP Agrigento – Distretto Ospedaliero AG 1  
UU.OO. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI LICATA**

Al Direttore de Dipartimento del Farmaco  
All' U.O.C. Settore Provveditorato  
Al Direttore Sanitario del P.O. Licata  
Al Direttore di Farmacia  
P.O. Sede

Oggetto: Indicenda procedura di acquisto per la fornitura di "Maschere facciali tipo "total full face", "Maschere per ossigenoterapia"


In riferimento alla nota n° 56329 del 24/03/2022

Si richiede per la gestione dei pazienti Covid e non Covid  
la fornitura del seguente materiale per l'U.O. di Anestesia così come elencato:

N° lotto	Denomin.lotto	Fabbisogno annuo P.O. Licata
Lotto 01	Maschere Total-Face	100 pezzi
Lotto 02	Maschere per ossigenoterapia con Reserveir e tubo	100 pezzi
	Generatore Cpac Venturi con Monitor Multiparametrico d fornire in Service	N° 1

Licata, 31/03/2022

*[Handwritten signature]*  
**A.S.P. di AG - P.O. di LICATA  
U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
IL RESPONSABILE  
Dott. LA GRECA MIGFRIDO**



Sistema Sanitario Nazionale - Regione Siciliana
<i>Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento</i>
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
U.O.C. Anestesia - Rianimazione - M. Iperbarica - T. Antalgica
Direttore f.f. : Dr. Francesco Petrusa
Tel./fax : 0925.962550 - E-mail: francesco.petrusa@aspag.it

Sciacca li, 25/03/2022

Assegnato nr. 00 57375  
del 25/03/2022

Al Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Al Coll. Amm.vo Dr. Giuseppe Palumbo  
LL. SS.

**Oggetto: Riscontro nota prot. n. 56329 del 24/03/2022 "Procedura di acquisto Maschere Faciali tipo Total Full Face – Maschere per Ossigenoterapia – Cavetteria per umidificatore Fisher & Paykel MR 850" - Trasmissione**

In riscontro a quanto richiesto dalle SS.LL., nella nota di pari oggetto, con la presente per comunicare la condivisione del capitolato proposto ed i quantitativi annui presunti per le UU.OO. di Terapia Intensiva dei PP.OO. di Sciacca e Ribera e della UO di Terapia Subintensiva del PO di Ribera.

Tanto si doveva per competenza

*Il Direttore f.f.  
U.O.C. Anestesia/Rianimazione OO. RR. Sciacca Ribera  
Dr. Francesco Petrusa*  
Azienda Sanitaria Provinciale - Agrigento  
Distretto Ospedaliero AG 2  
U.O. C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
Direttore f.f. Dr. FRANCESCO PETRUSA  
Ordine Medici Agrigento n. 3508

## **Dispositivi x Pazienti di Medicina Covid e Rianimazione Covid e non**

Dispositivi x Pazienti di Medicina Covid e Rianimazione Covid e non				
Richiesta fabbisogni annui.				
N. Lotto	Denomin. Lotto	PO Agrigento	PPOO Sciacca/Ribera	Fabbisogni annui
Lotto 01	Maschere Total-Face	300	1000	PO Canicattì
Lotto 02	Maschera per ossigenoterapia con Reservoir e tubo	500	1.000	PO Licata
Lotto 03	Cavetteria Originale x Umidificatore Fisher & Paikai MR850	20 Kit	60 Kit	
Generatore Cpac Venturi con Monitor Multiparametrico da fornire in Service		2	6	



Assegnato nr. 00 65958  
del 07/04/2022

Sciacca li, 07/04/2022

**Al Direttore UOC Servizio Provveditorato**

**Dott. O. Falco**

**Al Collaboratore Amm.vo UOC Servizio Provveditorato**

**Dott. G. Palumbo**

**LL.SS.**

**Oggetto: Errata Corrige nota prot. n. 0057375 del 25/03/2022 Riscontro nota prot. n. 56329 del  
24/03/2022 – Trasmissione**

Facendo seguito a quanto riportato in riscontro alle note di pari oggetto, la presente per comunicare alle SS.LL. che le Terapia Intensive, di questa UOC di Anestesia /Rianimazione degli OO.RR. di Sciacca-Ribera, non sono in possesso dello strumentario “Umidificatore Elettronico FISHER & PAYKEL HEALTHCARE MR850”.

Per le motivazioni di cui sopra si chiede alle SS.LL. di ritenere nulla la richiesta di cavetteria originale per le suddette apparecchiature e di essere interessati esclusivamente all’acquisizione delle Maschere Total - Face, le Maschere per Ossigeno Terapia con Reservoir e Tubo e i generatori CPAP Venturi con Monitor Multiparametrico in Service.

Si rimane disponibile per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti

**Il Direttore f.f.**

**U.O.C. Anestesia/Rianimazione OO.RR. Sciacca-Ribera**

**Dr. Francesco Petrusa**

Azienda Sanitaria Provinciale - Agrigento  
Distretto Ospedaliero AG 2  
U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
Direttore f.f. Dr. FRANCESCO PETRUSA  
Ordine Medici Agrigento n. 3508

*A00. E*

R: Indicenda procedura di acquisto Maschere Facciali tipo Total Full Face –  
Maschere per Ossigenoterapia – Cavetteria per umidificatore Fisher & Paykel MR  
850

Gerlando Fiorica <[gerlando.fiorica@aspag.it](mailto:gerlando.fiorica@aspag.it)>

gio 07/04/2022 09:24

A: Giuseppe Palumbo <[giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)>

In Risposta alla Vostra precedente, con la presente si rappresenta quanto segue:  
Le Attrezzature di cui trattasi Umidificatore Elettronico Fischer & Paykel MR850, sono state  
acquisite in sconto merce negli anni 2019/2020 (Vecchia Dirigenza D.re Marotta).  
Gli stessi sono stati richiesti altresì dal reparto, per sopperire alle necessità assistenziali legate  
all'emergenza Covid.

Di seguito Elenco Ordini, in cui si richiedeva lo Sconto Merce:

FSG19/5098

FSG19/2953

FSG20/1639

Cordialmente

*Dr. Gerlando Fiorica*

*Direttore f.f. UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva*

*Responsabile UO Complesso Operatorio*

*P.O. San Giovanni di Dio - Agrigento*

**Da:** Giuseppe Palumbo

**Invia:** lunedì 4 aprile 2022 09:54

**A:** Gerlando Fiorica; Francesco Petrusa; anestesia.licata@gmail.com

**Cc:** Giuseppe Bellavia

**Oggetto:** Indicenda procedura di acquisto Maschere Facciali tipo Total Full Face – Maschere per  
Ossigenoterapia – Cavetteria per umidificatore Fisher & Paykel MR 850


Si fa seguito a nota prot. 56329/2022, per significare che si è ancora in attesa del titolo titolo  
legittimante il possesso dello strumentario Umidificatore elettronico Fisher & Paykel Healthcare  
MR850.

Distinti Saluti.

**Dr. Giuseppe Palumbo**

**UOC Servizio Provveditorato**

**Asp Agrigento**



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 65864 del 07/04/2022

*Acc. F*

AI Direttore UOC Anestesia e Rianimazione PO Agrigento  
e p.c. Al Commissario Straordinario Asp Agrigento  
Al Direttore Sanitario Asp Agrigento  
Al Direttore Amministrativo Asp Agrigento  
Al Direttore UOC Farmacia PO Agrigento

Oggetto: Richiesta urgente di acquisto dispositivi per pazienti di Medicina Covid e Rianimazione Covid e non.  
Problematica Cavetteria per Umidificatori Elettronici Fischer & Paykel MR850

Si riscontra Vs. mail pervenuta in data odierna, e che si allega in copia, ove Ella dichiara l'acquisizione "in sconto merce" delle attrezzature in oggetto indicate, per significare quanto segue.

Già con nota prot. 167413 del 24.09.2021, inerente la procedura di acquisto di "Strumentario monouso dedicato per generatori a radiofrequenza Harmonic", questo Servizio ebbe modo di evidenziare l'impossibilità di acquistare materiale di consumo "dedicato" se non per attrezzature la cui "proprietà" è stata acquisita da questa Asp con regolare procedura di gara.

Si informa pertanto che si procederà ad indire procedura di acquisto per i rimanenti dispositivi richiesti (Maschere Total Face e Maschere per ossigenoterapia con reservoir), e si invita, in relazione a future richieste di acquisto di materiale c.d. "dedicato" ed al fine di celerizzare le procedure di acquisto , a specificare il titolo che legittima il possesso, atteso che questo Servizio procederà ad acquisti "dedicati" esclusivamente per attrezzature di "proprietà" di questa Asp.

Distinti saluti.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Dirig. Amministr.  
Dr.ssa Maria Tirro

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco

R: Indicenda procedura di acquisto Maschere Facciali tipo Total Full Face –  
Maschere per Ossigenoterapia – Cavetteria per umidificatore Fisher & Paykel MR  
850

Gerlando Fiorica <[gerlando.fiorica@aspag.it](mailto:gerlando.fiorica@aspag.it)>

gio 07/04/2022 09:24

A: Giuseppe Palumbo <[giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)>

In Risposta alla Vostra precedente, con la presente si rappresenta quanto segue:  
Le Attrezzature di cui trattasi Umidificatore Elettronico Fischer & Paykel MR850, sono state  
acquisite in sconto merce negli anni 2019/2020 (Vecchia Dirigenza D.re Marotta).  
Gli stessi sono stati richiesti altresì dal reparto, per sopprimere alle necessità assistenziali legate  
all'emergenza Covid.

Di seguito Elenco Ordini, in cui si richiedeva lo Sconto Merce:

FSG19/5098

FSG19/2953

FSG20/1639

Cordialmente

*Dr. Gerlando Fiorica*

*Direttore f.f. UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva*

*Responsabile UO Complesso Operatorio*

*P.O. San Giovanni di Dio - Agrigento*

**Da:** Giuseppe Palumbo

**Inviato:** lunedì 4 aprile 2022 09:54

**A:** Gerlando Fiorica; Francesco Petrusa; [anestesia.licata@gmail.com](mailto:anestesia.licata@gmail.com)

**Cc:** Giuseppe Bellavia

**Oggetto:** Indicenda procedura di acquisto Maschere Facciali tipo Total Full Face – Maschere per  
Ossigenoterapia – Cavetteria per umidificatore Fisher & Paykel MR 850

Si fa seguito a nota prot. 56329/2022, per significare che si è ancora in attesa del titolo titolo  
legittimante il possesso dello strumentario Umidificatore elettronico Fisher & Paykel Healthcare  
MR850.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo  
UOC Servizio Provveditorato  
Asp Agrigento

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Palumbo Collaboratore Amm.vo

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)*Att. G*

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione annua, di "Dispositivi per pazienti di medicina Covid e Rianimazione Covid e non (Maschere Total Face e Maschere per ossigeno terapia), con fornitura, in service, di Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda, giusta Delibera a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2022, esecutiva, indice, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), per come derogato dall'art. 51, c. 1, lett. a) p. 2.1) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n. 108, e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, D. Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, procedura negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta, per la fornitura, in somministrazione annuale, di "Dispositivi per pazienti di medicina Covid e Rianimazione Covid e non (Maschere Total Face e Maschere per ossigeno terapia), con fornitura, in service, di Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico", le cui specifiche tecniche vengono indicate alla presente e i cui quantitativi vengono appresso specificati, per un importo base presunto, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi pervenuti a seguito di indagine di mercato, di € 116.656,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara.

N. Lotto	Denomin. Lotto	Fabb. Annuo	Prezzo unit a b. a.	Prezzo tot. a b. a.	Cig
Lotto 01	Maschere Total-Face	n. 1.400	€ 81,50	€ 114.100,00	
Lotto 02	Maschera per ossigenoterapia con Reservoir e tubo	n. 1.600	€ 1,60	€ 2.556,00	

Oggetto della presente procedura è l'acquisto dei dispositivi sopra indicati, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegnna dei Dispositivi Medici (Maschere Total Face e Maschere per ossigenoterapia): presso le Farmacie dei PP.OO. emittenti l'ordine;
- Consegnna, installazione e collaudo dei Generatori: presso le strutture sanitarie richiedenti;
- Fornitura, in service Full Risk, di n. 09 Generatori Cpap Venturi con Monitor Multiparametrici, con consegna, installazione e collaudo c/o le UUOO richiedenti dei PP.OO. di Agrigento, Sciacca, Ribera, Licata; durante il periodo del service (un anno da collaudo positivo), manutenzione ordinaria preventiva (come da indicazioni del produttore) e manutenzione straordinaria Full Risk su chiamata in numero illimitato; tempo di intervento tecnico: 08 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. In mancanza, la Società fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto), al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore
- Corso di formazione in house per il personale utilizzatore del dispositivo - In fase di installazione, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- modalità di utilizzo del sistema
- modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema
- attività di manutenzione a carico dell'operatore

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

Relativamente ai Dispositivi Medici (Maschere Total Face e Maschere per ossigenoterapia), la fornitura è da intendersi in regime di somministrazione e, quindi, le quantità sopra indicate sono riferite al fabbisogno stimato per circa 12 mesi e sono da ritenersi indicative e non impegnative per questa ASP; si conviene, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, l'entità della somministrazione non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno di questa Azienda nel periodo di validità contrattuale; l'ASP si riserva, pertanto, di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale sanitario di che trattasi. Le quantità, pertanto, potranno subire variazioni in diminuzione, senza alcun limite, in relazione al fabbisogno reale ed effettivo delle Strutture interessate, correlato all'andamento delle relative patologie, non esattamente prevedibile o predeterminabile, per cui l'Appaltatore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta;

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. In considerazione della straordinaria situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19, la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni normative emanate in materia virus Covid-19, e a fare riferimento ai documenti ASP "Valutazione Rischio Biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") scaricabili dal sito [www.aspag.it](http://www.aspag.it).

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), in possesso delle specifiche tecniche richieste, devono essere conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato. Inoltre, qualora i beni da fornire prevedessero una scadenza, questa non deve essere inferiore a diciotto mesi, decorrenti dalla data di consegna.

Qualora il fabbisogno sopra indicato per circa 12 mesi dovesse risultare insufficiente, l'ASP, durante la validità del contratto, si riserva l'opzione di acquisto di ulteriori quantità di dispositivi oggetto della presente procedura alle medesime condizioni economiche, ed entro il limite di ulteriori € 21.853,45 per il dispositivo Maschere Total Face ed il limite di ulteriori € 489,55 per il dispositivo Maschere per ossigeno terapia, quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo inferiore ad € 139.000,00= IVA esclusa, soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36,

comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche sopra indicate.

Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, che non presenta carattere transfrontaliero, atteso l'importo della fornitura medesima, in conformità all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, si procederà al calcolo per l'offerta anormalmente bassa di cui al sopra citato art. 97, comma 2, 2 bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis. Comunque l'esclusione automatica opera se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge 120/2020.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di cui alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara per impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, la ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente sottoscritta con firma digitale. Si precisa che, non essendo richiesti particolari requisiti di partecipazione, gli Operatori Economici interessati possono tralasciare la compilazione della Parte IV, punti B, C e D del citato DGUE;
2. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
  - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
  - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec, indicando il relativo indirizzo;
3. Dichiarazione integrativa, resa ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione delle generalità complete dei soggetti, in carica e/o cessati dalla carica, dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice
4. Dichiarazione integrativa, resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
5. Copia della presente e del Capitolato tecnico debitamente firmata digitalmente per accettazione;
6. Breve relazione tecnica del dispositivo offerto corredata di deplianti illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici del bene offerto; qualora nel depliant fossero presenti più prodotti, l'Operatore Economico dovrà dare evidenza dell'articolo offerto, così da rendere inequivocabile l'articolo offerto.
7. Manuale d'uso completo del Generatore in lingua italiana
8. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
9. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**Obblighi dellaggiudicatario:** la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di validità del contratto (12 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:**

- 1) I beni da fornire devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dal soggetto appositamente incaricato dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo di fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base di gara e sopra indicato; nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato d'oneri; nel prezzo di fornitura è compresa la consegna ed installazione per come indicato nell'ordine di fornitura, nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessarie per tutta la durata della garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra l'eventuale aggiornamento software;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite NSO; il materiale di consumo sarà ordinato dal Servizio di Farmacia ospedaliera; in caso di particolare urgenza la ditta dovrà consegnare il materiale di consumo entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) Manutenzione ed assistenza tecnica del tipo full risk; la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, per tutta la durata del contratto. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi full risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. e il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi in caso di guasti o malfunzionamenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 08 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio; in mancanza la ditta fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto) al fine di garantire la prosecuzione delle attività

sanitarie. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di validità del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nell'attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.

- 5) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.
- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura dovrà essere emessa in relazione all'ordinativo di fornitura; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407279 – fax 0922/407119).

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE**  
**EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE**  
**LA DITTA**

**Il Direttore Servizio Provveditorato**  
**Dr. Oreste Falco**

(timbro e firma del legale rappresentante)

---

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **Lotto 1 Maschere Total-Face**

- Realizzata in materiale trasparente biocompatibile, dotata di un ampio angolo visivo che la renda estremamente confortevole;
- Nucale con sistema di fissaggio a 5 punti e sistema per l'aggancio/sgancio "rapido" e sicuro, per consentire un'agevole e rapida rimozione e un veloce riposizionamento sul viso del paziente senza modificare la regolazione. La maschera, di peso ridotto, deve offrire una copertura totale del viso, senza punti di pressione sul naso, garantendo una pratica maneggevolezza ed un elevato comfort.

Corredato di:

- Raccordi girevoli intercambiabili Non Vented 22F ISO;
- Raccordi Vented 22F ISO, di tappo 22F;
- Raccordo angolare Non Ventilato senza fori di esalazione della CO<sub>2</sub> espirata per maschera Total Face, dotato di accesso dedicato per il passaggio a tenuta pneumatica di FibroBroncoScopi aventi diametro compreso tra 3 e 8 mm.;
- Connettore 22F conforme alla norma UNI EN ISO 5356-;
- Gamma di misure Richieste: S – M – L – XL e Pediatrica.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire a richiesta in uso gratuito almeno 2 Generatore Cpap Venturi con Monitor Multiparametrico, Flusso regolabile da 0 a 150 Lt/min, FiO<sub>2</sub> da 32% a 100%, memorizzazione delle ultime 48ore, porta USB, alimentazione rete e batteria almeno 5 ore, SpO<sub>2</sub>.

### **Lotto 2 Maschera per ossigenoterapia con Reservoir e tubo**

Mascherina per ossigenoterapia alto flusso con reservoir, adulti, con tubo almeno di 2 metri. Latex Free, Monopaziente.



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 21 APR 2022

Agrigento, li 21 APR 2022

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S.Terrasi*

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi