



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O.I.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

Forniture@aspag.it

Email: maria.tirro@aspag.it - luigi.danile@aspag.it

PROT: N. 44352 Data 07/03/2022

A tutte le ditte interessate

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per l'acquisto di n. 2 cicloergometri.

Si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante , e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, ed allegare le relative schede tecniche.

Si invita a specificare eventuali criticità che impediscono la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg. 7 all'indirizzo e-mail forniture@aspag.it e si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Si invita a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta abbia prodotti c.d. equivalenti, ai sensi dell'art.68 del D.lgs. n. 50/2016, e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Il Coll. Amm. Prof le Senior DS
Dott. Luigi Danile

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Tirò

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco

File allegato:
capitolato tecnico

Capitolato

Acquisto n. 2 cicloergometri

n. 2 cicloergometri con le seguenti caratteristiche:

- *freno elettromagnetico e carico fino a 990 Watt indipendente dal numero di giri;*
- *comandabile dal sistema stesso attraverso porta R\$232 o indipendente*
- *console per poter essere controllata contemporaneamente sia dal paziente che dall'operatore*
- *struttura in acciaio con sellino e manubrio regolabili in altezza.*

Tali cicloergometri devono essere compatibili con il sistema di stress test COSMED Mod. Quark T12