



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Telefono 0922 407279  
FAX 0922 407119  
Email: [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

PROT: n. 48468 del 01/03/2022

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura, in due lotti, di "Maschere Facciali tipo "Total Full Face" e "Maschere per ossigenoterapia".

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto, in 2 lotti di "Maschere Facciali tipo "Total Full Face" e "Maschere per ossigenoterapia", le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegate schede e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it):

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre 07.03.2022, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it), citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo di mercato (NON di listino) dei dispositivi richiesti
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.


La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire, agli Operatori Economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Cell. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo  


Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr. Oreste Falco  


## CAPITOLATO TECNICO

### **Lotto 1 Maschere Total-Face**

*Maschera Facciale tipo "Total Full Face";*

*Guscio rigido in PC di grado medicale;*

*Membrana in plastomero siliconato di grado medicale*

*Nucale in tessuto elasticizzato, a Zero rebreathing di CO2 per terapia ventilatoria, a copertura totale di occhi, naso e bocca per la somministrazione in modalità non invasiva di tecniche di C.P.A.P., BiPAP, NIPPV a 5 punti di fissaggio.*

*Innovativa configurazione che riduce a Zero il rebreathing di CO2\**

*Dotata di ampio e morbido cuscinetto in plastomero siliconato estremamente confortevole che permette di adattarsi perfettamente alla conformazione del viso del paziente, evitando perdite d'aria durante la terapia e garante di affidabilità e comfort nei trattamenti prolungati.*

*La particolare configurazione, unita alla flessibilità della maschera e alla tipologia di contorno morbido, le permettono di aderire al viso adattandosi alle diverse conformazioni anatomiche, esercitando una pressione uniforme e graduata che riduce il rischio dell'insorgenza di decubiti.*

*Realizzata in materiale trasparente biocompatibile, dotata di un ampio angolo visivo che la rende estremamente confortevole.*

*Nucale in schiuma di poliuretano ricoperto di tessuto elasticizzato ipoallergenico, con sistema di fissaggio a 5 punti e 2 clips per l'aggancio/sgancio "rapido" e sicuro, per consentire un'agevole e rapida rimozione e un veloce riposizionamento sul viso del paziente senza modificare la regolazione.*

*Il quinto punto di fissaggio, posto in corrispondenza della porzione mediana della fronte, assicura un'ottima tenuta del dispositivo e ottimizza il sincronismo con il ventilatore in modalità NIMV.*

*La maschera, di peso ridotto, offre una copertura totale del viso, senza punti di pressione sul naso, garantendo una pratica maneggevolezza ed un elevato comfort.*

*Corredato di:*

- *Raccordi girevoli intercambiabili Non Vented 22F ISO;*
- *Raccordi Vented 22M ISO, di tappo 22F;*
- *Adattatore 22M-22M ISO;*
- *Raccordo angolare Non Ventilato senza fori di esalazione della CO2 espirata per maschera Total Face*
- *Dotato di accesso dedicato per il passaggio a tenuta neumatica di FibroBroncoScopi aventi diametro compreso tra 3 e 8 mm.*
- *Connettore 22F conforme alla norma UNI EN ISO 5356*

*Completa di n. 1 diffusore che può essere singolarmente montato internamente alla maschera, in corrispondenza del raccordo di ingresso dell'aria, al fine di evitare che il flusso sia canalizzato direttamente sul viso del paziente;*

*Fornita di n. 1 Raccordo angolato con venturi monouso a doppio ingresso con flussi fino a 120L/min in e FiO2 tra 0,30 e 1, valvola Peep con molla da 0 a 20 cm H2O, manometro graduato 0-20;*

*Gamma di misure Richieste: S - M - L - XL e Pediatrica.*

*La ditta aggiudicataria dovrà fornire a richiesta in uso gratuito almeno 2 Generatori Cpap*

*Venturi con Monitor Multiparametrico, Flusso regolabile da 0 a 150 Lt/min, FiO2 da 32% a 100%, memorizzazione delle ultime 48ore, porta USB, alimentazione rete e batteria almeno 5 ore, SpO2.*

**N. 300 pz.**

**Lotto 2 Maschera** per ossigenoterapia con Reservoir e tubo

*Mascherina per ossigenoterapia alto flusso con reservoir, adulti, con tubo almeno di 2 metri. Sterile, Latex Free, Monopaziente.*

**N. 500 pz.**